Sistema multifunzionale regolabile per la seduta Junior 1, 2, 3

Istruzioni per l'uso

INFORMAZIONI IMPORTANTI

Conservare le presenti istruzioni con il prodotto.

Il sistema multifunzionale regolabile per la seduta Junior è un dispositivo medico. Prima dell'uso leggere attentamente il presente manuale.

Conservare con cura il presente manuale d'uso.
In caso di smarrimento del manuale, contattare il servizio clienti al numero +39 0523 573111e richiederne una copia gratuita.

PER CONSIGLI SULL'UTILIZZO DI QUESTO PRODOTTO CONTATTARE SUNRISE MEDICAL.
Sunrise Medical S.r.l., Via Riva, 20 - Montale, 29122 Piacenza, Italia. Tel.: +39 0523 573111
Fax: +39 0523 570060 info@sunrisemedical.it

V. 001

Tavola delle materie

	Pagina
Legenda per gli utenti	**4**
Avvertenze importanti	**5**
Etichette del prodotto	**6**
Istruzioni per la manutenzione e la pulizia	**7**
Manutenzione	**8**
Presentazione e Consegna del prodotto	**9**
Specifiche	**10**
Garanzia	**11**
Caratteristiche principali e vantaggi	**12-13**
Caratteristiche principali e regolazioni	**14-15**
Regolazione della cintura addominale	**16-18**
Sistemazione del bambino sul sistema di seduta	**18-20**
Regolazione di precisione della cintura addominale	**20**
Come slacciare la cintura addominale	**21**
Ruote piroettanti	**21**
Regolazione dell'angolo dello schienale	**22**
Regolazione dell'imbottitura dello schienale e dell'imbottitura lombare	**23**
Regolazione delle guide per il bacino	**24**
Regolazione della profondità del sedie	**25**
Imbottitura del sedie	**26**
Imbottitura a lenta memoria e inserto per abduzione	**26**
Regolazione dell'angolo del sedie; Blocco e sblocco della leva della base basculante	**27**
Pedana ribaltabile	**28-29**
Angolo della pedana ribaltabile	**29**
Regolazione dell'altezza della seduta	**30**
Pedale ribaltabile	**31**
Accessori opzionali	**32**
• Base motorizzata	**32-34**
• Appoggiatesta Multi-Grip	**35-36**
• Appoggiatesta ovale	**36**
• Appoggiatesta flessibile laterale regolabile	**37-38**
• Prolunghe per gomito/ spalla	**38-39**
• Maniglia di spinta fissa e di spinta ripiegabile	**39-40**
• Pelotte toracali fisse e ribaltabili	**41-42**
• Regolazione dell'altezza e dell'angolo dei supporti e del tavolino	**43-44**
• Inserto per tavolino e imbottitura per tavolino	**44-45**
• Baby palestra multiattività	**46**
• Barra di sostegno	**47**
• Cuscinetto toracico per tavolino	**48**
• Appoggiagomiti da tavolino	**49**

Sommario

	Pagina n.
Accessori opzionali	
• Prolungamenti imbottiti per anche	**50**
• Supporti per ginocchia	**51**
• Cuneo divaricatore	**52**
• Sandali e rialzi per sandali	**53-54**
• Calzature	**54**
• Pedana rettangolare chiusa	**55**
• Giubbotto di sicurezza	**56-58**
• Regolazione della cinghia toracica con bretelle	**59-61**
Ispezione e rivendita	**62-63**

Legenda per gli utenti

Utilizzare questa legenda per determinare a quali sezioni del presente manuale d'uso fare riferimento.

Terapisti e Tecnici

Ortopedie

Assistenti/Utenti privati

V. 001

AVVERTENZE IMPORTANTI

Prima di essere utilizzato, il prodotto deve essere configurato dal terapista.
Sunrise Medical raccomanda di non lasciare mai il bambino incustodito durante l'utilizzo di questo dispositivo medico. Un bambino lasciato incustodito può scivolare o cadere con conseguenti lesioni gravi. L'assistente è il solo responsabile della sicurezza del bambino se questi viene lasciato incustodito mentre usa questo dispositivo medico.
Prima di usare il prodotto, leggere tutte le istruzioni. La mancata osservanza delle istruzioni, in particolare quelle relative alle parti mobili, potrebbe mettere a rischio l'utente.
Non utilizzare il prodotto se si sospetta che sia difettoso o rotto. Contattare immediatamente Sunrise Medical per assistenza. +39 0523 573111
Questo prodotto contiene piccole parti che possono costituire un rischio di soffocamento per i bambini.
Tutti i prodotti Jenx vengono testati in conformità alle disposizioni antincendio vigenti. Tenere i prodotti lontano da fiamme libere, sigarette o fonti di calore, ad esempio stufette.
Sunrise Medical fornisce gli attrezzi per regolare determinati prodotti Jenx. Conservare gli attrezzi in un luogo sicuro, lontano dalla portata dei bambini. Non apportare regolazioni non indicate.
Assemblare completamente il prodotto prima dell'utilizzo. In caso di problemi contattare Sunrise Medical.
La cura del prodotto è molto importante. Pulirlo regolarmente e non utilizzare detergenti abrasivi.
Cinghie e bretellaggio devono essere sempre usati. Per scopi terapeutici può essere necessario scostarsi da questa regola; qualsiasi deviazione dalla regola dovrà essere documentata come parte del programma di Valutazione dei rischi o del Programma di terapia e tutti gli operatori e gli assistenti coinvolti andranno addestrati in modo adeguato. Allacciare le cinghie al bambino prima di regolare il prodotto. Verificare di poter inserire un dito tra la cinghia di sicurezza e il bambino per evitare che le cinghie siano troppo strette o che il bambino si sposti in una posizione non corretta. Regolare le cinghie per ciascun bambino e dopo un cambio di indumenti. Sovrapposizione minima del velcro: 7,5 cm su tutte le cinghie. NON USARE IL PRODOTTO se la cinghia non è sufficientemente lunga.
Questo prodotto è conforme alla direttiva europea concernente i dispositivi medici. Non è stato testato insieme ad altri dispositivi. Non aggiungere accessori che non siano accessori Jenx. In caso di dubbio contattarci al numero +39 0523 573111 per assistenza.
Quando non viene utilizzato, riporre il prodotto in un luogo asciutto non soggetto a temperature estreme. Si consiglia di non riporlo in garage, soffitte o capanni da giardino.
Eventuali modifiche o alterazioni eseguite da persone non autorizzate, ovvero non tecnici autorizzati Sunrise Medical, renderanno nulla la garanzia. In tale caso Sunrise Medical non si assume alcuna responsabilità per eventuali lesioni o danni causati.
Tutti i prodotti Jenx sono dispositivi medici e sono venduti a condizione che vengano prescritti, forniti e mantenuti in conformità alle linee guida nazionali correnti per la gestione dei dispositivi medici.
Il sistema multifunzionale regolabile per la seduta Junior è un dispositivo medico. Prima dell'uso leggere attentamente il presente manuale.

PER CONSIGLI SULL'UTILIZZO DI QUESTO PRODOTTO CONTATTARE SUNRISE MEDICAL.
TEL.: +39 0523 573111

V. 001

ETICHETTE DEL PRODOTTO

Contrassegno CE

Il numero di serie è riportato sull'etichetta CE situata sulla parte inferiore del prodotto. Indicare questo numero in tutta la corrispondenza.



Conforme alle disposizioni del contrassegno CE
Direttiva concernente i dispositivi medici 93/42 CEE



Portata massima (varia a seconda del prodotto e delle dimensioni)

Etichetta di sicurezza

A tutti i prodotti Jenx è attaccata un'etichetta di sicurezza illustrata. Il significato dei simboli è spiegato di seguito.

Attenzione

Leggere le istruzioni

Solo per utilizzo al chiuso

Assicurarsi di utilizzare tutte le cinghie

Non lasciare il bambino incustodito

NON UTILIZZARE come dispositivo di mobilità
Non utilizzare il prodotto su terreni irregolari o dissestati

PER CONSIGLI SULL'UTILIZZO DI QUESTO PRODOTTO CONTATTARE SUNRISE MEDICAL.
TEL.: +39 0523 573111

V. 001

ISTRUZIONI PER LA MANUTENZIONE E LA PULIZIA

Stoffa e vinile

- Se si rovescia qualcosa, intervenire subito con un panno umido.
- Rimuovere eventuali macchie prima possibile.
- Tamponare la macchia, non strofinare.
- Non bagnare troppo la macchia.
- Non utilizzare solventi organici, liquidi per lavaggio a secco, detergenti abrasivi o candeggine industriali.
- È possibile usare salviette o spray antibatterici.
- Prima di utilizzare l'ausilio, assicurarsi che sia asciutto.

Telaio in metallo e parti rivestite

- Per una pulizia profonda è possibile utilizzare una pulitrice a vapore a bassa pressione.
- Non impiegare solventi organici per pulire i prodotti Jenx.
- È possibile usare acqua e sapone o uno spray antibatterico.
- Pulizia quotidiana: se è necessario, pulire il telaio con un panno umido.

MANUTENZIONE

Gli assistenti dovranno controllare l'attrezzatura quotidianamente. Questi controlli non sono controlli tecnici, ma, per eseguirli, è necessario capire come funziona il dispositivo. Nelle scuole e nelle sale terapeutiche, dove i prodotti vengono utilizzati da più utenti, potrebbe essere necessario effettuare i controlli più volte al giorno.

Controlli quotidiani

- Sostituire le rondelle o i bulloni mancanti o usurati.
- Assicurarsi che il tavolino non sia danneggiato. Verificare che il bordo sia saldo e che il tavolino sia pulito e privo di spigoli irregolari o vivi.
- Controllare che il rivestimento non sia logoro o usurato.
- Spazzolare il Velcro© per rimuovere la lanugine.
- Assicurarsi che le parti in legno non siano spaccate o scheggiate.
- Controllare che le cinghie non siano sfilacciate e assicurarsi che vi siano le fibbie e che queste non siano rotte.
- Pulire eventuali macchie o sostanze rovesciate.
- Se sul prodotto sono stati montati accessori di un altro produttore, contattare Sunrise Medical. Gli accessori non autorizzati potrebbero compromettere la sicurezza del dispositivo e invalidare la garanzia.

Ogni mese una persona competente che conosca bene il prodotto deve eseguire un controllo più approfondito.

Controlli mensili

- Controllare che vi siano tutti i bulloni e i dadi e che questi siano stretti.
- Verificare che tutti i meccanismi funzionino correttamente.
- Assicurarsi che la struttura del prodotto non presenti segni di usura o non sia scheggiata.
- Ruote piroettanti: sollevare la base e assicurarsi che le ruote non siano allentate o usurate. Rimuovere eventuale grasso o sporco accumulatosi sulle ruote e assicurarsi che il freno funzioni impedendo alle ruote di girare.
- Assicurarsi che le molle a gas funzionino correttamente e che la resistenza sia quella giusta. Per controllare la discesa lenta della molla a gas, osservare la posizione dell'unità per un certo periodo di tempo.

PRESENTAZIONE e CONSEGNA DEL PRODOTTO

Questo prodotto è un dispositivo medico. È importante che tutti gli utenti ne conoscano bene l'utilizzo e le regolazioni possibili. Nel presente manuale sono illustrate le regolazioni e vengono fornite indicazioni per tutti i tipi di utente.

Terapisti e Tecnici ortopedici

La presente sezione è rivolta ai terapisti e ai medici curanti.

Leggere tutte le sezioni contenute nel presente manuale e imparare tutte le regolazioni.
Oltre alla selezione, alla prescrizione e alla configurazione del prodotto in base alle esigenze dell'utente, il tecnico ha il compito di presentare il dispositivo all'assistente e di assicurarsi che quest'ultimo:

- comprenda le caratteristiche di questo prodotto legate alla sicurezza ;
- abbia dimestichezza con il dispositivo e sappia ciò che può utilizzare e ciò che non può utilizzare;
- sappia quali accessori sono stati aggiunti e quali regolazioni quotidiane eseguire;
- capisca le procedure di manutenzione e pulizia.

Per questo prodotto è necessario adottare una procedura di consegna formale. Utilizzare il registro delle ispezioni per annotare le configurazioni e le modifiche apportate al prodotto.
Sunrise Medical organizza corsi di formazione per questo prodotto. Per ulteriori informazioni contattarci.

Assistente (*questa sezione è rivolta agli assistenti*)

Questo prodotto è un dispositivo medico.

Nella sezione dedicata agli assistenti sono illustrate le regolazioni da apportare per l'utilizzo quotidiano.

Ortopedia (*questa sezione è rivolta al personale delle ortopedie*)

Il personale delle ortopedia deve eseguire i controlli e le operazioni di manutenzione prima di procedere alla vendita.

- Tenere un record per tutti i prodotti di cui si è eseguita la manutenzione o che si sono venduti. Le riparazioni o le parti sostituite devono essere identificabili.
- Il numero di serie Jenx deve rimanere con il prodotto e non deve essere mai rimosso.
- Insieme al prodotto consegnare sempre il manuale d'uso. È possibile ottenerne una copia da Sunrise Medical.
-
- Se il prodotto deve essere riconsegnato, assicurarsi di utilizzare un imballaggio adeguato e sicuro.
- Se non si è certi che il prodotto sia sicuro, non venderlo e contattare Sunrise Medical per assistenza.
- I prodotti possono essere venduti solo completamente montati, puliti e funzionanti. Assicurarsi che il manuale d'uso venga sempre consegnato con il prodotto.

Sunrise Medical organizza corsi di formazione per questo prodotto. In questi corsi vengono illustrati i seguenti punti:

- manutenzione
- ispezione dei prodotti
- disposizioni
- pulizia

Per ulteriori informazioni contattarci.

SPECIFICHE

	Misura 1 (JUC01)	Misura 2 (JUC02)	Misura 3 (JUC03)
Fascia di età (circa)	18 mesi - 5 anni	3 anni - 8 anni	5 anni - 12 anni
Profondità seduta	210 mm/ 305 mm	240 mm/ 320 mm	275 mm/ 390 mm
Larghezza seduta (min/max)	120/ 300 mm	120/ 300 mm	120/ 300 mm
Altezza pedana	175/ 280 mm	240/ 380 mm	240/ 420 mm
Altezza schienale (min/max)	300/ 420 mm	350/ 470 mm	400/ 520 mm
Distanza della seduta da terra	305/ 760 mm	340/760 mm	365/760 mm
Base basculante	25º supino - 15º prono	25º supino - 15º prono	25º supino - 15º prono
Portata massima	50 kg	50 kg	50 kg
Dimensioni base (pedana)	780 x 650 mm	780 x 650 mm	780 x 650 mm
Angolo schienale	15º supino - 15º prono	15º supino - 15º prono	15º supino - 15º prono

PER CONSIGLI SULL'UTILIZZO DI QUESTO PRODOTTO CONTATTARE SUNRISE MEDICAL.
TEL.: +39 0523 573111

V. 001

GARANZIA

Sunrise Medical garantisce che i prodotti Jenx saranno privi di difetti di materiale e fabbricazione per un periodo di 24 mesi dalla data di acquisto.

In base alla presente garanzia, l'unica responsabilità di Sunrise Medical è quella di riparare o sostituire, a propria discrezione, eventuali parti dei prodotti che risultino difettose nel periodo di copertura. In caso di parti difettose, l'acquirente deve avvisare immediatamente il rivenditore.

Sunrise Medical si riserva il diritto di ispezionare la parte o i prodotti presso l'acquirente.

Nel caso sia necessario cambiare o restituire un modello coperto dalla garanzia ma non più in produzione, Sunrise medical si riserva il diritto di sostituirlo con un nuovo modello di qualità e prezzo simili.

La garanzia non copre la riparazione o la sostituzione del prodotto a causa di un guasto o un danno dovuti a uso improprio, negligenza, incidente, riparazione non autorizzata, esposizione a materiale corrosivo o abrasivo, tempo atmosferico, mancata osservanza delle istruzioni per la manutenzione e la pulizia, alterazioni o modifiche eseguite da personale non autorizzato.

Caratteristiche principali e vantaggi

Il seggiolino Jenx Junior è disponibile in tre misure per rispondere alle esigenze dei bambini da 18 mesi a 12 anni. Jenx Junior è un sistema di seduta completamente regolabile che offre un eccellente supporto posturale a una vasta gamma di utenti. Jenx Junior è stato concepito pensando all'importanza del comfort per l'utente e alla necessità di offrire una base stabile per la zona pelvica. Il nuovo sistema, dotato di regolazioni multiple, sfrutta l'uso di dadi a farfalla più grandi per effettuare regolazioni senza utensili; la gamma esistente è stata arricchita di nuovi accessori; l'elemento fondamentale del prodotto è costituito dalle imbottiture ergonomiche della seduta e dello schienale, sagomate ed estremamente comode, con una base morbida in poliuretano modellata che include l'uso di schiuma a lenta memoria. Un inserto per adbuzione estraibile applicato all'interno del cuscino del sedile, combinato con supporti laterali sagomati e imbottiture per le anche, permette un maggiore controllo delle gambe e del bacino. La barra ischiale (opzionale), fissata all'imbottitura in schiuma a lenta memoria, è un altro elemento che aiuta il bambino a non scivolare in avanti assumendo una postura sacrale scorretta.

La configurazione standard include:

Cintura addominale Jenx a 4 punti
Set di fodere per seduta e schienale double-face lavabili di colore a scelta, con una fodera di ricambio aggiuntiva
Portafibbia per cintura addominale
Supporti per anche
Inserto per abduzione integrale
Imbottitura per sedile sagomata
Imbottitura per schienale sagomata con regolazione dell'angolo del tubo dello schienale
Supporto lombare
Pedana monopezzo
Meccanismo idraulico di sollevamento e abbassamento

Caratteristica	Benefici
FODERE DOUBLE-FACE LAVABILI	Disponibili in una vasta gamma di colori; nella versione standard viene fornita anche una fodera di ricambio.
PORTAFIBBIA PER CINTURA ADDOMINALE	Ripiegare le cinghie della cintura addominale per facilitare i trasferimenti per impedire così che la cinghia si impigli sotto il bambino.
IMBOTTITURE PER ANCHE	Regolabili in larghezza e in angolazione, possono essere dotate di prolunga.
INSERTO PER ABDUZIONE INTEGRALE	In poliuretano estraibile per una facile pulizia, aiuta a mantenere una posizione neutra delle gambe.
IMBOTTITURA SAGOMATA PER SEDILE	Morbida, in poliuretano per una facile pulizia, ha un inserto in schiuma a lenta memoria.
MONTAGGIO DEL CUNEO DIVARICATORE	Accessorio addizionale per bambini con tono muscolare aumentato e ipertono in adduzione
CINTURA ADDOMINALE A 4 PUNTI	Mantiene la spina iliaca anteriore-superiore nella posizione corretta per stabilizzare la zona pelvica.
PEDANA PICCOLA	Base Jenx Y con pedale ribaltabile e pomello di sicurezza. Passa attraverso la maggior parte delle porte di dimensione standard.
OPZIONI APPOGGIATESTA	Si possono montare gli appoggiatesta Jenx Multi-grip, Oval, Memory Metal, Stealth e Savant.
IMBOTTITURA PER SCHIENALE SAGOMATA	Imbottitura in poliuretano morbida, regolabile, facile da pulire. Può essere montata con pelotte toracali regolabili, appoggiagomiti, giubbotto di sicurezza o bretellaggio.

Caratteristiche principali e benefici

Caratteristica	Benefici
ANGOLO DELLO SCHIENALE	Angolo chiuso per bambini con spinta estensoria o angolo aperto per offrire un maggiore supporto ai bambini con tono basso o che non sopportano la seduta a 90 gradi. Regolabile da 15^0 (prono) a 25^0 (reclinazione)
SUPPORTO LOMBARE E TORACICO	In poliuretano, morbido e facile da pulire. Regolabile in altezza, angolazione e profondità
BRACCI PER TAVOLINO (non raffigurati)	Ben solidi, facili da pulire, con dadi a farfalla grandi per una facile regolazione dell'altezza e dell'angolo, con dispositivo di blocco della regolazione dell'altezza
BARRA ISCHIALE (non raffigurata)	Barra in poliuretano opzionale per impedire al bambino di scivolare in una postura sacrale scorretta
TAVOLINO LAVABILE (non raffigurato)	Disponibile in 2 misure, con inserto per ridurre lo spazio libero, se necessario, e vari accessori (barra di sostegno, baby palestra, imbottitura per tavolino, cuscinetto toracico e appoggiagomiti)
INSERTO PER TAVOLINO TRASLUCIDO (non raffigurato)	Per sorreggere e proteggere disegni e tabelle di comunicazione
PEDANA UNICA	Ribaltabile e regolabile per facilitare i trasferimenti. Per uso con o senza sandali. Gli accessori includono pedane separate, pedana rettangolare chiusa imbottita, imbottitura per pedana.
FACILE REGOLAZIONE	Regolazione senza utensili o semplicemente con una chiave a brugola, senza bisogno di smontare o rimuovere parti.
LEVA PER IL BLOCCO DELLA BASE BASCULANTE	Impedisce ad altri bambini di cambiare inavvertitamente l'angolo della base basculante.

Caratteristiche principali e regolazioni

PER CONSIGLI SULL'UTILIZZO DI QUESTO PRODOTTO CONTATTARE SUNRISE MEDICAL.
TEL.: +39 0523 573111

V. 001

Caratteristiche principali e regolazioni

Regolazione della cintura addominale in base al peso e alla statura del bambino

La distanza tra le pelotte sulla parte anteriore della cinghia può essere modificata in base alle misure del bambino.



Regolare la distanza tra le pelotte in modo che la parte centrale appoggi sulla spina iliaca anteriore-superiore del bambino.

Cinghie e bretellaggio devono essere sempre usati. Per scopi terapeutici può essere necessario scostarsi da questa regola; qualsiasi deviazione dalla regola dovrà essere documentata come parte del programma di Valutazione dei rischi o del Programma di terapia e tutti gli operatori e gli assistenti coinvolti andranno addestrati in modo adeguato. Allacciare le cinghie al bambino prima di regolare il prodotto. Verificare di poter inserire un dito tra la cinghia di sicurezza e il bambino per evitare che le cinghie siano troppo strette o che il bambino si sposti in una posizione non corretta. Regolare le cinghie per ciascun bambino e dopo un cambio di indumenti. Sovrapposizione minima del velcro: 7,5 cm su tutte le cinghie. NON USARE IL PRODOTTO se la cinghia non è sufficientemente lunga.

PER CONSIGLI SULL'UTILIZZO DI QUESTO PRODOTTO CONTATTARE SUNRISE MEDICAL.
TEL.: +39 0523 573111

V. 001

Regolazione della cintura addominale in base al peso e alla statura del bambino

Staccare la cinghia dal Velcro®

Per allungare la cintura

Tirare la fibbia lungo le due cinghie fino alla distanza desiderata tra le pelotte.



Per accorciare la cintura

Tirare le cinghie ai due lati lungo la fibbia fino alla distanza desiderata tra le pelotte.

Cinghie e bretellaggio devono essere sempre usati. Per scopi terapeutici può essere necessario scostarsi da questa regola; qualsiasi deviazione dalla regola dovrà essere documentata come parte del programma di Valutazione dei rischi o del Programma di terapia e tutti gli operatori e gli assistenti coinvolti andranno addestrati in modo adeguato. Allacciare le cinghie al bambino prima di regolare il prodotto. Verificare di poter inserire un dito tra la cinghia di sicurezza e il bambino per evitare che le cinghie siano troppo strette o che il bambino si sposti in una posizione non corretta. Regolare le cinghie per ciascun bambino e dopo un cambio di indumenti. Sovrapposizione minima del velcro: 7,5 cm su tutte le cinghie. NON USARE IL PRODOTTO se la cinghia non è sufficientemente lunga.

PER CONSIGLI SULL'UTILIZZO DI QUESTO PRODOTTO CONTATTARE SUNRISE MEDICAL.
TEL.: +39 0523 573111

Regolazione della cintura addominale in base al peso e alla statura del bambino

Dopo avere regolato la cintura alla lunghezza desiderata, premere le cinghie sul Velcro® per fissarle in posizione.

Posizionamento del bambino sul sistema Junior

Per un bambino con problemi posturali, la regolazione della cintura addominale è spesso l'operazione più importante da eseguire su un sistema per la seduta; si raccomanda pertanto di eseguire la regolazione sempre in modo corretto e di verificare che chiunque si occupi del bimbo sappia come agire correttamente.



Sistemare il bambino sulla seduta. Agganciare la fibbia anteriore.

Assicurarsi che il bambino sia fermo mentre si esegue questa regolazione.

Nota: a questo punto, le cinghie della cintura addominale non sono ancora bloccate dalle clip a passante.

Sistemazione del bambino sul sistema Junior

Assicurarsi che il bambino sia fermo mentre si esegue questa regolazione.

Regolare le cinghie lunghe che passano attraverso le clip a passante sulla parte posteriore e ai lati fino a quando le sezioni imbottite della cintura addominale appoggiano sulla spina iliaca antero-superiore.



Bloccare le clip a passante sulla parte posteriore della seduta.

Sistemazione del bambino sul sistema Junior

Assicurarsi che il bambino sia fermo mentre si esegue questa regolazione.



Bloccare le clip a passante su entrambi i lati della seduta.

Regolazione di precisione della cintura addominale

Dopo avere fissato la cintura addominale, è possibile regolarne la posizione con precisione.

Regolare la pressione sulla zona pelvica accorciando o allungando le cinghie simmetricamente, come mostrato in figura.

Premere la cinghia contro il Velcro® per fissarla.

PER CONSIGLI SULL'UTILIZZO DI QUESTO PRODOTTO CONTATTARE SUNRISE MEDICAL.
TEL.: +39 0523 573111

V. 001

Come slacciare la cintura addominale



Premere la fibbia sui punti raffigurati per sganciarla.

Ruote piroettanti



Questo prodotto è fornito con quattro ruote piroettanti con freno. Il meccanismo di blocco impedisce alle ruote di girare e ruotare. Quando le quattro ruote sono in posizione bloccata, il seggiolino non può muoversi né ruotare in modo inaspettato.

Per bloccare le ruote, spingere gentilmente la leva verso il basso con un piede o con una mano.

Per sbloccare le ruote, è sufficiente sollevare la leva.

Bloccare sempre le ruote piroettanti quando il sistema si trova nella posizione desiderata.

Cinghie e bretellaggio devono essere sempre usati. Per scopi terapeutici può essere necessario scostarsi da questa regola; qualsiasi deviazione dalla regola dovrà essere documentata come parte del programma di Valutazione dei rischi o del Programma di terapia e tutti gli operatori e gli assistenti coinvolti andranno addestrati in modo adeguato. Allacciare le cinghie al bambino prima di regolare il prodotto. Verificare di poter inserire un dito tra la cinghia di sicurezza e il bambino per evitare che le cinghie siano troppo strette o che il bambino si sposti in una posizione non corretta. Regolare le cinghie per ciascun bambino e dopo un cambio di indumenti. Sovrapposizione minima del velcro: 7,5 cm su tutte le cinghie. NON USARE IL PRODOTTO se la cinghia non è sufficientemente lunga.

Regolazione dell’angolo dello schienale



L'angolo dello schienale è regolabile tra x e y.





1 Allentare la manopola del blocco a farfalla.

2 Ruotare la manopola dentellata fino a ottenere l'angolo desiderato dello schienale.

3 Stringere la manopola a farfalla per bloccare l'angolo dello schienale.

PER CONSIGLI SULL'UTILIZZO DI QUESTO PRODOTTO CONTATTARE SUNRISE MEDICAL.
TEL.: +39 0523 573111

V. 001

Regolazione dell'altezza e dell'angolo dell'imbottitura dello schienale e dell'imbottitura lombare

Allentare la manopola del blocco a farfalla.



1 L'imbottitura dello schienale può essere spostata verso l'alto o verso il basso lungo il tubo.

2 L'imbottitura dello schienale può essere spostata più vicino o più lontano rispetto al tubo.

3 L'angolo dell'imbottitura dello schienale rispetto al tubo può essere modificato.

NB: usare lo stesso metodo sopra descritto per modificare la posizione dell'imbottitura lombare.

Sunrise Medical raccomanda di non lasciare mai il bambino incustodito durante l'utilizzo di questo dispositivo medico. Un bambino lasciato incustodito può scivolare o cadere con conseguenti lesioni gravi.
L'assistente è il solo responsabile della sicurezza del bambino se questi viene lasciato incustodito mentre usa questo dispositivo medico.

Regolazione delle guide per il bacino

PERCHÉ?
La larghezza delle guide per il bacino deve essere impostata in base al peso e alla statura del bambino. L'angolo delle guide aiuta a mantenere il bacino del bambino nella posizione corretta in abduzione o in adduzione.



Allentare la manopola a farfalla sotto la seduta e regolare la posizione e l'angolo della guida per il bacino. Dopo avere scelto la posizione desiderata, stringere la manopola a farfalla.



PER CONSIGLI SULL'UTILIZZO DI QUESTO PRODOTTO CONTATTARE SUNRISE MEDICAL.
TEL.: +39 0523 573111

V. 001

Regolazione della profondità della seduta

PERCHÉ?
Impostare la profondità della sduta in base alla lunghezza del femore del bambino. Affinché la posizione seduta sia confortevole, assicurarsi che si possano inserire due dita tra la parte posteriore del ginocchio e il bordo anteriore della seduta. Regolare la profondità della seduta in base alla crescita.





Allentare le manopole a farfalla sotto la seduta e fare scorrere il sedile in avanti o all'indietro. Dopo avere scelto la posizione desiderata, stringere la manopola a farfalla.

Imbottitura della seduta

Sezione trasversale dell'imbottitura della seduta



*Cuneo divaricatore opzionale disponibile per bambini con aumento di tono muscolare e ipertono in adduzione

Imbottitura a lenta memoria e inserto per abduzione

PERCHE?
Un inserto per adbuzione estraibile applicato all'interno del cuscino della seduta, combinato con supporti laterali sagomati e imbottiture per le anche, permette un maggiore controllo delle gambe e del bacino. L'uso mirato della schiuma a lenta memoria aumenta il comfort.



PER CONSIGLI SULL'UTILIZZO DI QUESTO PRODOTTO CONTATTARE SUNRISE MEDICAL.
TEL.: +39 0523 573111

V. 001

Regolazione dell'angolo della seduta (base basculante)

PERCHÉ?
Modificando la sua posizione spaziale, si può stimolare il bambino a percepire l'ambiente circostante in modi diversi, facilitandone così lo sviluppo cognitivo. Impostando il sistema in posizione prona, si può migliorare il controllo della testa e la funzione delle braccia del bambino.



Blocco e sblocco della leva della base basculante



Per evitare di muovere inavvertitamente la base basculante, ruotare la leva
in senso orario per bloccarla. Per sbloccare la base, ruotare la leva in senso antiorario.



Per modificare l'angolo di seduta, spingere o tirare la leva sotto la seduta e impostare la seduta all'angolo desiderato. Rilasciando la leva, la seduta si blocca nell'angolazione impostata.

Togliere tutti gli oggetti dal tavolino, se è montato, prima di regolare l'angolo della base basculante.

Pedana ribaltabile

PERCHÉ?
Impostare l'altezza della pedana in base alla lunghezza della parte inferiore della gamba del bambino.
Regolare l'altezza della pedana in base alla crescita del bambino.





Allentare il bullone e impostare la pedana all'altezza desiderata. Stringere il bullone.

PER CONSIGLI SULL'UTILIZZO DI QUESTO PRODOTTO CONTATTARE SUNRISE MEDICAL.
TEL.: +39 0523 573111

V. 001

Pedana ribaltabile

PERCHÉ?
La pedana può essere ribaltata per agevolare i trasferimenti del bambino.



Sollevare la pedana fino a toccare il tubo. La pedana rimane in posizione verticale per la presenza di una calamita sull'asta.

Angolo della pedana ribaltabile



Regolazione dell’altezza della seduta

PERCHÉ?
L'altezza della seduta va regolata per due motivi:
Per adattare il sistema Junior alla lunghezza della parte inferiore della gamba del bambino, in modo che i piedi siano il più possibile vicino a terra. In questo modo il bambino può sedersi alla stessa altezza dei compagni, a vantaggio delle interazioni sociali.
Per alzare il bambino a una determinata altezza, per esempio davanti a un tavolo da pranzo o un bancone da colazione. In questo caso usare la pedana per dare supporto al bambino e regolare l'altezza della seduta in base alla superficie.



Il sistema di seduta Junior è dotato di un'unità di sollevamento idraulica. Per sollevare la seduta, spingere più volte sul pedale. Una volta raggiunta la posizione più alta, continuando a premere sul pedale la seduta non si muove più.
Per abbassare la seduta, sollevare il pedale e tenerlo fermo. Quando la seduta raggiunge l'altezza desiderata, rilasciare il pedale. La posizione più bassa è raffigurata nella figura sopra.

Pedale ribaltabile

PERCHÉ?
Il pedale può essere ribaltato sotto la seduta per evitare movimenti indesiderati.



Il pedale è tenuto in posizione per attrito.

Spingere il pedale sotto la seduta.



Il pedale può essere bloccato in posizione chiusa spingendo lo stantuffo.

Per sbloccarlo, sollevare lo stantuffo e tirare fuori il pedale.

Accessori opzionali

Base motorizzata

N.B.: la base motorizzata è disponibile solo in colore argento.

Cinghie e bretellaggio devono essere sempre usati. Per scopi terapeutici può essere necessario scostarsi da questa regola; qualsiasi deviazione dalla regola dovrà essere documentata come parte del programma di Valutazione dei rischi o del Programma di terapia e tutti gli operatori e gli assistenti coinvolti andranno addestrati in modo adeguato. Allacciare le cinghie al bambino prima di regolare il prodotto. Verificare di poter inserire un dito tra la cinghia di sicurezza e il bambino per evitare che le cinghie siano troppo strette o che il bambino si sposti in una posizione non corretta. Regolare le cinghie per ciascun bambino e dopo un cambio di indumenti. Sovrapposizione minima del velcro: 7,5 cm su tutte le cinghie. NON USARE IL PRODOTTO se la cinghia non è sufficientemente lunga.

Accessori opzionali

Base motorizzata



Pedana con pulsante di arresto
Quando l'interruttore tocca terra o altri oggetti sotto la pedana, il movimento discendente della seduta si interrompe.

Sollevamento e abbassamento della seduta



Per regolare l'altezza della seduta, spingere la freccia corrispondente.

Sunrise Medical raccomanda di non lasciare mai il bambino incustodito durante l'utilizzo di questo dispositivo medico. Un bambino lasciato incustodito può scivolare o cadere con conseguenti lesioni gravi.
L'assistente è il solo responsabile della sicurezza del bambino se questi viene lasciato incustodito mentre usa questo dispositivo medico.

Accessori opzionali

Caricamento della batteria



Spingere il connettore del caricatore nel telecomando e collegare il caricatore all'alimentazione generale.

Sunrise Medical raccomanda di non lasciare mai il bambino incustodito durante l'utilizzo di questo dispositivo medico. Un bambino lasciato incustodito può scivolare o cadere con conseguenti lesioni gravi.
L'assistente è il solo responsabile della sicurezza del bambino se questi viene lasciato incustodito mentre usa questo dispositivo medico.

Accessori opzionali

Appoggiatesta Multi-Grip

Appoggiatesta Multi-Grip™ *PERCHÉ?*
L'appoggiatesta va posizionato in modo da sostenere la testa del bambino. Se il bambino ha un buon controllo della testa, raddrizzare il Multi-Grip in modo da creare una superficie dello schienale sufficientemente omogenea. Non usare mai l'appoggiatesta per forzare il capo del bambino in una determinata posizione in quanto questo movimento causa disagio e può innescare riflessi che porteranno a una postura scorretta. I caratteristici supporti Multi-grip™ possono essere adattati alla forma del mento del bambino e svasati alle estremità per sostenere la zona sotto il mento.

Regolazione dell'appoggiatesta Multi-Grip



Allentare i bulloni in figura e regolare l'appoggiatesta nella posizione desiderata. Stringere bene i bulloni.

Montaggio dell'appoggiatesta



Accessori opzionali

Regolazione dell'appoggiatesta Multi-Grip



Per muovere i segmenti dell'appoggiatesta Multi Grip, svitare i bulloni raffigurati sopra. I segmenti possono essere facilmente spostati nella posizione desiderata. Dopo avere scelto la posizione desiderata, stringere bene i bulloni.

Regolazione dell'appoggiatesta ovale



Allentare i bulloni raffigurati e regolare l'apoggiatesta nella posizione desiderata. Stringere bene i bulloni.

Accessori opzionali

Appoggiatesta flessibile laterale regolabile



Allentare i bulloni raffigurati e regolare l'appoggiatesta nella posizione desiderata. Stringere bene i bulloni.





Le parti laterali dell'appoggiatesta possono essere ripiegate per adattarsi alla forma della testa del bambino.

Accessori opzionali

Montaggio dell'appoggiatesta flessibile laterale regolabile



Prolunghe per gomito / spalla



PER CONSIGLI SULL'UTILIZZO DI QUESTO PRODOTTO CONTATTARE SUNRISE MEDICAL.
TEL.: +39 0523 573111

V. 001

Accessori opzionali

Regolazione delle prolunghe per gomito / spalla



Maniglia di spinta fissa

Accessori opzionali

Montaggio della maniglia di spinta



Infilare la barra della maniglia nel tubo dello schienale.

Stringere i bulloni con la chiave a brugola.

Maniglia di spinta ripiegabile



1 Estrarre la manopola di blocco.

2 Muovere la maniglia nella posizione desiderata e rilasciare la manopola controllando che il perno si blocchi in uno dei fori della piastra.

PER CONSIGLI SULL'UTILIZZO DI QUESTO PRODOTTO CONTATTARE SUNRISE MEDICAL.
TEL.: +39 0523 573111

V. 001

Accessori opzionali

Pelotte toracali fisse e ribaltabili

Pelotte toracali fisse - corte o lunghe

Pelotte toracali ribaltabili - corte o lunghe

Regolazione delle pelotte toracali



Accessori opzionali

Regolazione delle pelotte toracali



Regolazione dell'angolo delle pelotte toracali ribaltabili



Accessori opzionali

Regolazione dell'altezza e dell'angolo e dei bracci e del tavolino

PERCHÉ?
L'altezza del tavolino è regolabile per i seguenti motivi:
Per consentire al bambino di avere un sostegno usando le braccia
Per consentire al bambino di usare attivamente il tavolino a un'altezza corretta
Per allineare il tavolino con un'altra superficie sulla quale altri bambini stanno svolgendo un'attività, aumentando così l'interazione sociale.

L'angolo del tavolino è regolabile per i seguenti motivi:
Un angolo maggiore può stimolare le funzioni manuali del bambino per svolgere attività come disegnare o scrivere.
Un angolo maggiore aiuta il bambino a tenere la testa più sollevata usando il tavolino.
Un angolo maggiore consente ad alcuni bambini di vedere meglio i loro lavori, in quanto questi cadranno maggiormente nel campo visivo dei bambini.

Regolazione dei bracci del tavolino



1. Allentare la manopola ad alette, regolare il braccio del tavolino all'angolo desiderato e stringere la manopola per bloccare il braccio in posizione.
2. Allentare la manopola ad alette, regolare il braccio del tavolino all'altezza desiderata e stringere la manopola per bloccare il braccio in posizione.



Sunrise Medical raccomanda di non lasciare mai il bambino incustodito durante l'utilizzo di questo dispositivo medico. Un bambino lasciato incustodito può scivolare o cadere con conseguenti lesioni gravi.
L'assistente è il solo responsabile della sicurezza del bambino se questi viene lasciato incustodito mentre usa questo dispositivo medico.

Accessori opzionali

Montaggio del tavolino



Inserire i perni di posizionamento, sotto il tavolino, in uno dei fori su ciascun braccio.



Spingere il pulsante di blocco sotto i bracci per fissare il tavolino.

Inserto per tavolino (grigio)

PERCHÉ?
Gli inserti per tavolino sono usati per fornire una superficie omogenea qualora il tavolino sia pre-sagomato con un foro per afferrare una ciotola per giocare o svolgere attività tattili.
Con l'utilizzo degli inserti grigi, la superficie del tavolino sarà omogenea, mentre gli inserti che si limitano a coprire l'incavo per ciotola creano un bordo al centro del tavolino.
Gli inserti traslucidi per tavolino permettono comunque al bambino di vedere le etichette di comunicazione attaccate al tavolino, sfruttando al contempo i vantaggi di una superficie liscia per svolgere varie attività.



Forma del tavolino senza inserto

Forma del tavolino con inserto. Osservare la differenza nella misura dell'incavo.

PER CONSIGLI SULL'UTILIZZO DI QUESTO PRODOTTO CONTATTARE SUNRISE MEDICAL.
TEL.: +39 0523 573111

V. 001

Accessori opzionali

Inserto traslucido per tavolino



Imbottitura per tavolino



L'imbottitura per tavolino va fissata con il Velcro®. L'utente decide dove collocare l'imbottitura, fissandola con il Velcro® adesivo nella posizione desiderata.

Accessori opzionali

Baby palestra multiattività

PERCHÉ?
La baby palestra può essere agganciata al tavolino sia di un sistema di seduta sia di un sistema per postura eretta per una delle seguenti funzioni:
Tenere i giocattoli vicino al bambino per evitare che cadano.
Tenere i giocattoli a un livello che permetta al bambino di trarne giovamento il più possibile quando alza la testa per poterli vedere e giocare. La baby palestra aiuta così il bambino a migliorare il controllo della testa e anche a tenere i giocattoli vicini facilitandone l'uso.



PER CONSIGLI SULL'UTILIZZO DI QUESTO PRODOTTO CONTATTARE SUNRISE MEDICAL.
TEL.: +39 0523 573111

V. 001

Accessori opzionali

Barra di sostegno

PERCHÉ?
La barra di sostegno è un ausilio usato per impedire la rotazione indesiderata del tronco del bambino, che la afferra per tenersi fermo.
La barra aiuta anche il bambino a stare rivolto in avanti e ad usare il tavolino per svolgere attività quali disegnare o comunicare.
Inoltre, la corretta posizione del polso indotta dall'uso della barra può aiutare a ridurre il tono in bambini con elevata spasticità, offrendo loro maggiori capacità di interazione nelle attività su tavolino.



Accessori opzionali

Cuscinetto toracico per tavolino

PERCHÉ?
Il cuscinetto toracico per il tavolino è un supporto regolabile che deve sempre essere usato quando il sistema è impostato in seduta prona. Il cuscinetto offre un supporto in seduta prona migliorando spesso la protrazione della spalla e il controllo della testa, consentendo al bambino di partecipare appieno alle attività sul tavolino. Il cuscinetto toracico deve dare supporto allo sterno del bambino.



PER CONSIGLI SULL'UTILIZZO DI QUESTO PRODOTTO CONTATTARE SUNRISE MEDICAL.
TEL.: +39 0523 573111

V. 001

Accessori opzionali

Appoggiagomiti da tavolino

PERCHÉ?
Gli appoggiagomiti possono essere fissati al tavolino o allo schienale della seduta per impedire al bambino di spingere i gomiti all'indietro. Le braccia e le mani di un bambino sono più funzionali se vengono appoggiate in avanti sul tavolino; gli appoggiagomiti aiutano il bambino a mantenere questa posizione.



PER CONSIGLI SULL'UTILIZZO DI QUESTO PRODOTTO CONTATTARE SUNRISE MEDICAL.
TEL.: +39 0523 573111

Accessori opzionali

Prolungamenti imbottiti per anche

PERCHÉ?
I prolungamenti imbottiti offrono al bambino un supporto più lungo alla gamba in posizione seduta. Sono spesso usati per i bambini che tendono a ruotare le gambe verso l'esterno nella posizione seduta. Usati insieme a un cuneo divaricatore, questi prolungamenti agiscono da supporto rigido sul femore del bambino seduto, aiutandolo a mantenere le anche in posizione neutra o abdotta.





1 Allentare la manopola di blocco a farfalla.

2 Fare scorrere il prolungamento imbottito per anca fino alla posizione desiderata e stringere la manopola a farfalla.

PER CONSIGLI SULL'UTILIZZO DI QUESTO PRODOTTO CONTATTARE SUNRISE MEDICAL.
TEL.: +39 0523 573111

V. 001

Accessori opzionali

Supporti per ginocchia

PERCHE?
Le ginocchiere sono usate per tenere ferme le ginocchia e stimolare/mantenere una posizione neutra o abdotta delle anche durante la seduta.
! Le ginocchiere NON devono essere usate per spingere il bambino nel sistema di seduta. Non bisogna esercitare forza per spingere le ginocchiere verso il bacino.

Le ginocchiere devono coprire l'articolazione delle ginocchia per impedire tensioni. Se le ginocchiere sono montate troppo in alto sostengono solamente il femore, mentre la tibia può scivolare in avanti. Se le ginocchiere sono montate troppo in basso sostengono solamente la tibia, mentre il femore può scivolare in avanti.



1. Allentare la manopola a farfalla e fare scorrere la barra fino alla lunghezza desiderata. Stringere la manopola.
2. Allentare la manopola a farfalla e fare scorrere la ginocchiera fino alla posizione desiderata. Stringere la manopola.
3. Tirare la vite di blocco per rilasciare la ginocchiera e ruotarla in modo che non intralci. Rilasciare la vite di blocco in uno dei fori per bloccare il supporto in questa posizione.

Accessori opzionali

Cuneo divaricatore

PERCHÉ?
Questo sostegno aiuta a tenere le ginocchia separate prevenendone l'adduzione.





1 Fare scivolare l'asta del cuneo divaricatore nel foro sotto il sedile.

2 Stringere la manopola dentellata per fissare il cuscinetto abduttore.

PER CONSIGLI SULL'UTILIZZO DI QUESTO PRODOTTO CONTATTARE SUNRISE MEDICAL.
TEL.: +39 0523 573111

V. 001

Accessori opzionali

Sandali

PERCHÉ?
I sandali possono essere mossi sulla pedana per tenere fermi i piedi del bambino. La posizione più comune dei piedi è direttamente al di sotto delle ginocchia.



La posizione dei sandali può essere regolata
in avanti, all'indietro e ai lati.

Stringere le manopole ad alette dopo avere
sistemato i sandali nella posizione desiderata.

Sandali e rialzi per sandali

PERCHÉ?
I rialzi per sandali sono usati per due motivi principali:
Per compensare una differenza di lunghezza degli arti inferiori nel bambino in posizione seduta o una discrepanza della lunghezza in posizione eretta.
Per ridurre la differenza di lunghezza delle gambe di un particolare ausilio nei casi in cui il bambino si trovi tra due misure, per ottimizzare la spesa. In questo caso, inserendo i rialzi per sandali sul prodotto di misura superiore, il bambino può cominciare a usare subito l'ausilio. I sostegni possono essere rimossi quando il bambino cresce.

Accessori opzionali

Sandali e rialzi per sandali



Calzature

PERCHÉ?
Le calzature vengono usate per tenere fermi i piedi dei bambini molto piccoli che non indossano scarpe. Normalmente, i bambini indossano le scarpe quando sono in piedi, ma alcuni bambini non usano le scarpe quando stanno seduti. Le calzature offrono comfort e supporto ai bambini che non indossano scarpe. Le calzature possono essere sistemate sulla pedana come i sandali per offrire la posizione migliore ai piedi del bambino.

Le calzature sono fissate come i sandali facendo passare un bullone ad aletta attraverso la pedana fino a inserirlo nel foro della calzatura.

PER CONSIGLI SULL'UTILIZZO DI QUESTO PRODOTTO CONTATTARE SUNRISE MEDICAL.
TEL.: +39 0523 573111

V. 001

Accessori opzionali

Pedana rettangolare chiusa

PERCHÉ?
La pedana rettangolare chiusa viene usata per i bambini che hanno difficoltà a tenere i piedi in avanti e che tendono a posizionarli all'indietro sotto la sedia. La pedana rettangolare chiusa previene questa posizione scorretta tenendo allo stesso tempo i piedi fermi in una posizione sicura con un parziale carico del peso.





PER CONSIGLI SULL'UTILIZZO DI QUESTO PRODOTTO CONTATTARE SUNRISE MEDICAL.
TEL.: +39 0523 573111

Accessori opzionali

Montaggio e regolazione del giubbotto

1



Infilare le cinghie superiori nelle clip a passante sul retro dello schienale e abbassare il cappuccio di chiusura delle clip.

2



Infilare le cinghie inferiori nelle clip a passante sul retro dello schienale e abbassare il cappuccio di chiusura delle clip.

3

Aprire la cerniera lampo e sistemare il bambino sulla seduta. Chiudere la cerniera lampo. Sganciare le clip a passante una alla volta, regolando le cinghie fino a sistemare il giubbotto nella posizione in cui il bambino è ben sorretto.

Accessori opzionali

Montaggio e regolazione del giubbotto





Premere il pulsante centrale per sganciare le fibbie a sgancio rapido delle cinghie in alto
e in basso.

Fissare sempre il bambino con la cintura pelvica prima di usare o di regolare il giubbotto o le bretelle della pettorina.

Cinture e bretellaggio devono essere sempre usati. Per scopi terapeutici può essere necessario scostarsi da questa regola; qualsiasi deviazione dalla regola dovrà essere documentata come parte del programma di Valutazione dei rischi o del Programma di terapia e tutti gli operatori e gli assistenti coinvolti andranno addestrati in modo adeguato. Allacciare le cinghie al bambino prima di regolare il prodotto. Verificare di poter inserire un dito tra la cinghia di sicurezza e il bambino per evitare che le cinghie siano troppo strette o che il bambino si sposti in una posizione non corretta. Regolare le cinghie per ciascun bambino e dopo un cambio di indumenti. Sovrapposizione minima del velcro: 7,5 cm su tutte le cinghie. NON USARE IL PRODOTTO se le cinghie non sono sufficientemente lunghe.

Accessori opzionali

Fissaggio delle clip di ancoraggio

Le clip terminali vanno fissate alle estremità di ciascuna delle quattro cinghie del giubbotto.

Far passare la cinghia attraverso la clip come mostrato qui sopra.



Premere sulle due estremità della clip fino a unirle.

PER CONSIGLI SULL'UTILIZZO DI QUESTO PRODOTTO CONTATTARE SUNRISE MEDICAL.
TEL.: +39 0523 573111

V. 001

Accessori opzionali

Regolazione delle bretelle della pettorina



Infilare le cinghie superiori nelle clip a passante sul retro dello schienale e abbassare il cappuccio di chiusura delle clip.

Per bloccare le clip, abbassare i cappucci.

Fissare le fibbie toraciche alle fibbie del bretellaggio.

Fissare le fibbie toraciche alle fibbie del bretellaggio.

Fissare sempre il bambino con la cintura pelvica prima di usare o di regolare il giubbotto o le bretelle della pettorina.

Cinture e bretellaggio devono essere sempre usati. Per scopi terapeutici può essere necessario scostarsi da questa regola; qualsiasi deviazione dalla regola dovrà essere documentata come parte del programma di Valutazione dei rischi o del Programma di terapia e tutti gli operatori e gli assistenti coinvolti andranno addestrati in modo adeguato. Allacciare le cinghie al bambino prima di regolare il prodotto. Verificare di poter inserire un dito tra la cinghia di sicurezza e il bambino per evitare che le cinghie siano troppo strette o che il bambino si sposti in una posizione non corretta. Regolare le cinghie per ciascun bambino e dopo un cambio di indumenti. Sovrapposizione minima del velcro: 7,5 cm su tutte le cinghie. NON USARE IL PRODOTTO se le cinghie non sono sufficientemente lunghe.

Accessori opzionali

Regolazione delle bretelle della pettorina

Le fibbie delle bretelle della pettorina devono essere a livello del torace dell'utente.

Sulle cinghie superiori sono fissate con clip a sgancio rapido. Premere sul bottone per aprirle.

Fissare sempre il bambino con la cintura pelvica prima di usare o di regolare il giubbotto o le bretelle della pettorina.

Cinghie e bretellaggio devono essere sempre usati. Per scopi terapeutici può essere necessario scostarsi da questa regola; qualsiasi deviazione dalla regola dovrà essere documentata come parte del programma di Valutazione dei rischi o del Programma di terapia e tutti gli operatori e gli assistenti coinvolti andranno addestrati in modo adeguato. Allacciare le cinghie al bambino prima di regolare il prodotto. Verificare di poter inserire un dito tra la cinghia di sicurezza e il bambino per evitare che le cinghie siano troppo strette o che il bambino si sposti in una posizione non corretta. Regolare le cinghie per ciascun bambino e dopo un cambio di indumenti. Sovrapposizione minima del velcro: 7,5 cm su tutte le cinghie. NON USARE IL PRODOTTO se le cinghie non sono sufficientemente lunghe.

Accessori opzionali

Fissaggio delle clip di ancoraggio

Le clip di ancoraggio vanno fissate alle estremità delle cinghie delle bretelle della pettorina.

Far passare la cinghia attraverso la clip come mostrato qui sopra.



Premere sulle due estremità della clip fino a unirle.

ISPEZIONE E RIVENDITA

Generalmente i prodotti Jenx sono valutati per un singolo utente, quindi è necessario rispettare i seguenti punti prima di rivendere qualsiasi prodotto Jenx ad un altro utente.

1. Controllare insieme al terapista che il prodotto sia standard e non siano stati aggiunti accessori speciali, né siano state effettuate modifiche. Qualora siano state effettuate delle modifiche,
   contattare Sunrise Medical per assistenza.

2. Controllare che il prodotto sia stato pulito a fondo, controllando con attenzione il tessuto e la schiuma interna.

3. Controllare che tutte le manopole e le leve siano in buono stato e montate correttamente.

4. Controllare bene il prodotto e tutti gli accessori per individuare eventuali segni di usura, logoramento o deformazione.

5. Controllare che tutte le funzioni del prodotto operino correttamente, ad esempio l'inclinazione, la regolazione dell'altezza o la reclinazione dello schienale, ecc.

6. Assicurarsi che il manuale d'uso accompagni il prodotto e che sia consegnato al nuovo utente. Per ricevere nuove copie del manuale d'uso, contattare il servizio clienti al numero +39 0523 573111.

7. Se per la consegna il prodotto deve essere trasportato su un mezzo, assicurarsi che sia imballato correttamente.

Attenersi alle istruzioni per l'ispezione riportate alla pagina seguente.
Annotare tutte le operazioni di manutenzione e le riparazioni eseguite nel registro delle ispezioni/dei controlli.

Il sistema multifunzionale regolabile per la seduta Junior è un dispositivo medico. Prima dell'uso leggere attentamente le presenti istruzioni.

ISPEZIONE E RIVENDITA

1. **Struttura**
   Il prodotto è strutturalmente robusto, non presenta movimenti non allineati o parti allentate?

2. **Sicurezza**
   Il prodotto è sicuro e idoneo per l'uso?

3. **Cinghie**
   Le cinghie sono in buone condizioni e non presentano segni di usura?

4. **Stabilità**
   Il prodotto è stabile e senza oscillazioni su una superficie piana?

5. **Viti, dadi e bulloni**
   Vi sono dati e bulloni mancanti o danneggiati?

6. **Componenti girevoli, ruote piroettanti**
   Le ruote piroettanti sono in buono stato? I componenti girevoli e i freni funzionano?

7. **Molle**
   Le molle a gas sono tutte funzionanti e sopportano la pressione e il peso?
   Fare un test sottoponendo il prodotto alla portata massima dell'utente per un'ora.

8. **Sandali**
   I sandali sono in buono stato? Le cinghie e il velcro presentano segni di usura?

9. **Rivestimenti**
   Il rivestimento è pulito e in buono stato, senza strappi, segni di usura o di affossamento sui cuscini?

10. **Struttura in acciaio e in legno**
    La struttura in acciaio e in legno è in buono stato? Controllare che non vi siano deformazioni, schegge o rotture.

In caso di dubbio sulla sicurezza di un prodotto Jenx, contattare il servizio clienti per assistenza.

Il sistema multifunzionale regolabile per la seduta Junior è un dispositivo medico. Prima dell'uso leggere attentamente le presenti istruzioni.

JENX®
Positioning for life

www.sunrisemedical.com

Jenx Ltd
Wardsend Road
Sheffield
S6 1RQ
UK

REGISTERED FIRM BM TRADA CERTIFICATION ISO 9001:2008 UKAS QUALITY MANAGEMENT 012
INVESTOR IN PEOPLE
POSITIVE ABOUT DISABLED PEOPLE
MADE IN SHEFFIELD