Produkt
KB Sele skritt, non stretch # 7.70001

Bruk
Sele for bekkenposisjonering.
Les igjennom og følg disse instruksjonene nøye før bruk. Dette er ikke et sikkerhetsbelte!

Advarsel
Dette er ikke et sikkerhetsbelte! Dette produktet skal ikke brukes som et sikkerhetsbeltet under transport.

Montering
Montering og justering skal kun utføres av autoriserte personer.
Dette produktet skal kun brukes av autoriserte personer, etter deres anbefaling.

Monteringsinstruksjoner
1. Pass på at du bruker riktig produkt i riktig størrelse.
2. Les nøye igjennom instruksjonene i pakken.
3. Kontroller at produktet er komplett.
4. For enklere montering, fjern seteputen hvis det lar seg gjøre. Fastsett plasseringen av klemspennene på hver side for bånd 1 og 2. Fest båndet 3 midt bak på stolen.
Obs: ikke alle stoler er utstyrt med festepunkter. Bruk rørklemmene, om nødvendig. Dette produktet skal monteres av en autorisert person. Fest klemspennene ved bruk av riktig verktøy og materialer.
4a. Rørklemmen er egnet for runde rør med en diameter fra 19 til 15 mm. Bruk innleggsgummien for å oppnå riktig diameter. Fest klemmen til røret samtidig som du fester klemspennen.
5. La brukeren sette seg i ønsket stilling i stolen.
6. Plasser bekkenbåndet, skyv båndene 1 og 2 gjennom klemspennene, og fest disse i riktig trekkretning.
7. Juster båndene 1, 2 og 3. Unngå ubehagelig trykk, og avlast trykket med jevne mellomrom. Hvis brukeren lider av hjerte/karsykdom eller redusert følsomhet, skal beltet ikke brukes, eller rådføre deg med en lege. Unngå at katetre eller brukerens mage presses inn.
8. Bruk båndholderne til å holde bånd-endene på plass. Pass på at båndene ikke er i veien for bevegelige deler på setet eller rullestolen.
9. Kontroller produktet regelmessig for slitasje på bånd, belter og polstrede deler. Kontroller at båndene er riktig festet og strammet daglig.
10. Under bruk kan bekkenbåndet åpnes og festes ved bruk av spennene med sideutløsning på bånd 1 og 2.

Vedlikehold
Skal vaskes for hånd i maks. 30°C. Må ikke tørkes i tørketrommel.
Kontroller produktet for slitasje på bånd, belter og polstrede deler ukentlig. Kontroller at båndene er riktig festet og strammet daglig.

Innhold
2 rørklemmer
3 båndholdere
3 klemspenner
3 beltespenner
1 skrittsele
1 bruksanvisning

Produkt
KB Sele skritt, stretch # 7.70002

Bruk
Sele for bekkenposisjonering.
Les igjennom og følg disse instruksjonene nøye før bruk. Dette er ikke et sikkerhetsbelte!

Advarsel
Dette er ikke et sikkerhetsbelte! Dette produktet skal ikke brukes som et sikkerhetsbeltet under transport.

Montering
Montering og justering skal kun utføres av autoriserte personer.
Dette produktet skal kun brukes av autoriserte personer, etter deres anbefaling.

Monteringsinstruksjoner
1. Pass på at du bruker riktig produkt i riktig størrelse.
2. Les nøye igjennom instruksjonene i pakken.
3. Kontroller at produktet er komplett.
4. For enklere montering, fjern seteputen hvis det lar seg gjøre. Fastsett plasseringen av klemspennene på hver side for bånd 1 og 2. Fest båndet 3 midt bak på stolen.
Obs: ikke alle stoler er utstyrt med festepunkter. Bruk rørklemmene, om nødvendig. Dette produktet skal monteres av en autorisert person. Fest klemspennene ved bruk av riktig verktøy og materialer.
4a. Rørklemmen er egnet for runde rør med en diameter fra 19 til 15 mm. Bruk innleggsgummien for å oppnå riktig diameter. Fest klemmen til røret samtidig som du fester klemspennen.
5. La brukeren sette seg i ønsket stilling i stolen.
6. Plasser bekkenbåndet, skyv båndene 1 og 2 gjennom klemspennene, og fest disse i riktig trekkretning.
7. Juster båndene 1, 2 og 3. Unngå ubehagelig trykk, og avlast trykket med jevne mellomrom. Hvis brukeren lider av hjerte/karsykdom eller redusert følsomhet, skal beltet ikke brukes, eller rådføre deg med en lege. Unngå at katetre eller brukerens mage presses inn.
8. Bruk båndholderne til å holde bånd-endene på plass. Pass på at båndene ikke er i veien for bevegelige deler på setet eller rullestolen.
9. Kontroller produktet regelmessig for slitasje på bånd, belter og polstrede deler. Kontroller at båndene er riktig festet og strammet daglig.
10. Under bruk kan bekkenbåndet åpnes og festes ved bruk av spennene med sideutløsning på bånd 1 og 2.

Vedlikehold
Skal vaskes for hånd i maks. 30°C. Må ikke tørkes i tørketrommel.
Kontroller produktet for slitasje på bånd, belter og polstrede deler ukentlig. Kontroller at båndene er riktig festet og strammet daglig.

Innhold
2 rørklemmer
3 båndholdere
3 klemspenner
3 beltespenner
1 skrittsele
1 bruksanvisning

Produkt
KB Sele abduksjon # 9.70001

Bruk
Sele for bekkenposisjonering.
Les igjennom og følg disse instruksjonene nøye før bruk. Dette er ikke et sikkerhetsbelte!

Advarsel
Dette er ikke et sikkerhetsbelte! Dette produktet skal ikke brukes som et sikkerhetsbeltet under transport.

Montering
Montering og justering skal kun utføres av autoriserte personer.
Dette produktet skal kun brukes av autoriserte personer, etter deres anbefaling.

Monteringsinstruksjoner
1. Pass på at du bruker riktig produkt i riktig størrelse.
2. Les nøye igjennom instruksjonene i pakken.
3. Kontroller at produktet er komplett.
4. Fastsett plasseringen av klemspennene på hver side for bånd 1 og 2. Fest båndene 3 og 4 bak på stolen ved å strekke dem gjennom klemspennene.
Obs: ikke alle stoler er utstyrt med festepunkter. Bruk rørklemmene, om nødvendig. Dette produktet skal monteres av en autorisert person.
Fest klemspennene ved bruk av riktig verktøy og materialer.
4a. Rørklemmen er egnet for runde rør med en diameter fra 19 til 15 mm. Bruk innleggsgummien for å oppnå riktig diameter.
Fest klemmen til røret samtidig som du fester klemspennen.
4b. Plasser setet i ønsket stilling i stolen, slik at sittebeinsknutene hviler midt på setet. Vær oppmerksom på retningen som er indikert på setet. Indikasjonen må være synlig og peke forover.
5. La brukeren sette seg i setedelen i stolen.
6. Trekk båndene 1 og 2 gjennom klemspennene, og fest disse i riktig retning.
7. Juster båndene 1 og 2. Unngå ubehagelig trykk, og avlast trykket med jevne mellomrom. Hvis brukeren lider av hjerte/karsykdom eller redusert følsomhet, skal beltet ikke brukes, eller rådføre deg med en lege. Unngå at katetre eller brukerens mage presses inn.
8. Bruk båndholderne til å holde bånd-endene på plass. Pass på at båndene ikke er i veien for bevegelige deler på setet eller (rulle)stolen.
9. Kontroller produktet regelmessig for slitasje på bånd, belter og polstrede deler. Kontroller at båndene er riktig festet og strammet daglig.
10. Under bruk kan abduksjonsåpningen åpnes og festes ved bruk av spennene med sideutløsning på bånd 1 og 2.

Vedlikehold
Skal vaskes for hånd i maks. 30°C. Må ikke tørkes i tørketrommel.
Kontroller produktet for slitasje på bånd, belter og polstrede deler ukentlig. Kontroller at båndene er riktig festet og strammet daglig.

Innhold
4 rørklemmer
4 båndholdere
4 klemspenner
4 beltespenner
1 abduksjonssele
1 bruksanvisning

Produkt
KB Ankelstøtte velcro # 8.70001

Bruk
Posisjonereringsutstyr for anklene. Les igjennom og følg disse instruksjonene nøye før bruk.

Advarsel
Bruk alltid ankelbåndene sammen med et hoftebelte! Åpne alltid ankelbåndene før du åpner hoftebeltet.

Montering
Montering og justering skal kun utføres av autoriserte personer.
Dette produktet skal kun brukes av autoriserte personer, etter deres anbefaling.

Monteringsinstruksjoner
1. Pass på at du bruker riktig produkt i riktig størrelse.
2. Les nøye igjennom instruksjonene i pakken.
3. Kontroller at produktet er komplett.
4. Fasett og marker deretter den beste plasseringen for føttene.
5. Fasett den beste plasseringen for metallbrakettene, og fest disse til fotplaten.
6. Fest ankelbåndene.
7. Fest ankelbåndene ved bruk av borrelåsremsene.
8. Unngå ubehagelig trykk, og avlast trykket med jevne mellomrom. Hvis brukeren lider av hjerte/karsykdom eller redusert følsomhet, skal beltet ikke brukes, eller rådføre deg med en lege.
9. Kontroller produktet regelmessig for slitasje på bånd, belter og polstrede deler. Kontroller at båndene er riktig festet og strammet daglig.
10. Bruk alltid ankelbåndene sammen med et hoftebelte! Åpne alltid ankelbåndene før du åpner hoftebeltet.

Vedlikehold
Skal vaskes for hånd i maks. 30°C. Må ikke tørkes i tørketrommel.
Kontroller produktet for slitasje på bånd, belter og polstrede deler ukentlig. Kontroller at båndene er riktig festet og strammet daglig.

Innhold
4 festebraketter
4 beltespenner
2 ankelstøtter
1 bruksanvisning

Kontakt
Sunrise medical AS
Dynamitveien 14b
1400 Ski
Norge
www.sunrisemedical.no
post@sunrisemedical.no

Produkt
KB Ankelstøtte velcro # 8.70001

Bruk
Posisjonereringsutstyr for anklene. Les igjennom og følg disse instruksjonene nøye før bruk.

Advarsel
Bruk alltid ankelbåndene sammen med et hoftebelte! Åpne alltid ankelbåndene før du åpner hoftebeltet.

Montering
Montering og justering skal kun utføres av autoriserte personer.
Dette produktet skal kun brukes av autoriserte personer, etter deres anbefaling.

Monteringsinstruksjoner
1. Pass på at du bruker riktig produkt i riktig størrelse.
2. Les nøye igjennom instruksjonene i pakken.
3. Kontroller at produktet er komplett.
4. Fasett og marker deretter den beste plasseringen for føttene.
5. Fasett den beste plasseringen for metallbrakettene, og fest disse til fotplaten.
6. Fest ankelbåndene.
7. Fest ankelbåndene ved bruk av borrelåsremsene.
8. Unngå ubehagelig trykk, og avlast trykket med jevne mellomrom. Hvis brukeren lider av hjerte/karsykdom eller redusert følsomhet, skal beltet ikke brukes, eller rådføre deg med en lege.
9. Kontroller produktet regelmessig for slitasje på bånd, belter og polstrede deler. Kontroller at båndene er riktig festet og strammet daglig.
10. Bruk alltid ankelbåndene sammen med et hoftebelte! Åpne alltid ankelbåndene før du åpner hoftebeltet.

Vedlikehold
Skal vaskes for hånd i maks. 30°C. Må ikke tørkes i tørketrommel.
Kontroller produktet for slitasje på bånd, belter og polstrede deler ukentlig. Kontroller at båndene er riktig festet og strammet daglig.

Innhold
4 festebraketter
4 beltespenner
2 ankelstøtter
1 bruksanvisning

Kontakt
Sunrise medical AS
Dynamitveien 14b
1400 Ski
Norge
www.sunrisemedical.no
post@sunrisemedical.no

Produkt
KB vest dame # 5.71014

Bruk
Sele for bekkenposisjonering.
Les igjennom og følg disse instruksjonene nøye før bruk.

Advarsel
Dette er ikke et sikkerhetsbelte! Dette produktet skal ikke brukes som et sikkerhetsbeltet under transport. Bruk alltid vesten sammen med et hoftebelte! Åpne alltid vesten før du åpner hoftebeltet.

Montering
Montering og justering skal kun utføres av autoriserte personer.
Dette produktet skal kun brukes av autoriserte personer, etter deres anbefaling.

Monteringsinstruksjoner
1. Pass på at du bruker riktig produkt i riktig størrelse.
2. Les nøye igjennom instruksjonene i pakken.
3. Kontroller at produktet er komplett.
4. Juster plasseringen av klemspennene. Juster avstanden mellom de øvre beltene, slik at de krysses midt på skuldrene uten å berøre nakken.
Obs: ikke alle stoler er utstyrt med festepunkter. Bruk rørklemmene, om nødvendig. Dette produktet skal monteres av en autorisert person.
4a. Rørklemmen er egnet for runde rør med en diameter fra 19 til 15 mm. Bruk innleggsgummien for å oppnå riktig diameter. Fest klemmen til røret samtidig som du fester klemspennen.
5-5a. Juster posisjonen på de øvre båndene, slik at polstringen hviler mot skuldrene.
6. Juster de nedre båndene.
7-7a. Unngå ubehagelig trykk, og avlast trykket med jevne mellomrom. Hvis brukeren lider av hjerte/karsykdom eller redusert følsomhet, skal beltet ikke brukes, eller rådføre deg med en lege.
8. Bruk båndholderne til å holde bånd-endene på plass. Pass på at båndene ikke er i veien for bevegelige deler på setet eller rullestolen.
9. Kontroller produktet regelmessig for slitasje på bånd, belter og polstrede deler. Kontroller at båndene er riktig festet og strammet regelmessig.
10. Under bruk kan vesten åpnes og festes ved bruk av spennene med sideutløsning på produktet.

Vedlikehold
Skal vaskes for hånd i maks. 30°C. Må ikke tørkes i tørketrommel.
Kontroller produktet for slitasje på bånd, belter og polstrede deler ukentlig. Kontroller at båndene er riktig festet og strammet daglig.

Innhold
4 rørklemmer
4 båndholdere
4 klemspenner
4 beltespenner
1 brystvest
1 bruksanvisning

Produkt
KB vest barn # 5.71001

Bruk
Sele for bekkenposisjonering.
Les igjennom og følg disse instruksjonene nøye før bruk.

Advarsel
Dette er ikke et sikkerhetsbelte! Dette produktet skal ikke brukes som et sikkerhetsbeltet under transport. Bruk alltid vesten sammen med et hoftebelte! Åpne alltid vesten før du åpner hoftebeltet.

Montering
Montering og justering skal kun utføres av autoriserte personer.
Dette produktet skal kun brukes av autoriserte personer, etter deres anbefaling.

Monteringsinstruksjoner
1. Pass på at du bruker riktig produkt i riktig størrelse.
2. Les nøye igjennom instruksjonene i pakken.
3. Kontroller at produktet er komplett.
4. Juster plasseringen av klemspennene. Juster avstanden mellom de øvre beltene, slik at de krysses midt på skuldrene uten å berøre nakken.
Obs: ikke alle stoler er utstyrt med festepunkter. Bruk rørklemmene, om nødvendig. Dette produktet skal monteres av en autorisert person.
4a. Rørklemmen er egnet for runde rør med en diameter fra 19 til 15 mm. Bruk innleggsgummien for å oppnå riktig diameter. Fest klemmen til røret samtidig som du fester klemspennen.
5-5a. Juster posisjonen på de øvre båndene, slik at polstringen hviler mot skuldrene.
6. Juster de nedre båndene.
7-7a. Unngå ubehagelig trykk, og avlast trykket med jevne mellomrom. Hvis brukeren lider av hjerte/karsykdom eller redusert følsomhet, skal beltet ikke brukes, eller rådføre deg med en lege.
8. Bruk båndholderne til å holde bånd-endene på plass. Pass på at båndene ikke er i veien for bevegelige deler på setet eller rullestolen.
9. Kontroller produktet regelmessig for slitasje på bånd, belter og polstrede deler. Kontroller at båndene er riktig festet og strammet regelmessig.
10. Under bruk kan vesten åpnes og festes ved bruk av spennene med sideutløsning på produktet.

Vedlikehold
Skal vaskes for hånd i maks. 30°C. Må ikke tørkes i tørketrommel.
Kontroller produktet for slitasje på bånd, belter og polstrede deler ukentlig. Kontroller at båndene er riktig festet og strammet daglig.

Innhold
4 rørklemmer
4 båndholdere
4 klemspenner
4 beltespenner
1 brystvest
1 bruksanvisning

Produkt
KB vest herre # 5.71012

Bruk
Sele for bekkenposisjonering.
Les igjennom og følg disse instruksjonene nøye før bruk.

Advarsel
Dette er ikke et sikkerhetsbelte! Dette produktet skal ikke brukes som et sikkerhetsbeltet under transport. Bruk alltid vesten sammen med et hoftebelte! Åpne alltid vesten før du åpner hoftebeltet.

Montering
Montering og justering skal kun utføres av autoriserte personer.
Dette produktet skal kun brukes av autoriserte personer, etter deres anbefaling.

Monteringsinstruksjoner
1. Pass på at du bruker riktig produkt i riktig størrelse.
2. Les nøye igjennom instruksjonene i pakken.
3. Kontroller at produktet er komplett.
4. Juster plasseringen av klemspennene. Juster avstanden mellom de øvre beltene, slik at de krysses midt på skuldrene uten å berøre nakken.
Obs: ikke alle stoler er utstyrt med festepunkter. Bruk rørklemmene, om nødvendig. Dette produktet skal monteres av en autorisert person.
4a. Rørklemmen er egnet for runde rør med en diameter fra 19 til 15 mm. Bruk innleggsgummien for å oppnå riktig diameter. Fest klemmen til røret samtidig som du fester klemspennen.
5-5a. Juster posisjonen på de øvre båndene, slik at polstringen hviler mot skuldrene.
6. Juster de nedre båndene.
7-7a. Unngå ubehagelig trykk, og avlast trykket med jevne mellomrom. Hvis brukeren lider av hjerte/karsykdom eller redusert følsomhet, skal beltet ikke brukes, eller rådføre deg med en lege.
8. Bruk båndholderne til å holde bånd-endene på plass. Pass på at båndene ikke er i veien for bevegelige deler på setet eller rullestolen.
9. Kontroller produktet regelmessig for slitasje på bånd, belter og polstrede deler. Kontroller at båndene er riktig festet og strammet regelmessig.
10. Under bruk kan vesten åpnes og festes ved bruk av spennene med sideutløsning på produktet.

Vedlikehold
Skal vaskes for hånd i maks. 30°C. Må ikke tørkes i tørketrommel.
Kontroller produktet for slitasje på bånd, belter og polstrede deler ukentlig. Kontroller at båndene er riktig festet og strammet daglig.

Innhold
4 rørklemmer
4 båndholdere
4 klemspenner
4 beltespenner
1 brystvest
1 bruksanvisning

Produkt
KB belte hofte 4 innfestinger, 2 justeringer # 6.70044

Bruk
Sele for bekkenposisjonering.
Les igjennom og følg disse instruksjonene nøye før bruk. Dette er ikke et sikkerhetsbelte!

Advarsel
Dette er ikke et sikkerhetsbelte! Dette produktet skal ikke brukes som et sikkerhetsbeltet under transport.

Montering
Montering og justering skal kun utføres av autoriserte personer.
Dette produktet skal kun brukes av autoriserte personer, etter deres anbefaling.

Monteringsinstruksjoner
1. Pass på at du bruker riktig produkt i riktig størrelse.
2. Les nøye igjennom instruksjonene i pakken.
3. Kontroller at produktet er komplett.
4. Juster plasseringen av klemspennene.
Obs: ikke alle stoler er utstyrt med festepunkter. Bruk rørklemmene, om nødvendig. Dette produktet skal monteres av en autorisert person.
4a. Rørklemmen er egnet for runde rør med en diameter fra 19 til 15 mm. Bruk innleggsgummien for å oppnå riktig diameter. Fest klemmen til røret samtidig som du fester klemspennen.
5. Fest klemspennene ved bruk av riktig verktøy og materialer.
6. Pass på at du fester klemspennene i den retningen som beltet dras.
7. La brukeren sette seg i ønsket stilling i stolen. Pass på at begge delene på beltet er åpne og ligger løst med hensyn til brukeren.
8. Lukk beltet.
9. Juster klemspennene.
10. Bruk finjustering for å oppnå riktig trykkfordeling mellom brukeren og beltet.
11. Unngå ubehagelig trykk, og avlast trykket med jevne mellomrom. Hvis brukeren lider av hjerte/karsykdom eller redusert følsomhet, skal beltet ikke brukes, eller rådføre deg med en lege. Unngå at katetre eller brukerens mage presses inn.
12. Bruk båndholderne til å holde bånd-endene på plass. Pass på at båndene ikke er i veien for bevegelige deler på setet eller rullestolen.
Kontroller produktet regelmessig for slitasje på bånd, belter og polstrede deler. Kontroller at båndene er riktig festet og strammet daglig.
13. Åpne beltet samtidig som du trykker på det elastiske materialet på spennene med tommelen og pekefingeren.

Vedlikehold
Skal vaskes for hånd i maks. 30°C. Må ikke tørkes i tørketrommel.
Kontroller produktet for slitasje på bånd, belter og polstrede deler ukentlig. Kontroller at båndene er riktig festet og strammet daglig.

Innhold
4 rørklemmer
4 båndholdere
4 klemspenner
4 beltespenner
1 skrittsele
1 bruksanvisning

Produkt
KB belte hofte 4 innfestinger, kulepennlås, 2 justeringer # 6.70045

Bruk
Sele for bekkenposisjonering.
Les igjennom og følg disse instruksjonene nøye før bruk. Dette er ikke et sikkerhetsbelte!

Advarsel
Dette er ikke et sikkerhetsbelte! Dette produktet skal ikke brukes som et sikkerhetsbeltet under transport.

Montering
Montering og justering skal kun utføres av autoriserte personer.
Dette produktet skal kun brukes av autoriserte personer, etter deres anbefaling.

Monteringsinstruksjoner
1. Pass på at du bruker riktig produkt i riktig størrelse.
2. Les nøye igjennom instruksjonene i pakken.
3. Kontroller at produktet er komplett.
4. Juster plasseringen av klemspennene.
Obs: ikke alle stoler er utstyrt med festepunkter. Bruk rørklemmene, om nødvendig. Dette produktet skal monteres av en autorisert person.
4a. Rørklemmen er egnet for runde rør med en diameter fra 19 til 15 mm. Bruk innleggsgummien for å oppnå riktig diameter. Fest klemmen til røret samtidig som du fester klemspennen.
5. Fest klemspennene ved bruk av riktig verktøy og materialer.
6. Pass på at du fester klemspennene i den retningen som beltet dras.
7. La brukeren sette seg i ønsket stilling i stolen. Pass på at begge delene på beltet er åpne og ligger løst med hensyn til brukeren.
8. Lukk beltet.
9. Juster klemspennene.
10. Bruk finjustering for å oppnå riktig trykkfordeling mellom brukeren og beltet.
11. Unngå ubehagelig trykk, og avlast trykket med jevne mellomrom. Hvis brukeren lider av hjerte/karsykdom eller redusert følsomhet, skal beltet ikke brukes, eller rådføre deg med en lege. Unngå at katetre eller brukerens mage presses inn.
12. Bruk båndholderne til å holde bånd-endene på plass. Pass på at båndene ikke er i veien for bevegelige deler på setet eller rullestolen. Kontroller produktet regelmessig for slitasje på bånd, belter og polstrede deler. Kontroller at båndene er riktig festet og strammet daglig.
13. Åpne spennen ved å trykke på den med en kulepenn eller en annet butt gjenstand som har en diameter på under 7 mm.
Advarsel
I nødstilfeller kan beltet fjernes raskt til enhver tid ved å åpne klemspennene på en eller to sider.
Vedlikehold
Skal vaskes for hånd i maks. 30°C. Må ikke tørkes i tørketrommel.
Kontroller produktet for slitasje på bånd, belter og polstrede deler ukentlig. Kontroller at båndene er riktig festet og strammet daglig.

Innhold
4 rørklemmer
4 båndholdere
4 klemspenner
4 beltespenner
1 skrittsele
1 bruksanvisning

Produkt
KB belte hofte 4 innfestinger, 1 justering # 6.70042

Bruk
Sele for bekkenposisjonering.
Les igjennom og følg disse instruksjonene nøye før bruk. Dette er ikke et sikkerhetsbelte!

Advarsel
Dette er ikke et sikkerhetsbelte! Dette produktet skal ikke brukes som et sikkerhetsbeltet under transport.

Montering
Montering og justering skal kun utføres av autoriserte personer.
Dette produktet skal kun brukes av autoriserte personer, etter deres anbefaling.

Monteringsinstruksjoner
1. Pass på at du bruker riktig produkt i riktig størrelse.
2. Les nøye igjennom instruksjonene i pakken.
3. Kontroller at produktet er komplett.
4. Juster plasseringen av klemspennene.
Obs: ikke alle stoler er utstyrt med festepunkter. Bruk rørklemmene, om nødvendig. Dette produktet skal monteres av en autorisert person.
4a. Rørklemmen er egnet for runde rør med en diameter fra 19 til 15 mm. Bruk innleggsgummien for å oppnå riktig diameter. Fest klemmen til røret samtidig som du fester klemspennen.
5. Fest klemspennene ved bruk av riktig verktøy og materialer.
6. Pass på at du fester klemspennene i den retningen som beltet dras.
7. La brukeren sette seg i ønsket stilling i stolen. Pass på at begge delene på beltet er åpne og ligger løst med hensyn til brukeren.
8. Lukk beltet.
9. Juster klemspennene.
10. Bruk finjustering for å oppnå riktig trykkfordeling mellom brukeren og beltet.
11. Unngå ubehagelig trykk, og avlast trykket med jevne mellomrom. Hvis brukeren lider av hjerte/karsykdom eller redusert følsomhet, skal beltet ikke brukes, eller rådføre deg med en lege. Unngå at katetre eller brukerens mage presses inn.
12. Bruk båndholderne til å holde bånd-endene på plass. Pass på at båndene ikke er i veien for bevegelige deler på setet eller rullestolen.
Kontroller produktet regelmessig for slitasje på bånd, belter og polstrede deler. Kontroller at båndene er riktig festet og strammet daglig.
13. Åpne beltet samtidig som du trykker på det elastiske materialet på spennene med tommelen og pekefingeren.

Vedlikehold
Skal vaskes for hånd i maks. 30°C. Må ikke tørkes i tørketrommel.
Kontroller produktet for slitasje på bånd, belter og polstrede deler ukentlig. Kontroller at båndene er riktig festet og strammet daglig.

Innhold
4 rørklemmer
4 båndholdere
4 klemspenner
4 beltespenner
1 skrittsele
1 bruksanvisning

Produkt
KB belte hofte, 4 innfestinger,billås, 2 justeringer # 6.70043

Bruk
Sele for bekkenposisjonering.
Les igjennom og følg disse instruksjonene nøye før bruk. Dette er ikke et sikkerhetsbelte!

Advarsel
Dette er ikke et sikkerhetsbelte! Dette produktet skal ikke brukes som et sikkerhetsbeltet under transport.

Montering
Montering og justering skal kun utføres av autoriserte personer.
Dette produktet skal kun brukes av autoriserte personer, etter deres anbefaling.

Monteringsinstruksjoner
1. Pass på at du bruker riktig produkt i riktig størrelse.
2. Les nøye igjennom instruksjonene i pakken.
3. Kontroller at produktet er komplett.
4. Juster plasseringen av klemspennene.
Obs: ikke alle stoler er utstyrt med festepunkter. Bruk rørklemmene, om nødvendig. Dette produktet skal monteres av en autorisert person.
4a. Rørklemmen er egnet for runde rør med en diameter fra 19 til 15 mm. Bruk innleggsgummien for å oppnå riktig diameter. Fest klemmen til røret samtidig som du fester klemspennen.
5. Fest klemspennene ved bruk av riktig verktøy og materialer.
6. Pass på at du fester klemspennene i den retningen som beltet dras.
7. La brukeren sette seg i ønsket stilling i stolen. Pass på at begge delene på beltet er åpne og ligger løst med hensyn til brukeren.
8. Lukk beltet.
9. Juster klemspennene.
10. Bruk finjustering for å oppnå riktig trykkfordeling mellom brukeren og beltet.
11. Unngå ubehagelig trykk, og avlast trykket med jevne mellomrom. Hvis brukeren lider av hjerte/karsykdom eller redusert følsomhet, skal beltet ikke brukes, eller rådføre deg med en lege. Unngå at katetre eller brukerens mage presses inn.
12. Bruk båndholderne til å holde bånd-endene på plass. Pass på at båndene ikke er i veien for bevegelige deler på setet eller rullestolen.
Kontroller produktet regelmessig for slitasje på bånd, belter og polstrede deler. Kontroller at båndene er riktig festet og strammet daglig.
13. Åpne beltet ved å trykke trykkknappen gjennom det elastiske materialet med pekefingeren.

Vedlikehold
Skal vaskes for hånd i maks. 30°C. Må ikke tørkes i tørketrommel.
Kontroller produktet for slitasje på bånd, belter og polstrede deler ukentlig. Kontroller at båndene er riktig festet og strammet daglig.

Innhold
4 rørklemmer
4 båndholdere
4 klemspenner
4 beltespenner
1 skrittsele
1 bruksanvisning

Produkt
KB belte hofte, kulepennlås, 2 justeringer # 6.70005

Bruk
Sele for bekkenposisjonering.
Les igjennom og følg disse instruksjonene nøye før bruk. Dette er ikke et sikkerhetsbelte!

Advarsel
Dette er ikke et sikkerhetsbelte! Dette produktet skal ikke brukes som et sikkerhetsbeltet under transport.

Montering
Montering og justering skal kun utføres av autoriserte personer.
Dette produktet skal kun brukes av autoriserte personer, etter deres anbefaling.

Monteringsinstruksjoner
1. Pass på at du bruker riktig produkt i riktig størrelse.
2. Les nøye igjennom instruksjonene i pakken.
3. Kontroller at produktet er komplett.
4. Fastsett plasseringen av de 40 mm klemspennene.
Obs: ikke alle stoler er utstyrt med festepunkter. Bruk rørklemmene, om nødvendig. Dette produktet skal monteres av en autorisert person.
4a. Rørklemmen er egnet for runde rør med en diameter fra 19 til 15 mm. Bruk innleggsgummien for å oppnå riktig diameter. Fest klemmen til røret samtidig som du fester klemspennen.
5. Fest klemspennen ved bruk av riktig verktøy og materialer.
6. Pass på at du fester klemspennen i den retningen som beltet dras.
7. La brukeren sette seg i ønsket stilling i stolen. Pass på at begge delene på beltet er åpne og ligger løst med hensyn til brukeren.
8. Lukk beltet.
9. Juster klemspennene.
10. Bruk finjustering for å oppnå riktig trykkfordeling mellom brukeren og beltet.
11. Unngå ubehagelig trykk, og avlast trykket med jevne mellomrom. Hvis brukeren lider av hjerte/karsykdom eller redusert følsomhet, skal beltet ikke brukes, eller rådføre deg med en lege. Unngå at katetre eller brukerens mage presses inn.
12. Bruk båndholderne til å holde bånd-endene på plass. Pass på at båndene ikke er i veien for bevegelige deler på setet eller rullestolen.
Kontroller produktet regelmessig for slitasje på bånd, belter og polstrede deler. Kontroller at båndene er riktig festet og strammet daglig.
13. Åpne spennen ved å trykke på den med en kulepenn eller en annet butt gjenstand som har en diameter på under 7 mm.
Advarsel
I nødstilfeller kan beltet fjernes raskt til enhver tid ved å åpne klemspennene på en eller to sider.
Vedlikehold
Skal vaskes for hånd i maks. 30°C. Må ikke tørkes i tørketrommel.
Kontroller produktet for slitasje på bånd, belter og polstrede deler ukentlig. Kontroller at båndene er riktig festet og strammet daglig.

Innhold
2 rørklemmer
2 båndholdere
2 klemspenner
2 beltespenner
1 skrittsele
1 bruksanvisning

Produkt
KB Belte hofte, 1 justering # 6.70002

Bruk
Sele for bekkenposisjonering.
Les igjennom og følg disse instruksjonene nøye før bruk. Dette er ikke et sikkerhetsbelte!

Advarsel
Dette er ikke et sikkerhetsbelte! Dette produktet skal ikke brukes som et sikkerhetsbeltet under transport.

Montering
Montering og justering skal kun utføres av autoriserte personer.
Dette produktet skal kun brukes av autoriserte personer, etter deres anbefaling.

Monteringsinstruksjoner
1. Pass på at du bruker riktig produkt i riktig størrelse.
2. Les nøye igjennom instruksjonene i pakken.
3. Kontroller at produktet er komplett.
4. Fastsett plasseringen av de 40 mm klemspennene.
Obs: ikke alle stoler er utstyrt med festepunkter. Bruk rørklemmene, om nødvendig. Dette produktet skal monteres av en autorisert person.
4a. Rørklemmen er egnet for runde rør med en diameter fra 19 til 15 mm. Bruk innleggsgummien for å oppnå riktig diameter. Fest klemmen til røret samtidig som du fester klemspennen.
5. Fest klemspennen ved bruk av riktig verktøy og materialer.
6. Pass på at du fester klemspennen i den retningen som beltet dras.
7. La brukeren sette seg i ønsket stilling i stolen. Pass på at begge delene på beltet er åpne og ligger løst med hensyn til brukeren.
8. Lukk beltet.
9. Juster klemspennene.
10. Bruk finjustering for å oppnå riktig trykkfordeling mellom brukeren og beltet.
11. Unngå ubehagelig trykk, og avlast trykket med jevne mellomrom. Hvis brukeren lider av hjerte/karsykdom eller redusert følsomhet, skal beltet ikke brukes, eller rådføre deg med en lege. Unngå at katetre eller brukerens mage presses inn.
12. Bruk båndholderne til å holde bånd-endene på plass. Pass på at båndene ikke er i veien for bevegelige deler på setet eller rullestolen. Kontroller produktet regelmessig for slitasje på bånd, belter og polstrede deler. Kontroller at båndene er riktig festet og strammet daglig.
13. Åpne beltet samtidig som du trykker på det elastiske materialet på spennene med tommelen og pekefingeren.

Vedlikehold
Skal vaskes for hånd i maks. 30°C. Må ikke tørkes i tørketrommel.
Kontroller produktet for slitasje på bånd, belter og polstrede deler ukentlig. Kontroller at båndene er riktig festet og strammet daglig.

Innhold
2 rørklemmer
2 båndholdere
2 klemspenner
2 beltespenner
1 skrittsele
1 bruksanvisning

Produkt
KB Belte hofte, billås, 2 justeringer # 6.70004

Bruk
Sele for bekkenposisjonering.
Les igjennom og følg disse instruksjonene nøye før bruk. Dette er ikke et sikkerhetsbelte!

Advarsel
Dette er ikke et sikkerhetsbelte! Dette produktet skal ikke brukes som et sikkerhetsbeltet under transport.

Montering
Montering og justering skal kun utføres av autoriserte personer.
Dette produktet skal kun brukes av autoriserte personer, etter deres anbefaling.

Monteringsinstruksjoner
1. Pass på at du bruker riktig produkt i riktig størrelse.
2. Les nøye igjennom instruksjonene i pakken.
3. Kontroller at produktet er komplett.
4. Fastsett plasseringen av de 40 mm klemspennene.
Obs: ikke alle stoler er utstyrt med festepunkter. Bruk rørklemmene, om nødvendig. Dette produktet skal monteres av en autorisert person.
4a. Rørklemmen er egnet for runde rør med en diameter fra 19 til 15 mm. Bruk innleggsgummien for å oppnå riktig diameter. Fest klemmen til røret samtidig som du fester klemspennen.
5. Fest klemspennen ved bruk av riktig verktøy og materialer.
6. Pass på at du fester klemspennen i den retningen som beltet dras.
7. La brukeren sette seg i ønsket stilling i stolen. Pass på at begge delene på beltet er åpne og ligger løst med hensyn til brukeren.
8. Lukk beltet.
9. Juster klemspennene.
10. Bruk finjustering for å oppnå riktig trykkfordeling mellom brukeren og beltet.
11. Unngå ubehagelig trykk, og avlast trykket med jevne mellomrom. Hvis brukeren lider av hjerte/karsykdom eller redusert følsomhet, skal beltet ikke brukes, eller rådføre deg med en lege. Unngå at katetre eller brukerens mage presses inn.
12. Bruk båndholderne til å holde bånd-endene på plass. Pass på at båndene ikke er i veien for bevegelige deler på setet eller rullestolen. Kontroller produktet regelmessig for slitasje på bånd, belter og polstrede deler. Kontroller at båndene er riktig festet og strammet daglig.
13. Åpne beltet ved å trykke trykkknappen gjennom det elastiske materialet med pekefingeren.

Vedlikehold
Skal vaskes for hånd i maks. 30°C. Må ikke tørkes i tørketrommel.
Kontroller produktet for slitasje på bånd, belter og polstrede deler ukentlig. Kontroller at båndene er riktig festet og strammet daglig.

Innhold
2 rørklemmer
2 båndholdere
2 klemspenner
2 beltespenner
1 skrittsele
1 bruksanvisning

Produkt
KB Belte hofte, billås, 1 justering # 6.70003

Bruk
Sele for bekkenposisjonering.
Les igjennom og følg disse instruksjonene nøye før bruk. Dette er ikke et sikkerhetsbelte!

Advarsel
Dette er ikke et sikkerhetsbelte! Dette produktet skal ikke brukes som et sikkerhetsbeltet under transport.

Montering
Montering og justering skal kun utføres av autoriserte personer.
Dette produktet skal kun brukes av autoriserte personer, etter deres anbefaling.

Monteringsinstruksjoner
1. Pass på at du bruker riktig produkt i riktig størrelse.
2. Les nøye igjennom instruksjonene i pakken.
3. Kontroller at produktet er komplett.
4. Fastsett plasseringen av de 40 mm klemspennene.
Obs: ikke alle stoler er utstyrt med festepunkter. Bruk rørklemmene, om nødvendig. Dette produktet skal monteres av en autorisert person.
4a. Rørklemmen er egnet for runde rør med en diameter fra 19 til 15 mm. Bruk innleggsgummien for å oppnå riktig diameter. Fest klemmen til røret samtidig som du fester klemspennen.
5. Fest klemspennen ved bruk av riktig verktøy og materialer.
6. Pass på at du fester klemspennen i den retningen som beltet dras.
7. La brukeren sette seg i ønsket stilling i stolen. Pass på at begge delene på beltet er åpne og ligger løst med hensyn til brukeren.
8. Lukk beltet.
9. Juster klemspennene.
10. Bruk finjustering for å oppnå riktig trykkfordeling mellom brukeren og beltet.
11. Unngå ubehagelig trykk, og avlast trykket med jevne mellomrom. Hvis brukeren lider av hjerte/karsykdom eller redusert følsomhet, skal beltet ikke brukes, eller rådføre deg med en lege. Unngå at katetre eller brukerens mage presses inn.
12. Bruk båndholderne til å holde bånd-endene på plass. Pass på at båndene ikke er i veien for bevegelige deler på setet eller rullestolen.
Kontroller produktet regelmessig for slitasje på bånd, belter og polstrede deler. Kontroller at båndene er riktig festet og strammet daglig.
13. Åpne beltet ved å trykke trykkknappen gjennom det elastiske materialet med pekefingeren.

Vedlikehold
Skal vaskes for hånd i maks. 30°C. Må ikke tørkes i tørketrommel.
Kontroller produktet for slitasje på bånd, belter og polstrede deler ukentlig. Kontroller at båndene er riktig festet og strammet daglig.

Innhold
2 rørklemmer
2 båndholdere
2 klemspenner
2 beltespenner
1 skrittsele
1 bruksanvisning

Produkt
KB Belte hofte, 1 justering # 6.70001

Bruk
Sele for bekkenposisjonering.
Les igjennom og følg disse instruksjonene nøye før bruk. Dette er ikke et sikkerhetsbelte!

Advarsel
Dette er ikke et sikkerhetsbelte! Dette produktet skal ikke brukes som et sikkerhetsbeltet under transport.

Montering
Montering og justering skal kun utføres av autoriserte personer.
Dette produktet skal kun brukes av autoriserte personer, etter deres anbefaling.

Monteringsinstruksjoner
1. Pass på at du bruker riktig produkt i riktig størrelse.
2. Les nøye igjennom instruksjonene i pakken.
3. Kontroller at produktet er komplett.
4. Fastsett plasseringen av de 40 mm klemspennene.
Obs: ikke alle stoler er utstyrt med festepunkter. Bruk rørklemmene, om nødvendig. Dette produktet skal monteres av en autorisert person.
4a. Rørklemmen er egnet for runde rør med en diameter fra 19 til 15 mm. Bruk innleggsgummien for å oppnå riktig diameter. Fest klemmen til røret samtidig som du fester klemspennen.
5. Fest klemspennen ved bruk av riktig verktøy og materialer.
6. Pass på at du fester klemspennen i den retningen som beltet dras.
7. La brukeren sette seg i ønsket stilling i stolen. Pass på at begge delene på beltet er åpne og ligger løst med hensyn til brukeren.
8. Lukk beltet.
9. Juster klemspennene.
10. Bruk finjustering for å oppnå riktig trykkfordeling mellom brukeren og beltet.
11. Unngå ubehagelig trykk, og avlast trykket med jevne mellomrom. Hvis brukeren lider av hjerte/karsykdom eller redusert følsomhet, skal beltet ikke brukes, eller rådføre deg med en lege. Unngå at katetre eller brukerens mage presses inn.
12. Bruk båndholderne til å holde bånd-endene på plass. Pass på at båndene ikke er i veien for bevegelige deler på setet eller rullestolen. Kontroller produktet regelmessig for slitasje på bånd, belter og polstrede deler. Kontroller at båndene er riktig festet og strammet daglig.
13. Åpne beltet samtidig som du trykker på det elastiske materialet på spennene med tommelen og pekefingeren.

Vedlikehold
Skal vaskes for hånd i maks. 30°C. Må ikke tørkes i tørketrommel.
Kontroller produktet for slitasje på bånd, belter og polstrede deler ukentlig. Kontroller at båndene er riktig festet og strammet daglig.

Innhold
2 rørklemmer
2 båndholdere
2 klemspenner
2 beltespenner
1 skrittsele
1 bruksanvisning

Produkt
KB Vest dame # 5.71034

Bruk
Sele for bekkenposisjonering.
Les igjennom og følg disse instruksjonene nøye før bruk.

Advarsel
Dette er ikke et sikkerhetsbelte! Dette produktet skal ikke brukes som et sikkerhetsbeltet under transport. Bruk alltid vesten sammen med et hoftebelte! Åpne alltid vesten før du åpner hoftebeltet.
Montering
Montering og justering skal kun utføres av autoriserte personer.
Dette produktet skal kun brukes av autoriserte personer, etter deres anbefaling.
Monteringsinstruksjoner
1. Pass på at du bruker riktig produkt i riktig størrelse.
2. Les nøye igjennom instruksjonene i pakken.
3. Kontroller at produktet er komplett.
4. Juster plasseringen av klemspennene. Juster avstanden mellom de øvre beltene, slik at de krysses midt på skuldrene uten å berøre nakken.
Obs: ikke alle stoler er utstyrt med festepunkter. Bruk rørklemmene, om nødvendig. Dette produktet skal monteres av en autorisert person.
4a. Rørklemmen er egnet for runde rør med en diameter fra 19 til 15 mm. Bruk innleggsgummien for å oppnå riktig diameter. Fest klemmen til røret samtidig som du fester klemspennen.
5-5a. Juster posisjonen på de øvre båndene, slik at polstringen hviler mot skuldrene. Bruk den fleksible kontrollen til å justere mengden med elastisitet i de øvre beltene. Hvis det er litt elastisitet, trekk i enden på båndet for å gjøre det lenger. Hvis det er mer elastisitet, trekk i den oransje løkken for å gjøre enden på beltet kortere.
6. Juster de nedre båndene.
7-7a. Unngå ubehagelig trykk, og avlast trykket med jevne mellomrom. Hvis brukeren lider av hjerte/karsykdom eller redusert følsomhet, skal beltet ikke brukes, eller rådføre deg med en lege.
8. Bruk båndholderne til å holde bånd-endene på plass. Pass på at båndene ikke er i veien for bevegelige deler på setet eller rullestolen.
9. Kontroller produktet regelmessig for slitasje på bånd, belter og polstrede deler. Kontroller at båndene er riktig festet og strammet regelmessig.
10. Under bruk kan vesten åpnes og festes ved bruk av spennene med sideutløsning på produktet.
Vedlikehold
Skal vaskes for hånd i maks. 30°C. Må ikke tørkes i tørketrommel.
Kontroller produktet for slitasje på bånd, belter og polstrede deler ukentlig. Kontroller at båndene er riktig festet og strammet daglig.

Innhold
4 rørklemmer
4 båndholdere
4 klemspenner
4 beltespenner
1 brystvest
1 bruksanvisning

Produkt
KB vest dame, glidelås # Z5.71024

Bruk
Sele for bekkenposisjonering.
Les igjennom og følg disse instruksjonene nøye før bruk.

Advarsel
Dette er ikke et sikkerhetsbelte! Dette produktet skal ikke brukes som et sikkerhetsbeltet under transport. Bruk alltid vesten sammen med et hoftebelte! Åpne alltid vesten før du åpner hoftebeltet.

Montering
Montering og justering skal kun utføres av autoriserte personer.
Dette produktet skal kun brukes av autoriserte personer, etter deres anbefaling.
Monteringsinstruksjoner
1. Pass på at du bruker riktig produkt i riktig størrelse.
2. Les nøye igjennom instruksjonene i pakken.
3. Kontroller at produktet er komplett.
4. Kontroller at glidelåsen midt på vesten er lukket helt igjen før du monterer den. Juster plasseringen av klemspennene. Juster avstanden mellom de øvre beltene, slik at de krysses midt på skuldrene uten å berøre nakken.
Obs: ikke alle stoler er utstyrt med festepunkter. Bruk rørklemmene, om nødvendig. Dette produktet skal monteres av en autorisert person.
4a. Rørklemmen er egnet for runde rør med en diameter fra 19 til 15 mm. Bruk innleggsgummien for å oppnå riktig diameter. Fest klemmen til røret samtidig som du fester klemspennen.
5-5a. Juster posisjonen på de øvre båndene, slik at polstringen hviler mot skuldrene.
6. Juster de nedre båndene.
7-7a. Unngå ubehagelig trykk, og avlast trykket med jevne mellomrom. Hvis brukeren lider av hjerte/karsykdom eller redusert følsomhet, skal beltet ikke brukes, eller rådføre deg med en lege.
8. Bruk båndholderne til å holde bånd-endene på plass. Pass på at båndene ikke er i veien for bevegelige deler på setet eller rullestolen.
9. Kontroller produktet regelmessig for slitasje på bånd, belter og polstrede deler. Kontroller at båndene er riktig festet og strammet regelmessig.
10. Under bruk kan vesten åpnes og festes ved bruk av spennene med sideutløsning på produktet. Glidelåsen midt på vesten brukes til å åpne og lukke den. Før du åpner glidelåsen, kontroller at det ikke er for mye trykk på produktet og beltene.

Vedlikehold
Skal vaskes for hånd i maks. 30°C. Må ikke tørkes i tørketrommel.
Kontroller produktet for slitasje på bånd, belter og polstrede deler ukentlig. Kontroller at båndene er riktig festet og strammet daglig.

Innhold
4 rørklemmer
4 båndholdere
4 klemspenner
4 beltespenner
1 brystvest
1 bruksanvisning

Produkt
KB vest herre flex kontroll. # 5.71032

Bruk
Sele for bekkenposisjonering.
Les igjennom og følg disse instruksjonene nøye før bruk.

Advarsel
Dette er ikke et sikkerhetsbelte! Dette produktet skal ikke brukes som et sikkerhetsbeltet under transport. Bruk alltid vesten sammen med et hoftebelte! Åpne alltid vesten før du åpner hoftebeltet.

Montering
Montering og justering skal kun utføres av autoriserte personer.
Dette produktet skal kun brukes av autoriserte personer, etter deres anbefaling.
Monteringsinstruksjoner
1. Pass på at du bruker riktig produkt i riktig størrelse.
2. Les nøye igjennom instruksjonene i pakken.
3. Kontroller at produktet er komplett.
4. Juster plasseringen av klemspennene. Juster avstanden mellom de øvre beltene, slik at de krysses midt på skuldrene uten å berøre nakken.
Obs: ikke alle stoler er utstyrt med festepunkter. Bruk rørklemmene, om nødvendig. Dette produktet skal monteres av en autorisert person.
4a. Rørklemmen er egnet for runde rør med en diameter fra 19 til 15 mm. Bruk innleggsgummien for å oppnå riktig diameter. Fest klemmen til røret samtidig som du fester klemspennen.
5-5a. Juster posisjonen på de øvre båndene, slik at polstringen hviler mot skuldrene. Bruk den fleksible kontrollen til å justere mengden med elastisitet i de øvre beltene. Hvis det er litt elastisitet, trekk i enden på båndet for å gjøre det lenger. Hvis det er mer elastisitet, trekk i den oransje løkken for å gjøre enden på beltet kortere.
6. Juster de nedre båndene.
7-7a. Unngå ubehagelig trykk, og avlast trykket med jevne mellomrom. Hvis brukeren lider av hjerte/karsykdom eller redusert følsomhet, skal beltet ikke brukes, eller rådføre deg med en lege.
8. Bruk båndholderne til å holde bånd-endene på plass. Pass på at båndene ikke er i veien for bevegelige deler på setet eller rullestolen.
9. Kontroller produktet regelmessig for slitasje på bånd, belter og polstrede deler. Kontroller at båndene er riktig festet og strammet regelmessig.
10. Under bruk kan vesten åpnes og festes ved bruk av spennene med sideutløsning på produktet.

Vedlikehold
Skal vaskes for hånd i maks. 30°C. Må ikke tørkes i tørketrommel.
Kontroller produktet for slitasje på bånd, belter og polstrede deler ukentlig. Kontroller at båndene er riktig festet og strammet daglig.

Innhold
4 rørklemmer
4 båndholdere
4 klemspenner
4 beltespenner
1 brystvest
1 bruksanvisning

Produkt
KB Vest herre, glidelås # Z5.71022

Bruk
Sele for bekkenposisjonering.
Les igjennom og følg disse instruksjonene nøye før bruk.

Advarsel
Dette er ikke et sikkerhetsbelte! Dette produktet skal ikke brukes som et sikkerhetsbeltet under transport. Bruk alltid vesten sammen med et hoftebelte! Åpne alltid vesten før du åpner hoftebeltet.

Montering
Montering og justering skal kun utføres av autoriserte personer.
Dette produktet skal kun brukes av autoriserte personer, etter deres anbefaling.
Monteringsinstruksjoner
1. Pass på at du bruker riktig produkt i riktig størrelse.
2. Les nøye igjennom instruksjonene i pakken.
3. Kontroller at produktet er komplett.
4. Kontroller at glidelåsen midt på vesten er lukket helt igjen før du monterer den. Juster plasseringen av klemspennene. Juster avstanden mellom de øvre beltene, slik at de krysses midt på skuldrene uten å berøre nakken.
Obs: ikke alle stoler er utstyrt med festepunkter. Bruk rørklemmene, om nødvendig. Dette produktet skal monteres av en autorisert person.
4a. Rørklemmen er egnet for runde rør med en diameter fra 19 til 15 mm. Bruk innleggsgummien for å oppnå riktig diameter. Fest klemmen til røret samtidig som du fester klemspennen.
5-5a. Juster posisjonen på de øvre båndene, slik at polstringen hviler mot skuldrene.
6. Juster de nedre båndene.
7-7a. Unngå ubehagelig trykk, og avlast trykket med jevne mellomrom. Hvis brukeren lider av hjerte/karsykdom eller redusert følsomhet, skal beltet ikke brukes, eller rådføre deg med en lege.
8. Bruk båndholderne til å holde bånd-endene på plass. Pass på at båndene ikke er i veien for bevegelige deler på setet eller rullestolen.
9. Kontroller produktet regelmessig for slitasje på bånd, belter og polstrede deler. Kontroller at båndene er riktig festet og strammet regelmessig.
10. Under bruk kan vesten åpnes og festes ved bruk av spennene med sideutløsning på produktet. Glidelåsen midt på vesten brukes til å åpne og lukke den. Før du åpner glidelåsen, kontroller at det ikke er for mye trykk på produktet og beltene.

Vedlikehold
Skal vaskes for hånd i maks. 30°C. Må ikke tørkes i tørketrommel.
Kontroller produktet for slitasje på bånd, belter og polstrede deler ukentlig. Kontroller at båndene er riktig festet og strammet daglig.

Innhold
4 rørklemmer
4 båndholdere
4 klemspenner
4 beltespenner
1 brystvest
1 bruksanvisning

Produkt
KB Belte hofte, flylås, 1 justering # 6.70006

Bruk
Sele for bekkenposisjonering.
Les igjennom og følg disse instruksjonene nøye før bruk. Dette er ikke et sikkerhetsbelte!

Advarsel
Dette er ikke et sikkerhetsbelte! Dette produktet skal ikke brukes som et sikkerhetsbeltet under transport.

Montering
Montering og justering skal kun utføres av autoriserte personer.
Dette produktet skal kun brukes av autoriserte personer, etter deres anbefaling.
Monteringsinstruksjoner
1. Pass på at du bruker riktig produkt i riktig størrelse.
2. Les nøye igjennom instruksjonene i pakken.
3. Kontroller at produktet er komplett.
4. Fastsett plasseringen av de 40 mm klemspennene.
Obs: ikke alle stoler er utstyrt med festepunkter. Bruk rørklemmene, om nødvendig. Dette produktet skal monteres av en autorisert person.
4a. Rørklemmen er egnet for runde rør med en diameter fra 19 til 15 mm. Bruk innleggsgummien for å oppnå riktig diameter. Fest klemmen til røret samtidig som du fester klemspennen.
5. Fest klemspennen ved bruk av riktig verktøy og materialer.
6. Pass på at du fester klemspennen i den retningen som beltet dras.
7. La brukeren sette seg i ønsket stilling i stolen. Pass på at begge delene på beltet er åpne og ligger løst med hensyn til brukeren.
8. Lukk beltet.
9. Juster klemspennene.
10. Bruk finjustering for å oppnå riktig trykkfordeling mellom brukeren og beltet.
11. Unngå ubehagelig trykk, og avlast trykket med jevne mellomrom. Hvis brukeren lider av hjerte/karsykdom eller redusert følsomhet, skal beltet ikke brukes, eller rådføre deg med en lege. Unngå at katetre eller brukerens mage presses inn.
12. Bruk båndholderne til å holde bånd-endene på plass. Pass på at båndene ikke er i veien for bevegelige deler på setet eller rullestolen.
Kontroller produktet regelmessig for slitasje på bånd, belter og polstrede deler.
Kontroller at båndene er riktig festet og strammet daglig.
13. Åpne beltet ved å vippe opp låsen med en eller to fingre.Beltet kan flyttes mot høyre eller venstre ved bruk av beltespennen, ved å dreie beltet 360 grader.
Vedlikehold
Skal vaskes for hånd i maks. 30°C. Må ikke tørkes i tørketrommel.
Kontroller produktet for slitasje på bånd, belter og polstrede deler ukentlig. Kontroller at båndene er riktig festet og strammet daglig.
Innhold
2 rørklemmer
2 båndholdere
2 klemspenner
2 beltespenner
1 skrittsele
1 bruksanvisning

Produkt
KB Vest herre, flex kontroll, non stetch # 5.81001

Bruk
Sele for bekkenposisjonering.
Les igjennom og følg disse instruksjonene nøye før bruk.

Advarsel
Dette er ikke et sikkerhetsbelte! Dette produktet skal ikke brukes som et sikkerhetsbeltet under transport. Bruk alltid H-plasseringen sammen med et hoftebelte! Lukk alltid opp H-plasseringen før du åpner hoftebeltet.

Montering
Montering og justering skal kun utføres av autoriserte personer.
Dette produktet skal kun brukes av autoriserte personer, etter deres anbefaling.
Monteringsinstruksjoner
1. Pass på at du bruker riktig produkt i riktig størrelse.
2. Les nøye igjennom instruksjonene i pakken.
3. Kontroller at produktet er komplett.
4. Juster plasseringen av klemspennene. Juster avstanden mellom de øvre beltene, slik at de krysses midt på skuldrene uten å berøre nakken.
Obs: ikke alle stoler er utstyrt med festepunkter. Bruk rørklemmene, om nødvendig. Dette produktet skal monteres av en autorisert person.
4a. Rørklemmen er egnet for runde rør med en diameter fra 19 til 15 mm. Bruk innleggsgummien for å oppnå riktig diameter. Fest klemmen til røret samtidig som du fester klemspennen.
5-5a. Juster posisjonen på de øvre båndene, slik at polstringen hviler mot skuldrene. Bruk den fleksible kontrollen til å justere mengden med elastisitet i de øvre beltene. Hvis det er litt elastisitet, trekk i enden på båndet for å gjøre det lenger. Hvis det er mer elastisitet, trekk i den oransje løkken for å gjøre enden på beltet kortere.
6. Juster de nedre båndene.
7-7a. Unngå ubehagelig trykk, og avlast trykket med jevne mellomrom. Hvis brukeren lider av hjerte/karsykdom eller redusert følsomhet, skal beltet ikke brukes, eller rådføre deg med en lege.
8. Bruk båndholderne til å holde bånd-endene på plass. Pass på at båndene ikke er i veien for bevegelige deler på setet eller rullestolen.
9. Kontroller produktet regelmessig for slitasje på bånd, belter og polstrede deler. Kontroller at båndene er riktig festet og strammet regelmessig.
10. Når det er i bruk, kan H-plasseringsutstyret åpnes og lukkes med de øvre sideutløserne på produktet. Den midtre festeanordningen kan brukes til å justere avstanden mellom de to polstrede delene, og den kan åpnes og lukkes med fasteanordningen med sideutløsning.
Vedlikehold
Skal vaskes for hånd i maks. 30°C. Må ikke tørkes i tørketrommel.
Kontroller produktet for slitasje på bånd, belter og polstrede deler ukentlig. Kontroller at båndene er riktig festet og strammet daglig.
Innhold
4 rørklemmer
4 båndholdere
4 klemspenner
4 beltespenner
1 brystvest
1 bruksanvisning