



Q100 R Configured
Q200 R Configured

Manual geral


QUICKIE®

000691020.PT



We at SUNRISE MEDICAL have been awarded the ISO 13485 certificate, which affirms the quality of our products at every stage, from R & D to production. Este produto está em conformidade com as normas definidas nas regulamentos da UE e do Reino Unido. As opções e acessórios estão disponíveis com custo extra.



Assinatura e carimbo do fornecedor

Informação para o Utilizador

Utilização correta das cadeiras de rodas elétricas:

As cadeiras de rodas elétricas são exclusivamente para um utilizador que não consiga andar ou cuja mobilidade seja limitada, para seu uso pessoal, em interiores e exteriores.

Quando instalar um Módulo de Controlo de Assistente, a cadeira de rodas deve ser operada por um assistente em vez do utilizador.

Quando instalar um Módulo de Controlo Duplo, a cadeira de rodas pode ser operada pelo utilizador ou o controlo pode ser entregue a um assistente para operar em vez do utilizador.

O limite máximo de peso (inclui o utilizador e o peso de acessórios instalados na cadeira de rodas) está assinalado na etiqueta com o número de série, afixada no chassis da cadeira.

A embalagem da cadeira de rodas inclui um número de série da cadeira que pode ser colado na primeira página do manual do proprietário fornecido com a cadeira de rodas.

A garantia aplica-se apenas se o produto for usado nas condições especificadas e para os objetivos a que se destina.

A vida útil estimada da cadeira de rodas é 5 anos. Por favor, NÃO use ou instale componentes de terceiros na cadeira de rodas excepto quando oficialmente autorizado pela Sunrise Medical.

Área de aplicação

Indicações

A variedade de acessórios assim como o desenho modular significam que pode ser usada por pessoas que não podem andar ou com mobilidade limitada por causa de:

- Paralisia
- Perda de membros (amputação da perna)
- Deformação dos membros
- Contratura das articulações/lesões nas articulações
- Doenças como deficiências cardíacas e circulatórias, distúrbios de equilíbrio ou caquexia assim como idosos que ainda tenham força no tronco.

Contra-indicações


A cadeira de rodas não deverá ser utilizada em caso de:

- Problemas de perceção
- Desequilíbrio
- Problemas em manter a postura sentada


Ao ter em conta a aquisição, tenha também em conta o tamanho do corpo, peso incluindo a distribuição do peso corporal, a constituição física e fisiológica do utilizador, a idade do utilizador, as suas condições de vida e ambientais.

Em caso de dúvida, consulte um profissional de saúde para garantir que o utilizador não sofre riscos inaceitáveis.

Sunrise Medical respeita a norma ISO 13485, que garante o máximo nível de qualidade em todas as fases do desenvolvimento e de fabrico desta cadeira de rodas.



Se for deficiente visual, este documento pode ser visualizado em formato PDF em www.SunriseMedical.pt



ou alternativamente está disponível por pedido com texto grande.



NOTA:

Lembre-se que para conduzir uma cadeira de rodas é necessário ter as competências cognitivas, físicas e visuais adequadas. O utilizador deve poder conseguir avaliar os efeitos das suas ações durante a operação da cadeira de rodas e, se necessário, corrigi-los. A Sunrise Medical não pode avaliar estas capacidades e a utilização segura dos componentes adicionais instalados como fabricante. Não podemos ser responsabilizados por quaisquer danos resultantes.

Consulte as instruções da cadeira de rodas e dos componentes adicionais instalados. Instrua o utilizador quanto à utilização segura da cadeira de rodas e dos componentes adicionais instalados. Informe os utilizadores sobre os avisos especiais que devem ser lidos, compreendidos e respeitados.

**AVISO!**

NÃO USE A SUA CADEIRA DE RODAS ANTES DE TER LIDO E COMPREENDIDO O MANUAL.

O NÃO CUMPRIMENTO DESTAS INSTRUÇÕES PODE CAUSAR O RISCO DE LESÕES FÍSICAS, DE DANOS NESTE PRODUTO OU CRIAR UM RISCO PARA O AMBIENTE!



Como fabricante, a SUNRISE MEDICAL declara que este produto está em conformidade com o Regulamento de Dispositivos Médicos (2017/745).

A Sunrise Medical declara que este produto cumpre os requisitos de desempenho de um “Teste de Acidente” de ISO 7176-19:2008.

O Número de Série e outra informação importante estão no chassis no lado direito da estrutura principal do produto (apenas exemplo - Fig. 1.0).

Notificação para o utilizador e/ou paciente: Qualquer acidente grave ocorrido relacionado com o equipamento deve ser comunicado ao fabricante e às autoridades competentes do estado membro no qual o utilizador e/ou paciente reside.

Adaptações especiais B4Me

A Sunrise Medical recomenda fortemente que, a fim de garantir que seu produto B4Me opere e funcione conforme pretendido pelo fabricante; todas as informações do usuário fornecidas com seu produto B4Me são lidas e compreendidas antes de o produto ser usado pela primeira vez.

A Sunrise Medical também recomenda que as informações do utilizador não sejam descartadas após sua leitura, mas sejam mantidas em segurança para referência futura.

Combinações do dispositivo médico


Poderá ser possível combinar este dispositivo médico com um ou mais do que um outro dispositivo médico ou outro produto. As informações sobre as combinações possíveis podem ser consultadas na www.SunriseMedical.pt. Todas as combinações apresentadas foram validadas de acordo com os Requisitos Gerais de Segurança e Desempenho, Anexo I no. 14.1 do Regulamento de Dispositivos Médicos 2017/745.

As orientações relativas às combinações, como montagem, podem ser consultadas em www.SunriseMedical.pt.

Fig. 1.0

		Sunrise Medical GmbH Kahlbachring 2-4 D-69254 Malsch / Germany		2021-05-10
TYPE: POWER WHEELCHAIR		SN 21021162007375		
Q100R		ISO 7176-19:2008		FIN-Nr: 1R2159450
125 kg	max 230 kg	max 6 km/h	max 8°	max 160/105 kg

		Sunrise Medical GmbH Kahlbachring 2-4 D-69254 Malsch / Germany		2021-05-10
TYPE: POWER WHEELCHAIR		SN 21021172009802		
Q200R		ISO 7176-19:2008		FIN-Nr: 2R2158612
136 kg	max 260 kg	max 10 km/h	max 8°	max 170/115kg



Graças ao seu design modular, simplicidade e variada gama de ajustamentos, a Quickie Q100R/Q200R é a escolha perfeita para quem procura equipamento de fácil manutenção, equipamento e reciclagem.

Como parte da nossa iniciativa de melhoria contínua dos produtos, a Sunrise Medical reserva-se no direito de alterar as especificações e design sem aviso prévio. Além disso, nem todas as funcionalidades e opções disponíveis são compatíveis com todas as configurações da cadeira de rodas.

Todas as dimensões são aproximadas e estão sujeitas a alterações.

1.0 Sua Cadeira de Rodas:	7	11.0 Sistema de Controlo VR2:	37
2.0 Como utilizar este Manual	7	11.1 Botão ligar/desligar:.....	37
2.1 Introdução:	7	11.2 Indicador do nível da bateria:	37
2.2 Garantia	7	11.3 Bloquear/desbloquear a cadeira de rodas:.....	37
3.0 Explicações das Etiquetas/Definições de Palavras:	7	11.4 Operar o joystick de controlo:	38
3.1 Definições das palavras usadas neste manual.....	7	11.5 Indicador de Velocidade Máxima / Perfil:.....	38
4.0 Segurança:	9	11.6 Botão da buzina:	38
4.1 Advertências Gerais:.....	9	11.7 Botão de redução de velocidade/perfil:	38
4.2 Funcionalidades e opções:	9	11.8 Botão de aumento de velocidade/perfil:.....	38
4.3 Inspeções preliminares:.....	9	11.9 VR2-L.....	39
4.4 Travão de Emergência:	9	11.10 Entrada de carregamento e programação	40
4.5 Passeios:.....	9	11.11 Unidade de Controlo Duplo VR2:.....	40
4.6 Pneus:.....	10	11.12 Botão e indicador de controlo:	40
4.7 Dispositivo de desembraiagem:	10	11.13 Botão e LED do atuador:	40
4.8 Compatibilidade electromagnética.....	10	11.14 Botão e indicador de velocidade máxima:.....	41
5.0 Transporte	11	11.15 Resolução de Problemas com o Controlo Manual VR2:.....	41
5.1 Transporte da cadeira de rodas numa viatura.....	11	11.16 Controlo do assistente para o timão direcional	43
5.2 A cadeira de rodas como assento de passageiro	13	12.0 Sistema de Controlo R-net	44
5.3 Utilizar o Sistema de Ancoragem Dahl.....	15	12.1 Controlador R-net	44
5.4 Requisitos especiais de transporte	18	12.2 Condução por acompanhante R-net.....	44
5.5 Levantar a cadeira de rodas	19	12.3 Módulo Gyro.....	44
5.6 Avisos gerais de transporte.....	19	12.4 Principais componentes	45
6.0 Manutenção e limpeza fácil	20	12.5 Ecrã	46
6.1 Manutenção.....	20	12.6 Conduzir a cadeira de rodas.....	47
6.2 Curvas apertadas:.....	21	12.7 Opções de ajuste elétrico.....	47
6.3 Limite de Peso:	21	12.8 Luzes	49
6.4 Superfícies quentes	21	12.9 Solução de problemas.....	49
6.5 Precauções na estrada:	21	12.10 Bloquear o comando	49
6.6 Condições adversas:	21	13.0 Baterias e carregamento:	50
6.7 Rampas:.....	21	13.1 Bateria e Especificações do Carregador:	50
6.8 Transferência de e para a cadeira de rodas:.....	22	13.2 Fusíveis elétricos:.....	50
6.9 Anti-quedas:	22	13.3 Baterias (Veja a página seguinte):	50
6.10 Utilização da scooter numa inclinação:	22	13.4 Informação geral da bateria:.....	52
6.11 Gradientes: subidas:	22	13.5 Baterias sem manutenção:.....	52
6.12 Gradientes: descidas:	22	13.6 Cuidados com as baterias:.....	52
6.13 Correia pélvica / correia de posicionamento do assento. ..	23	13.7 Plano de assistência da bateria sem manutenção:.....	52
6.14 Espelho retrovisor:	24	13.8 Garantia das baterias:	52
7.0 Montagem:	25	13.9 Informação geral do carregador:.....	53
7.1 Apoio de Pés:	25	13.10 Especificações do Carregador:	53
7.2 Apoio de braços:	25	13.11 Funcionalidades de segurança do carregador:.....	53
7.3 Rodas Anti Queda:	25	13.12 Procedimento para ligar o carregador e carregar a bateria: ..	53
7.4 Dispositivo para subir passeios:.....	26	13.13 Notas de segurança e de alerta do carregador:.....	53
7.5 Baterias:	26	13.14 Autonomia do seu veículo:	54
7.6 Rodas:	26	13.15 Declarações comuns da bateria:.....	54
7.7 Suporte da Canadiana:.....	27	14.0 Ajustes:	55
7.8 Luzes e piscas:	27	14.1 Ajustamento do apoio de pés:	55
8.0 Usar a Cadeira de Rodas:	28	14.2 Ajuste da largura interior ou exterior dos apoios de pés:	55
8.1 Preparar para transporte acondicionado:	28	14.3 Ajustamento dos apoios de braços:.....	55
8.2 Usar a funcionalidade de reclinção elétrica	28	14.4 Ajustamento da largura do assento:	55
8.3 Para usar de novo a cadeira de rodas:.....	28	14.5 Ajustamento do centro de gravidade do assento:	55
8.4 Encosto de reclinção de fixação mecânica (90° a 102° - 4 posições).....	28	14.6 Ajustes da altura do assento em profundidade:.....	56
8.5 Centro de Gravidade Ajustamento	29	14.7 Ajustamento do Controlo:	56
8.6 Inclinação do Assento Fixo:	29	14.8 Controlo duplo/paraacompanhante (quando instalado).....	56
8.7 Dispositivo de desembraiagem:	29	14.9 Controlo retráctil paralelo:.....	56
8.8. Pressão dos pneus:	29	14.10 Programação:.....	57
8.9 Transferências:	30	15.0 Limpeza:	57
8.10 Inclinações:	30	15.1 Limpeza geral:.....	57
8.11 Laterais	31	15.2 Limpeza do assento:	57
8.12 Subir um passeio ou degrau:.....	31	15.3 Limpeza do sistema de controlo:	57
8.13 Descer passeios:	31	15.4 Controlos de especialidade:	57
8.14 Opções do assento (elétrico).....	32	16.0 Requisitos de Transporte e de Armazenamento:	58
9.0 Apoios de pernas	33	16.1 Temperatura e humidade de armazenamento:.....	58
9.1 Pré-ajustar apoios para as pernas articulado SEDEO LITE.....	33	16.2 Requisitos especiais de transporte:	58
9.2 Pré-ajustar apoios para as pernas articulados UNI	33	16.3 Armazenamento de médio e longo prazo:	58
9.3 Pré-ajustar os apoios para as pernas articulados.....	34	17.0 Eliminação:	58
9.4 Pré-ajustar o apoio de pernas elétrico de montagem central	35	18.0 Folha de especificações de acordo com EN 12184 e ISO 7176-15:1996	59
10.0 Apoio de cabeça	36	19.0 Sugestões de Serviço - Historial de Serviço:	61
10.1 Pré-ajustar o apoio de cabeça.....	36	20.0 Inspeções de funcionamento:	62
		20.1 Reutilizar	62
		21.0 Placa de nome	63

1.0 Sua Cadeira de Rodas:

Na Sunrise Medical queremos que consiga tirar o máximo proveito da sua cadeira de rodas Q100R/Q200R. Com o Manual do Utilizador poderá familiarizar-se com a cadeira e as suas características. Contém sugestões para o uso diário e os cuidados gerais, assim como informação sobre os elevados padrões de qualidade pelos quais nos regemos e informação detalhada sobre a garantia.

A sua cadeira de rodas é entregue preparada para ser montada rapidamente – consulte o guia de configuração rápida no interior da contracapa deste manual do utilizador. Existem inúmeros componentes e ajustamentos disponíveis para a Q100R/Q200R. Para mais informações, deve contactar o seu agente autorizado Sunrise Medical.

Irá receber a cadeira de rodas num excelente estado visto que foi pessoalmente inspecionada antes de sair das nossas instalações. Se respeitar as instruções de manutenção e de limpeza, conservará a cadeira de rodas em óptimo estado e terá um rendimento completo.

A cadeira de rodas Q100R/Q200R foi concebida para ser utilizada diariamente por uma única pessoa. Pode ser utilizada no exterior ou interior (Classe B). Embora indicada para ser usada em passeios, também pode usá-la para atravessar de um passeio para outro.

Este veículo foi concebido para um único utilizador com capacidade limitada e com peso não superior a Q100R 125 Kg e Q200R 136 Kg (dependendo das opções escolhidas para a sua cadeira). O utilizador deverá ter capacidades cognitivas, físicas e visuais para controlar o veículo com segurança numa inclinação máxima – consulte a secção 18.0 Seção Folha de especificações para informações sobre o ângulo máximo da inclinação. Em caso de dúvida sobre a conveniência do uso desta cadeira de rodas elétrica, contacte o fornecedor local aprovado pela Sunrise Medical para esclarecer qualquer dúvida, antes de começar a utilizar o aparelho.

É muito importante ler a secção pertinente, no manual do utilizador, antes de efetuar qualquer ajustamento mais pequeno. Consulte o Manual Técnico ou o seu agente autorizado Sunrise Medical local para ajustamentos mais complexos.

Se tiver dúvidas sobre a utilização, a manutenção ou a segurança da cadeira de rodas, contacte o agente de serviço local autorizado pela Sunrise Medical. Se não conhecer nenhum agente autorizado na sua zona de residência ou se tiver qualquer outra dúvida, escreva-nos ou contacte-nos por telefone:

Sunrise Medical
Polígono Bakiola, 41
48498 Arrankudiaga,
Vizcaya
Espanha
Telefone: 00 351 224 882 712
Fax: 00 351 224 880 063
www.sunrisemedical.pt

2.0 Como utilizar este Manual

2.1 Introdução:

Por favor, tome nota da morada e telefone do serviço de assistência local no seguinte espaço.

Em caso de avaria, entre em contacto com este serviço e tente dar todos os detalhes pertinentes para poder receber uma ajuda rápida.

A cadeira de rodas representada e descrita neste manual pode não ser exatamente igual à sua. No entanto, todas as instruções são perfeitamente aplicáveis, independentemente dessas pequenas diferenças.

NOTA: O fabricante reserva-se no direito de modificar, sem aviso prévio, os pesos, dimensões e outros dados indicados neste manual. Todos os valores, medidas e capacidades indicados neste manual são aproximados e não representam especificações.

2.2 Garantia

Ver o documento “Condições Gerais de Garantia” que acompanha este manual do utilizador.

Também disponível em www.sunrisemedical.pt, seção “General Conditions of Sale” (Condições Gerais de Venda).

3.0 Explicações das Etiquetas/Definições de Palavras:

3.1 Definições das palavras usadas neste manual

Palavra	Definição
 PERIGO!	Alertar o utilizador para um potencial risco de ferimentos graves ou fatais se o aviso não for respeitado
 AVISO!	Alertar o utilizador para um potencial risco da sua integridade física se a sugestão não for respeitada
 CUIDADO!	Alertar o utilizador para os danos potenciais para o equipamento se o aviso não for respeitado
NOTA:	Sugestão geral ou melhor prática
RWD	Tração da Roda Traseira
	Referência a documentação adicional




Fig. 3.1



	⚠️ AVISO! - NÃO TOCAR – QUENTE
	ETIQUETA DA BATERIA (SOB A TAMPA) DIAGRAMA DO CIRCUITO
	POSIÇÃO DE RETENÇÃO PARA TRANSPORTE
	DESBLOQUEAR TRAVÃO ↑ CONDUÇÃO ↓ DESEMBRAIADO

Fig. 3.2

4.0 Segurança:

Se cumprir as instruções neste manual, poderá desfrutar da cadeira sem problemas por muitos anos:

⚠ AVISO!

- Este veículo não foi concebido para ser conduzido na estrada senão para atravessar de um passeio para outro.
- Os dados da carga pressupõem sempre uma única pessoa como operador.
- A cadeira de rodas está autorizada a circular conduzida por uma pessoa ou uma pessoa sentada e o respectivo assento, se usar uma unidade de Controlo Dupla ou de Assistente.

⚠ AVISOS!

4.1 Advertências Gerais:

- Antes de subir ou descer da cadeira de rodas, verifique sempre se está desligada.
- Verifique, sempre, se pode acionar todos os comandos numa posição confortável. Uma boa posição é essencial para garantir a sua comodidade e o seu conforto.
- Assegure-se sempre de que pode ser visto com facilidade, especialmente quando utilizar a cadeira de rodas em condições de fraca visibilidade.
- Esta cadeira de rodas foi construída para satisfazer as necessidades de um utilizador específico. Se for usada por outro utilizador então poderá ser necessário ajustá-la e reprogramá-la.
- Não deixe crianças ou outros usarem a sua cadeira de rodas.
- Não levante ou suspenda a cadeira de rodas por qualquer peça desmontável, como apoios de pernas, apoios de braços, etc.

⚠ CUIDADO!

4.2 Funcionalidades e opções:

Algumas das opções apresentadas neste manual podem não estar disponíveis no seu país e também podem restringir os limites físicos globais do produto padrão (p.ex. velocidade máxima, limite de peso do utilizador, etc.). Essas limitações estão assinaladas no formulário da encomenda, no Manual Técnico e neste Manual do Utilizador.

Para mais informações, consulte o fornecedor da Sunrise Medical.

⚠ AVISO!

PERIGO DE ASFIXIA – Este acessório de mobilidade contém peças pequenas que, em determinadas circunstâncias, podem representar perigo de asfixia para as crianças.

⚠ PERIGO!

4.3 Inspeções preliminares:

- Deverá tentar não conduzir à velocidade máxima.
- Se tiver que fazer uma curva apertada, reduza primeiro a velocidade usando o joystick ou botão de controlo de velocidade.
- Isto é muito importante se subir um declive.
- A falta de atenção nesta fase poderá causar a queda da cadeira de rodas.
- Verifique sempre se a cadeira de rodas está desligada antes de tentar sentar-se ou levantar-se.
- Verifique sempre se pode operar todos os controlos sentado confortavelmente. É essencial prestar atenção à postura para assegurar o seu conforto e bem-estar.
- Verifique sempre se o dispositivo de desembraiagem está desligado antes de conduzir a cadeira de rodas.
- Verifique sempre se tem a visão desobstruída, especialmente se usar a cadeira de rodas em condições de fraca visibilidade.

⚠ AVISO!

4.4 Travão de Emergência:

Se desligar a energia com o botão ON/OFF, a travagem é imediata e total. Este método de paragem só é recomendado em emergências, uma vez que a paragem será extremamente abrupta.

4.5 Passeios, (Fig. 4.1):

- Atravesse sempre a estrada tão rapidamente quanto possível, porque podem surgir outros veículos.
- Não tente subir ou descer um passeio com mais de 100 mm de altura.
- Não tente subir ou descer passeios altos, declives ou curvaturas acentuadas porque pode cair da cadeira de rodas ou tombar a cadeira de rodas.
- Não tente subir passeios perto de tampas de esgoto nem superfícies desniveladas ou cobertas de gravilha.
- Não tente descer um passeio com mais de 50 mm virado para a frente.
- Não tente subir ou descer um passeio em ângulo oblíquo. Aproxime-se apenas a um ângulo de 90° com pelo menos 500 mm de espaço.




Fig. 4.1

4.6 Pneus:

Os pneus de uma cadeira de rodas sofrem desgaste em função da frequência com que a cadeira de rodas é usada. Inspecione-os periodicamente, especialmente para determinar a pressão, de acordo com as instruções de serviço deste manual.



AVISO!

Quando a cadeira for equipada com pneus pneumáticos, NUNCA os encha com ar numa estação de serviço.



AVISO!

4.7 Dispositivo de desembraiagem, (Fig. 4.2):

Ver também a Fig. 3.1

- Use apenas esta função para empurrar a cadeira manualmente de um lugar para outro.
- Lembre-se de que enquanto o sistema de desembraiagem estiver acionado, a cadeira não tem sistema de travões.
- Se desligar o motor, surge uma mensagem de erro no controlo, que é assinalada quando a LED pisca rapidamente.
- Por razões de segurança, a cadeira de rodas não pode ser movida usando o joystick.
- Não acione a desembraiagem de emergência enquanto estiver sentado na cadeira de rodas.
- A desembraiagem de emergência deve ser apenas acionada por uma pessoa com força e agilidade suficientes para poder manobrar a cadeira em segurança, enquanto desembraiada.




Fig. 4.2

4.8 Compatibilidade electromagnética



AVISO!

- Esta cadeira de rodas pode afetar a operação de dispositivos próximos que emitam campos eletromagnéticos (por exemplo, sistemas de alarme de lojas, portas automáticas, etc.).
- O desempenho de condução da cadeira de rodas pode ser afetado por campos eletromagnéticos (por exemplos, campos emitidos por telemóveis, geradores elétricos ou fontes de alta tensão).

5.0 Transporte

5.1 Transporte da cadeira de rodas numa viatura

Entrar e sair da viatura

⚠ PERIGO!

- Confirme se o veículo está equipado para transportar um passageiro numa cadeira de rodas e se tem acesso ao método de acesso/entrada para o seu tipo de cadeira de rodas. O chão da viatura deve poder aguentar o peso combinado do ocupante, da cadeira de rodas e dos acessórios.
- Use uma rampa (ou dispositivo de elevação) adequada ao peso total da cadeira de rodas (incluindo o utilizador) para entrar na viatura.
- A cadeira de rodas deve ser presa virada para a frente. Esta cadeira de rodas é aprovada para ser utilizada em viaturas e cumpre os requisitos de transporte virado para a frente e colisões frontais. A cadeira de rodas não foi testada para outras posições na viatura (Fig. 5.1).

⚠ CUIDADO!

- Deve existir espaço suficiente à volta da cadeira de rodas para permitir fixar, apertar e libertar a cadeira de rodas e os cintos de segurança e dispositivos de fixação do ocupante.
- A facilidade do acesso, e a capacidade manobra, em viaturas motorizadas pode ser significativamente afetada pelo tamanho da cadeira de rodas e pelo raio de viragem; cadeira de rodas mais pequenas e/ou cadeira de rodas com um raio de viragem mais pequeno facilitam o acesso à viatura e a capacidade de manobra quando viradas para a frente.

Prender a cadeira de rodas com um sistema de retenção com correias

Esta cadeira de rodas foi testada com sucesso contra colisões de acordo com: ISO 7176-19:2008, usando um sistema de retenção representativo.

- Presa com um sistema de retenção com correias de 4 pontos (2 à frente, 2 atrás, Fig. 5.2), conforme:
 - i. ISO 10542 (internacional) ou
 - ii. SAE J2249 (EUA).

NOTA: Cadeira de rodas presa com um sistema de retenção com correias de 4 pontos; adequado para o peso total da cadeira de rodas (incluindo quaisquer opções) de acordo com as instruções do fabricante WTORS1.

Explicação da terminologia:

1) WTORS: Sistema de retenção do ocupante da cadeira de rodas




Fig. 5.1




Fig. 5.2

- A** Pontos de fixação dianteiros.
- B** Pontos de fixação traseiros.
- C** Direção da marcha.

⚠ PERIGO!

- A cadeira de rodas só pode ser presa com os pontos de fixação da estrutura da cadeira de rodas (Fig. 5.2 - 5.8).
- Os pontos de fixação (2 à frente, 2 atrás) são assinalados pelo símbolo de fixação (Fig. 5.5). Instale primeiro as correias dianteiras e, depois, as traseiras. Tensão das correias para prender a cadeira de rodas. A cadeira de rodas não pode ser presa a qualquer tipo de acessórios (suspensões de braço, apoios para os braços, suportes anti-queda, etc.).
- Os pontos de ancoragem/pontos de fixação da viatura na cadeira de rodas ou os elementos construtivos ou peças da estrutura não podem ser alterados ou substituídos sem consultar o fabricante.
- Quando a cadeira de rodas for transportada numa viatura sem ocupante e não houver sistema de retenção, a cadeira de rodas deve ser armazenada e presa no compartimento de carga durante a viagem.

Fig. 5.5




Fig. 5.6



Fig. 5.3





Fig. 5.4



- A** Pontos de fixação dianteiros.
- B** Pontos de fixação traseiros.
- C** Direção da marcha.

5.2 A cadeira de rodas como assento de passageiro

Uma cadeira de rodas fixa num veículo não apresenta o nível de segurança equivalente ao do sistema de segurança do veículo. A Sunrise Medical recomenda que o utilizador se transfira para o assento do veículo e use o sistema de segurança instalado no veículo, sempre que possível. A Sunrise Medical reconhece que nem sempre é prático para o utilizador ser transferido e, nestas circunstâncias, quando for necessário transportar o utilizador na cadeira de rodas, os seguintes conselhos devem ser respeitados:

PERIGO!

- A segurança do utilizador durante o transporte depende das diligências da pessoa que fixou as correias de fixação e para as quais deve ter recebido instruções e/ou formação adequada.
- Sempre que possível, remova e guarde em segurança, longe da cadeira de rodas, todo o equipamento auxiliar, por exemplo: canadianas, almofadas soltas, tabuleiros, etc.
 - i. Removidos e presos separadamente na viatura ou
 - ii. Presos na cadeira de rodas mas com almofadas amortecedoras colocadas entre o tabuleiro e o utilizador
- O apoio para as pernas articulado/elevatório não deve usado na posição elevada durante o transporte da cadeira de rodas e do utilizador.
- Se aplicável: Os encostos reclináveis devem ser colocados na posição superior.
- Se aplicável: Os elevadores do assento devem estar na posição mais baixa.
- Se aplicável: Deve acionar firmemente os travões manuais.

Instruções para segurança do ocupante

PERIGO!

- Use um sistema de retenção de ocupantes de 3 pontos para prender o ocupante.
- Tanto o cinto de segurança pélvico como da parte superior do tronco pode ser usado para prender o ocupante (Fig. 5.9 - no verso) para reduzir o risco de choque na cabeça ou peito com os componentes do veículo.
- As retenções devem ser instaladas no pilar apropriado da viatura e os componentes da cadeira de rodas, como apoios para os braços ou rodas, não manter as retenções afastadas do corpo (Fig. 5.10).
- Use um encosto para a cabeça durante o transporte numa cadeira de rodas.
- Os suportes da postura (os cintos pélvico, cintos de segurança) não devem ser usados para segurar o ocupante num veículo em movimento a não ser que indiquem que cumprem os requisitos especificados em ISO 7176-19:2008 ou SAE J2249.

Posicionamento da retenção do ocupante



PERIGO!

- O cinto de segurança pélvico deve ser usado em baixo à frente da pélvis de modo a que o ângulo do cinto pélvico fique dentro da zona confortável de 30 a 75 graus na horizontal.
- Um ângulo mais acentuado (maior) na zona preferencial é desejável, ou seja próximo de, mas sem ultrapassar, os 75° (Fig. 5.10).
- i. O cinto de segurança superior do tronco deve ser instalado sobre o ombro e ao longo do peito como ilustrado, (Fig. 5.9). Deve ajustar os cintos de segurança com o maior aperto possível sem os tornar incómodos para o utilizador.
- Não deve torcer o sistema de fixação do cinto de segurança quando o usar.
- Deve ter cuidado na aplicação das retenções do ocupante para que a fivela do cinto de segurança fique posicionada para que o botão de desbloqueio não fique em contacto com os componentes da cadeira de rodas depois de um acidente da viatura.

Passageiro com peso < 22 kg.

Quando a pessoa transportada for uma criança, com massa inferior a 22 kg e o veículo envolvido tiver menos de oito (8) bancos, recomendamos que a criança seja transferida para um sistema de segurança para crianças (CRS) compatível com UNECE Regulamento 44.

Este tipo de sistema de segurança é um sistema de segurança mais eficaz para o ocupante do que um sistema de segurança convencional de 3 pontos. Alguns sistemas CRS também incluem suportes de postura adicionais para ajudar a manter a postura da criança enquanto sentada.

Os pais ou profissionais de saúde poderão considerar a opção de, em algumas circunstâncias, a criança permanecer na cadeira de rodas durante o transporte devido ao nível de controlo da postura e conforto providenciados pelo sistema na cadeira de rodas.

Nestas circunstâncias, recomendamos que o profissional de saúde e pessoas competentes relevantes efetuem uma avaliação dos riscos.

Fig. 5.9





Fig. 5.10



5.3 Utilizar o Sistema de Ancoragem Dahl

CUIDADO!

A instalação deverá ser feita ou supervisionada por um técnico. Leia todas as instruções cuidadosamente antes de iniciar a instalação.

Para instalar a Placa de Ancoragem, use o Kit de Adaptação Dahl #503259

1. Encaixe o espaçador de 8 mm na placa de fixação (Fig. 5.11).




Fig. 5.11

2. Use mais espaçadores para obter a espessura pretendida no que diz respeito, por exemplo, ao peso do utilizador e à pressão dos pneus.

Podem montar espaçadores adicionais debaixo da base de ancoragem (Fig. 5.12). Para alinhar a altura da placa de fixação sob a cadeira de rodas com a base de ancoragem, instale espaçadores entre a base de ancoragem e o piso do veículo para levantar a base de ancoragem.




Fig. 5.12

3. Insira os cinco parafusos através da placa de fixação, o espaçador de 8 mm obrigatório e os espaçadores opcionais selecionados (cinzento na imagem) (Fig. 5.13).

AVISO!

Use apenas os parafusos fornecidos pelo serviço de engenharia da Dahl (Peça #502800 com Qualidade 14.9 com chave Torx tamanho 27). Os parafusos normais não são suficientemente resistentes em caso de colisão.




Fig. 5.13

4. Instale os cinco parafusos junto com o(s) espaçador(es) e a placa de fixação na parte inferior da caixa do (Fig. 5.14).






Fig. 5.14


5. Assinale onde cortar os parafusos. (Fig. 5.15).




6. Remova os parafusos juntamente com o(s) espaçador(es) (Fig. 5.16).



7. Corte o parafuso pela marca (Fig. 5.17).
É muito importante que a pessoa que fizer a instalação confirme se o comprimento dos parafusos está correto. Se os parafusos forem demasiado curtos para encaixar a rosca por completo - não terão força suficiente para transportar as cargas pretendidas. Se os parafusos forem demasiado longos, podem danificar as baterias ou outros componentes da cadeira de rodas. Se necessário, substitua por parafusos mais longos ou reduza o seu comprimento.




8. Aplique Loctite 222 (ou produto equivalente) no parafuso (Fig. 5.18).



9. Prenda os cinco parafusos juntamente com o(s) espaçador(es) de plástico (para evitar que as baterias toquem nas porcas) e com a placa de fixação na parte inferior da caixa do chassis. Binários de aperto: 16-18 Nm/13,3 lb.ft (Fig. 5.19).


Consulte a Secção 6.6 deste manual para inverter o procedimento para substituir as baterias.



10. Ligue a cadeira de rodas à base de ancoragem para efetuar a verificação final. Verifique se está firmemente fixada e confirme se todos os métodos de desengate funcionam como pretendido (Fig. 5.20).

Um sinal sonoro será emitido se a placa de fixação não estiver corretamente engatada.

- (A) Botão de libertação.
- (B) Alavanca de operação manual.
- (C) Libertação de emergência.
- (D) LED Vermelho.
- (E) LED Verde.
- (F) Placa de fixação.
- (G) Pino de fixação.



Prender a cadeira de rodas com a base de ancoragem:

Certifique-se de que os apoios para as pernas não batem na rampa ou na base de ancoragem quando entrar no veículo.

1. Manobre a cadeira de rodas lentamente e numa direção uniforme para cima da base de ancoragem. A placa de fixação sob a cadeira de rodas ajudá-lo-á a conduzir a cadeira de rodas até à posição correta na base de ancoragem. Quando a placa de fixação estiver completamente engatada na base de ancoragem, um pino de fixação de mola prende automaticamente a placa de fixação.
2. A base de ancoragem está equipada com um interruptor de controlo que indica se a placa de fixação está corretamente engatada na base de ancoragem. Assim que a placa de fixação estiver em contacto com o pino de fixação, um sinal sonoro será emitido (um toque agudo), e uma luz/lâmpada de diodo vermelha (LED) no painel de controlo acende-se até a placa de fixação ficar completamente engatada ou até a cadeira de rodas ser retirada da base de ancoragem.
3. Como indicação de que a cadeira de rodas está corretamente presa, o sinal sonoro é desligado, o diodo vermelho no painel de controlo apaga-se e a lâmpada de diodo verde (LED) acende-se.
4. Não se esqueça de prender o cinto de segurança durante a condução.

Libertação da base de ancoragem

1. Quando o veículo parar, remova o cinto de segurança.
2. Para desbloquear, conduza primeiro a cadeira de rodas para a frente para aliviar a pressão sobre o pino de fixação e, depois, prima o botão de libertação vermelho no painel de controlo. O pino de fixação é ativado/desengatado durante aprox. 5 segundos e depois o pino é automaticamente engatado/ativado novamente. Não tente sair da base de ancoragem em marcha atrás até a LED vermelha no módulo de controlo, que indica a posição de desbloqueio, se acender.

AVISO! Se tentar conduzir a cadeira de rodas em marcha atrás antes da LED vermelha acender, o mecanismo de bloqueio da base de ancoragem é bloqueado, impossibilitando a manobra em marcha atrás. Neste caso, repita o procedimento de desbloqueio em cima.

3. Afaste a cadeira de rodas da base de ancoragem durante este período de 5 segundos.

Libertação manual em caso de avaria elétrica

1. Em caso de avaria elétrica, existe um dispositivo de libertação de emergência manual no rebordo dianteiro da base de ancoragem. Mova a cadeira de rodas para a frente para aliviar a pressão sobre o pino de fixação e empurre o braço de libertação vermelho para um dos lados e mantenha-o aí enquanto conduz a cadeira em marcha atrás para fora da base de ancoragem.
2. Uma alavanca de operação manual ativada por cabo também pode ser instalada (acessório). Deve empurrar o braço de libertação vermelho para um dos lados e mantê-lo aí enquanto a cadeira de rodas se afasta.
3. Se os procedimentos de libertação manual descritos falharem, cada base de ancoragem inclui uma ferramenta de libertação de emergência feita de plástico vermelho.

Mova a cadeira de rodas para a frente para aliviar a pressão sobre o pino de fixação e coloque a ferramenta de libertação de emergência na folga entre a placa de fixação e a base de ancoragem. Empurre a ferramenta de libertação para a frente até forçar o pino de fixação para baixo - a cadeira de rodas pode então ser conduzida em marcha atrás para fora da base de ancoragem.



Por favor, se a sua cadeira estiver equipada com o sistema DAHL, siga as instruções de montagem DAHL Engineering fornecida com a unidade, assim como o guia de uso e manutenção de Docking Station MK II, e o sistema VarioDock™.

Instalação da proteção do encosto para o sistema Dahl (Fig. 5.21-5.22)

- Remova as peças de fixação do cinto de segurança (chave sextavada de 13 mm/chave Allen de 6 mm)
- Anote a localização da cavilha de libertação rápida
- Remova a cavilha de libertação rápida
- Instale o parafuso e anilha do cinto de segurança na capa Dahl
- Instale o cinto de segurança no parafuso, o cinto de segurança deverá ficar posicionado no recorte de suporte
- Enfie a capa no parafuso giratório do encosto
- Instale a cavilha de libertação rápida no furo de reclinção correto?
- Instale a porca no parafuso do cinto de segurança e aperte com um binário de 5-6Nm.

CAUTION!

Esta proteção é necessária quando a cadeira está equipada com o sistema DAHL. Não fornecemos o sistema de acoplamento Dahl.



5.4 Requisitos especiais de transporte

Transportar a sua cadeira de rodas no comboio.

Antes de viajar, contacte o operador do comboio. Ele(a) poderá fornecer informações sobre quaisquer requisitos/instruções especiais. Aconselhamos a que verifique o seguinte:

- Há alguma área adequada e prevista para “cadeiras de rodas” no comboio para os utilizadores de cadeiras de rodas (com espaço de viragem adequado para manobras)?
- Há alguma área adequada ou designada na plataforma para os utilizadores de cadeiras de rodas (com espaço de viragem adequado para manobras)?
- O acesso disponível para entrar e sair da carruagem do comboio e da área prevista para “cadeiras de rodas” é suficiente?
- O acesso para entrar e sair do comboio é adequado para a massa total da cadeira de rodas e do ocupante?
- Certifique-se de que a inclinação do acesso para entrar e sair da carruagem não é superior à inclinação segura dinâmica. (Consulte a secção 16)
- Quaisquer obstáculos ou umbrais existentes não devem exceder a capacidade de subida máxima de lancis da sua cadeira de rodas. (Consulte a secção 16)

A maioria das companhias de caminhos-de-ferro oferece assistência desde que tudo tenha sido organizado antecipadamente. Sugerimos que tenha o seu manual de proprietário pronto para quando planear a sua viagem e contactar a companhia de caminhos-de-ferro.

Transporte da cadeira de rodas como bagagem.

Partes da cadeira de rodas que podem ser facilmente removidas devem sê-lo quando transportar a cadeira de rodas. Guarde estas peças em segurança. Por exemplo:

- A. Remova os apoios para as pernas
 - B. Remova os apoios para os braços
 - C. Dobre o encosto para baixo.
-
- Assegure-se que as peças removíveis estão fixas com a ajuda de mobilidade ou embaladas em separado e identificadas para não se perderem durante a carga e descarga.
 - A cadeira pode ser transportada nas estradas, caminhos de ferro, no mar ou no ar.
 - Antes de viajar, contacte a operadora de viagens apropriada. A operadora de viagens poderá fornecer os detalhes sobre quaisquer requisitos/instruções especiais.
 - Para informações sobre as dimensões e peso da cadeira de rodas, consulte o (capítulo 16).
 - Para informações sobre as baterias da sua cadeira de rodas, consulte a (secção 6).
 - Assegure-se que as peças removíveis estão fixas com a ajuda de mobilidade ou embaladas em separado e identificadas para não se perderem durante a carga e descarga.
 - Leve este manual do utilizador consigo. A operadora deve consultar as seguintes opções:
 - i. Empurrar a cadeira de rodas.
 - ii. Como bloquear/desbloquear o controlador.
 - iii. Como desligar as baterias.
 - iv. Como desligar a transmissão.
 - Transporte da Cadeira.
 - Armazenamento a médio e longo prazo, siga as instruções.

5.5 Levantar a cadeira de rodas (Fig. 5.23)

Os orifícios de profundidade do assento mais à frente oferecem uma posição de equilíbrio de referência para os sistemas de elevação de 2 pontos (configurações e opções específicas podem exigir posições alternativas).

Fig. 5.23



5.6 Avisos gerais de transporte



AVISO!

- Os pontos de ancoragem/pontos de fixação da viatura na cadeira de rodas ou os elementos construtivos ou peças da estrutura não podem ser alterados ou substituídos sem consultar a Sunrise Medical.
- A cadeira de rodas deve ser inspecionada por um fornecedor/ agente de serviço autorizado da Sunrise Medical antes de ser reutilizada depois de ter estado envolvido em qualquer tipo de colisão da viatura.

6.0 Manutenção e limpeza fácil

A vida útil da cadeira de rodas depende do seu nível de manutenção.

Para informações sobre definições específicas, manutenção ou trabalhos de reparação, contacte o seu fornecedor autorizado Sunrise. Quando contactar o seu fornecedor, nunca se esqueça de identificar o modelo, ano de fabrico e número de identificação na chapa de identificação da cadeira de rodas.



CUIDADO!

A cadeira de rodas deverá ser reparada pelo seu fornecedor autorizado Sunrise uma vez por ano ou, em caso de utilização intensiva, uma vez a cada seis meses. Para obter uma lista de fornecedores autorizados aprovados na sua área, contacte o Centro de Serviço da Sunrise Medical.

Pode obter as informações de contacto do seu centro de serviço médico Sunrise local no interior da capa deste documento.

Os endereços nacionais e internacionais do website estão na contracapa.

6.1 Manutenção



AVISO!

- Os dispositivos de aperto soltos devem ser apertados novamente de acordo com as instruções de instalação.
- Deve substituir as correias do peito assim que apresentarem dano e/ou desgaste excessivo.
- Se encontrar um componente partido ou solto, não utilize mais e contacte o seu fornecedor Sunrise Medical autorizado para o substituir.
- Inspeccione todas as correias de fixação de Velcro para determinar se aderem corretamente quando pressionadas entre si.
- Certifique-se de que remove toda e qualquer contaminação, como algodão, cabelos, etc., das correias de Velcro. Essa contaminação pode reduzir a adesão.



AVISO!

- Em caso de dúvida sobre os requisitos de funcionamento da cadeira de rodas, contacte o fornecedor Sunrise Medical autorizado.
- Após efetuar qualquer manutenção ou reparação na cadeira de rodas, deve verificar se funciona corretamente antes de a usar.
- Todos os dispositivos de fixação devem ser substituídos por outros exatamente iguais em termos de comprimento, força de tensão e materiais.
- Quando substituir as porcas de auto fixação ou as porcas/ pernos fixados com solução de travamento das roscas, certifique-se de que aplica novamente o travamento adequado no dispositivo de fixação.

Inspeções diárias

Efetue uma rotina de inspeção diária antes de conduzir como descrito no capítulo 20.0.

Inspeções semanais

Efetue uma rotina de inspeção semanal antes de conduzir como descrito em baixo

Inspeccionar o travão de estacionamento:

Este teste deverá ser efetuado numa superfície nivelada com, pelo menos, um metro de espaço em redor da cadeira.

- Ligue o sistema de controlo.
- Verifique se o indicador da bateria continua aceso, ou se pisca lentamente, após um segundo.
- Empurre lentamente o joystick até ouvir os travões de estacionamento a serem acionados.
- A cadeira pode começar a mover-se.
- Liberte imediatamente o joystick. Deverá poder ouvir o travão de estacionamento ser acionado, (estalo), em alguns segundos.
- Repita o teste 3 vezes, empurrando lentamente o joystick para trás, esquerda e direita.

Inspeccionar os conectores e cabos:

- Verifique se todos os conectores estão emparelhados corretamente.
- Inspeccione o estado de todos os cabos e conectores para determinar se existem danos.



PERIGO!

6.2 Curvas apertadas:

Não deve tentar curvar a grande velocidade. Se for necessário curvar abruptamente, diminua a velocidade com o joystick ou a configuração de velocidade. Isto é especialmente importante se atravessar ou descer uma inclinação. Se não respeitar este procedimento, a cadeira de rodas pode-se virar.



PERIGO!

6.3 Limite de Peso:

- Para Q100R O peso do utilizador mais os objetos transportados nunca deverá exceder um peso total de 125 kg.
- Para Q200R O peso do utilizador mais os objetos transportados nunca deverá exceder um peso total de 136 kg.
- Nunca utilize esta cadeira para treinar levantamento de pesos se o peso total (utilizador mais pesos adicionais) for superior ao peso total indicado em cima.
- Se exceder este limite de peso pode danificar o assento, estrutura ou fixações e pode causar ferimentos graves em si ou em outros resultantes de avaria da cadeira
- Se não respeitar os limites de peso anula a garantia.

6.4 Superfícies quentes



AVISO!

Após uma utilização prolongada, os motores geram calor que irradia através da coberta exterior. Não deve tocar na caixa exterior dos motores, pelo menos durante 30 minutos depois de desligar a cadeira de rodas, para que o motor arrefeça.



AVISO!

Não apenas os motores podem aquecer durante o funcionamento da cadeira, mas o material dos forros e dos apoios de braços podem aquecer se os deixar aos sol.



PERIGO!

6.5 Precauções na estrada:

- Deve ter sempre em consideração o restante tráfego na rua.
- Lembre-se que a última coisa que um carro ou camioneta espera ver é uma cadeira de rodas a fazer inversão de marcha do passeio para a estrada.
- Em caso de dúvida, não corra nenhum risco para atravessar a estrada até ter a certeza de que é seguro.
- Atravesse sempre uma rua o mais rapidamente possível, já que pode haver mais tráfego.

Bei der Benutzung von elektrisch betriebenen Mobilitätsgeräten wie Elektro-Rollstühle, E-Mobile und Geräte mit elektrischem Zusatzantrieb ist die Straßenverkehrsordnung zu beachten. Bei der Benutzung auf Gehsteigen oder Straßen gilt meist auch eine Geschwindigkeitsbeschränkung. Dazu können nach der Straßenverkehrsordnung für die Benutzung auf der Straße auch Spiegel, Licht und Blinker erforderlich sein. Machen Sie sich bitte deshalb mit der vor Ort geltenden Straßenverkehrsordnung vertraut und halten Sie sich an alle Vorschriften.

WARNUNG

Achten Sie bei der Benutzung Ihrer elektrisch betriebenen Mobilitätsgeräte auf Gehsteigen auf Fußgänger, da diese Sie unter Umständen nicht sehen/hören können. Fahren Sie deshalb immer so langsam wie möglich.

Lassen Sie bei der Benutzung Ihrer elektrisch betriebenen Mobilitätsgeräte Vorsicht walten, da andere Fahrzeuge wesentlich schneller fahren und Sie nicht immer gesehen werden bzw. Ihre Anwesenheit nicht erwartet wird. Achten Sie deshalb stets auf den Verkehr und vermeiden Sie plötzliche Manöver.



AVISO!

6.6 Condições adversas:

- Não se esqueça que quando estiver a conduzir a cadeira de rodas em condições adversas, por exemplo, sobre erva húmida, lama, gelo, neve ou outras superfícies deslizantes, pode causar diminuição da aderência e da tração. Aconselhamo-lo a tomar mais precauções nestas condições, especialmente em colinas e declives, já que a cadeira de rodas pode ficar instável ou resvalar, causando ferimentos. As variações extremas da temperatura podem ativar o mecanismo de auto proteção incorporado no sistema de controlo. Nesse caso, o sistema de controlo desliga-se temporariamente para evitar danificar os circuitos eletrónicos ou a cadeira.
- Quando utilizar uma mota ou cadeira de rodas elétrica, tenha muito cuidado com peças de roupa soltas ou longas. As peças móveis, como rodas, podem ser potencialmente perigosas ou mesmo fatais se as roupas ficarem presas.



AVISO!

6.7 Rampas:

- Quando utilizar uma rampa, assegure-se de que pode aguentar o peso da cadeira de rodas e o seu.
- Se utilizar uma rampa para carregar a cadeira de rodas num veículo, assegure-se de que a mesma está firmemente fixa ao veículo.
- Aproxime-se sempre da rampa pela frente e com muito cuidado.
- Verifique se a sua rampa é adequada para o produto que transporta.



AVISO!

O ângulo máximo de rampa é definido na Seção 16 Folhas de especificações

6.8 Transferência de e para a cadeira de rodas:

A Sunrise Medical aconselha-o a consultar o profissional de saúde para que o ajude a desenvolver a sua própria técnica de transferência frontal e lateral, que se adapte às suas necessidades e, assim, evitar qualquer ferimento.



AVISO!

6.9 Anti-quedas:

- Verifique se o sistema anti queda não está danificado ou desgastado antes de usar a sua cadeira.
- Verifique periodicamente se os dispositivos anti queda estão a funcionar corretamente.
- Os acompanhantes devem saber a localização dos dispositivos anti quedas para evitar que os pés fiquem presos causando ferimentos.
- Acompanhantes - Não se apoiem nos dispositivos anti quedas. Pode causar a instabilidade da cadeira de rodas.



AVISO!

6.10 Utilização da scooter numa inclinação:

A sua cadeira de rodas foi criada e testada para ser utilizada em declives ou inclinações como definido na Seção 16 Folhas de especificações.

- Antes de tentar subir ou descer um declive ou lancil, deve ter cuidado quando utilizar as opções de alteração de peso (por exemplo, reclinção elétrica) do assento e/ou o seu corpo para contrabalançar o peso.
- Para melhorar a estabilidade, incline-se para a frente quando subir a inclinação, com o assento e o encosto na posição vertical.
- Alternativamente, sente-se numa posição vertical quando conduzir para a frente, na direção descendente ou recline o assento para trás. Recomendamos vivamente que coloque o encosto na posição vertical baixada antes de tentar subir ou descer uma inclinação.
- Caso contrário, a cadeira de rodas fica instável.
- Se tiver alguma dúvida sobre a estabilidade da cadeira de rodas numa inclinação, não tente subir nem descer a inclinação/passeio e tente encontrar um caminho alternativo.



AVISO!

6.11 Gradientes: subidas:

- Quando subir uma encosta, mantenha a cadeira em movimento.
- Conduza movendo o joystick lateralmente.
- Se parar num monte, comece lentamente.
- Numa cadeira com tração traseira, se necessário, incline-se para a frente para compensar a tendência das rodas dianteiras para se levantarem.



AVISO!

6.12 Gradientes: descidas:

- Nas descidas, é importante não deixar a cadeira de rodas acelerar além do seu nível normal de velocidade.
- É mais seguro descer lentamente em inclinações muito acentuadas (com uma velocidade inferior a 5 kph) e parar, no caso de ficar muito ansioso em relação ao controlo direcional.
- Se a cadeira de rodas ganhar velocidade, centre o comando para desacelerar ou para parar o movimento para a frente e depois volte a iniciar a marcha lentamente sem deixar aumentar a velocidade.

6.13 Correia pélvica / correia de posicionamento do assento

PERIGO/AVISO!

- Este produto só deve ser utilizado para posicionar uma única pessoa numa cadeira de rodas.
- Os cintos pélvicos não são adequados para transporte. Deve utilizar um sistema de fixação aprovado para ocupantes.
- O não cumprimento destas instruções poderá causar ferimentos graves ou morte.
- Certifique-se que o acompanhante ou assistente tem experiência com a utilização correta dos cintos.
- Acompanhantes ou assistentes sem formação podem causar atrasos em situações de emergência.

Instalar um cinto pélvico / cinto de posicionamento do assento

1. Prenda (A) à estrutura do assento com um parafuso à esquerda e à direita. (Fig. 6.2)

Posicionar uma pessoa com cinto pélvico

- Ajuste o cinto pélvico, não deixando uma folga maior que a largura de uma mão para conforto e segurança (Fig. 6.3).
- Normalmente, o cinto pélvico deve ser fixado de modo a que o cinto fique num ângulo aproximado de 45 graus.
- Normalmente, o cinto pélvico deve ser fixado de modo a que o cinto fique num ângulo aproximado de 45 graus (Fig. 6.4), e que, quando corretamente ajustado, impeça que o utilizador caia do assento.
- Coloque o cinto ao longo do assento com a abertura da fivela voltada para a direita da pessoa esquerdina ou para a esquerda da pessoa destra. Passe as outras extremidades do cinto através do espaço entre as barras do encosto e o próprio encosto.

PERIGO/AVISO!

- Verifique sempre se o cinto pélvico está corretamente instalado e ajustado antes de usar.
- Se uma correia estiver demasiado solta, o utilizador poderá escorregar e causar ferimentos graves.
- Verifique o cinto pélvico e os componentes de fixação regularmente para detetar quaisquer sinais de desgaste ou danos. Substitua se necessário.
- Quando efetuar a manutenção, verifique o funcionamento correto da fivela de desbloqueio e se o material ou suportes plásticos apresentam desgaste.
- Inspeções/Atividades periódicas:
- Como acontece com todos os componentes de posicionamento, é necessário fazer ajustes corretos à medida que a pessoa muda a sua posição sentado ao longo do tempo.
- Inspeção regularmente os cintos para determinar se estão corretamente instalados, para garantir a segurança e conforto do utilizador.

Fig. 6.1




Fig. 6.2




Fig. 6.3





Fig. 6.4



⚠ AVISO!

Sugestão para o Cliente

O cinto de segurança deve ser inspecionado diariamente para garantir que esteja corretamente ajustado e livre de obstruções ou desgaste prejudicial.

⚠ PERIGO!

Se não garantir que o cinto de segurança está fixo e ajustado antes de o usar, poderá causar ferimentos graves ao utilizador. P.ex. um cinto demasiado solto permite ao utilizador escorregar na cadeira e sufocar.

⚠ AVISO!

Manutenção:

- Verifique o cinto de segurança e os componentes de fixação regularmente para detectar quaisquer sinais de desgaste ou danos.
- Substitua se necessário.
- Limpe o cinto de segurança com água quente, sabão e deixe secar.
- O cinto de segurança deve ser ajustado para acomodar o utilizador como descrito em cima.
- A Sunrise Medical também recomenda que o comprimento e posição do cinto sejam inspecionados diariamente para reduzir o risco do utilizador reajustar inadvertidamente o cinto para um comprimento excessivo.
- Em caso de dúvida sobre a utilização e operação do cinto de segurança fale com o seu médico, agente da cadeira de rodas, enfermeira ou assistente para obter ajuda.

⚠ AVISOS!

- O peso total do ocupante mais objetos nunca deve exceder o total definido na Secção 16 Folhas de especificações.
- Antes de usar a cadeira, verifique se funciona corretamente.
- Se descobrir qualquer avaria, leve-a para ser reparada ou a condição inicial reposta. O seu agente pode ajudá-lo a encontrar a avaria e a corrigi-la.
- Confirme se as baterias estão carregadas. Não use a cadeira de rodas se a carga das baterias for baixa. A cadeira pode parar súbita e inesperadamente.
- Lembre-se que, durante qualquer transferência, ocorre sempre uma fase quando o assento da cadeira não está debaixo do seu corpo.
- Tenha o máximo cuidado quando conduzir a cadeira em inversão de marcha. Se uma das rodas bater num obstáculo, pode perder o controlo da cadeira ou cair.
- Nunca use a sua cadeira de rodas num declive excepto quando tiver a certeza de que o pode fazer sem perder a tração.
- Levante a cadeira de rodas apenas pelas peças não removíveis da estrutura principal.
- Nunca cause um curto-circuito nas ligações elétricas porque pode causar uma explosão.
- Não utilize esta cadeira se estiver equipada com pneus pneumáticos com ar a menos ou a mais.
- Quando usar telemóveis, deve desligar a cadeira para evitar a radiação eletromagnética.




6.14 Espelho retrovisor:

Para instalar o espelho retrovisor, (Fig. 6.5 - 6.7):

- Remova o controlador – 2 parafusos
- Remova a placa do controlador – 2 parafusos
- Remova o suporte para o espelho e vire-o
- Instale novamente a placa do controlador, certificando-se de que o furo de fixação do espelho (Ø8,5mm) está visível – 2 parafusos – binário 1 a 1.5Nm
- Instale o espelho no suporte.

⚠ AVISO!

- Tenha cuidado quando fizer manobras em espaços limitados porque o espelho pode ficar preso em pessoas ou objectos.
- Não pendure objectos no espelho.
- Se for incomodado pelo reflexo, incline ligeiramente o espelho.
- Mantenha o espelho limpo.





7.0 Montagem:

7.1. Apoio de Pés (Fig. 7.0.1-7.0.3):


A Q100R-Q200R é fornecida com três modelos de apoios para os pés articulados.

Os apoios de pés podem ser afastados da cadeira, puxando a alavanca de desbloqueio na direção do assento e empurrando o hanger para fora. Para remover o apoio de pés, acione a alavanca de desbloqueio, rode o apoio de pés aproximadamente 90° para fora e depois puxe-o para cima. Para instalar de novo o apoio de pés, inverta o processo e o trinco encaixa automaticamente quando o empurrar para dentro.



7.2. Apoio de braços (Fig. 7.2):

Faça deslizar o tubo do apoio de braços para o recetor na cadeira de rodas e rode a alavanca para a direita para fixar o tubo. Se for necessário ajustar para uma altura fixa diferente, pode fazê-lo usando o parafuso de ajustamento no tubo de ligação.



7.3. Rodas Anti Queda (Fig. 7.3):

Estas são instaladas quando a cadeira de rodas sair da fábrica. O tubo de roda anti queda está soldado ao corpo principal da estrutura da cadeira de rodas.

Nota: As rodas anti queda podem dificultar a subida ou descida de passeios. Siga as instruções nas secções 6.9 e 6.10.



Nunca use a cadeira de rodas sem as rodas anti queda instaladas.



7.4. Dispositivo para subir passeios (Fig. 7.4):

- A Q100R e a Q200R está disponível com equipamento para subir passeios. Este equipamento pode ser instalado pelo seu fornecedor da cadeira de rodas elétrica.
- Instalar o equipamento para subir passeios
- Remova a cobertura de plástico da parte dianteira da cadeira de rodas, retirando os 4 parafusos de instalação.
- Remova as duas peças de pressão finas da cobertura de plástico.
- Instale as duas placas laterais do equipamento para subir passeios através dos orifícios do tubo dianteiro e aperte com um binário de 20-25Nm.
- Monte novamente a cobertura de plástico dianteira – oriente cuidadosamente a placa sobre as duas placas laterais do equipamento para subir lancis. Reponha os 4 parafusos e aperte-os com um binário de 1-2Nm.
- Instale a roda do equipamento para subir lancis através do orifício existente e aperte o conjunto com um binário de 10-15Nm.
- Verifique se o conjunto está firmemente apertado antes de utilizar.



7.5. Baterias (Fig. 7.5):

Para remover as baterias, consulte a Seção 13.0 para mais informações

Para desligar as baterias.

- Remova a tampa dianteira da bateria, levantando-a com o manípulo instalado na parte dianteira da tampa.
- Retire os dois conectores CINZENTOS que ligam as duas baterias uma à outra.



7.6. Rodas (Fig. 7.6 e 7.7):

Se for necessário remover as rodas, por exemplo, para reparar um pneu danificado, proceda da seguinte maneira:



AVISO!

Todas as rodas são peças de segurança vitais. Se não souber como efetuar estas tarefas, contacte o agente aprovado da Sunrise Medical.

Roda giratória dianteira:

Q100 (Fig. 7.6.1)

- Use uma chave Allen de 6 mm e uma chave de porcas de 13,0mm para remover o eixo da roda da forqueta.
- Remova a roda deteriorada.
- Depois de reparar a roda, siga o procedimento inverso para instalar.
- Aperte o eixo com uma força de torção de 13-17 Nm.

Q200 (Fig. 7.6.2)

- Use uma chave Allen de 6 mm e uma chave de porcas de 13,0mm para remover o eixo da roda da forqueta.
- Remova a roda deteriorada.
- Depois de reparar a roda, siga o procedimento inverso para instalar.
- Aperte o eixo com uma força de torção de 13-17 Nm.



Tração da Roda Traseira (Fig. 7.7):

- Desaperte os 3 pinos com uma chave de 16 mm.
- Levante as rodas usando blocos.
- Remova os pernos e a roda danificada.
- Depois de a reparar, siga o procedimentos inverso para instalar de novo.
- Aperte os 3 pernos com uma força de torção de 34 Nm

Nota: As rodas traseiras estão instaladas em aros separados e podem ser removidas bastando substituir o tubo ou o pneu.



Fig. 7.7

7.7 Suporte da Canadiana, (Fig. 7.8):

⚠ AVISO!

- Assegure-se que a canadiana está fixada firmemente ao suporte de canadianas.
- Assegure-se que a canadiana não interfere nos mecanismos da cadeira.
- Verifique se a canadiana não fica saliente em relação à cadeira.
- Não tente remover a canadiana enquanto a cadeira estiver em movimento.
- Tente sempre parar completamente e desligar os controlos antes de tentar remover a canadiana. Evitará operar acidentalmente a cadeira.




Fig. 7.8

7.8 Luzes e piscas, (Fig. 7.9 - 7.10):

Quando instaladas, certifique-se de que as luzes e os indicadores estão a funcionar corretamente e que as lentes estão limpas antes de sair para o exterior à noite.

A estrutura das luzes pode aquecer muito - Tenha bastante cuidado quando a remover para reparações.

NOTA: Contacte o seu agente de serviço médico Sunrise aprovado para qualquer garantia ou trabalho de manutenção ou de reparação necessários.



Fig. 7.9



Fig. 7.10

8.0 Usar a Cadeira de Rodas:



AVISO!

As peças da cadeira de rodas são pesadas. Utilize as técnicas de suspensão corretas.

Se não souber como suspender ou remover as peças, ou como efetuar outras tarefas que exijam esforço físico, peça a alguém para o ajudar a efetuar a tarefa.

8.1 Preparar para transporte acondicionado:

Remova as baterias como descrito na secção 7.5 e no Capítulo 13.0

Para levantar as baterias, utilize os manípulos nas cintas em rede que rodeiam as baterias.

Certifique-se de que a almofada, na traseira, é removida ou dobrada e que as placas de apoio para os pés são levantadas ou removidas.

Para levantar a cadeira, utilize os ganchos de retenção.

8.2 Usar a funcionalidade de reclinção elétrica

O encosto pode ser reclinado para facilitar o transporte, removendo os botões em estrela e cavilha (Fig. 8.1.1) e depois baixando-o contra o assento (Fig. 8.1.2).

Fig. 8.1.1





Fig. 8.1.2



8.3 Para usar de novo a cadeira de rodas:

Inverta o procedimento, ou seja, instale a almofada, dispositivo de subida de passeios, encosto e apoios de pés. Instale de novo as baterias.



AVISO!

Nunca levante a cadeira de rodas pelos apoios de braços ou pelos apoios de pés, já que são desmontáveis e podem ferir o utilizador ou danificar a cadeira de rodas.

8.4 Encosto de reclinção de fixação mecânica (90° a 102° - 4 posições) (Fig. 8.2.1)

O encosto pode ser ajustado em incrementos de 4° removendo os dois pinos de libertação rápida (Fig. 8.2.1).




Fig. 8.2.1

Os espaçadores do encosto podem ser instalados em 2 posições (Fig. 8.2.2 e Fig. 8.2.3)




Fig. 8.2.2




Fig. 8.2.3

Quando montados como ilustrado na figura 8.2.2, é possível selecionar uma reclinção de 94° ou 102°

Quando montados como ilustrado na figura 8.2.3, é possível selecionar uma reclinção de 90° ou 98°

Puxe os espaçadores do encosto do tubo do encosto e empurre novamente para a posição pretendida

Escolha um dos 2 ângulos do encosto pretendido, insira novamente os pinos de libertação rápida para fixar o ângulo de reclinção.



AVISO

Certifique-se de que os pinos de libertação rápida estão totalmente presos no orifício selecionado.

8.5 Centro de Gravidade Ajustamento

A sua cadeira de rodas pode ser fornecida com um suporte opcional para Centro de Gravidade (CoG). Isto permite ajustar o centro de gravidade para que os utilizadores finais tenham uma melhor experiência de condução e conforto na cadeira de rodas.




PERIGO!

A instalação do kit e sua montagem deverá ser efetuado por um distribuidor autorizado da Sunrise Medical que tenha recebido formação.

8.6 Inclinação do Assento Fixo:


O assento pode ser inclinado e ajustado manualmente num ângulo entre 0°, 3° e 6° (Fig. 8.3).

- Desaperte os dois parafusos M10 traseiros (1)
- Desaperte os 2 parafusos dianteiros (2)
- Mova o assento para o ângulo de inclinação pretendido.
- Reponha e aperte os 2 parafusos (2)
- Aperte novamente os dois parafusos M10 (1) com um binário de 10/12Nm.



8.7 Dispositivo de desembraiagem, (Fig. 8.4):

Puxe a alavanca de libertação do travão, afastando-a da caixa da bateria, para ficar na posição de embraiagem. Se pretender empurrar a cadeira de rodas com os motores desligados, deve fazer este procedimento em ambas as rodas. Quando empurrar as alavancas para dentro, a roda motriz engata automaticamente com o mecanismo de propulsão. Efectue este procedimento em ambas as rodas.



8.8. Pressão dos pneus:

Caso os pneus pneumáticos tenham sido instalados, é importante confirmar periodicamente a pressão dos pneus, juntamente com o nível de desgaste dos mesmos. A pressão máxima recomendada para as rodas dianteiras é 36 psi (2,5 bar), e para as rodas traseiras é 40 psi (2,7 bar).



AVISO!

Nunca encha os pneus com uma bomba de ar de uma estação de serviço. Recomendamos que use uma bomba manual ou um regulador de pressão (manómetro).

8.9 Transferências (Fig. 8.5):

Posicione sempre a cadeira de rodas junto ao local onde efetuar a transferência. É importante que o controlo fique **DESLIGADO**, para que a cadeira de rodas não se mova durante o processo.

A cadeira de rodas é altamente estável graças ao seu peso. Em qualquer fase da transferência, não se ponha de pé nos apoios de pés.

Fig. 8.5



8.10 Inclinações (Fig. 8.6):

As seguintes instruções explicam como manobrar corretamente em rampas e declives muito inclinados, especialmente ao descer.

Fig. 8.6



⚠ AVISO!

- Se a sua cadeira de rodas possuir inclinação eléctrica do assento, reclinção eléctrica ou encosto de reclinção manual, aconselhamo-lo vivamente a colocar o encosto na posição vertical e a ajustar a inclinação do assento para a posição horizontal.
- Se parar um declive, mova a cadeira lentamente e, se necessário, incline-se para a frente para compensar a tendências das rodas dianteiras levantarem.
- Em descidas, é importante não deixar que a cadeira de rodas não exceda a velocidade normal. Assim, o melhor método é descer declives acentuados lentamente e parar imediatamente se sentir dificuldade na condução.
- Se a cadeira ganhar velocidade, mova o joystick para o centro para abrandar ou parar completamente.
- Mova-se de novo lentamente e não deixe a velocidade aumentar. Certifique-se de que os travões automáticos estão acionados.
- A subida ou descida de um declive com os travões automáticos não acionados pode ser perigosa.

Como orientação para a utilização segurança em inclinações, revimos o efeito da estabilidade da cadeira com dois pesos de utilizador: 75kg e um peso máximo para o modelo Q100R (125 kg) e o modelo Q200R (136 kg).

O seguinte gráfico (Fig. 8.7) apresenta os limites da estabilidade dinâmica traseira dos modelos Q100R e Q200R quando configurados nas condições menos e mais estável* e quando testados com 75kg e os pesos máximos do utilizador.

O limite máximo do peso do utilizador é representado pelas linhas sólidas.

O limite de 75 kg do peso do utilizador é representado pelas linhas tracejadas.


* A configuração menos estável é definida como:

Profundidade máx. do assento (510 mm), inclinação máxima do assento (6°) e reclinção máxima (12°).

A configuração mais estável é definida como:

Profundidade mínima do assento (410 mm), inclinação mínima do assento (0°) e reclinção mínima (0°).

Fig. 8.7



⚠ CUIDADO!

- Estes valores são considerados apenas como referência para compreender o efeito que o peso do utilizador e a configuração da cadeira têm na estabilidade dinâmica
- A estabilidade real pode ser afetada pela composição do corpo, pelas condições da superfície da inclinação, pelos acessórios, por alterações da programação da cadeira de rodas e outros
- A cadeira pode perder tração/escorregar antes de cair em inclinações mais acentuadas

8.11 Laterais (Fig. 8.8 - 8.9)

Para ajustar a largura.

Solte o parafuso com a chave Allen de 4 mm, rode na lateral e aperte novamente com um binário de 4-7Nm.

Para ajustar a altura.

Solte ambas as braçadeiras com uma chave Allen de 4 mm. Reposicione na lateral, aperte novamente as braçadeiras com um binário de 5-7Nm.

⚠ AVISO!

- As peças laterais só devem ser ajustadas por pessoal com a formação médica adequada.
- Não pendure objectos nas almofadas ou suportes.



8.12 Subir um passeio ou degrau (Fig. 8.10):

Aproxime-se sempre do passeio num ângulo de 90 graus

Para lancis mais altos (degraus) avance de frente lenta e continuamente e sempre a um ângulo de 90 graus.

Quando o dispositivo de subir os passeios ou roda giratória tocar no passeio (degrau), a cadeira de rodas deve mover-se lentamente. Pode subir passeios pequenos a partir de uma posição estacionária.

Dê potência suficiente aos motores para levantar a parte frontal da cadeira para o passeio (degrau) e depois aplique mais potência e velocidade para que as rodas motrizes subam o passeio (degrau) suavemente e sem hesitação. Mantenha o joystick para a frente, tanto quanto possível.



De acordo com a distância até ao chão, a altura máxima possível de um obstáculo que a cadeira pode subir é de 70 mm sem equipamento para subir passeios/degraus e 100 mm com equipamento para subir passeios opcional.

⚠ AVISO!

A velocidade e método de aproximação pode variar em função do desempenho da sua cadeira de rodas e da escolha entre os modelos Q100R e Q200R.

8.13 Descer passeios (Fig. 8.11):

- Inverta a marcha da cadeira de rodas lenta e cuidadosamente até as rodas traseiras chegarem ao lancil numa posição de 90° em relação ao passeio.
- Mova a cadeira em marcha atrás tão lentamente quanto possível para as rodas traseiras descerem o passeio. Sentir-se-á mais seguro se inclinar o corpo para a frente, mas se não puder não se preocupe, porque a cadeira é muito estável. Enquanto respeitar esta limitação, estará sempre seguro.
- A parte frontal da cadeira desce naturalmente do passeio enquanto conduz em marcha atrás, lentamente.



8.14 Opções do assento (elétrico)

A cadeira de rodas pode ser equipada com as seguintes opções mecânicas e/ou elétricas para ajustar a posição do assento. Estas opções podem ser acionadas pelo utilizador recorrendo a ferramentas. Opções de assento ajustável elétrico (Fig. 8.12 - Fig. 8.14).

1. Função de inclinação elétrica
2. Reclinação do encosto elétrico
3. Apoios de pés eleváveis elétricos

PERIGO!

- A utilização das opções de assento ajustável elétrico podem afetar a estabilidade da cadeira de rodas.
- Utilize as opções de assento ajustável elétrico apenas quando a cadeira de rodas estiver numa superfície plana! Não tente acionar qualquer opção do assento elétrico em inclinações.
- Fique afastado de qualquer atuador elétrico enquanto os componentes estiverem em movimento. O alcance dos movimentos dos mecanismos elétricos da Sunrise variam significativamente. Os utilizadores devem ter sempre em conta o espaço circundante enquanto os componentes estiverem em movimento.
- Tenha sempre cuidado quando conduzir este sistema de assento numa posição reclinada, elevada ou inclinada.
- Não tente acionar qualquer opção do assento elétrico com a cadeira de rodas em movimento.
- Não tente acionar as opções de elevação ou inclinação do assento elétrico próximo de crianças.
- Com programação, é possível inverter a direção de todas as funções do assento elétrico, garantindo que sabe qual a direção do movimento do seu assento antes de o acionar.
- Lembre-se que pode ficar entalado nos módulos de elevação/inclinação. Certifique-se de que, durante a operação, não aproxima roupas, mãos, pés e outras extremidades dos módulos de elevação/inclinação para evitar ferimentos.
- Não conduza em rampas ou declives com o assento na posição elevada. Antes de tentar subir ou descer um declive, ajuste a cadeira de rodas para a posição de condução sentada normal, com o encosto na vertical.
- Este sistema de energia foi concebido para reduzir automaticamente a velocidade máxima da marcha até ao modo lento ou para parar quando determinados limites do assento elétrico forem atingidos. Dependendo da configuração da sua cadeira, esta poderá ter várias velocidades de modo lento.




Fig. 8.12




Fig. 8.13




Fig. 8.14

9.0 Apoios de pernas

9.1 Pré-ajustar apoios para as pernas articulado SEDEO LITE

Largura dos apoios para as pernas (Fig. 9.1)

1. Desaperte (A) em uma volta.
2. Ajuste (B) para a posição pretendida.
3. Aperte (A).

Comprimento da perna (Fig. 9.2)




1. Desaperte (A) em uma volta.
2. Ajuste (B) para a posição pretendida.
3. Aperte (A).

⚠ NOTA/CUIDADO!

Certifique-se de que há espaço suficiente sob (B) para a cadeira de rodas passar pelos obstáculos.

Ângulo do tornozelo (Fig. 9.3)

1. Desaperte (A) em algumas voltas.
2. Ajuste (B) para a posição pretendida.
3. Aperte (A).




9.2 Pré-ajustar apoios para as pernas articulados UNI

Largura dos apoios para as pernas, veja Fig. 9.1.

Comprimento da perna (Fig. 9.4)

1. Desaperte (A) em uma volta.
2. Ajuste (B) para a posição pretendida.
3. Aperte (A).



9.3 Pré-ajustar os apoios para as pernas articulados

Largura dos apoios para as pernas (Fig. 9.5)

1. Desaperte (A) em uma volta.
2. Ajuste (B) para a posição pretendida.
3. Aperte (A).

Comprimento da perna (Fig. 9.6)

1. Desaperte (A) em uma volta.
2. Ajuste (B) para a posição pretendida.
3. Aperte (A).

⚠️ NOTA/CUIDADO!

Certifique-se de que há espaço suficiente sob (B) para a cadeira de rodas passar pelos obstáculos.

Ângulo do tornozelo (Fig. 9.7)

1. Desaperte (A) em algumas voltas
2. Ajuste (B) para a posição pretendida.
3. Aperte (A).

Apoio para as pernas de elevação manual/elétrica para ângulo do joelho (Fig. 9.8)

A posição das plataformas para os pés pode ser alterada ajustando o ângulo do joelho.

1. Desaperte (A) em algumas voltas
2. Ajuste (B) para a posição pretendida.
3. Aperte (A).

⚠️ PERIGO/AVISO!

Risco de entalar dedos. Quando mover o apoio para as pernas para cima ou para baixo, não coloque os seus dedos no mecanismo de ajustamento entre as peças móveis do apoio para as pernas.

⚠️ NOTA/CUIDADO!

Altere a altura ou ângulo de joelho se a placa para os pés tocar nas rodas giratórias.

Altura da almofada para a coxa (Fig. 9.9)






1. Desaperte (A) em algumas voltas
2. Ajuste (D) para a posição pretendida.
3. Aperte (A).

Profundidade da almofada para a coxa (Fig. 9.9)

4. Desaperte (B) em algumas voltas
5. Ajuste (D) para a posição pretendida.
6. Aperte (B).

Largura da almofada para a coxa (Fig. 9.9)

7. Desaperte (C) na parte traseira de (D) em algumas voltas.
8. Ajuste (D) para a posição pretendida.
9. Aperte (C).



9.4 Pré-ajustar o apoio de pernas elétrico de montagem central

PERIGO/AVISO!

- Tenha atenção ao seu ambiente para se certificar que não magoa as suas pernas quando estender os apoios de pernas.
- Certifique-se sempre que os apoios de pernas ou apoios de pés não tocam nas rodas giratórias antes de conduzir a cadeira de rodas.
- Os apoios de pernas não devem ser utilizados para levantar ou transportar a cadeira de rodas em circunstância alguma.
- Como é o caso de todas as peças móveis, cuidado para não entalar os dedos.

Ângulo da placa para os pés

A placa para os pés pode ser dobrada para cima para ajudar a arrumar a cadeira para transporte (Fig. 9.10). Se necessário, a placa para os pés também pode ser ajustada para uma posição que não a horizontal:

1. Mova a placa para os pés para o ângulo pretendido (Fig. 9.11).
2. Depois aperte (A - Fig. 9.12) (chave Allen de 4 mm)

PERIGO/AVISO!

- Depois de ajustar e com o assento na sua posição de condução normal: Certifique-se de que há uma folga de, (>25 mm.), entre o chão e a placa para os pés em todas as situações.
- Faça este teste com o utilizador sentado na cadeira com a perna no apoio para a perna.
- Se usar a cadeira com o apoio para as pernas ajustado demasiado para baixo poderá causar lesões físicas ou danificar a cadeira de rodas e objetos próximos.

Altura da placa para os pés (Fig. 9.13)

A altura da placa para os pés também pode ser ajustada. Para fazer isto:

3. Desaperte as porcas (B) e retire os parafusos.
4. Ajuste a placa para os pés para a posição pretendida.
5. Instale novamente os parafusos e aperte-os (B).

Posição da almofada para a coxa (Fig. 9.14)

A posição da almofada para a coxa pode ser ajustada. Para fazer isto:

6. Desaperte (C) em uma volta.
7. Ajuste as almofadas para as coxas para a posição pretendida.
8. Aperte (C).




Fig. 9.10




Fig. 9.11




Fig. 9.12




Fig. 9.13




Fig. 9.14

10.0 Apoio de cabeça

10.1 Pré-ajustar o apoio de cabeça


PERIGO/AVISO!

Se o apoio de cabeça fizer parte das opções selecionadas para o utilizador/cadeira, nunca conduza a cadeira sem o encosto instalado.

Nunca utilize a cadeira sem um apoio de cabeça se a pessoa for transportada com a cadeira num veículo.


Altura do apoio de cabeça (Fig. 10.1)

1. Desaperte (A) em algumas voltas.
2. Ajuste (B) para a posição pretendida.
3. Aperte (A).




Definição da memória (Fig. 10.2)

1. Desaperte (C) em uma volta.
2. Faça deslizar (D) tão para baixo quanto possível.
3. Aperte (C).




Posição do apoio de cabeça (Fig. 10.3)

1. Desaperte (A) em uma volta.
2. Ajuste (B) para a posição pretendida.
3. Aperte (A).



Posição da largura da almofada do apoio da cabeça (Fig. 10.4)

1. Desaperte (A) em uma volta.
2. Ajuste (B) para a posição pretendida.
3. Aperte (A).



11.0 Sistema de Controlo VR2 (Fig. 11.1):

A sua cadeira de rodas é controlada por Joystick. Este controla a energia e velocidade da cadeira de rodas.

O Joystick determina a velocidade e direção da cadeira de rodas.

11.1 Botão ligar/desligar:

O botão Ligar/Desligar transmite energia para os elementos eletrónicos do sistema de controlo o que, por sua vez, transmite energia para o motor da cadeira de rodas.

⚠ AVISO!

Não use o botão Ligar/Desligar para parar a cadeira de rodas exceto em caso de emergência. (Se o fizer, pode reduzir a vida útil dos componentes motrizes da cadeira de rodas).

11.2 Indicador do nível da bateria:

O indicador de carga da bateria indica que a cadeira de rodas está ligada. Também indica o estado da cadeira de rodas. Ver Fig. 11.1.

11.3 Bloquear/desbloquear a cadeira de rodas:

O sistema de controlo VR2 pode ser bloqueado para evitar a utilização não autorizada. O método de bloqueio é feito através de uma sequência de botões e movimentos do joystick indicada em baixo.

Para bloquear a cadeira de rodas;

- Com o sistema de controlo ligado, mantenha premindo o botão Ligar/Desligar.
- Após 1 segundo, o sistema de controlo emite um sinal sonoro. Liberte agora o botão Ligar/Desligar.
- Empurre o joystick para a frente até o sistema de controlo emitir um sinal sonoro.
- Empurre o joystick para trás até o sistema de controlo emitir um sinal sonoro.
- Liberte o joystick. Ouvirá um sinal sonoro longo.
- A cadeira de rodas está agora bloqueada.

Para desbloquear a cadeira de rodas;

- Use o botão Ligar/Desligar para ligar o sistema de controlo. O indicador de velocidade máxima/perfil vibrará para cima e para baixo.
- Empurre o joystick para a frente até o sistema de controlo emitir um sinal sonoro.
- Empurre o joystick para trás até o sistema de controlo emitir um sinal sonoro.
- Liberte o joystick. Ouvirá um sinal sonoro longo.
- A cadeira de rodas está agora desbloqueada.

⚠ AVISO!

Para evitar o movimento inesperado ou não intencional da cadeira de rodas e poupar a carga da bateria, recomendamos que desligue o sistema de controlo (Off) quando não usar as opções de condução ou do assento.



Fig. 11.1

11.4 Operar o joystick de controlo:

Quando premir o botão Ligar/Desligar principal, aguarde alguns segundos antes de mover o joystick. O sistema efetua uma Auto verificação. Se mover o joystick demasiado cedo, o indicador do nível de carga da bateria não se ilumina até libertar o joystick.

Se o joystick não estiver no centro quando ligar a cadeira, ocorrerá um erro do sistema após 5 segundos.

Embora isto não seja perigoso para a cadeira, será necessário desligar e voltar a ligar para limpar o sistema.

Nota: Esta funcionalidade de segurança destina-se a evitar movimentos acidentais.

Sumário de controlo proporcional:

Direção.

Para conduzir a cadeira, basta mover o joystick na direção pretendida. Quando mais afastar o joystick da posição central, mais rápido a cadeira de rodas se move na direção em que empurrar o joystick.

Olhe para a frente e não para os controlos enquanto conduz.

Parar.

Quando o joystick voltar para a posição central, os travões são automaticamente acionados.

Distância de Travagem.

Em solo nivelado, a distância de travagem é aproximadamente igual ao comprimento da cadeira de rodas. Ao descer um declive, a distância de travagem poderá ser ligeiramente maior.

Frente/Trás.



AVISO!

É importante que pare a cadeira de rodas antes de mudar de direção da frente para inversão de marcha.



AVISO!

Desligue sempre o controlador antes de se sentar ou levantar da cadeira de rodas.

11.5 Indicador de Velocidade Máxima / Perfil:

Este é um indicador que apresenta o valor de velocidade máxima para a cadeira de rodas ou o perfil de condução selecionado, se o sistema de controlo for programado para a operação de perfil de condução. Este indicador também indica se a velocidade da cadeira de rodas está limitada ou se o sistema de controlo está bloqueado.

11.6 Botão da buzina:

A buzina é acionada quando premir este botão.

11.7 Botão de redução de velocidade/perfil:

Este botão reduz a definição de velocidade máxima ou seleciona um perfil de condução inferior, se o sistema de controlo for programado para a operação de perfil de condução.

11.8 Botão de aumento de velocidade/perfil:

Este botão aumenta a definição de velocidade máxima ou seleciona um perfil de condução superior, se o sistema de controlo for programado para a operação de perfil de condução.

Lembre-se de que apenas com a prática se poderá tornar num condutor experiente. Vá para um local seguro e sem obstáculos para praticar o controlo da cadeira de rodas e para se familiarizar com os controlos e funções.

11.9 VR2-L

Existem controlos comuns entre os sistemas de controlo VR2 e VR2-L. No caso de existir uma diferença, esta é indicada em baixo. Todos os controlos comuns são indicados na página anterior.

Luzes e piscas:

A cadeira de rodas pode ser equipada com luzes e piscas. Quando as luzes não são instaladas na fábrica, podem ser instaladas como opção num concessionário autorizado pela Sunrise Medical.



AVISO!

Verifique se as luzes e piscas estão a funcionar corretamente e se as lentes estão limpas antes de sair à noite.

Piscas:

Para ligar os piscas da cadeira de rodas empurre o botão pretendido para a esquerda ou direita. A LED associada ilumina-se continuamente.

Se a LED piscar rapidamente, foi detetado um curto-circuito total, um circuito aberto de uma lâmpada ou um circuito aberto total no circuito do pisca esquerdo ou direito.

Prima o botão do pisca para desligar o indicador e a LED associada.

Luzes principais:

Para ligar as luzes da cadeira de rodas, prima este botão. A LED associada ilumina-se continuamente.

Se a LED piscar, foi detetado um curto-circuito no circuito elétrico das luzes.

Prima o botão da luz para desligar as luzes e a LED associada.

Luzes de perigo:

Para ligar as luzes de perigo da cadeira de rodas, use este botão. A LED associada pisca ao mesmo ritmo. As LEDs de pisca esquerda e direita também piscam.

Se a LED piscar rapidamente, foi detetado um curto-circuito total, um circuito aberto de uma lâmpada ou um circuito aberto total no circuito total do pisca.

Prima o botão da luz de perigo para desligar as luzes e a LED associada.

Botão do atuador e LED:

A operação deste botão varia consoante a cadeira de rodas esteja equipada com um ou dois atuadores.

Cadeiras de rodas com um atuador

Se premir o botão do atuador, entra em modo de ajustamento do atuador. Isto é indicado pela iluminação de ambas as LED do atuador. O ajustamento do atuador pode ser feito empurrando o joystick para a frente ou para trás. Para entrar de novo em modo de condução, prima qualquer um dos botões do atuador.

Cadeiras de rodas com dois atuadores

Se premir o botão do atuador, entra em modo de ajustamento do atuador. Se premir o botão uma vez, acende a LED esquerda. Se mover o joystick ajusta o motor do atuador ligado a esse canal. Se premir o botão direito, a LED associada ilumina-se e o movimento do joystick ajusta o motor do atuador ligado ao outro canal.


Para entrar de novo em modo de condução, prima o botão do atuador selecionado, como indicado pela LED associada.

Também é possível selecionar o outro atuador com o movimento do joystick para a esquerda e direita.



Fig. 11.2

11.10 Entrada de carregamento e programação (Fig. 11.3 - A)



AVISO!

- Esta entrada deve ser apenas usada para programar e alterar a cadeira de rodas.
- Esta entrada não deve ser usada como fonte de alimentação para qualquer outro dispositivo.
- A ligação de outros dispositivos elétricos pode danificar o sistema de controlo ou afetar o desempenho EMC da cadeira de rodas.

Ver seção 13.0 sobre carregamento.

A entrada de programação permite ao agente autorizado da Sunrise Medical reprogramar a sua cadeira e também obter informação útil quando tentar detetar qualquer avaria. Quando a cadeira sai da fábrica, os parâmetros do controlador estão pré-definidos.

Para programar o controlador necessita de um dispositivo de programação especial (software portátil ou para PC) que pode adquirir através do agente autorizado da Sunrise Medical.

AVISO!

A programação do controlador da cadeira de rodas deve ser feita apenas pela pessoa autorizada e formada pela Sunrise Medical. A programação incorreta do controlador pode provocar uma condução fora dos limites de segurança, o que pode provocar danos e ferimentos.

Nota: A SUNRISE MEDICAL não se responsabiliza por danos causados por movimentos ou paragens imprevistas da cadeira de rodas devido à programação incorreta ou utilização não autorizada da cadeira de rodas.

11.11 Unidade de Controlo Duplo VR2:



Fig. 11.4

Unidade de Controlo Duplo VR2

11.12 Botão e indicador de controlo:

Isto indica qual o joystick que tem o controlo. Se a luz vermelha da cadeira de rodas estiver acesa, o joystick do ocupante da cadeira de rodas tem o controlo. Se a luz verde do assistente estiver acesa, o joystick do sistema secundário do assistente tem o controlo. O botão é usado para transferir o controlo entre as duas opções, (Fig. 11.5).

11.13 Botão e LED do atuador:

Todos os sistemas secundários VR2 do assistente são instalados como opção padrão. Se o VR2 for programado sem atuadores, então este botão não tem qualquer função, (Fig. 11.5).

Cadeiras de rodas com um atuador:

Se premir o botão do atuador, entra em modo de ajustamento do atuador. Isto é indicado pela iluminação de ambas as LED do atuador. O ajustamento do atuador pode ser feito movendo o joystick para a frente ou para trás.

Para entrar de novo em modo de condução, prima o botão do atuador ou o botão da velocidade.

Cadeiras de rodas com dois atuadores:

Se premir o botão do atuador, entra em modo de ajustamento do atuador. Se premir o botão uma vez, acende a LED esquerda. Se mover o joystick para a frente ou para trás, ajusta o motor do atuador ligado a esse canal. A seleção entre os dois atuadores é feita movendo o joystick para a esquerda e para a direita. Quando o atuador selecionado mudar, a LED que se ilumina também muda. Esquerda para o actuador 1 e direita para o actuador 2.

Para entrar de novo em modo de condução, prima o botão do atuador ou o botão da velocidade.



Fig. 11.5

11.14 Botão e indicador de velocidade máxima:

Isto indica a definição da velocidade máxima da cadeira de rodas quando o sistema secundário do assistente controlar. Existem cinco definições - a definição 1 é a velocidade mais baixa e a definição 5 é a velocidade mais elevada. A definição da velocidade é alterada com o botão de velocidade, (Fig. 11.5).

Se o sistema de controlo for programado para operação do perfil de condução, então o ajustador de velocidade do sistema secundário do assistente apenas ajusta a velocidade no perfil selecionado.

A alternância entre perfis de condução pode ser feita usando o joystick principal VR2.

AVISO!

Para evitar o movimento inesperado ou não intencional da cadeira de rodas e poupar a carga da bateria, recomendamos que desligue o sistema de controlo (Off) quando não usar as opções de condução ou do assento.

Nota: Mova sempre a cadeira com cuidado.

Se for necessário ajustar a programação dos perfis de condução do assistente para ser mais conveniente para o assistente e/ou pessoa que se senta na cadeira, contacte o seu agente Sunrise Medical para adaptação.

Se for necessário alterar a direção do movimento do controlo direcional do assistente, contacte o agente autorizado da Sunrise Medical para a adaptação.

AVISO!

Não tente programar a cadeira de rodas sozinhas.

Consulte sempre um profissional de saúde qualificado. Contacte o agente autorizado da Sunrise Medical para mais informações.

11.15 Resolução de Problemas com o Controlo Manual VR2:

Consulte sempre o seu agente autorizado da Sunrise Medical quando ocorrer uma falha de diagnóstico no seu controlo manual.

O indicador da bateria e o indicador da velocidade máxima/perfil apresenta o estado do sistema de controlo, (Fig. 11.1).

Indicador da Bateria estável - Indica que está tudo OK.

Indicador da Bateria pisca lentamente - O sistema de controlo está a funcionar corretamente mas as baterias devem ser carregadas assim que possível.

Indicador da Bateria ilumina-se gradualmente - As baterias da cadeira de rodas estão a carregar. Não poderá conduzir a cadeira de rodas até desligar o carregador e desligar e depois ligar o sistema de controlo.

O Indicador da Bateria pisca rapidamente (mesmo com o joystick libertado)

Os circuitos de segurança do sistema de controlo foram acionados e o sistema de controlo bloqueou a cadeira de rodas.

Ou seja, o VR2 detetou um problema algures no sistema elétrico da cadeira de rodas.

- Desligue o sistema de controlo.
- Verifique se todos os conectores da cadeira de rodas e do sistema de controlo estão ligados nas correspondências corretas.
- Inspeccione o estado da bateria.
- Se não conseguir detetar o problema, tente o guia de autoajuda na página seguinte.
- Ligue de novo o sistema de controlo e tente conduzir a cadeira de rodas.
- Se os circuitos de segurança forem de novo acionados, desligue e não tente usar a cadeira de rodas.
- Contacte o seu agente autorizado da Sunrise Medical.

Guia de autoajuda, (Fig. 11.6). (ver página seguinte)

Se ocorrer um disparo do sistema, pode determinar o que aconteceu contando o número de barras a piscar no indicador de carga de bateria.

Vá para o número na lista que corresponde ao número de barras a piscar e siga as instruções.

Movimento lento ou arrastado - Se a cadeira de rodas não se mover à velocidade total ou não responder com rapidez suficiente e o estado da bateria for normal, verifique a definição de velocidade máxima. Se não resolver o problema ao ajustar a definição da velocidade então a falha poderá não ser perigosa. Consulte o agente autorizado Sunrise Medical.

O indicador de Velocidade/Perfil ondula para cima e para baixo

- Isto indica que o sistema de controlo está bloqueado, consulte a secção 11.3 para mais detalhes sobre como desbloquear o sistema de controlo.

O Indicador de Velocidade/Perfil pisca - Isto indica que a velocidade da cadeira de rodas está a ser limitada por razões de segurança. A razão exata depende da configuração da cadeira mas normalmente indica que o assento está levantado.

A LED do atuador pisca - Isto indica que os atuadores podem ser inibidos em um ou ambos os sentidos.

Código de avaria										Possível causa
										As baterias devem ser recarregadas ou a ligação à bateria é má. Verifique as ligações da bateria. Se as ligações estiverem corretas, tente mudar as baterias.
										A ligação do motor esquerdo é má. Inspeccione as ligações do motor esquerdo.
										Uma das ligações do motor esquerdo tem um curto-circuito. Contacte o seu agente autorizado da Sunrise Medical.
										A ligação do motor direito é má. Inspeccione as ligações do motor direito.
										Uma das ligações do motor direito tem um curto-circuito. Contacte o seu agente autorizado da Sunrise Medical.
										A cadeira de rodas não pode ser conduzida por causa de um sinal externo. Uma possibilidade é que o carregador da bateria esteja ligado.
										Foi indicada uma falha do joystick. Verifique se o joystick está na posição central antes de ligar o sistema de controlo.
										Foi indicado uma falha do sistema de controlo. Verifique se as ligações do sistema de controlo estão corretas.
										Ligação deficiente dos travões de estacionamento. Inspeccione as ligações do travão de estacionamento e do motor. Verifique se as ligações do sistema de controlo estão corretas.
										Foi aplicada uma voltagem excessiva ao sistema de controlo. Normalmente causada por ligação deficiente da bateria. Inspeccione as ligações da bateria.
										+ S S = LED do indicador de velocidade Foi indicada uma falha de comunicação. Verifique se o cabo do joystick está corretamente ligado e não danificado.
										+ A A = LED do Atuador Foi indicada um disparo do atuador. Se existir mais do que um atuador equipado, inspeccione qual o atuador que não funciona. Inspeccione as ligações do atuador.

Fig. 11.6

11.16 Controlo do assistente para o timão direccional.

O controlo direccional do assistente é um dispositivo mecânico que converte os movimentos do assistente mecânico em movimentos do joystick num controlo do joystick normal. (Fig. 11.7).

Utilizar o Controlo de Assistente Direccional, (Fig. 11.8).

- Prima o botão Ligar/Desligar no controlo manual, o controlo de assistente direccional está agora pronto a ser usado.
- Ajuste a velocidade, começando pelo valor mais baixo.
- Se empurrar o punho para a ESQUERDA, a cadeira de rodas move-se para a DIREITA.
- Se empurrar o punho para a DIREITA, a cadeira de rodas move-se para a ESQUERDA.
- Puxe a alavanca do joystick vermelho para CIMA para conduzir a cadeira de rodas em MARCHA À FRENTE.
- Empurre a alavanca do joystick vermelho para BAIXO para conduzir a cadeira de rodas em MARCHA ATRÁS.

Paragem de emergência, (Ligar/Desligar).

O botão Ligar/Desligar do controlo de assistente direccional serve de botão de PARAGEM DE EMERGÊNCIA (Fig. 11.7).

Quando premido o botão, pára a cadeira de maneira controlada.



NOTA: Mova sempre a cadeira com cuidado.

Se for necessário ajustar a programação dos perfis de condução do assistente para ser mais conveniente para o assistente e/ou pessoa que se senta na cadeira, contacte o seu agente Sunrise Medical para adaptação.

Se for necessário alterar a direção do movimento do controlo direccional do assistente, contacte o agente autorizado da Sunrise Medical para a adaptação.

AVISO!

- Certifique-se de que ajusta a velocidade do controlo do assistente direccional para uma velocidade que lhe seja confortável.
- Verifique se tem sempre acesso fácil aos controlos durante a condução da cadeira e verifique se o controlador está firmemente fixado à cadeira.
- Desligue sempre o controlador quando deixar o utilizador na cadeira.
- Não substitua o botão do joystick por uma peça não autorizada. Pode criar riscos de funcionamento e perda de controlo da cadeira.
- Não pendure objetos nas ou próximo das pegadas do controlo de assistente direccional.



12.0 Sistema de Controlo R-net

12.1 Controlador R-net

Um controlador tem, normalmente, três funções básicas:

- Conduzir e manobrar uma cadeira de rodas
- Operação dos ajustes elétricos do assento
- Carregar as baterias da cadeira de rodas

Existem muitos sistemas de controlo diferentes para cadeiras de rodas no mercado. Se o controlador da sua cadeira de rodas não for semelhante ao da Fig. 12.1, contacte o seu concessionário.

R-net by PG Drives Technologies é o nome coletivo de todo um sistema de controlo de cadeiras de rodas. As cadeiras de rodas são operadas com um controlador. Os componentes principais do controlador podem ser consultados no capítulo 12.3.

12.2 Condução por acompanhante R-net

É possível ligar um controlador adicional na traseira (Fig. 12.2). Isto serve para o acompanhante poder controlar a cadeira de rodas e operar as opções elétricas.

12.3 Módulo Gyro

Se a sua Q100R-Q200R estiver equipada com um sistema de controlo R-net, também incluirá um Módulo Gyro com a mais recente tecnologia dos módulos GYRO.

A tecnologia Gyro oferece uma nova dimensão em termos de controlo da cadeira de rodas, mantendo a direção de condução pretendida independentemente das forças externas que atuem sobre a cadeira de rodas.

As vantagens do GYRO são:

- Controlo superior da condução.
- Elimina o risco de peão.
- Elimina o risco de derrapagem da traseira.
- Aumenta o controlo da divergência das rodas.
- Condução em linha reta sobre obstáculos.
- Aumenta os perfis de condução quando os controlos de especialidade comutados, (como conjuntos de cabeça), são utilizados.

AVISO!

- O Gyro **NÃO PODE** ser utilizado em veículos em movimentos, como autocarros, comboios ou barcos. Quando viajar em veículos em movimento, o **GYRO DEVE SER DESATIVADO** selecionando o perfil de condução 1 no seu controlador.
- **NÃO** remova o GYRO da sua cadeira de rodas. Se desligar o GYRO, a velocidade máxima da cadeira de rodas elétrica ficará limitada a 50%.



Fig. 12.1




Fig. 12.2

12.4 Principais componentes




Fig. 12.3

Peça	Função
A. Joystick	Em modo de 'condução': conduzir e manobrar Em modo de 'opções de ajuste': Esquerda/direita para seleccionar as opções de ajuste Frente/trás para seleccionar as opções de ajuste
B. Interruptor ON/OFF	Ligar e desligar o controlador
C. Buzina	Sinal de alerta com som
D. Ecrã LCD a cores	Imagem e informações
E. Botão «Modo»	Alternar entre o modo de 'condução' e o modo de 'opções de ajuste'
F1: Regulador de velocidade	Reduz a velocidade de condução (mais lento)
F2: Regulador de velocidade	Aumenta a velocidade de condução (mais rápido)
G. Conector de carregamento	Entrada para o carregador da bateria
H. Ficha de carregamento para o carregador da bateria	Conector para o carregador da bateria
I. Botão das luzes	Ligar e desligar as luzes
J. Luzes de Perigo	Sinal de alerta com luzes
K1: Pisca para a esquerda	Liga e desliga o indicador de direção (pisca) para a esquerda
K2: Pisca para a direita	Liga e desliga o indicador de direção (pisca) para a direita
L. Botão «Perfil»	Seleccionar perfil de condução
M. Velocidade máxima	Apresenta o limite máximo de velocidade.
N. Botão do utilizador/acompanhante	Alterna entre o controlador do utilizador e do acompanhante
O. Indicador do utilizador/acompanhante	Apresenta o controlador ativo

12.5 Ecrã

Quando o R-net é ligado, é apresentado um ecrã semelhante ao da Fig. 12.4.

1. Indicador da bateria
Apresenta o nível da carga da bateria
2. Velocímetro
Apresenta um gráfico da velocidade real
3. Conta-quilómetros (distância percorrida)
Apresenta a distância total viajada
4. Contador de quilómetros/horas (quilometragem)
Apresenta a velocidade real
5. Velocidade máxima
Apresenta o limite de velocidade máximo definido pelo utilizador
6. Perfil Actual
Apresenta o perfil seleccionado
7. Relógio
Apresenta as horas
8. Opção de ajustamento (Fig. 12.5)
Apresenta as opções de ajuste seleccionadas

Definições do ecrã

O menu de definições (Fig. 12.6) permite-lhe ajustar o ecrã consoante as suas preferências:
ajuste do relógio, formato das horas, odómetro, brilho da luz de fundo, cor de fundo.

O menu de definições pode ser aberto premindo simultaneamente os botões 'Velocidade Baixo' e 'Velocidade Cima' (F1 e F2 na Fig. 12.3) durante alguns segundos.

No menu, mova o joystick:

- frente/trás para percorrer as opções de selecção
- esquerda/direita para seleccionar uma opções de definição

Quando seleccionar uma opção de definição, utilize frente/trás e esquerda/direita para definir os valores/opções pretendidas. Saia do menu seleccionando 'Sair'.

Fig. 12.4





Fig. 12.5



Fig. 12.6



12.6 Conduzir a cadeira de rodas

Ligar e desligar o controlador

Para poder conduzir ou operar as opções de ajuste eletrônicas da cadeira de rodas, deve ligar o controlador. Prima o botão para ligar/desligar (B na Fig. 12.3).

NOTA!

Deve largar o joystick (posição neutra) quando ligar o controlador, caso contrário, ocorrerá um código de erro.

Se for necessário ativar a função de condução para o acompanhante, o botão do utilizador/acompanhante deve ser premido (O na Fig. 12.3).

Conduzir a cadeira de rodas

Conduzir uma cadeira de rodas pode ser feito com o controlador ou a função de condução do acompanhante.

Conduzir com o controlador ou a função de condução do acompanhante na barra de empurrar.

Se mover o joystick para a frente, a cadeira de rodas também se move para a frente. Se mover para a esquerda e direita, vira a cadeira de rodas.

Velocidade

A velocidade máxima pode ser controlada com o regulador de velocidade do controlador (F1 e F2 na Fig. 12.3). A barra de velocidade no ecrã indica a velocidade máxima. A velocidade pode ser controlada durante a condução com o joystick. Se mover o joystick ligeiramente, a cadeira de rodas move-se mais lentamente.

Perfil de condução

Este controlado também pode ser configurado para adaptar a cadeira de rodas a diferentes perfis ou ambientes de condução (L na Fig. 12.3). Por exemplo, se selecionar um perfil para interiores, garante que a cadeira de rodas reage de maneira mais 'calma'. Quando no exterior, o perfil pode ser ajustado para uma definição mais 'robusta'. O nome e número de atual perfil são indicados sob a barra de velocidade. R-net permite-lhe ajustar a velocidade máxima em diferentes perfis ou ambientes.

Selecionar um perfil

Para mudar para um perfil diferente, basta premir o botão 'perfil' (L na Fig. 12.3). Prima o botão 'perfil' até selecionar o perfil mais apropriado.

12.7 Opções de ajuste elétrico


Nem todas as cadeiras de rodas estão equipadas com opções de ajuste eletrónico. Fazemos a distinção entre três diferentes opções de ajuste do sistema de assento (Fig. 12.7):

- Ajustes de inclinação:
- Ajustes do encosto
- Ajustes dos apoios para as pernas

NOTA!

Se ajustar o ângulo de inclinação elétrica para entre 7° - 22°, a velocidade será reduzida para sua segurança.

A operação das opções de ajuste elétrico pode ser feita com o controlador, com a função de condução do acompanhamento:



O comando e a função de condução do acompanhante

1. Ligue o comando (A na Fig. 12.8)
2. Para ativar a função de condução do acompanhante, deve premir o botão do utilizador/acompanhante (A na Fig. 12.9)
3. Prima o botão 'modo' (B) para selecionar o modo 'opções de ajuste'. O comando fica agora em modo 'opções de ajuste'. É possível acompanhar o estado no ecrã.

O joystick ou as pegas para empurrar (C) são utilizados para selecionar e operar as opções de ajuste elétrico.

4. Mova o joystick / pegas para a esquerda ou para a direita para selecionar a opção de ajuste pretendida. A LED do atuador indica a função do assento selecionada atualmente.
5. Se mover o joystick para a frente / para trás ou as pegas para cima / baixo, irá ativar a opção de ajuste elétrico selecionada (veja a tabela na página seguinte). Mova o joystick / pegas até atingir a opção de ajuste pretendida.

Ajustes	Mover o joystick para trás / Empurrar as pegas de empurrar para baixo
Inclinação	Toda a cadeira se inclina para trás
Encosto	O encosto inclina-se para trás
Apoio de pernas	O ângulo do apoio para as pernas aumenta, a placa para os pés levanta-se

Ajustes	Mover o joystick para a frente / Levantar as pegas de empurrar
Inclinação	Toda a cadeira se inclina para a frente
Encosto	O encosto inclina-se para a frente
Apoio de pernas	O ângulo do apoio para as pernas é reduzido, a placa para os pés baixa-se

6. Prima o botão 'modo' para voltar para o modo 'condução'.




Fig. 12.8




Fig. 12.9

12.8 Luzes

Com o R-net, é possível controlar as seguintes luzes:

Luzes (I na Fig. 12.3)

Luzes de perigo (J na Fig. 12.3)

Indicadores de direção (K1 e K2 na Fig. 12.3)

12.9 Solução de problemas

Se a cadeira de rodas não funcionar com a bateria com carga cheia, verifique os seguintes pontos antes de consultar o seu concessionário:

Desligue o controlador e depois ligue-o novamente. Verifique se o problema foi resolvido.

Verifique se o interruptor de roda livre foi ajustado para Condução.

Verifique se o joystick estava na posição 0 quando ligou o controlador. Por outras palavras, o joystick não deverá ser movido quando ligar ou desligar o controlador.

Lista de avarias

Pode consultar uma lista exaustiva de avarias no apêndice do manual de serviço (apenas para especialistas qualificados). Pode consultar o manual de serviço em www.SunriseMedical.eu

12.10 Bloquear o comando

O sistema de controlo pode ser bloqueado de uma de duas maneiras. Utilizando uma sequência de botões no teclado ou com uma chave física. A maneira de bloquear o sistema de controlo depende do método de programação do sistema feito pelo fabricante da cadeira de rodas.

Bloqueio com o teclado

Para bloquear a cadeira de rodas com o teclado;

- Com o sistema de controlo ligado, mantenha premindo o botão Ligar/Desligar.
- Após 1 segundo, o sistema de controlo emite um sinal sonoro. Liberte agora o botão Ligar/Desligar.
- Empurre o joystick para a frente até o sistema de controlo emitir um sinal sonoro.
- Empurre o joystick para trás até o sistema de controlo emitir um sinal sonoro.
- Liberte o joystick. Ouvirá um sinal sonoro longo.
- A cadeira de rodas está agora bloqueada.

Para desbloquear a cadeira de rodas com o teclado;

- Se desligar o sistema de controlo, prima o botão para Ligar/Desligar.
- Empurre o joystick para a frente até o sistema de controlo emitir um sinal sonoro.
- Empurre o joystick para trás até o sistema de controlo emitir um sinal sonoro.
- Liberte o joystick. Ouvirá um sinal sonoro longo.
- A cadeira de rodas está agora desbloqueada.

Bloqueio com chave (opcional)

Para bloquear o controlador com a chave especial (H1 na Fig. 12.10):

- Insira e remova a chave especial na Entrada do Carregador do Comando (G na Fig. 12.10). O comando está agora bloqueado e o seguinte ecrã é apresentado.

Para desbloquear o comando com a chave especial:

- Se desligar o sistema de controlo, prima o botão para ligar/desligar (B na Fig. 12.3).
- Insira e remova a chave especial na Entrada do Carregador do Comando (G na Fig. 12.10). O comando está agora desbloqueado.




Fig. 12.10

13.0 Baterias e carregamento:



AVISO!

Por favor, leia cuidadosamente o manual do utilizador fornecido com o carregador. Os procedimentos gerais e os efeitos da interferência na cadeira e baterias são válidos.



AVISO!

Não exponha nenhuma parte das baterias a uma fonte directa de calor (ex. chama desprotegida, chamas de gás).



AVISO!

Durante a carga coloque sempre o carregador sobre uma superfície dura num local com boa ventilação.



AVISO!

Nunca carregue as baterias no exterior.

13.1. Bateria e Especificações do Carregador:

Baterias:

24 V (2x12V) / 40 Ah (C20)

Dimensões: 199 x 166 x 171 mm

24 V (2x12V) / 50 Ah (C20)

Dimensões: 199 x 166 x 171 mm

24 V (2x12V) / 55 Ah (C20)

Dimensões: 229 x 138 x 211 mm

Carregador:

Conector: Neutrik XLR de 3 pinos

Carregador: 24 VCC 8 A

13.2 Fusíveis elétricos:

Para evitar a sobrecarga da cadeira de rodas, foram instalados fusíveis nos cabos das baterias. Os fusíveis isolam automaticamente a bateria das ligações elétricas e sistemas de controlo da cadeira de rodas em caso de curto-circuito.

Se suspeita que os fusíveis tenham rebentado, contacte o agente autorizado da Sunrise Medical assim que possível, que efetuará um diagnóstico completo para determinar a causa da avaria original.



AVISO!

Não tente mudar os fusíveis sozinhos.

Não tente fazer a derivação dos fusíveis porque é perigoso.

Contacte o agente autorizado da Sunrise Medical assim que possível.

13.3 Baterias (Fig. 13.1 - 13.6) (Veja a página seguinte):

Para remover as baterias:

- Remova a tampa dianteira da bateria, levantando-a com o manípulo instalado na parte dianteira da tampa (Fig. 13.1).
- Retire os dois parafusos CINZENTOS que ligam as duas baterias uma à outra (Fig. 13.2).
- Remova os apoios para as pernas
- Com uma chave Allen de 4 mm, remova os dois parafusos de fixação da parte traseira da tampa superior (Fig. 13.3).
- Remova os parafusos de orelhas
- Levante a parte dianteira do assento (Fig. 13.4)
- Empurre cuidadosamente os suportes de apoio do assento (1) para trás para fixar o assento na posição levantada, depois remova os dois parafusos de fixação (2) da parte dianteira da tampa superior com a chave Allen de 4 mm (Fig. 13.5)
- Desaperte os dois parafusos de fixação M10 na parte traseira do conjunto do assento
- Solte as correias de Velcro que prendem as duas baterias.
- Remova as duas baterias da base – com cuidado para não mover a estrutura do assento levantado (Fig. 13.6).
- Instale as baterias, com atenção para alinhar corretamente as posições dos terminais (consulte a Fig. 13.7)
- Prenda as baterias com as correias de Velcro
- Instale novamente a capa superior, aperte os parafusos de fixação dianteiros com um binário de 1-2Nm
- Para desbloquear/baixar o assento, puxe cuidadosamente o suporte do assento vermelho para a frente enquanto segura no assento
- Selecione o ângulo de inclinação do assento pretendido, instale novamente os parafusos de orelhas e aperte-os
- Aperte os dois parafusos de fixação M10 Allen com um binário de 10-15Nm
- Aperte os parafusos de fixação traseiros da capa superior com um binário de 1-2Nm
- Ligue novamente os conectores CINZENTOS das baterias
- Instale novamente o apoio para as pernas e a cobertura dianteira da bateria.



PERIGO!

Não cause curto-circuito nos terminais das baterias. Lembre-se que as chaves de porcas e jóias são materiais condutores. Se os deixar cair nos terminais das baterias pode sofrer queimaduras graves e/ou causar uma explosão!



AVISO!

- Os suportes de apoio vermelhos do assento servem apenas para suportar o assento durante as operações de manutenção. Força excessiva para cima – exemplo, levantar a cadeira de rodas enquanto o assento estiver levantado irá danificar o mecanismo.
- As baterias são pesadas. Use as técnicas de suspensão correctas quando as remover da cadeira de rodas e das caixas das baterias.
- Use sempre as pegas ou correias fornecidas para levantar as baterias.




Fig. 13.1



Fig. 13.2



Fig. 13.3




Fig. 13.5



Fig. 13.4




Fig. 13.6

13.4 Informação geral da bateria:

As baterias são, atualmente, a fonte de energia de quase todos os aparelhos modernos que facilitam a mobilidade. As baterias utilizadas nos produtos de mobilidade são diferentes das que se utilizam, por exemplo, nos automóveis. As baterias dos automóveis foram concebidas para libertar uma grande quantidade de energia num curto espaço de tempo, enquanto que as baterias dos aparelhos anteriormente mencionados (chamadas normalmente baterias de ciclo prolongado) libertam a sua energia de forma uniforme durante longos períodos de tempo. Portanto, por causa do pequeno volume de produção e maiores exigências tecnológicas, as baterias para produtos de mobilidade são geralmente mais caras. Os produtos de mobilidade utilizam duas baterias de 12 volts, ou seja, um total de 24 volts. O tamanho da bateria (ou seja, a energia disponível) expressa-se em amperes por hora ex. 55 Amp/h. Quanto maior for o número, maior é o tamanho da bateria, o peso e, potencialmente, maior é a distância que pode percorrer. A Sunrise Medical só utiliza, por norma, baterias do tipo "sem manutenção" nestas cadeiras de rodas.

13.5 Baterias sem manutenção:

Este tipo de bateria funciona com um método de transmissão de eletrólitos, denominado «tipo gel», que é totalmente selado dentro da caixa da bateria. Não é necessário qualquer tipo de manutenção, exceto carregamento regular. Pode transportar este tipo de baterias em segurança, sem risco de entornar o ácido. Para além disso, foram aprovados para transporte em aviões, barcos e comboios.

13.6 Cuidados com as baterias:


A seguir incluímos um programa para cuidar as baterias que não precisam de manutenção. Este programa foi acordado entre a Sunrise Medical e o fabricante das baterias para que o seu rendimento seja ideal. Se não seguir estas instruções, o rendimento será inferior ao esperado para o veículo de mobilidade.

13.7 Plano de assistência da bateria sem manutenção:

- Use apenas um carregador Sunrise Medical aprovado compatível com o veículo a carregar.
- Carregue as baterias todas as noites, independentemente do maior ou menor uso do veículo de mobilidade durante o dia.
- Não interrompa o ciclo de carregamento.
- Se não utilizar o veículo de mobilidade, este deve ficar ligado ao carregador até voltar a utilizá-lo. Isto não danifica as baterias desde que a tomada/ficha elétrica fique ligada. Se desligar a tomada/ficha elétrica e deixar o fio da corrente ligado, as baterias descarregam-se.
- Se deixar o seu veículo durante um longo período de tempo (mais de 15 dias), carregue completamente as baterias e depois desligue a ligação principal da bateria.
- Se não carregar as baterias, pode danificá-las o que pode reduzir a distância de viagem e causar avarias prematuras.
- Não carregue as baterias durante o dia. Espere até à noite para carregá-las completamente.
- Regra geral, as baterias sem manutenção demoram mais tempo a carregar completamente do que as baterias de chumbo ácido.
- Os terminais da bateria devem ser inspecionados periodicamente para verificar se existem sinais de corrosão. Se detetar corrosão, limpe os terminais completamente (uma escova de aço é ideal) e lubrifique de novo o terminal usando massa de vaselina e mão massa normal. Assegure-se que a porca e parafuso do terminal, grampo do cabo e cabo exposto estão completamente cobertos com massa.
- Se respeitar os pontos anteriores, o estado da bateria será preservado, o veículo de mobilidade viajará maiores distâncias e a vida útil das baterias será maior.
- Devolva as baterias à Sunrise Medical ou diretamente ao fabricante para reciclagem, quando a carga estiver esgotada.

13.8 Garantia das baterias:

As garantias das baterias estão em vigor durante os períodos estabelecidos pelos fabricantes. No entanto, a maioria destas garantias estão sujeitas a uma cláusula de desgaste e rotura. Se desgastar genuinamente as sua baterias em 6 meses, não poderá obter baterias de substituição em garantia.



13.9 Informação geral do carregador:

O carregador externo foi criado para carregar duas baterias de gel de 12 V ligadas em série (= 24 V).

13.10 Especificações do Carregador:



AVISO!

Use apenas carregadores para baterias de ciclo, Tipo Gel com saída máx. nominal de 24V/8A.



Para mais informações sobre o funcionamento do carregador, consulte as instruções fornecidas com o mesmo.

Nota: Se não ligar o carregador ao controlo, este não transmite a tensão de carregamento.



AVISO!

É possível que a temperatura da caixa metálica do carregador aumente durante o funcionamento.

13.11 Funcionalidades de segurança do carregador:

Os carregadores possuem funções para evitar perigos e acidentes, que podem ocorrer como consequência da ligação das baterias com os polos mal orientados, do sobreaquecimento gerado por certas avarias ou por tentar carregar baterias com uma voltagem inadequada.

A maioria dos carregadores possuem isolamento elétrico duplo e não precisa de ligação à terra. Certos carregadores de grande tamanho podem ligar-se à terra; o que está indicado claramente na etiqueta do carregador.

O conector de 3 pinos que se utiliza no Reino Unido contém um fusível substituível. A voltagem deste fusível está indicada na etiqueta do carregador.



AVISO!

Substitua sempre por um fusível do mesmo tipo e do mesmo tamanho, como especificado. Com um fusível diferente pode danificar o carregador ou o carregador pode não funcionar corretamente.

Se o carregador que utiliza está concebido para ser utilizado na Europa Continental, contém um conector Europeu com dois pinos e sem fusível. Neste caso, o fusível encontra-se no painel de instrumentos do carregador.

13.12 Procedimento para ligar o carregador e carregar a bateria:

- A cadeira de rodas pode ser carregada através da entrada do carregador na parte frontal do controlo remoto VR2, (Fig. 13.8).
- Verifique se o VR2 está desligado.
- Primeiro, ligue o carregador ao VR2.
- Depois, ligue o carregador à eletricidade utilizando os fios de ligação à rede e ligue-o.
- Não deixe o carregador ligado à bateria com as ligações elétricas desconectadas ou desligadas. Isto pode danificar a sua bateria por causa de uma descarga profunda que ocorre durante um longo período de tempo.
- Desligue sempre o carregador da rede antes de desligar as baterias.



Fig. 13.8

13.13 Notas de segurança e de alerta do carregador:



AVISO!

- O carregador foi concebido para ser usado em interiores. Não use em exteriores ou exponha à chuva, neve, salpicos ou humidade.
- Quando comprar baterias ou carregadores para reposição, consulte sempre o seu agente de serviço da Sunrise Medical.
- O carregador pode ser usado com outras marcas de baterias de gel de longa duração, sujeito a confirmação escrita do Departamento Técnico da Sunrise Medical.

13.14 Autonomia do seu veículo:

As baterias garantem uma autonomia de aproximadamente 30 km dependendo do modelo da cadeira de rodas elétrica: Q100R ou Q200R. A maior parte dos fabricantes de equipamento para mobilidade indicam a autonomia dos seus veículos nos folhetos de vendas ou no Manual de Utilização. Por vezes, a autonomia indicada é diferente de um fabricante para outro, mesmo quando o tamanho das baterias é idêntico. A Sunrise Medical mede a autonomia dos seus veículos de um modo coerente e uniforme, mas existem variações resultantes da eficiência dos motores e a capacidade de carga total do produto.

Os valores do alcance calculam-se de acordo com a norma ISO 7176, Parte 4: Autonomia teórica das cadeiras de rodas, sobre a base do consumo de energia.

Este ensaio foi realizado em condições controladas com baterias novas totalmente carregadas, sobre uma superfície plana e com um utilizador que pesava 100 kg. Os valores indicados devem ser considerados máximos teóricos e podem ser inferiores se ocorrer uma ou várias das seguintes circunstâncias:

- Peso do utente superior a 100 kg.
- As baterias não são novas e o seu estado não é perfeito.
- O terreno é difícil, por exemplo, muito irregular, inclinado, com lama, gravilha, relva, neve ou gelo.
- O veículo sobe passeios regularmente.
- A temperatura ambiente é muito alta ou muita baixa.
- Pressão incorreta em um ou mais pneus.
- Excesso de arranques/paragens.
- Os tapetes muito altos em interiores também podem afetar o alcance.
- Utilização de opções adicionais de consumo de energia (p.ex. luz, atuadores, etc.).

Os tamanhos de bateria disponíveis em cada produto Sunrise Medical deverão ser suficientes para satisfazer a maioria dos estilos de vida dos clientes.

13.15 Declarações comuns da bateria:

Ao longo dos últimos anos, a tecnologia das baterias tem evoluído mas infelizmente os conselhos sobre as mesmas não são os melhores. Esta situação criou uma série de instruções confusas e por vezes contraditórias sobre a «melhor» maneira de cuidar das baterias.

Nesta seção queremos ajudá-lo a esclarecer, a esse respeito, alguns mitos e legendas.

Para reduzir o risco de dano na ficha e cabo elétricos, puxe a ficha e não o cabo quando desligar o carregador. Coloque o fio de maneira a não tropeçar nele ou pisá-lo. Verifique se o fio não está sujeito a danos ou stress. Não deve utilizar extensões, salvo se for absolutamente necessário. A utilização de uma extensão não adequada pode provocar um incêndio ou choques elétricos. Se tiver obrigatoriamente de utilizar uma extensão, verifique se os pinos do conector da extensão têm o mesmo tamanho e a mesma forma que os pinos do conector do carregador e que o número de chavetas é igual. Assegure-se também se a extensão está bem ligada e em boas condições.

14.0 Ajustes:

14.1 Ajustamento do apoio de pés (Fig. 14.1.1 & 14.1.2):

Para ajustar a altura de um apoio de pés:

Dependendo do tipo de apoio de pés, desaperte o parafuso com uma chave Allen de 4 mm ou uma chave de 11 mm e ajuste o apoio de pés para a altura pretendida, depois aperte o parafuso no orifício.

Nota: Certifique-se que os parafusos estão apertados firmemente.




Fig. 14.1.1



Fig. 14.1.2

14.2 Ajuste da largura interior ou exterior dos apoios de pés:

Com um kit opcional a largura entre os apoios de pés pode ser 4 cm mais ou menos pequena do que o normal. O kit inclui uma folha com as instruções.



Fig. 14.2

14.3 Ajustamento dos apoios de braços:

Ajuste da altura (Fig. 14.3):

Desaperte o parafuso de fixação (com seta), levante a almofada no braço para a altura pretendida, aperte o parafuso de fixação com um binário de 3-7Nm.




Fig. 14.3

14.4 Ajustamento da largura do assento (Fig. 14.4):

Para ajustar a largura entre os apoios de braços, use uma chave Allen de 5 mm para desapertar os parafusos de fixação nos retentores do adaptador do apoio de braço, localizados na estrutura lateral sob os apoios de braços e puxe os apoios de braços para fora ou para dentro para a posição pretendida. Aperte os parafusos com um binário de 3-7 Nm.



Fig. 14.4

14.5 Ajustamento do centro de gravidade do assento:

O produto configurável Q200R inclui a funcionalidade de ajustamento do assento para a frente / para trás. Pode ser usada para ajustar o centro de gravidade, movendo a posição do assento/utilizador em relação à base. O ajustamento do centro de gravidade pode ser necessário para aumentar a estabilidade em inclinações e trações (capacidade de condução) para alguns tipos de utilizadores.


⚠ AVISO!

O ajustamento do centro de gravidade SÓ deve ser efetuado por engenheiros qualificados da Rehab com a devida formação e autorização. Assim, as instruções para tais ajustamentos NÃO foram incluídas deliberadamente neste manual para serem usadas apenas por pessoal qualificado. O ajustamento incorreto pode resultar numa grave falta de estabilidade do equipamento e em um maior risco de tombar ou deslizar resultando em ferimentos graves.

14.6 Ajustes da altura do assento em profundidade: (Fig. 14.6).

Remova os 2 parafusos dos suportes do encosto, 1 de cada lado da estrutura, com uma chave Allen de 6mm e uma chave de porcas de 13,0mm. Mova o encosto para atingir a altura do assento pretendida. Instale novamente os parafusos e aperte-os com um binário de 17-20Nm. Para compensar a posição do apoio de braços, tanto o resguardo lateral como a almofada para o braço são ajustáveis.

O assento tem 5 profundidades: 410 a 510 mm em incrementos de 25 mm.



14.7 Ajustamento do Controlo (Fig. 14.7):

O controlo pode ser ajustado para várias posições empurrando-o ao longo do apoio de braço. O controlo pode ser movido rodando a alavanca sob a almofada de braço para a esquerda, reposicionando o controlador e apertando-o rodando a alavanca para a direita.

⚠ AVISO!

- Não substitua o botão do joystick por uma peça não autorizada. Pode criar riscos de funcionamento e perda de controlo da cadeira.
- É importante substituir a base do joystick caso esteja dobrada ou partida, caso contrário poderá danificar o controlador e causar um movimento inesperado da cadeira.
- Verifique se tem sempre acesso fácil aos controlos durante a condução da cadeira e verifique se o controlador está firmemente fixado à cadeira.



14.8 Controlo duplo/paraacompanhante (quando instalado)

⚠ AVISO!

- Assegure-se que ajusta a velocidade do controlo do assistente para um nível que lhe seja confortável.
- Desligue sempre o controlador quando deixar o utilizador na cadeira. (Ver secções 11.10 - 11.14).

14.9 Controlo retráctil paralelo (Fig. 14.8):

⚠ AVISO!

- Antes de ajustar o braço basculante, desligue o controlador para evitar o movimento accidental do joystick que pode provocar movimentos não desejados da cadeira de rodas.
- Mantenha os dedos, a roupa, etc. afastados do mecanismo retráctil.
- Lembre-se que a largura da sua cadeira é maior se expandir o braço retráctil e poderá não conseguir contornar determinados obstáculos.
- Não pendure nenhum objeto no dispositivo remoto do braço retráctil paralelo porque pode danificar o mecanismo retráctil.
- Quando se sentar ou levantar da cadeira, não se apoie no controlo remoto.
- Quando se sentar ou levantar da cadeira, não se apoie no controlo remoto.
- Assegure-se de que a corrente está desligada quando ajustar o braço retráctil paralelo.
- Quando utilizar o braço basculante paralelo, conduza a cadeira de rodas à velocidade de manobra mínima, (Fig. 14.8).



14.10 Programação:

Quando a cadeira sai da fábrica, os parâmetros do controlador estão pré-definidos. No entanto, se forem necessárias alterações, deve contactar o seu agente, onde um especialista efetuará o trabalho.

Nota: É necessário um programado ou programa de software para PC com a ficha de ligação apropriada para programar a cadeira de rodas.



AVISO!

Nunca tente programar a cadeira de rodas sozinho.



AVISO!

A programação do controlador da cadeira de rodas deve ser feita apenas pela pessoa autorizada e formada pela Sunrise Medical. A programação incorreta do controlador pode provocar uma condução fora dos limites de segurança, o que pode provocar danos e ferimentos.

15.0 Limpeza:

15.1 Limpeza geral:

- Uma vez por semana, limpe a cadeira de rodas com um pano humedecido (não molhado) ou um aspirador para eliminar o pó e a pelúcia acumulados à volta dos motores.
- Não se esqueça de secar todas as peças da sua cadeira de rodas se ficarem húmidas ou molhadas depois de as limpar ou se for usada num ambiente molhado ou húmido.
- É importante que, se a cadeira de rodas for usada por mais de uma pessoa, seja limpa cuidadosamente para garantir que não haja o risco de infeção. Deve usar sempre um desinfetante específico para esta tarefa. Preste atenção às instruções do fabricante do desinfetante que usar.
- Inspeccione os estofos/assentos para determinar se têm rasgões, marcas, desgaste ou diminuição da tensão dos estofos, em particular nos lugares próximos do metal, podem provocar uma posição inadequada ou menos cómoda e a diminuição da pressão.

Medidas de higiene quando reutilizar:

Antes de utilizar de novo a cadeira de rodas, deve prepará-la cuidadosamente. Todas as superfícies em contato com o utilizador devem ser limpas com um spray de desinfecção.

Para tal, deve usar um desinfetante como autorizado/recomendado no seu país, para desinfetar rapidamente, com produtos à base de álcool, os produtos e dispositivos médicos que devem ser desinfetados rapidamente.

Tenha em conta as instruções do fabricante em relação ao desinfetante que vai usar.

Em geral, não é possível garantir a desinfecção completa das bainhas. Deste modo, e de acordo com as leis locais de proteção contra infeções, recomendamos que descarte da cadeira de rodas e correias traseiras com agentes ativos para evitar a contaminação com microbactérias.

15.2 Limpeza do assento:

Todas as peças/acessórios tais como tabuleiros basculantes devem ser limpas com um pano húmido.

Todos os suportes laterais, apoios de cabeça e braços, proteções laterais, almofadas para as pernas, cintos de segurança e almofadas para os joelhos devem ser limpos com um pano húmido.



CUIDADO!

Não use uma mangueira ou lavagem de alta pressão para limpar a sua cadeira.

15.3 Limpeza do sistema de controlo:

Limpe o sistema de controlo e joystick com um pano humedecido com detergente diluído. Limpe o joystick com o máximo cuidado.



CUIDADO!

Nunca use abrasivos ou produtos de limpeza com álcool.

15.4 Controlos de especialidade:

Quando instalado, certifique-se de que os joysticks (todas as versões) são limpos com um desinfetante suave e um pano de limpeza para evitar qualquer risco de infeção cruzada.



AVISO:

Verifique se o controlo está desligado antes de limpar.

16.0 Requisitos de Transporte e de Armazenamento:

16.1 Temperatura e humidade de armazenamento:

Temperatura de Armazenamento: Min.: -40°C Máx.: 65°C
Humidade Relativa (não condensada): Min.:5% Máx.: 95%

16.2 Requisitos especiais de transporte:

A cadeira de rodas pode ser transportada por estrada, caminhos-de-ferro, mar ou ar já que as baterias fornecidas estão em conformidade com os regulamentos de IATA.

Se substituir as baterias por outras que não foram aprovadas por IATA, deve removê-las antes de viajar de avião.

O seu concessionário poderá ajudá-lo a obter baterias aprovadas pela IATA.

CUIDADO!

Antes de viajar, contacte a operadora de viagens apropriada. A operadora de viagens poderá fornecer os detalhes sobre quaisquer requisitos/instruções especiais.

- Assegure-se que as peças removíveis estão fixas com a ajuda de mobilidade ou embaladas em separado e identificadas para não se perderem durante a carga e descarga.
- Leve este Manual de Utilizador consigo.
- A operadora deve consultar as seguintes opções.
- Como bloquear/desbloquear o Joystick, (Secção 7.3).
- Como desligar as baterias, (Secção 13.3, Fig. 13.1 a 13.9).
- Como desligar a transmissão, (Secção 6.10).

16.3 Armazenamento de médio e longo prazo:

Quando armazenar a sua cadeira de rodas durante longos períodos de tempo (durante mais de uma semana), siga estas simples instruções:

Carregue completamente a cadeira de rodas durante, pelo menos, 24 horas.

Desligue as baterias ou caixas das baterias.

AVISO!

Nunca armazene a sua cadeira de rodas:

- No exterior
- Sob a luz direta do sol, (as peças de plástico podem perder a cor).
- Próxima de uma fonte de calor.
- Em locais húmidos.
- Em locais frios.
- Com as baterias/caixas das baterias ligadas, (mesmo que o controlador esteja desligado).


Evite as situações anteriores para minimizar o ciclo profundo de descarga da bateria e prolongar a vida útil da mesma.

Quando voltar a utilizar a cadeira de rodas, volte a ligar as baterias/caixas das baterias e carregue a cadeira de rodas durante, pelo menos, 24 horas antes de utilizar.

17.0 Eliminação:

O símbolo em baixo indica que, de acordo com as leis e normas locais, o aparelho deve ser eliminado de maneira diferente do lixo doméstico. Quando o aparelho esgotar a sua vida útil, leve-o ao ponto de recolha local designado pelas autoridades locais. A recolha e reciclagem em separado do aparelho quando o deitar fora, ajuda a conservar recursos naturais e a garantir que é reciclado de maneira a proteger o ambiente.

Assegure-se que é o proprietário legal do aparelho antes de o deitar fora, de acordo com as recomendações anteriores.



18.0 Folha de especificações de acordo com EN 12184 e ISO 7176-15:1996



Sunrise Medical GmbH
Kahlbachring 2-4
69254 Malsch/Heidelberg
Deutschland
Tel.: +49 (0) 7253/980-0
Fax: +49 (0) 7253/980-222
kundenservice@sunrisemedical.de
www.SunriseMedical.de

Temperatura de funcionamento: -25°C a 50°C
Temperatura de armazenamento: -40°C a 65°C
Resistência à humidade IPx4
Sem restrições de humidade e pressão de ar

Modelo: Quickie Q100R



Peso máximo do ocupante: Utilizador Q100R 125 kg.

A cadeira de rodas Quickie Q100R é compatível com os seguintes padrões:

a) Requisitos e métodos de teste para forças estáticas, de impacto e de fadiga (ISO 7176-8)

b) Sistemas de energia e controlo para cadeiras de rodas - requisitos e métodos de teste (ISO 7176-14)

c) Teste climatérico de acordo com ISO 7176-9

d) Requisitos para resistência de acordo com ISO 7176-16

e) o produto é identificado como cadeira elétrica de Classe B

f) todos os materiais usados neste produto respeitam EN1021 partes 1 e 2.

g) Componentes conformes com a norma EN ISO 10993.

ISO 7176-15	Mín.	Máx.	Comentários
Comprimento geral (com apoio para as pernas Uni)	1010 mm	1140 mm	
Comprimento geral (com apoio para as pernas central)	810 mm	980 mm	Placa para os pés dobrada / desdobrada
Largura geral da base elétrica	-	540 mm	
Largura geral do assento – assento de 42 cm	540 mm	580 mm	Apoios de braços para dentro / para fora
Largura geral do assento – assento de 48 cm	600 mm	660 mm	Apoios de braços para dentro / para fora
Comprimento quando dobrada	770 mm	780 mm	
Altura quando dobrada	640 mm	680 mm	
Massa total (com baterias)	94 kg	100 kg+	máximo depende das opções
Massa da parte mais pesada	-	17 kg	Bateria de 55 Ah
Massa do apoio de braço removível	1,8 kg	2,7 kg	Sem / com joystick
Estabilidade estática em descida	15°	-	
Estabilidade estática em subida	13°	-	
Estabilidade estática lateral	12°	-	
Consumo de energia (autonomia máx.)	-	31 km	Com baterias de 55Ah
Estabilidade dinâmica em subida	6°	10°	Assento menos / mais estável
Subida de obstáculos	75 mm	100 mm	Sem / com K.C
Velocidade máx. p/ frente	-	6 km/h	
Distância mín. de travagem a partir de velocidade máx.	-	1000 mm	
Ângulo plano do assento	0°	6°	3 posições
Profundidade efetiva do assento	410 mm	510 mm	5 posições
Largura efetiva do assento	380 mm	540 mm	3 configurações de assento
Altura da superfície do assento na aresta frontal	450 mm	490 mm	Almofada removida
Ângulo do encosto - fixo	0°	12°	4 posições
Ângulo do encosto – reclinção eléctrica	0°	30°	Infinito
Altura do encosto	500 mm	570 mm	Almofada removida
Distância do apoio dos pés ao assento	350 mm	480 mm	Gancho do tipo Uni
Apoio de pernas ao ângulo da superfície do assento	72°	75°	Depende do comprimento da perna
Distância do apoio de braços ao assento	220 mm	300 mm	Almofada removida
Localização frontal da estrutura do apoio de braços	385 mm	460 mm	
Raio mínimo de viragem – Gancho Uni	800 mm	-	
Raio mínimo de viragem – central	750 mm	-	
EN 12184	Mín.	Máx.	Comentários
Altura máxima da descida do lancil em segurança	-	100 mm	
Largura mínima do corredor	1100 mm	-	
Distância mínima para o chão	90 mm	-	45 mm em antiqueda
Força de operação de controlo de velocidade	-	1,8 N	
Força de operação de controlo de direção	-	1,5 N	

NOTA: Algumas das opções e medições poderão não estar disponíveis em todos os países.

Modelo: Quickie Q200R



Peso máximo do ocupante: Utilizador Q200R 136 kg.

A cadeira de rodas Quickie Q200R é compatível com os seguintes padrões:

a) Requisitos e métodos de teste para forças estáticas, de impacto e de fadiga (ISO 7176-8)

b) Sistemas de energia e controlo para cadeiras de rodas - requisitos e métodos de teste (ISO 7176-14)

c) Teste climatérico de acordo com ISO 7176-9

d) Requisitos para resistência de acordo com ISO 7176-16

e) o produto é identificado como cadeira elétrica de Classe B

f) todos os materiais usados neste produto respeitam EN1021 partes 1 e 2.

g) Componentes conformes com a norma EN ISO 10993.

ISO 7176-15	Mín.	Máx.	Comentários
Comprimento geral (com apoio para as pernas Sedeo Lite)	1070 mm	1160 mm	
Largura geral da base elétrica	-	580 mm	
Largura geral do assento – assento de 42 cm	540 mm	580 mm	Apoios de braços para dentro / para fora
Largura geral do assento – assento de 48 cm	600 mm	660 mm	Apoios de braços para dentro / para fora
Comprimento quando dobrada	-	830 mm	
Altura quando dobrada	640 mm	680 mm	
Massa total (com baterias)	98 kg	100 kg+	máximo depende das opções
Massa da parte mais pesada	-	17 kg	Bateria de 55 Ah
Massa do apoio de braço removível	1,8 kg	2,7 kg	Sem / com joystick
Estabilidade estática em descida	15°	-	
Estabilidade estática em subida	15°	-	Sem opções de energia
Estabilidade estática em subida	11°	-	Com inclinação e elevação elétrica
Estabilidade estática lateral	15°	-	
Consumo de energia (autonomia máx.)	29 km	31 km	10 km/h / 6 km/h (55 Ah)
Estabilidade dinâmica em subida	8°	12°	Assento menos / mais estável
Subida de obstáculos	-	100 mm	10 km/h (67 mm - sem KC)
Velocidade máx. p/ frente	6 km/h	10 km/h	
Distância mín. de travagem a partir de velocidade máx.	-	2100 mm	
Ângulo do plano do assento – inclinação fixa	0°	6°	3 posições
Ângulo do plano do assento – inclinação elétrica	0	22°	Infinito
Profundidade efetiva do assento	410 mm	510 mm	5 posições
Largura efetiva do assento	380 mm	540 mm	3 configurações de assento
Altura da superfície do assento na aresta frontal	450 mm	490 mm	Almofada removida
Ângulo do encosto - fixo	0°	12°	4 posições
Ângulo do encosto – reclinção elétrica	0°	30°	Infinito
Altura do encosto	500 mm	570 mm	Almofada removida
Distância do apoio dos pés ao assento	330 mm	480 mm	Gancho do tipo Sedeo Lite
Apoio de pernas ao ângulo da superfície do assento	65°	90°	Plataforma para os pés ajustável
Distância do apoio de braços ao assento	220 mm	300 mm	Almofada removida
Localização frontal da estrutura do apoio de braços	385 mm	460 mm	
Raio mínimo de viragem	850 mm	-	
EN 12184	Mín.	Máx.	Comentários
Altura máxima da descida do lancil em segurança	-	100 mm	
Largura mínima do corredor	1150 mm	-	
Distância mínima para o chão	95 mm	-	50mm em antiqueda
Força de operação de controlo de velocidade	-	1,8 N	
Força de operação de controlo de direção	-	1,5 N	

NOTA: Algumas das opções e medições poderão não estar disponíveis em todos os países.

19.0 Sugestões de Serviço - Historial de Serviço:

Esta seção tem como objetivo ajudá-lo a anotar todas as operações de manutenção e reparações realizadas na cadeira. O agente de serviço preencherá esta seção e devolverá o manual.

NOTA: Contacte o seu agente de serviço médico Sunrise aprovado para qualquer garantia ou trabalho de manutenção ou de reparação necessários.

Modelo				
Número de Série				
Ano	1	2	3	4
Datas de manutenção				
Controlador				
Interruptor ON/OFF				
Ficha Saída				
Operação				
Travão Dinâmico				
Configuração programável				
Baterias				
Dano físico				
Ligações				
Teste de descarga				
Rodas/pneus				
Desgaste				
Pressão				
Rolamentos				
Porcas das rodas				
Motores				
Cabos				
Ruído				
Ligações				
Travões				
Escovas				
Dispositivo de desembraiagem				
Chassis				
Estado				
Direção				
Estofo				
Assento				
Encosto				
Apoio dos braços				
Sistema Elétrico				
Estado da guia flexível				
Ligações				
Percurso de Ensaio				
P/ frente				
P/ Trás				
Paragem de emergência				
Virar para a esquerda				
Virar para a direita				
Subir/descer vertentes inclinadas				
Superar obstáculos				
Travão de mão				

Apenas Agentes de Serviço:

Quaisquer peças necessárias devem ser obtidas da Sunrise Medical através do nosso website ou por contacto direto para o nosso departamento de Assistência a Clientes ou de Serviço. Não utilize peças não autorizadas ou efetue modificações não autorizadas.

20.0 Inspeções de funcionamento:

Após efetuar qualquer manutenção ou reparação na cadeira de rodas, deve verificar se funciona corretamente antes de a usar.

- Inspeccione visualmente a cadeira de rodas para se certificar que os apoios de pernas, apoios de braços, etc. estão corretamente posicionados e fixados à cadeira de rodas e que todos os dispositivos de aperto estão firmemente apertados.
- Verifique se o encosto está corretamente fixado e ajustado.
- Verifique se todas as almofadas estão no lugar.
- Ligue o controlo manual – As luzes piscam? Isto significa que há uma avaria no sistema eletrónico. Consulte a secção 8.0 para resolução básica de problemas.
- Teste o travão de estacionamento.
- Opere todas as opções elétricas, incluindo luzes e indicadores (se equipados) para verificar se funcionam corretamente.
- Conduza a cadeira de rodas em cada um dos perfis de condução (se instalados) para se certificar que a cadeira de rodas funciona como antes.



AVISO!

Em caso de dúvida sobre os requisitos de funcionamento da cadeira de rodas, contacte o fornecedor Sunrise Medical autorizado.

NOTA: Apenas as tarefas nas caixas VERDES em baixo devem ser efetuadas pelo utilizador. Em caso de dúvida, contacte o seu agente autorizado Sunrise Medical.

20.1 Reutilizar

Devido à sua construção, a Q100R/Q200R é ideal para interiores (altura baixa do assento, dimensões compactas) assim como para exteriores, (luzes, baterias de 55Ah, etc.).

Devido ao seu elevado nível de flexibilidade, possível graças ao número de ajustamentos, e à tecnologia de plataforma modular (sistema de fabrico modular), a Q100R/Q200R é ideal para ser reutilizada.

Os módulos individuais (inclinação do assento em espaço, ajustamento do ângulo do encosto) podem ser instalados e removidos muito rapidamente. O sistema do assento permite uma variedade de possibilidades para que os ajustamentos individuais sejam os mais adequados a cada utilizador.

Instalação opcional da unidade operacional no lado esquerdo ou direito da cadeira, que pode ser alterada à posteriori, e distância ajustável do encosto.

Programa de inspeção e manutenção	Diário	Semanal	Trimestral	Semestral	Anual
Verifique o indicador de carga da bateria e carregue, se necessário.	✱				
Inspeccione se o joystick do controlo manual não está dobrado ou danificado.	✱				
Certifique-se de que todas as peças / parafusos de orelhas removíveis estão firmemente presos.	✱				
Inspeccione se o cinto de segurança está desgastado e verifique se a fivela está operacional.	✱				
Teste do travão de estacionamento.		✱			
Inspeccione os pneus e encha.		✱			
Verifique se os dispositivos de aperto do ajustamento da altura do assento estão apertados,		✱			
Verifique se todos os cabos estão em bom estado, organizados e fora do caminho.		✱			
Limpe a cadeira de rodas e estofos.		✱			
Inspeção do terminal da bateria – Remova qualquer corrosão e aplique vaselina.			✱		
Verifique se os estofos, assento, apoios da cabeça, almofadas para braços e almofadas para coxas estão desgastados.				✱	
A inspeção completa, inspeção de segurança e reparação devem ser efectuados por um fornecedor Sunrise Medical autorizado.					✱

21.0 Placa de nome

		Sunrise Medical GmbH Kahlbachring 2-4 D-69254 Malsch / Germany		 2021-05-10
TYPE:		POWER WHEELCHAIR		 21021162007375
Q100R		ISO 7176-19:2008		FIN-Nr: 1R2159450
 125 kg	 max 230 kg	 max 6 km/h	 max 8°	 max 160/105 kg
				

TYPE:	Nome do produto/Número SKU.
	A inclinação máxima segura com tubos antiqueda depende das configurações da cadeira de rodas, postura e capacidades físicas do utilizador.
	Peso Máximo do Utilizador.
	Carga máxima.
	Velocidade máxima.
	Carga máxima no eixo.
	Símbolo UKCA.
	Símbolo CE.
	Consulte as instruções de utilização
	Indica que o equipamento elétrico / eletrónico deve ser eliminado de acordo com as diretivas / regulamentos WEEE.
 XXXX-XX-XX	Data de fabrico.
	Número de Série.
	Este símbolo significa Dispositivo Médico.
	Morada do fabricante
ISO 7176-19:2008	Testada com contra colisões de acordo com: ISO 7176-19:2008.
	Morada do importador
UK RP	Responsável no Reino Unido
CH REP	Morada do representante na Suíça



ISO 7010-M002

É necessário ler o manual/livro de instruções! (Ícone azul)

Sunrise Medical S.r.l.
Via Riva, 20 – Montale
29122 Piacenza
Italia
Tel.: +39 0523 573111
Fax: +39 0523 570060
www.SunriseMedical.it

Sunrise Medical AG
Erlenauweg 17
CH-3110 Münsingen
Schweiz/Suisse/Svizzera
Fon +41 (0)31 958 3838
Fax +41 (0)31 958 3848
www.SunriseMedical.ch

Sunrise Medical AS
Delitoppen 3
1540 Vestby
Norge
Telefon: +47 66 96 38 00
post@sunrisemedical.no
www.SunriseMedical.no

Sunrise Medical AB
Neongatan 5
431 53 Mölndal
Sweden
Tel.: +46 (0)31 748 37 00
post@sunrisemedical.se
www.SunriseMedical.se

MEDICCO s.r.o.
H – Park, Heršpická 1013/11d,
639 00 Brno
Czech Republic
Tel.: (+420) 547 250 955
Fax: (+420) 547 250 956
www.medicco.cz
info@medicco.cz
Bezplatná linka 800 900 809

Sunrise Medical Aps
Mårkærvej 5-9
2630 Taastrup
Denmark
+45 70 22 43 49
info@sunrisemedical.dk
Sunrisemedical.dk

Sunrise Medical Australia
11 Daniel Street
Wetherill Park NSW 2164
Australia
Ph: +61 2 9678 6600
E: enquiries@sunrisemedical.com.au
www.SunriseMedical.com.au

Sunrise Medical
North American Headquarters
2842 Business Park Avenue
Fresno, CA, 93727, USA
(800) 333-4000
(800) 300-7502
www.SunriseMedical.com



Sunrise Medical GmbH
Kahlbachring 2-4
69254 Malsch/Heidelberg
Deutschland
Tel.: +49 (0) 7253/980-0
Fax: +49 (0) 7253/980-222
www.SunriseMedical.de

Sunrise Medical
Thorns Road
Brierley Hill
West Midlands
DY5 2LD
England
Phone: 0845 605 66 88
Fax: 0845 605 66 89
www.SunriseMedical.co.uk

Sunrise Medical S.L.
Polígono Bakiola, 41
48498 Arrankudiaga – Vizcaya
España
Tel.: +34 (0) 902142434
Fax: +34 (0) 946481575
www.SunriseMedical.es

Sunrise Medical Poland
Sp. z o.o.
ul. Elektronowa 6,
94-103 Łódź
Polska
Telefon: + 48 42 275 83 38
Fax: + 48 42 209 35 23
E-mail: pl@sunrisemedical.de
www.Sunrise-Medical.pl

Sunrise Medical HCM B.V.
Vossenbeemd 104
5705 CL Helmond
The Netherlands
T: +31 (0)492 593 888
E: customerservice@sunrisemedical.nl
www.SunriseMedical.nl
www.SunriseMedical.eu
(International)

Sunrise Medical SAS
ZAC de la Vrillonnerie
17 Rue Michaël Faraday
37170 Chambray-Lès-Tours
Tel : +33 (0) 2 47 55 44 00
Email: info@sunrisemedical.fr
www.sunrisemedical.fr

