

JAY® Lite Sittdyna

VIKTIG KONSUMENTINFORMATION

OBS: Denna manual innehåller endast kortfattade instruktioner gällande användande av denna produkt. Vänligen läs också den fullständiga bruksanvisningen för produkten innan produkten används.

ANVÄNDARE:

Innan du använder denna produkt, vänligen läs den fullständiga bruksanvisningen och spara den sedan för framtida behov.

Kortbruksanvisning



Sunrise Medical rekommenderar att en läkare, terapeut eller rehab-tekniker, med erfarenhet av sitsprodukter och positionering, gör bedömningen huruvida en Jay Lite dyna är lämplig.

PLACERING AV DYNAN

Dynan bör nå fram till 2,5 – 5,0 cm från knävecken. Placera dynan mot rullstolens ryggstöd med materialets identifieringsmärken och sittgropen bak. När dynan har lagts i på rätt sätt ska dina höfter vara placerade mot ryggstödet. Dina ischiala ben (sittbenen) ska vara centrerade i dynans bäckenbelastningsområde.

Undvik att använda dynan på alltför uttänjd sitsklädsel. Uttänjd klädsel ger inte tillräckligt med stöd för dynan och kan orsaka felaktig sittställning. Byt ut uttänjd klädsel eller köp ett fast underlag, t ex en träplatta eller en Jay ställbar sittplatta. Undvik att använda alltför uttänjd ryggstödsklädsel. Uttänjd ryggstödsklädsel ger inte tillräckligt med stöd för kroppen och kan orsaka felaktig sittställning. Byt ut uttänjd ryggstödsklädsel eller prova ut ett Jay ryggstöd från Sunrise som passar de krav brukaren har för en god sittställning och god rörlighet.

ENKEL SKÖTSEL OCH RENGÖRING

Månatlig rengöring och regelbunden skötsel kan göra att din dyna håller längre. Vi rekommenderar att de olika beståndsdelarna kontrolleras under rengöringen.

Kontrollera att överdraget inte har revor, är alltför slitet eller uppvisar annat onormalt.

Kontrollera att skumbasen är jämntjock. Kontrollera bäckenbelastningens område så att det retikulära skummaterialet formar sig följdriktigt.

Att rengöra överdraget

1. Avlägsna överdraget från skumbasen och vänd det ut och in.
2. Maskintvätta i varmt vatten (70°) och dropptorka eller torktumla på låg värme.

Överdraget behöver inte strykas.

OBS! Överdraget får inte kemtvättas eller rengöras i industriella tvätt- och torkmaskiner. Autoklavera inte med ånga. Använd inte blekmedel.

Då överdraget sätts på sittdynan igen efter tvätt, se till att kardborrbanden ligger rätt. Sätt sedan tillbaka överdraget på skumbasen. Se till att den bakre delen av överdraget passar ihop med den bakre delen av skumbasen.

Rengöra PLA (sittgrop) inlägg

1. Avlägsna insatsen från skumbasen.
2. Det är nödvändigt att avlägsna överdraget från insatsen för att tvätta det. Vi rekommenderar att det tvättas i överdraget. Före tvätt, infoga insatsen (med överdraget installerat) i en tvättpåse för att skydda kardborre krokar från tvättmaskinens agitator och förhindra trassel med andra föremål.
3. Maskintvätta i 60 grader och dropptorka eller torktumla på

låg värme.

Tvätta inte ett skadat inlägg.

Rengöra skumbas

1. Avlägsna överdraget från skumbasen. Torka av med en lätt fuktad trasa
2. Torka av basen med en ren trasa. Låt skumbasen lufttorka helt innan den sätts ihop igen.
3. Återinstallera överdraget med den nätformade skumdynan över skumbasen. Se till att den bakre delen av överdraget passar ihop med den bakre delen av skumbasen.

Vid med dynan eller tryck kontakta din Arbetsterapeut eller sjukgymnast.

Max brukarvikt: 150 kg



This product is manufactured to comply with the 'Medical Device Directive' 93/42/EEC & 2007/47/EEC.

Sunrise Medical AB
Neogatan 5
431 53 Mölndal
Sweden
Tel: +46 (0) 31-748 37 00
www.sunrisemedical.se

