Empulse F55

Liste de produits compatibles

Marque / Modèle de fauteuil roulant	Connexion	Marque / Modèle de fauteuil roulant	Connexion
Sunrise Medical		**Progeo**	
Quickie Nitrum	B	Ego	C
Quickie Nitrum Hybrid	B	Exelle	C
Quickie QS5 X	A	Exelle vario	C
Quickie Helium	B	Joker R2	C
Quickie Xenon²	B	Joker Energy	C
Quickie Xenon² Hybrid	B	Tekna Advance	C
Quickie Xenon² SA	D		
Quickie Argon	A	**Meyra**	
Quickie Neon²	A	Hurricane (Box)	A
Quicie Helix²	D	Hurricane S	A
Quickie Rubix²	D	Nano	A
Quickie Basix²	D	Smart F	A
Easy 200	A		
Easy 300 SA	A	**RGK**	
Quickie Life R	A	Tiga	A
Quickie Life F	A	Tiga Sub 4	A
Quickie Life SA	A	Tiga FX	A
Quickie Life T	A		
Quickie Life T SA	A	**KI Mobility**	
Quickie Life RT	A	Rogue	E
Quickie Life i SA	A	Tsunami	E
Easy max	A	Ethos	A
Easy max SA	A		
Easy max SA	A		

Remarque: la liste ci-dessus donne une indication des modèles de fauteuils roulants sur lesquels le F55 peut être monté. Cependant la forme du cadre, le réglage du centre gravité et la profondeur d'assise ont une influence sur le montage. En outre, il faut une section droite d'au moins 35 mm pour pouvoir fixer les attaches aux tubes de châssis. C'est pourquoi il est essentiel de faire des essais et tests préalables pour être 100 % sûr, ou alternativement de demander des conseils auprès de votre revendeur. La liste de produits compatibles montre uniquement les fauteuils roulants avec une clause signée. Sur la page suivante, vous trouverez des informations sur l'amarrage du F55. Voir la liste de prix pour les restrictions à respecter lorsque vous combinez le F55 avec des fauteuils roulants Sunrise Medical.

Marque / Modèle de fauteuil roulant	Connexion	Marque / Modèle de fauteuil roulant	Connexion
Berollka		**Küschall**	
Phoenix	A	The KSL (tube rond)	A
Luke SLT	A	K-Series (tube rond)	A
Luke AR	A	K-Series Attract (tube rond)	A
Slade SLT	A	Champion (tube rond)	A
Slade AR	A	Ultra-Light (tube rond)	A
Sprint SLT	A	Compact (tube rond)	A
Sprint AR	A	Compact Attract (round tube)	A
Finess	A	The KSL (les tubes hydroformés de 2019)	F
Finess HEMI Spezial	A	K-Series (les tubes hydroformés de 2019)	F
		Champion (les tubes hydroformés de 2019)	F
Pro Activ			
Traveler	A	**TNS**	
Speedy	A	TNS activator	**A**
Buddy	A	TNS RSX	**D**
		TNS #one	**D**
		TNS activator 2.5	**D**

Remarque: la liste ci-dessus donne une indication des modèles de fauteuils roulants sur lesquels le F55 peut être monté. Cependant la forme du cadre, le réglage du centre gravité et la profondeur d'assise ont une influence sur le montage. En outre, il faut une section droite d'au moins 35 mm pour pouvoir fixer les attaches aux tubes de châssis. C'est pourquoi il est essentiel de faire des essais et tests préalables pour être 100 % sûr, ou alternativement de demander des conseils auprès de votre revendeur. La liste de produits compatibles montre uniquement les fauteuils roulants avec une clause signée. Sur la page suivante, vous trouverez des informations sur l'amarrage du F55. Voir la liste de prix pour les restrictions à respecter lorsque vous combinez le F55 avec des fauteuils roulants Sunrise Medical.

Empulse F55

Informations pour l'amarrage

Le F55 est compatible avec les fauteuils roulants les plus courants répondant aux specifications suivantes :

Tout type de châssis (cadre rigide fermé ou ouvert, châssis avant fixe ou repose-pieds escamotables).
Tubes de châssis ronds de 19.5 mm, 23 mm, 25 mm, 28.6 mm et 30 mm de diamètre. Tubes de châssis ovalisés (Xenon² et Helium).

Pour le montage sur d'autres modèles de châssis vous pouvez commander des attaches spéciales. Voir la liste des produits compatibles et la liste de prix pour les détails.



Version A
Pour tubes ronds. Adaptable aux diamètres 19.5 mm, 23 mm, 25 mm, 28.6 mm et 30 mm grâce au kit de réducteurs (inclus).



Version B
Compatible avec les tubes ovalisés de Xenon², Xenon² Hybrid et Helium.

Version C
Compatible avec les tubes ovalisés Progeo
(sauf si cadre en V)



Version D
Compatible avec Xenon² SA.

Version E
35.5 mm- Pour fauteuils roulants KI-Mobility Rogue et Tsunami.

Version F
Pour tubes hydroformés de 2019
(KSL, K-Series, Champion)

Position des attaches : Idéalement l'angle de montage entre le F55 et le sol est de 80°. Pour les meilleures performances nous conseillons de monter les attaches a une hauteur minimale (distance entre le sol et le point le plus bas des attaches) d'au moins :
Roues 8.5" châssis pliable - 240 mm / Roues 8.5" châssis rigide - 200 mm
Roues 14" châssis pliable - 360 mm / Roues 14" châssis rigide - 320 mm

Largeur du châssis : mesurez le châssis avant du fauteuil roulant (distance entre les centres des tubes).

- En cas d'un châssis avant courbée dont la largeur diminue vers en bas, ne pas monter les attaches sur la section courbée mais sur la section droite plus bas.
- Attention : la largeur mesurée peut différer de la largeur d'assise pour certains châssis avant (forme en V ou courbée, abduction ou adduction, etc.) et par la façon de mesurer.
- Pour vérifier la compatibilité, comparez la largeur mesurée (jamais la largeur d'assise) avec la plage de montage.
- Plage de montage : 260 mm à 480 mm.