



Quickie Q700 M/F/R
Q700 M HD
Q700-UP M
Q700-UP F

Brukermanual


QUICKIE®

000690770.07

SUNRISE MEDICAL er ISO 13485-sertifisert, noe som garanterer kvalitet innen alle områder av konstruksjon og produksjon av denne rullestolen. Dette produktet er i samsvar med standardene i forskrifter fra EU og Storbritannia. Vist utstyr og tilbehør kan fås direkte på produktet eller etterbestilles.



Hvis du har spørsmål angående bruk, vedlikehold eller sikkerhet, vennligst ta kontakt med din lokale hjelpemiddelsentral. Hvis du ikke får svar fra terapeuten eller hjelpemiddelsentralen din, eller du har andre spørsmål, kan du skrive eller ringe til:

Sunrise Medical AS
Delitoppen 3
1540 Vestby
Norge
Telefon: +47 66 96 38 00
post@sunrisemedical.no
www.SunriseMedical.no

Innhold

1.0 Informasjon for bruker	4
1.1 Denne brukermanualen	4
1.2 Ytterligere informasjon	4
1.3 Symboler som brukes i denne brukermanualen	5
2.0 Sikkerhet	6
2.1 Symboler og merkelapper på produktet	6
2.2 Sikkerhet: Temperatur	6
2.3 Sikkerhet: Bevegelige deler	7
2.4 Sikkerhet: Elektromagnetisk stråling	7
2.5 Sikkerhet: Kvelningsfare	8
2.6 Sikkerhet: Bruke en rullestolheis (montert på kjøretøy) ...	8
2.7 Sikkerhet: Bord	8
2.8 Sikkerhet: Løfte rullestolen	8
3.0 Bruksområde for rullestolen	8
3.1 Bruksområde: Personen	8
3.2 Bruksområde: Brukermiljøet	11
4.0 Innstilling av rullestolen	12
4.1 Setesystemet	12
4.2 Setedybde	12
4.3 Setehøyde	12
4.4 Tyngdepunkt	12
4.5 Høyde og dybde på styreboksen	12
4.6 Kontrollsystemprogram	12
4.7 Hoftebelte/seteplasseringsbelte	13
5.0 Bruke rullestolen	14
5.1 Kontrollere rullestolen før bruk	14
5.2 Forflytte deg inn og ut av rullestolen	15
5.3 Kjøre rullestolen	15
5.4 Svinger	16
5.5 Bremsing og nødstop	16
5.6 Kjøre i bakker	17
5.7 Hinder og fortauskanter	18
5.8 Skyve rullestolen	19
5.9 (Elektrisk) setefunksjoner	20
6.0 Batterier, opplading og kjøredistanse	21
6.1 Batterier	21
6.2 Lade batteriene:	22
6.3 Rullestolens kjøredistanse:	23
6.4 Garanti for batterier:	23
6.5 Skifte ut batteriene	24
6.6 Koble fra batteriene for transport ombord i fly	24
7.0 Transport	26
7.1 Transportere rullestolen i et kjøretøy	26
7.2 Bruke Dahl Docking Systems og Variodock	28
7.3 Bruke rullestolen som et passasjersele	34
7.4 Spesialkrav for transport	35
7.5 Generelle advarsler om transport	36
8.0 Enkelt vedlikehold og rengjøring	37
8.1 Vedlikehold	37
8.2 Vedlikehold av dekk og lufttrykk	39
8.3 Vedlikehold av hjul og dekk	42
8.4 Vedlikehold av lys og blinklys:	43
8.5 Rengjøring og desinfisering	43
8.6 Oppbevaring av rullestolen over lengre tid:	43
9.0 Avhending	44
10.0 Feilsøking	45
11.0 Teknisk informasjon: Gjeldende normer/standards	45
12.0 Garanti	52
13.0 Merking	53

Forhandlers underskrift og stempel

1.0 Informasjon for bruker

Takk for at du valgte en rullestol fra Sunrise Medical. Sunrise Medicals mobilitetsprodukter av høy kvalitet er konstruert for å gi deg større frihet og en enklere hverdag.

Fordi Sunrise Medical kontinuerlig forbedrer sine produkter, forbeholder vi oss retten til å endre spesifikasjoner og design uten forvarsel.

Derimot vil endring av viktig sikkerhetsinformasjon klart og tydelig kommuniseres til eksisterende brukere av produktet.

I tillegg er ikke alle funksjoner og alt utstyr som tilbys kompatibelt med enhver konfigurasjon av rullestolen.

Alle dimensjoner er omtrentlige og kan endres.

Produktets forventede levetid er 5 år. Deler fra andre produsenter MÅ IKKE brukes eller monteres på rullestolen med mindre de er godkjent av Sunrise Medical.

1.1 Denne brukermanualen

Ved hjelp av denne brukermanualen kan du bruke og vedlikeholde rullestolen på en trygg måte. Brukermanualen for denne rullestolen består totalt av fire hefter:

- Den generelle brukermanualen (dette heftet)
- En brukermanual for setesystemet
- En brukermanual for styreboksen
- Brukermanual for batteriladeren

Denne brukermanualen vil henvise til andre brukermanualer når det er nødvendig, som vist i tabellen nedenfor:

 Setesystem:	Henviser til brukermanualen for setesystemet.
 Styreboks:	Henviser til brukermanualen for styreboksen.
 Batterilader:	Henviser til brukermanualen for batteriladeren.


Ikke bruk rullestolen før du har lest igjennom og forstått all informasjon i hele brukermanualen (og alle de andre heftene)!

Hvis en av brukermanualene manglet da du mottok rullestolen, må du ta kontakt med din lokale Hjelpemiddelsentral umiddelbart.


1.2 Ytterligere informasjon

Vennligst ta kontakt med din lokale Hjelpemiddelsentral eller Sunrise Medical-representant dersom du har spørsmål om bruk, vedlikehold eller sikkerhet i forbindelse med rullestolen. Hvis du ikke får svar der eller dersom du har spørsmål om noe, kan du skrive eller ringe til Sunrise Medical på:

For informasjon om produktsikkerhet og tilbakekallelse av produkter, gå til www.SunriseMedical.no



Hvis du er svaksynt kan dette dokumentet leses i PDF format på www.SunriseMedical.no



Alternativt kan du be om å få det med større skrift.



1.3 Symboler som brukes i denne brukermanualen

 FARE!	Potensiell fare for personskade, alvorlig personskade eller dødsfall
 ADVARSEL!	Potensiell fare for personskade
 ADVARSEL!	Potensiell fare for produktskade

 Som produsent erklærer SUNRISE MEDICAL at dette produktet er i samsvar med forordningen om medisinsk utstyr (Medical Device Regulation (2017/745)).

MERK:

Generelle brukerråd.

Hvis disse instruksjonene ikke følges kan det føre til personskade, produktskade eller miljøskade!

Merknad til personen og/eller pasienten: Dersom utstyret har vært involvert i en alvorlig hendelse, skal dette rapporteres til produsenten og den aktuelle myndighet i landet der personen og/eller pasienten bor.

B4Me individuelle tilpasninger

Før du bruker ditt B4ME-produkt først gang, anbefaler vi at du leser igjennom og forstår all informasjon som fulgte med produktet, slik at du bruker det på riktig måte.

Når du har lest igjennom informasjonen, anbefaler vi at du tar vare på den til fremtidig bruk.

Kombinasjoner av medisinsk utstyr

Dette medisinske utstyret kan kombineres med ett eller flere andre medisinske utstyr eller produkter. Du finner informasjon om hvilke kombinasjoner som er mulig på www.Sunrisemedical.no. Alle oppførte kombinasjoner er godkjent i henhold til de generelle kravene til sikkerhet og ytelse, vedlegg I nr. 14.1 i direktivet for medisinsk utstyr (MDR) 2017/745.

Veiledning om kombinasjonen, slik som montering, finner du på www.SunriseMedical.no.

2.0 Sikkerhet

Følg instruksjonene ved siden av disse varselsymbolene nøye! Hvis disse instruksjonene ikke følges, kan det resultere i personskade, produktskade eller miljøskade! Det er gitt sikkerhetsinformasjon i de relevante kapitlene.

2.1 Symboler og merkelapper på produktet

Tegn, symboler og instruksjoner som er festet på rullestolen er en del av sikkerhetssystemet. De må aldri dekkes til eller fjernes. De må være festet på stolen og være leselige så lenge rullestolen er i bruk.

Skift ut eller reparer alle uleselige eller skadde merkelapper, symboler og instruksjoner umiddelbart. Ta kontakt med din lokale hjelpemiddelsentral hvis du trenger hjelp.

Fig. 2.1. Advarsel - Ikke berør - VARMT

Fig. 2.2. Festepunkt for drosje/kjøretøy

Fig. 2.3. Advarsel - Fare for å klemme fingrene

Fig. 2.4. Advarsel - Pass på at hurtigutløseren for setet er strammet forsvarlig til før du bruker rullestolen, spesielt i en bakke.

Fig. 2.5. Advarsel - Ikke kjør rullestolen i en bakke når seteryggen er lent bakover og/eller setet er i ståstilling

Fig. 2.6. Advarsel - Maksimal brukervekt for stolen: 160 kg

Fig. 2.7. Advarsel - Maksimal brukervekt for stolen: 250 kg

Fig. 2.8. Frikoblingsmekanisme for hjul: utvendige spake skjøvet ned = frikoblet

Fig. 2.9. Advarsel - Ikke bruk C-Me-funksjonen i bakker/hellinger.

Fig. 2.10. Merkelapp med serienummer og informasjon (kun eksempel).

Fig. 2.11. Plassering av merkelapp med serienummer (neste side - Fig. 2.11.1 stolen med mellomhjulsdraft, Fig. 2.11.2 stol med forhjulsdraft, Fig. 2.11.3 stol med bakhjulsdraft).



Fig. 2.1



Fig. 2.2




Fig. 2.3




Fig. 2.4




Fig. 2.5




Fig. 2.6




Fig. 2.7




Fig. 2.8

2.2 Sikkerhet: Temperatur



ADVARSEL!

- Unngå til enhver tid å komme i kontakt med rullestolens motorer. Motorene er i konstant bevegelse under bruk og kan derfor være svært varme. Motorene vil nedkjøles sakte etter bruk. Du kan brenne deg hvis du kommer i kontakt med motorene. La motorene kjøles ned i minst 30 minutter etter bruk.
- Pass på at rullestolen ikke står i direkte sollys over lengre tid når du ikke bruker den. Enkelte deler på rullestolen, slik som setet, seteryggen og armlenene, kan bli svært varme hvis de står i direkte sollys for lenge. Dette kan forårsake brannskår eller allergiske reaksjoner i huden.
- Overflaten på setetrekket (armlener og/eller leggputer) kan bli varme eller kalde pga. miljøforhold. Dette kan forårsake brannskår, hudskade eller allergiske reaksjoner i huden.




Fig. 2.9

Fig. 2.10

Sunrise Medical GmbH Kahlbachring 2-4 D-69254 Malsch / Germany		2021-03-09
TYPE:	POWER WHEELCHAIR	SN 203204229996547
Q700 M	ISO 7176-19:2008	FIN-Nr: 7M20100330
160 kg	max 350 kg	max 6 km/h
max 6°	max 60kg/290kg/60kg	UK CA CE MD

Sunrise Medical GmbH Kahlbachring 2-4 D-69254 Malsch / Germany		2021-04-22
TYPE:	POWER WHEELCHAIR	SN 203204230017105
Q700 F	ISO 7176-19:2008	FIN-Nr: 7F20109639
160 kg	max 385 kg	max 10 km/h
max 6°	max 100kg/318kg	UK CA CE MD

Sunrise Medical GmbH Kahlbachring 2-4 D-69254 Malsch / Germany		2020-10-20
TYPE:	POWER WHEELCHAIR	SN 203203729322630
Q700-UP M	ISO 7176-19:2008	FIN-Nr: 7UPM20960
120 kg	max 350 kg	max 10 km/h
max 6°	max 60kg/290kg/60kg	UK CA CE MD

Sunrise Medical GmbH Kahlbachring 2-4 D-69254 Malsch / Germany		2021-09-27
TYPE:	POWER WHEELCHAIR	SN 203213435071452
Q700 M HD	ISO 7176-19:2008	FIN-Nr: 7M2187621
250 kg	max 440 kg	max 8 km/h
max 6°	max 100kg/340kg/100kg	UK CA CE MD

Sunrise Medical GmbH Kahlbachring 2-4 D-69254 Malsch / Germany		2021-04-22
TYPE:	POWER WHEELCHAIR	SN 203204330174565
Q700 R	ISO 7176-19:2008	FIN-Nr: 7R20104951
160 kg	max 385 kg	max 10 km/h
max 6°	max 240kg/190kg	UK CA CE MD

Sunrise Medical GmbH Kahlbachring 2-4 D-69254 Malsch / Germany		2020-01-29
TYPE:	E-Rollstuhl	SN 203200423282846
Q700-UP F	ISO 7176-19:2008	FIN-Nr: 7UPF201214
120 kg	max 385 kg	max 10 km/h
max 6°	max 100kg/318kg	UK CA CE MD

⚠ FARE!

- Hjul (svinghjul og drivhjul)
- Elektrisk tilt-in-space-justering
- Elektrisk seteløft
- Elektrisk justering av seteryggen
- Utsvingbar brakett for styreboksen

⚠ ADVARSEL!

- mobiltelefoner
- store medisinske apparater
- andre kilder til elektromagnetisk stråling
- Det kan heller ikke utelukkes at rullestolen kan påvirke elektromagnetiske felt. For eksempel:
- butikkdører
- tyverialarmer i butikker
- garasjedørråpene

⚠ FARE!

- Dersom det er nødvendig å bruke toveisradioer, walkie-talkier, amatørradioer eller liknende utstyr, anbefales det at rullestolen slås av.
- Trådløse telefoner og mobiltelefoner, inkludert håndfritt utstyr, kan brukes i rullestolen. Dersom rullestolen viser tegn til unormal funksjon ved bruk av slike enheter, må du derimot straks stoppe rullestolen og slå den av.

Fig. 2.11.1 MWD/MWD HD

SUNRISE MEDICAL		Sunrise Medical GmbH Produktionsstr. 9 D-68724 Mettlach - Germany			2021-03-09
TYPE:	MWD	Modelle:	MWD/MWD HD	[SN]	30320A22090647
QTY NO.	QTY NO.	MD 7176-19-2008	FIN-Nr.	7M20150330	
 180 kg	 300 kg	 6 units	 4000 cm ³	 UK CA CE	MD

Fig. 2.11.2

Fig. 2.11.3 BAKHJULSDRIFT

 Sunrise Medical GmbH Markktinger 4 D-60251 Marbach / Germany		 2021-04-22
TYPE: 32706 R		POWER WHEELCHAIR: ISO 7176-19:2006
 max 150 kg	 max 350 kg	 max 10 km/h
 max 10 km/h	 max 24 kg/105 kg	 max 24 kg/105 kg
		

Fig. 2.12

The diagram illustrates a stack of blocks. At the base, there are three blocks: a square with a circle inside on the left, a larger square with a circle inside in the center, and a square with a circle inside on the right. On top of the central block is a square with a large 'X' inside. Above this 'X' block is a larger rectangle. To the left of this rectangle is a square. To the right of the rectangle is another square. On top of the central rectangle is a triangular warning sign. The sign has a black border and contains a black silhouette of a hand holding a gear, with another gear below it. A large, light gray watermark of a person is visible in the background.

2.5 Sikkerhet: Kvelningsfare



FARE!

Dette mobilitetsproduktet inneholder små deler som under enkelte forhold kan forårsake kvelningsfare for små barn.

2.6 Sikkerhet: Bruke en rullestolheis (montert på kjøretøy)

Rullestolheiser brukes i minibusser, busser og bygninger for å flytte deg fra ett nivå til et annet.



FARE!

- Sørg for at brukeren og ledsageren fullt ut har forstått produsentens bruksanvisning for passasjerheisen.
- Heisprodusentens anbefalte vektgrense og vektfordeling må aldri overstiges.
- Slå alltid av rullestolen når den står på en heis. Hvis ikke kan du komme borti joysticken ved et uhell, og stolen kan kjøre av plattformen. Vær oppmerksom på at stengslet på kanten av plattformen kanskje ikke klarer å stoppe stolen.
- Plasser personen trygt i stolen, for å unngå fall ut av stolen ut mens man er på heisen.
- Sørg alltid for at motorbremsene er koblet inn på rullestolen når den står på en heis (hjulene på rullestolen låst og frikoblingen er koblet ut).

2.7 Sikkerhet: Bord

Sikkerhet: Utsvingbart bord:



FARE!

- Tillatt maksimumsvekt for bordet er 2,5 kg.
- Bordet må ikke overbelastes, da det kan knekke eller gjøre stolen ustabil.
- Sørg for at alle enheter som settes på bordet er forsvarlig festet, fordi de kan falle av og forårsake personskade.
- Ikke legg tente sigaretter eller andre varme gjenstander på bordet, da dette kan deformere eller skade det, og i verste fall føre til brann.
- Pass på at armer, ben og klesplagg ikke er i veien når bordet monteres på rullestolen.

2.8 Sikkerhet: Løfte rullestolen



ADVARSEL!

- Ikke løft rullestolen ved å ta tak i avtakbare, løse deler, da dette kan skade stolen eller påføre personen personskade.

3.0 Bruksområde for rullestolen

Generell beskrivelse

Q700-modellen er en elektrisk modulrullestol av høy kvalitet. En funksjon å merke seg er det avanserte fjæringssystemet som gir deg en fantastisk kjøreopplevelse både innendørs og utendørs.

Takket være produktets moduldesign, enkle konstruksjon og store tilpasningsmuligheter, er Quickie Q700-serien det perfekte valget hvis du ønsker lett vedlikehold, utstyrspakker samt gjenvinningsmuligheter.

Q700-serien oppfyller individuelle preferanser, behov og forhold, og er tilgjengelig i følgende konfigurasjoner:

- Midthjulsdrift (MWD): Q700 M med Sedeo Pro/Sedeo Pro Advanced
- Midthjulsdrift (MWD): Q700 M HD med Sedeo Pro
- Midthjulsdrift (MWD): Q700-UP M med Sedeo Pro Advanced UP
- Forhjulsdrift (FWD): Q700 F med Sedeo Pro/Sedeo Pro Advanced
- Forhjulsdrift (FWD): Q700-UP F med Sedeo Pro Advanced UP
- Bakhjulsdrift (RWD): Q700 R med Sedeo PRO

For optimal støtte og individuelle tilpassinger, er Q700-serien tilgjengelig sammen med

- Setesystemet Sedeo Pro Advanced/Sedeo Pro Advanced UP (se brukermanualen )
- Sedeo Pro-setesystem (se bruksanvisning for sete )

3.1 Bruksområde: Personen

Elektriske rullestoler er beregnet for personlig bruk av personer som har problemer med å gå eller har begrenset gangfunksjon, innendørs eller utendørs.

Personen må ha kognitive, fysiske og visuelle ferdigheter for å kjøre en elektrisk rullestol. I tillegg må personen kunne vurdere situasjoner og utføre korrigerende handlinger når stolen brukes.

Rullestolen må kun brukes av én person ad gangen. Den maksimale vektgrensen (inkludert personen og eventuelt tilleggsutstyr som er montert på rullestolen) er oppgitt på etiketten med serienummeret, som er festet på stolens ramme (Fig. 2.10).

For begrensninger om brukervekt, se bruksanvisning for sete .

Personen må være kjent med innholdet i denne brukermanualen før rullestolen tas i bruk. I tillegg må personen motta grundige instruksjoner av en kvalifisert spesialist før han/hun kjører rullestolen på trafikkerte steder. Personen bør være under oppsyn av en ledsager/rådgiver første gang rullestolen brukes.

Når en ledsagerstyring er montert, kan en ledsager styre den elektriske rullestolen på vegne av personen.

Når både brukerstyring og ledsagerstyring er montert på rullestolen, kan stolen styres enten av personen eller ledsageren.

Indikasjoner

Det store utvalget av modeller, samt det modulære designet, bidrar til at produktet kan benyttes av personer som ikke kan gå eller har begrenset mobilitet på grunn av [R2]:

- Lammelse
- Amputasjon (beinamputasjon)
- Skade i lemmer/deformitet
- Leddsykdommer/leddskader
- Sykdom, slik som hjerte- og sirkulasjonsproblemer, balanseproblemer eller kakeksi, samt eldre personer som har styrke i overkroppen.

Quicke Q700-Up M/F-rullestolen med ståfunksjon er konstruert spesielt for personer som har mistet evnen til å stå oppreist på egen hånd (for eksempel på grunn av paraplegi, multipel sklerose, cerebral parese, o.l.). Oppreist stilling brukes som trening og forebyggende behandling for:

- Benskjørhet: Hvis skjelettet ikke står oppreist eller utsettes for vertikal belastning regelmessig, kan bentettheten gradvis reduseres. Dette kan igjen føre til fare for benbrudd og andre komplikasjoner.
- Trykksår: I oppreist stilling vil trykket på sitteknuten reduseres til et minimum.
- Skjev rygg/ryggsmerter: Ryggsøylen er naturlig langstrakt når man sitter (kyfose/pukkelrygg). Oppreist stilling kan oppfordre til en mer oppreist stilling i ryggsøylen. Dette forhindrer risikoen for at ryggen blir skjev.
- Muskelsvinn: Dersom ledd ikke beveges til fullt leddutslag regelmessig, kan muskelen bli kortere og det oppstår kontraktur. Det å stå i oppreist stilling regelmessig er en form for bevegelsestrening som kan forebygge kontrakturer med etterfølgende smerter og operasjoner.
- Tonusregulering av spastisitet: Ved å stå oppreist regelmessig vil spastisitet reduseres, og fremmer bevegelse og posisjonering i rullestolen eller sengen. Dette kan bidra til bedre søvnkvalitet.
- Dypere åndedrett: Fordi man retter opp overkroppen når man står, vil trykket på bukhulen og lungene reduseres. Dette vil igjen gi bedre og dypere åndedrett, gjøre det lettere å puste, samt redusere faren for lungebetennelse.
- Mage- og tarmproblemer: På lik linje med lungene, vil også trykket på fordøyelsessystemet reduseres når man står oppreist. Dette letter fordøyelsen samt gir forbedret tarm- og blærefunksjon.

Kontraindikasjoner

Rullestolen skal ikke brukes i situasjoner der noen av følgende hindrer sikker drift:

- Visuell eller annen persepsjonsforstyrrelse
- Forstyrrelser i bevissthet eller årvåkenhet
- Ukontrollerte, ufrivillige bevegelser eller ubalanse som ikke kan tilpasses
- Ustabil sittestilling

MERK:


Vær oppmerksom på at det kreves kognitive, fysiske og visuelle ferdigheter for å kjøre en rullestol. Personen må vurdere hvilken effekt handlingene har når rullestolen brukes, og rette de opp om nødvendig. Personens ferdigheter samt trygg bruk av tilleggsutstyr kan ikke vurderes av Sunrise Medical som produsent. Vi kan derfor ikke påta oss noen form for ansvar for skader som oppstår på grunn av dette.

Se brukermanualene til rullestolen og det monterte tilleggsutstyret. Gi personen opplæring i hvordan rullestolen og tilleggsutstyret skal brukes på en trygg og forsvarlig måte. Informer om spesifikke advarsler som personen må lese, forstå og overholde.

Grunnleggende komponenter (Fig. 3.1).

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1. Nakkestøtte | 7. Drivhjul |
| 2. Joystick | 8. Bakhjul |
| 3. Armlene | 9. Motorer |
| 4. Setepute | 10. Batteriboks |
| 5. Benstøtte | 11. Ryggtrekk |
| 6. Forhjul | |

Fig. 3.1



ADVARSEL!

- Du har ikke lov til å kjøre rullestolen dersom du bruker medisiner som kan påvirke kjøreferdighetene dine.
- Det er nødvendig med godt syn for å bruke rullestolen i forskjellige situasjoner.
- Kun én person kan sitte i rullestolen om gangen.
- Ikke la barn bruke rullestolen uten oppsyn.

ADVARSEL!

- Personen er, til enhver tid, ansvarlig for å overholde gjeldende lokale sikkerhetsforskrifter og retningslinjer.

Ledsagere

Når en ledsagerstyring er montert på rullestolen, kan en ledsager styre stolen på personens vegne.

Når både brukerstyring og ledsagerstyring er montert på rullestolen, kan stolen styres enten av personen eller ledsageren.

ADVARSEL!

- Pass på at du overholder alle advarsler og følger alle instruksjoner i hvert avsnitt i denne brukermanualen. Advarsler som gjelder for personen gjelder også for deg.
- Ikke stå eller sitt på noen av delene på rullestolen.
- Du må samarbeide med personen, samt hans/hennes lege, sykepleier eller terapeut, for å utarbeide trygge metoder som passer både dine og personens ferdigheter.
- Kontroller at grepene på kjørehåndtakene ikke roterer eller sklir av.
- Sørg for at du alltid har lett tilgang til ledsagerstyringen når rullestolen er i bevegelse, og pass på at styreboksen er forsvarlig festet til rullestolen.
- Still inn en kjørehastighet i ledsagerstyreboksen som du kan følge på komfortabel måte.
- Skru alltid av strømmen på styreboksen når du forlater personen i stolen.

3.2 Bruksområde: Brukermiljøet


Rullestolen er konstruert for både innendørs og utendørs bruk (EN12184:2014 klasse B). Når rullestolen brukes utendørs, må den kun kjøres på asfalterte veier, fortauer, gangstier og sykkelstier. Kjørehastigheten må tilpasses omgivelsene.

ADVARSEL!

- Kjør forsiktig på glatte veier forårsaket av regn, is eller snø!
- Det er påkrevd å bruke lysene på rullestolen når det mørkner eller ved dårlig sikt.
- Vær ekstra forsiktig hvis du kjører med høy hastighet. Velg en lavere maksimal hastighet når du bruker rullestolen innendørs, på fortauer og i fotgjengersoner.
- Ikke kjør rullestolen ned fra høye kanter/hindringer.
- Ikke feste et lodd til rullestolen uten godkjenning fra en kvalifisert spesialist. Dette kan påvirke stolens stabilitet på en negativ måte.

ADVARSEL!

- Ikke la rullestolen komme i kontakt med saltvann, da dette kan skade stolen.
- Ikke la rullestolen komme i kontakt med sand, da sand kan trenge inn i bevegelige deler og forårsake ekstra slitasje.
- Ikke bruk rullestolen hvis temperaturen er under -25°C eller over $+50^{\circ}\text{C}$.
- Ikke bruk benstøttene til å åpne dører med.
- Ikke skyv eller tau gjenstander med rullestolen.
- Ikke kjør gjennom vandammer med rullestolen.



4.0 Innstilling av rullestolen

Rullestoler fra Sunrise Medical kan justeres i henhold til bestemte behov for personen.

Det er også grunnen til at det er en forskjell mellom innstillinger for rullestolen og innstillinger for setet. Innstillingene skal gjøres én gang, første gang rullestolen brukes. Innstillingene må utføres av en kvalifisert tekniker, med mindre annet er uttrykkelig spesifisert. Justeringer av setet kan utføres av personen. Det er ikke nødvendig å bruke verktøy for å justere setet.

4.1 Setesystemet

Det store antallet innstillingsmuligheter for setet gir optimal støtte for personen ( Setesystem). Følgende innstillinger kan utføres:

1. Setedybde og setebredde
2. Ryggvinkel
3. Høyde/bredde på armlener
4. Legg lengde
5. Fotplatevinkel
6. Benstøttevinkel

4.2 Setedybde



ADVARSEL!

For å oppnå optimal sitte- og kjøreopplevelse i den forhjulsdrevne (FWD) rullestolen, anbefaler vi følgende setedybder i forhold til brukervekt:

75 kg brukervekt, setedybde opp til 44 cm

90 kg brukervekt, setedybde opp til 50 cm

160 kg brukervekt, setedybde opp til 56 cm

Hvis rullestolens konfigurasjon tillater det, anbefaler vi å bruke en ryggvinkel på 95° og en setetilt på 5° for å forbedre kjøreopplevelsen ytterligere.

4.3 Setehøyde

Setehøyden kan justeres i forhold til personens behov. Alle alternative setehøyder er innenfor den nominelle hellingsgraden, slik beskrevet i EN12184 (2014) Klasse B. Hvis setet senkes ned, vil det ha en positiv innvirkning på stabiliteten (dynamisk).



ADVARSEL!

Dersom setet heves, vil det ha en negativ innvirkning på den dynamiske stabiliteten.

4.4 Tyngdepunkt



FARE!

Det er både fysisk krevende og sikkerhetsmessig farlig å endre tyngdepunktet på en elektrisk rullestol. Vi anbefaler at denne justeringen kun utføres på et verksted, eller hos en forhandler som er godkjent av Sunrise Medical.

4.5 Høyde og dybde på styreboksen

( Setesystem).

4.6 Kontrollsystemprogram

Rullestolen er utstyrt med et kontrollsystem som kan programmeres ved å justere innstillingene i systemet. Dette er en spesialoppgave som krever opplæring, og må derfor kun utføres ved bruk av profesjonell programvare. Personen må ikke utføre disse endringene selv.



FARE!

Feil innstilling av parameterne i kontrollsystemet kan føre til svært farlige situasjoner. Innstillingene må derfor kun utføres av kvalifiserte spesialister.

4.7 Hoftebelte/seteplasseringsbelte

FARE/ADVARSEL!

- Dette produktet skal kun brukes til å holde en enkelt person på plass i rullestolen.
- Hoftebeltene er ikke egnet for bruk under transport. Godkjente festesystemer skal da brukes.
- Hvis disse advarslene ikke overholdes kan det føre til alvorlig personskade eller dødsfall.
- Pleieren eller ledsageren må ha mottatt opplæring i riktig bruk av beltene.
- Hvis pleieren eller ledsageren ikke har mottatt riktig opplæring, kan det føre til forsinkelser i nødsituasjoner.

Montere et hoftebelte/posisjoneringsbelte

1. Fest (A) til seterammen ved bruk av en skrue på høyre og venstre side. (Fig. 4.2)

Plassere hoftebeltet på personen

- Juster hoftebeltet etter behov. Husk at avstanden mellom personen og beltet ikke skal være mer enn en håndsbredde for å oppnå størst mulig sikkerhet og komfort, (Fig. 4.3).
- Avstanden skal måles når hoftebeltet er normalt strammet, og det skal ikke være store avstander eller løkker.
- Hoftebeltet skal festes slik at beltet ligger i en vinkel på ca. 45 ° (Fig. 4.4), og justeres slik at personen ikke kan skli ned i setet.
- Plasser beltet løst rundt setet med åpningen i spennen plassert på høyre side for en venstrehendt bruker, og på venstre side for en høyrehendt bruker. Skyv de andre endene på beltet gjennom åpningen mellom ryggstøtten og rygggrørene og ryggstøtten.

FARE/ADVARSEL!

- Kontroller alltid at hoftebeltet er festet og justert som det skal før bruk.
- Hvis beltet er for løst, kan personen skli ned i stolen og pådra seg alvorlige personskader.
- Kontroller hoftebeltet og festene regelmessig. Se etter slitasje eller skader. Skift ut deler om nødvendig.
- Under vedlikehold av stolen må du kontrollere at spennen åpnes og lukkes som den skal, samt at beltet eller plastbrakettene ikke er slitte eller skadde.
- Regelmessige kontroller/aktiviteter:
- På lik linje med alt plasseringsutstyr, er det nødvendig å foreta justeringer fordi personens sittestilling forandrer seg.
- Kontroller regelmessig at beltene er riktig tilpasset, slik at brukeren sitter trygt og komfortabelt i rullestolen.

Fig. 4.1




Fig. 4.2




Fig. 4.3





Fig. 4.4



5.0 Bruke rullestolen



FARE!

- Vær oppmerksom på at det kan være nødvendig å justere systeminnstillingene for styreboksen
- Kontakt din lokale hjelpemiddelsentral umiddelbart for å justere innstillingene i kontrollsyste­met hvis du oppdager at:

1. Joysticken ikke lyster dine bevegelser
2. Du ikke finner en trygg og stabil sittestilling for å kjøre stolen
3. Om det er vanskelig å manøvrere stolen forbi hindringer.

5.1 Kontrollere rullestolen før bruk

Kontroller følgende hver dag før du bruker rullestolen:



ADVARSEL!

Kontroller hjul og dekk

- Er det riktig lufttrykk i dekkene? (Kapittel 8.2).

Kontroller batteriene

- Batteriene må lades opp i 24 timer før du bruker rullestolen for første gang.
- Er det nok strøm på batteriene? De grønne lampene på batteriindikatoren må lyse. Styreboks

Kontroller lys og blinklys

- Kontroller at lysene og blinklysene virker som de skal og at lyktglassene er rene, før du bruker rullestolen ute om kvelden. Styreboks

Kontroller joystick

- Slå av rullestolen og kontroller at joysticken ikke er bøyd eller skadet, og kontroller at den går tilbake til midtstillingen når du flytter på den og deretter slipper den opp.

Kontroller frihjulsspaken

- Kontroller at frihjulsspaken er stilt til «Drive» («Kjøre»). (Kapittel 5.8).

Kontroller setet

- Kontroller at alle puter er på plass i stolen.
- Kontroller at seteryggen er montert og justert på riktig måte.
- Kontroller rullestolen visuelt, og pass på at benstøtter, armlener osv. er korrekt plassert og godt festet til stolen.
- Pass på at seteskruene som fester seterammen til understellet er forsvarlig strammet.

Kontroller at klærne dine ikke kan sette seg fast stolen

- Pass på at klærne du har på deg (f.eks. lange klesplagg) ikke kan sette seg fast i rullestolen når du bruker den. Før du bruker stolen, kontroller alltid at klær eller tilbehør ikke kan komme i kontakt med og sette seg fast i hjulene og/eller bevegelige/roterende deler.

Kontroller værforholdene

- Batteriene har redusert kapasitet om vinteren. Ved lett frost vil batterikapasiteten være ca. 75 % av normal kapasitet. Ved temperaturer under -5 °C vil batterikapasiteten være ca. 50 % av normal kapasitet. Dette vil redusere kjørelengden.

5.2 Forflytte deg inn og ut av rullestolen

Sunrise Medical anbefaler at du rådfører deg med terapeuten din slik at dere kan utarbeide en teknikk for forflytning inn og ut av rullestolen fra siden eller forfra, for å unngå fare for personskade.

Forberedelser for å forflytte deg ut av stolen forfra:



FARE!

Det er farlig å forflytte seg alene. Det krever god balanse og smidighet. Husk at når du forflytter deg, vil det være et tidspunkt hvor setet ikke er rett under deg.

For ytterligere instruksjoner og advarsler om hvordan man forflytter seg inn og ut av rullestolen, se avsnittet  Setesystem.

5.3 Kjøre rullestolen



ADVARSEL

- Personen er, til enhver tid, ansvarlig for å overholde gjeldende lokale sikkerhetsforskrifter og retningslinjer.

Elektriske rullestoler kjøres ved bruk av en styreboks. En separat brukermanual for styreboksen fulgte med denne rullestolen ( Styreboks).

- Slå på styreboksen.
- Still inn den maksimale kjørehastigheten.
- Skyv joysticken i den retningen du vil kjøre.
- Rullestolen vil kjøre raskere desto lenger fremover du skyver joysticken.

Speil



ADVARSEL

- For å unngå skade på personer rundt deg, må du være oppmerksom på at speilet stikker lenger ut enn selve stolen. Speilet kan derfor skade personer du kjører forbi.
- I henhold til lokale forskrifter er det påbudt med speil på rullestoler som kjører fortere enn 6 km/t på veier.
- Sørg alltid for at speilet er rent og skadefritt, slik at sikten bakover ikke hindres.

Bruke rullestolen på veier

Ta alltid hensyn til annen trafikk på veiene.



- Husk at andre trafikanter ikke forventer å se en rullestol som rygger ut i veien fra en fortauskant.
- Ikke kryss en vei før du er sikker på at det er trygt å gjøre dette.
- Kryss alltid en vei så raskt som mulig, da annen trafikk kan komme kjørende.
- Kjør aldri over noe som kan punktere dekkene.
- Pass på at det ikke ligger ting i veien som kan kile seg fast i stolens mekanisme eller i eikene på drivhjulene, da dette kan gjøre at rullestolen bråstopper.
- Hvis du kjører over kummer eller rister kan sving- eller drivhjulene kile seg fast, som igjen kan gjøre at rullestolen bråstopper.

Vanskelige kjørforhold:

Vær spesielt oppmerksom på at bruk av rullestolen i vanskelige forhold, slik som på vått gress, gjørme, is, snø eller glatt veidekke, kan redusere rullestolens veigrep og trekkraft.



- Vi anbefaler at du er ekstra forsiktig under slike forhold, spesielt når du kjører i bakker og skråninger. Rullestolen kan bli ustabil og skli, noe som igjen kan føre til personskade.
- Vær ekstra forsiktig med løse eller lange klesplagg når du bruker en elektrisk rullestol. Bevegelige deler, slik som hjul, kan føre til personskade eller dødsfall dersom plagget vikler seg inn i delen.

MERK:

Ekstreme temperaturforskjeller kan utløse selvbeskyttelsesmekanismen i stolens kontrollsystem. Hvis dette skjer, vil kontrollsystemet slås av midlertidig for å forhindre at elektronikken eller rullestolen skades.

5.4 Svinger



Stolen må ikke svinges brått under høy hastighet. Dersom du må svinge brått, må du først redusere farten med joysticken eller fartsinnstillingen. Dette er spesielt viktig når du kjører på tvers av- eller nedover en bakke. Hvis du ikke følger denne forholdsregelen, kan rullestolen velte.



Bruk blinklysene når du endrer kjøreretning.

5.5 Bremsing og nødstopp

Rullestolen kan stoppes på tre måter:

- Den enkleste og tryggeste måten å stoppe rullestolen på er å slippe opp joysticken. Dette vil stanse rullestolen på en kontrollert måte.
- Hvis joysticken trekkes bakover, vil stolen stoppe brått.
- Rullestolen vil også stoppe hvis du slår av strømmen ved bruk av av/på-bryteren mens stolen er i bevegelse.



- Kontrollsystemet skal kun slås av i en nødssituasjon, da dette vil gjøre at rullestolen stopper svært brått.
- Bruk aldri hjullåsene (hvis stolen er utstyrt med dette) til å stoppe eller senke farten på rullestolen. Hjullåsene er beregnet til å forhindre stolen fra å flytte på seg når den står stille. Hjullåsene er ikke bremses.

5.6 Kjøre i bakker

Rullestolen er konstruert og testet slik at den kan brukes i bakker eller hellinger på opptil:

- Q700 M: 6° (10,5 %) med standardkonfigurasjon.
- Q700 M HD: 6° (10,5 %) med standardkonfigurasjon.
- Q700 F: 6° (10,5 %) med standardkonfigurasjon.
- Q700 R: 6° (10,5 %) med standardkonfigurasjon.
- Q700-UP M: 6° (10,5 %) med standardkonfigurasjon.
- Q700-UP F: 6° (10,5 %) med standardkonfigurasjon.

Du kan derimot justere stillingen din ved bruk av seteløften, tilt-in-space, motorisert vinkling av ryggen, den sentermonterte, motoriserte benstøtten, eller med en kombinasjon av det forskjellige utstyret.



FARE!

- Rullestolens tyngdepunkt kan påvirkes når setet heves eller tiltes, eller benstøttene justeres. Under enkelte forhold kan dette gjøre rullestolen ustabil, slik at den tipper ved et uhell. Det kan være nødvendig å utføre en risikovurdering hvis det foretas store justeringer på rullestolen.
- Bremselengden i bakker kan være betydelig lengre enn på flat mark.



FARE!

- Rullestolen kan være ustabil under enkelte forhold.
- Før du kjører opp eller ned bakker eller over fortauskanter, vær forsiktig hvis du bruker utstyr som forflytter vekten din (f.eks. motorisert utstyr som endrer setevinkelen eller stolheis for bruk av ståstilling), hvor setet og/eller kroppen din brukes som motvekt.
- For å gjøre rullestolen mer stabil når du kjører oppover bakker, bør setet og seteryggen rettes helt opp.
- Alternativt kan du sitte med seteryggen rettet opp når du kjører forover ned en bakke, og/eller lene seteryggen bakover.
- Vi anbefaler på det sterkeste at du setter setet og seteryggen tilbake i normal stilling før du kjører opp eller ned en bakke. Hvis du ikke gjør dette kan rullestolen bli ustabil.
- Ikke forsøk å kjøre opp eller ned en bakke dersom du er i tvil om rullestolen kan klare dette. Prøv heller å finne en alternativ vei.

Stigninger: kjøre oppover:



ADVARSEL!

- Hold rullestolen i konstant bevegelse når du kjører oppover bakker.
- Styr rullestolen ved å skyve joysticken forsiktig forover, og juster joysticken lett mot høyre og venstre mens du kjører.
- Hvis du har stoppet i en bakke skal du starte rullestolen i sakte fart
- Len deg forover om nødvendig.

Stigninger: kjøre nedover:

Det er viktig at rullestolen ikke kjører fortere enn den normale kjørehastigheten dens på flat mark i nedoverbakker.



FARE!

- Kjør sakte nedover bakker (under 5 km/t), og stopp hvis du føler deg usikker når du kjører nedover.
- Hvis stolens hastighet økes, skyver du joysticken til midtstillingen for å redusere farten eller stoppe rullestolen.
- Start sakte på nytt og kjør kun i en hastighet som du føler deg komfortabel med.

MERK:

- Kontrollsystemet til rullestolen er utstyrt med en funksjon som stabiliserer kjøring på hellende underlag eller oppover en bakke. Dette er en ekstra sikkerhetsfunksjon som rullestolen er utstyrt med. I tillegg kan rullestolens kjørehastighet selvfølgelig også kontrolleres ved bruk av fartskontrollen.

5.7 Hinder og fortauskanter



FARE!

- Kjør aldri bakover ned fra en fortauskant.
- Kjør aldri opp eller ned flere trappetrinn, og ikke bruk stolen rulletrapper. Dette er farlig og kan føre til personskade eller skade på stolen. Denne rullestolen er kun konstruert til å kjøre over ett enkelt trinn eller en fortauskant.
- Vi anbefaler at personer med svak muskulatur i overkroppen bruker et brystbelte for å holde overkroppen i oppreist stilling når han eller hun kjører opp eller ned fra ramper, fortauskanter eller hindringer.

Kantklatrer:

Kjør alltid forover i 90° vinkel mot fortauskanten (Fig. 5.1).

- Kjør rett mot fortauskanten eller trinnet i 90° vinkel.
- Kjør sakte og rolig forover.
- Stopp stolen så snart svinghjulene berører fortauskanten.
- La motorene få nok kraft til å løfte fronten på rullestolen opp på fortauskanten eller trinnet. Øk deretter hastigheten litt mer til drivhjulene kjører jevnt over fortauskanten eller trinnet.
- Skyv joysticken lengst mulig forover.

Den maksimale høyden som rullestolen kan kjøre over er:

Q700 M:	100 mm. (Maks brukervekt: 100 kg)
Q700 M HD:	75 mm.
Q700 F:	70 mm.
Q700 R:	80 mm.
Q700 R + kantklatrer	100 mm.
Q700-UP M:	80 mm.
Q700-UP F:	75 mm.

Fremgangsmåten og kjørehastigheten for å kjøre over en fortauskant kan variere, avhengig av rullestolens kjøreegenskaper samt hvilke typer svinghjul som er montert på rullestolen.

Kjøre ned fra en fortauskant.



FARE!

Kjør rullestolen sakte og forsiktig forover til begge forhjulene står i 90° vinkel mot kanten på fortauskanten. Kjør så sakte som mulig ned fra fortauskanten med drivhjulene. Ikke stopp rullestolen når den kjører ned fra en fortauskant. Du vil føle deg tryggere hvis du lener deg bakover. Rullestolen er stabil, så du vil uansett være trygg om du ikke kan gjøre dette. Så lenge du holder deg innenfor stolens bruksgrenser, vil du være helt trygg. Alle elektriske setejusteringer må være stilt til sin opprinnelige, nøytrale posisjon. Det kan være nødvendig å justere benstøttene for å gi nok klaring til å kjøre opp eller ned fra en fortauskant.

Vi anbefaler at du bruker hoftebeltet når du kjører ned fra en fortauskant, slik at du sitter tryggere i stolen. For ekstra beskyttelse, anbefaler vi at det monteres benstøtter på alle rullestoler.




Fig. 5.1

5.8 Skyve rullestolen

Rullestolen kan flyttes ved at noen skyver den. For å gjøre dette må motorene være koblet fra ved bruk av frikoblingsspaken. Denne funksjonen er konstruert for ledsagere, men kan også brukes som en frikoblingsspak i nødsituasjoner.

Frikoblingsspaken har to stillinger

1. For å kjøre rullestolen. (Fig. 5.2)

«Kjørestilling»: Vri spaken, slik at spaken på drivhjulsiden peker oppover.

2. For å koble fra motorene. (Fig. 5.3 - Fig.5.4).

«Skyvestilling»: Vri spaken, slik at spaken på drivhjulsiden peker nedover.



FARE!

- Frikoblingsspaken skal kun brukes av ledsageren, aldri av personen.
- Personen må alltid være under oppsyn når rullestolen er stilt til «skyvestilling».
- Spaken må aldri settes i "kjørestilling" når stolen står i en bakke/helling! Når frikoblingsspaken er stilt til "skyvestilling", vil den automatiske parkeringsbremsen være deaktivert. Dette gjør at stolen kan rulle ned bakken.
- Den automatiske parkeringsbremsen vil kun virke når spaken er stilt til "kjørestillingen".
- Når rullestolen ikke lenger skal skyves manuelt, må frikoblingsspaken umiddelbart stilles til "kjørestilling".
- Du må koble ut motorbremsene for å skyve rullestolen manuelt.
- Motorbremsene må kun kobles inn og ut når rullestolen er slått av.
- Vær sikker på at du har full kontroll over rullestolen når du kobler ut motorbremsene. Rullestolen har ikke bremsekraft når bremsene kobles ut.
- Pass på at rullestolen står på flat mark når du kobler ut motorbremsene.
- Rullestolen må kun skyves ved bruk av skyvehåndtakene. De gir et trygt punkt som ledsageren kan holde fast i bak på rullestolen, for å forhindre at stolen velter eller tipper.
- Kontroller at grepene på kjørehåndtakene ikke roterer eller sklir av.




Fig. 5.2




Fig. 5.3




Fig. 5.4

5.9 (Elektrisk) setefunksjoner

Rullestolen kan utstyres med følgende mekaniske og/eller elektriske funksjoner for å regulere sittestillingen. Personen kan betjene funksjonene uten bruk av verktøy.

Elektrisk justerbare setefunksjoner (Fig. 5.5 - Fig. 5.7).

Du finner informasjon om hvordan du bruker de elektriske setefunksjonene i avsnittet  Styreboks +  Sete:

1. Elektrisk anterior tiltfunksjon (forover)
2. Elektrisk posterior tiltfunksjon (bakover)
3. Elektrisk seteløft
4. Elektrisk regulering av seteryggen
5. Elektrisk heving/senking av benstøttene

Rullestolen kan være utstyrt med en funksjon som gjør at den kan kjøres i inntil 4,5 km/t med setet i hevet stilling. Denne funksjonen kalles C-Me. Rådfør deg med din autoriserte Sunrise Medical-forhandler i forhold til begrensninger i brukervekt og anbefalt konfigurasjon på stolen ved bruk av C-Me funksjonen. **Merk:** Brukervekten er begrenset til maks 136 kg i kombinasjon med C-Me-funksjonen.



FARE!

- Bruk av elektrisk regulerbare setefunksjoner kan påvirke rullestolens stabilitet.
 - Bruk kun elektrisk regulerbare setefunksjoner når rullestolen står på flat mark! Forsøk aldri å betjene de elektrisk regulerbare setefunksjoner når rullestolen står på hellende underlag.
 - Vennligst unngå kontakt med de elektriske aktuatorene når komponenten er i bevegelse. De elektriske mekanismene kan ha stort bevegelsesutslag. Det er viktig å være oppmerksom på omgivelsene når komponentene er i bevegelse.
 - Vær varsom ved kjøring når seteryggen er lent bakover eller når setet er hevet eller tiltet.
 - Forsøk aldri å betjene noen av de elektrisk regulerbare setefunksjoner når rullestolen er i bevegelse.
 - Forsøk aldri å benytte de elektriske funksjonene for seteløft eller tilt i nærheten av barn.
 - Alle setefunksjoner kan programmeres til å beveges i motsatt retning. Gjør deg kjent med hvilken retning setet vil flytte seg før du betjener funksjonen.
 - Vær oppmerksom på at løfte- og tiltemekanismene på stolen utgjør klemfare. Påse at klesplagg, hender, føtter og andre kroppsdeler ikke kommer i kontakt med løfte-/tiltemodulene. Dette for å forhindre personskafe.
 - Kjør ikke opp ramper eller bakker når setet er hevet. Før du kjører opp eller ned en bakke, må setet senkes ned til standardstillingen og seteryggen rettes opp.
 - Dette systemet vil automatisk redusere den maksimale kjørehastigheten til kryp- og/eller C-Me-modus ved enkelte grenser for de elektriske setefunksjonene. Det kan være flere kryp- og/eller C-Me-hastigheter, avhengig av stolens konfigurasjon.
 - Les gjennom alle advarsler og retningslinjer som gjelder funksjonen før du benytter stolen i kryp- og/eller C-Me-modus. Dette vil hjelpe deg med å forstå hvordan du kan redusere risikoen for å falle eller velte, samt hvordan du kan identifisere miljøforhold som kan påvirke din trygghet når du benytter rullestolen med kryp- og/eller C-Me-hastighet.
1. Ved bruk av krypmodus, både innendørs og utendørs, skal rullestolen kun benyttes på et flatt, jevnt og fast underlag.
 2. Du må aldri bruke rullestolen i krypmodus i ulendt terreng som for eksempel grus, gress, humpete underlag, ujevne fortau eller i bakker.
 3. Du må ALDRI heve setet når rullestolen brukes i nærheten av terrengtypene som er beskrevet ovenfor, eller på andre ujevne overflater.

Fig. 5.5




Fig. 5.6





Fig. 5.7



6.0 Batterier, opplading og kjøredistanse

6.1 Batterier

Batterier er strømkilden til de aller fleste moderne mobilitetsprodukter som er å få kjøpt i dag. Batteriene som brukes i rullestoler er svært forskjellig fra batteriene som for eksempel brukes i en bil. Bilbatterier er konstruert for å gi en stor mengde strøm over en kort periode, mens hjelpemiddel-batterier gir en jevn mengde strøm over en lengre periode. Mobilitetsbatterier er generelt dyrere pga. lavere produksjonsmengder og større teknologiske krav. Det brukes som regel to 12-volts batterier i et mobilitetsprodukt, som til sammen gir 24 volt. Størrelsen på batteriet (dvs. anvendelig strøm) måles i ampere pr. time, f.eks. 70 A/t. Jo høyere dette tallet er, desto større og tyngre vil batteriet være. En høyere ampere betyr også at du potensielt kan kjøre lengre strekninger. Som standard installerer Sunrise Medical kun vedlikeholdsfrie batterier i denne type rullestol.

På denne typen batteri er batterielektrolytten(gel) plassert inne i batteriet. Som det kommer av navnet er det ikke nødvendig å vedlikeholde batteriene, annet enn å lade dem opp. Du kan trygt transportere denne batteritypen uten å være redd for å søle batterisyre. **Disse batteriene er også godkjent for å transporteres om bord i fly.**

⚠ ADVARSEL!

- Ikke monter bilbatterier i rullestolen. Monter kun vedlikeholdsfrie dypsyklusbatterier beregnet for mobilitetsprodukter.
- Når batteriene er utbrukt, ta dem med til det lokale deponeringsstedet for batterier.
- Ingen deler på batteriene må utsettes for direkte varme (åpen ild, gassflammer o.l.).
- Vær svært forsiktig slik at du ikke mister verktøy i metall ned på batteriet. Dette kan kortslutte batteriet eller andre elektriske deler, og kan føre til eksplosjon. Ta alltid av deg smykker i metall og gjenstander som henger når du arbeider med batteriet.
- Lever inn gamle batterier som ikke lenger kan brukes til Sunrise Medical eller batteriproduzenten.
- Batteripolene må kontrolleres regelmessig for rust. Hvis det er tegn til rust, må polene rengjøres helt og smøres inn på nytt med vaselin, ikke vanlig smøremiddel. Pass på at mutteren og batteripolen, samt kabelklemmen og den synlige delen av kabelen, er helt innsmurt med vaselin.

⚠ FARE!

- Ingen deler på batteriene må utsettes for direkte varme (åpen ild, gassflammer o.l.).
- Vær svært forsiktig slik at du ikke mister verktøy i metall ned på batteriet. Dette kan kortslutte batteriet eller andre elektriske deler, og kan føre til eksplosjon. Ta alltid av deg smykker i metall og gjenstander som henger når du arbeider med batteriet.




Fig. 6.1

⚠ FARE!

- Du må ikke under noen omstendigheter tukle med batteriene. Ta kontakt med din lokale hjelpemiddelsentral dersom du er usikker på noe.
- Vær ytterst forsiktig med syre på våte batterier eller forseglede batterier, da disse kan være svært farlige.
- Batterisyren kan forårsake brannskår så vel som skade på gulv, møbler og rullestolen.
- Hvis batterisyren kommer i kontakt med huden eller tøyet ditt, må du umiddelbart skylle det med såpe og vann.
- Hvis du får batterisyre i øyet, skyl øyet umiddelbart i rikelig med kaldt vann i minst 10 minutter, og søk øyeblikkelig legehjelp.
- Syreflekker kan nøytraliseres med bakepulver og vann.
- Pass på at batteriene peker riktig vei opp til enhver tid, spesielt når du transporterer rullestolen.

Sikringer

Rullestolen er utstyrt med en rekke sikringer og sikkerhetssystemer som beskytter de elektriske kretsene ved kortslutning (Fig. 6.1).

1. Smeltesikringer på 100 A er koblet til batterikretsen for å beskytte batteriene og ledningene.
2. 15 A sikringer for hjelpestrømkrets til hjelpemoduler og strøm til setet.

For å skifte de ut, ta kontakt med din lokale hjelpemiddelsentral, som også kan feilsøke den opprinnelige feilen.

6.2 Lade batteriene:

 Batterilader: Les nøye igjennom bruksanvisningen som fulgte med laderen. De generelle fremgangsmåtene og virkningene for stolen og batteriene vil være uendret.

Vedlikeholdsplan for batterier

Nedenfor finner du en plan over hvordan du skal ivareta vedlikeholdsfrie batterier. Dette har blitt utarbeidet av Sunrise Medical og batteriprodusentene, slik at du vil få mest mulig utbytte av batteriene. Hvis du ikke følger denne planen, kan det redusere rullestolens ytelse.

- Bruk kun en batterilader som er godkjent av NAV / hjelpemiddelsentralen og som er forenlig med rullestolen som lades opp.
- Lad opp batteriene hver kveld, uavhengig av hvor mye eller hvor lite rullestolen har blitt brukt i løpet av dagen.
- Ikke avbryt oppladningssyklusen.
- Hvis det ikke er behov for å bruke rullestolen, skal den forbli tilkoblet batteriladeren til den skal brukes. Dette vil ikke skade batteriene, så lenge laderen er koblet til et strømuttak. Hvis ladekabelen er koblet til scooteren og nettkabelen (220V) ikke er tilkoblet, kan batteriene lades ut.
- Hvis du ikke skal bruke rullestolen over en lengre periode (mer enn 15 dager), skal batteriene lades helt opp før batteriets hovedledning frakobles.
- Batteriene kan skades dersom de ikke først lades opp på nytt, som igjen kan føre til kortere kjøredistanser og permanent batterisvikt.
- Ikke lad opp batteriene over korte perioder i løpet av dagen. Vent til kvelden for å lade opp batteriene over natten.
- Vedlikeholdsfrie batterier tar generelt lenger tid å lade opp enn "våte" blysyrebatterier.
- Batteripolene må kontrolleres regelmessig for rust. Hvis det er tegn til rust, må polene rengjøres helt og smøres inn på nytt med vaselin, ikke vanlig smøremiddel. Pass på at mutteren og batteripolen, samt kabelklemmen og den synlige delen av kabelen, er helt innsmurt med vaselin.
- Ved å følge alle punktene ovenfor vil batteriene fungere bedre og vare lenger, samt gi større kjøredistanse for brukeren.

Koble til batteriladeren

Fremgangsmåte for å koble til batteriladeren og lade opp batteriene

- Slå av styreboksen.  Styreboks:
- Koble den runde pluggen på batteriladeren til ladekontakten foran på joystickmodulen.  Styreboks:
- Koble laderen til et strømuttak ved bruk av støpslet.

For mer informasjon om lading av batteriet, se instruksjonene som fulgte med batteriladeren.  Batterilader. Det kan ta inntil 12 timer å lade opp batteriene, avhengig av hvor mye strøm det er på dem.

FARE!

- Pass på at ledningen ikke ligger i veien slik at noen kan snuble eller tråkke på den, og at den ikke utsettes for annen slitasje eller skade.
- Plasser aldri batteriet oppå laderen.
- Plasser aldri laderen på teppe eller andre myke overflater. Laderen må alltid plasseres på en solid overflate.
- Bruk aldri laderen dersom den har vært utsatt for kraftig støt, er mistet i gulvet eller er skadet på noen annen måte. Ta den med til en kvalifisert tekniker.
- Plasser aldri laderen rett over batteriet som lades opp. Gassene fra batteriet vil gjøre at laderen ruster og skades.
- Lad aldri opp et frossent batteri. Et fullt oppladet batteri vil sjeldent fryse, men elektrolytten i et utladet batteri kan fryse ved -9°C. Hvis du har mistanke om at et batteri er frosset, må det tines helt før det lades opp.
- Plasser aldri batteriladeren på fanget ditt når batteriene lades opp.
- Batteriladeren vil bli varm under bruk.
- Skru aldri laderen fra hverandre. Den skal kun repareres av produsenten. Hvis laderen tas fra hverandre på feil måte kan det føre til brann eller elektrisk støt.
- Laderen må kobles fra veggkontakten før den vedlikeholdes eller rengjøres. Faren for elektrisk støt vil ikke reduseres bare ved at bryterne på laderen slås av.
- Du må aldri røyke eller la gnister eller flammer komme i kontakt med batteriet eller laderen.
- Batteriene bør ikke lades opp utendørs. Se brukermanual for aktuelt batteri og aktuell lader.
- Vi anbefaler at du installerer en røykvarsler i rommet hvor batteriene lades opp.

Batterilader

Den eksterne laderen er konstruert til å lade opp to 12-volts batterier (= 24 volt) av typen Gel.

Batteriladeren vil forhindre at det oppstår farer eller ulykker dersom batteriene kobles til feil vei, hvis de overopphetes på grunn av feil forhold, eller dersom batterier med feil spenning lades opp.

De fleste ladere er elektrisk dobbeltisolert og trenger ikke å jordes. Enkelte større ladere kan være jordet, og dette vil være tydelig merket på etiketten.

Hvis batteriladeren er spesifisert til å brukes i europeiske land, vil den være utstyrt med en topluggskontakt uten sikring. Sikringen vil da være plassert i instrumentpanelet på batteriladeren.

Informasjon for kunder i STORBRITANNIA

Støpslet med tre plugger (som brukes i Storbritannia) har utskiftbar sikring. Den nominelle strømmen for denne sikringen er angitt på laderens etikett.



FARE!

- På lik linje med alt elektrisk utstyr, må sikringer som er gått alltid skiftes ut med nye sikringer av samme type og kapasitet, slik spesifisert.
- Setter man inn andre typer sikringer, kan det øke faren for brann eller skade batteriladeren.

6.3 Rullestolens kjøredistanse:

Vennligst se tabellen med spesifikasjoner bak i denne brukermanualen for informasjon om stolens energiforbruk (maksimal kjøredistanse).

De fleste produsenter av rullestoler oppgir kjørelengden for stolene de produserer - enten i sine salgsbrosjyrer eller håndbøker. Kjørelengden som oppgis kan enkelte ganger variere fra produsent til produsent, selv om produktene er utstyrt med batterier av samme størrelse og kapasitet. Sunrise Medical måler kjørelengden for produktene sine på en konsekvent og enhetlig måte, men det kan allikevel forekomme forskjeller på grunn av motoreffektivitet og produktets samlede vekt.

Kjøredistansen er beregnet i henhold til ISO-standard 7176. Del 4: Teoretisk kjørelengde i henhold til rullestolens energiforbruk.

Denne testen er utført under kontrollerte forhold med nye, fullt oppladde batterier, på et jevnt veidekke, med en person som veier 100 kg. Verdiene som oppgis for bruksområdet skal anses som teoretiske maksimalverdier, som kan reduseres under ett eller flere av følgende forhold:

- Personen veier mer enn 100 kg.
- Batteriene er eldre eller mer slitt.
- Veidekket det kjøres på er ujevnt, f.eks. svært bratt, gjørmet, gruset, gressbelagt, snø- eller isdekket.
- Rullestolen kjører regelmessig over fortauskanter.
- Omgivelsestemperaturen er svært varm eller svært kald.
- Det er feil lufttrykk i ett eller flere dekk.
- Rullestolen startes og stoppes ofte.
- Tykke innendørs tepper kan også ha en innvirkning på kjørelengden.
- Bruk av motorisert ekstraustyr (f.eks. lys, aktuatorer o.l.).

Batterikapasiteten som leveres med et hvert Sunrise Medical-produkt vil passe levesettet til de fleste.

6.4 Garanti for batterier:

Garantien for batterier er fastsatt av produsenten. De fleste av disse garantiene vil inneholde en klausul om slitasje, og dersom batteriene slites ut i løpet av seks måneder, kan de ikke erstattes av garantien.

6.5 Skifte ut batteriene

Rullestolen bruker to 12V forseglede tørrbatterier som er seriekoblet. Fordi batteriene er helt forseglede trenger de ikke vedlikehold av brukeren. Lekkasjefrie, forseglede batterier, som gelbatterier, skal installeres i elektriske rullestoler som skal benyttes i et motorkjøretøy.

Batteriene må skiftes ut og vedlikeholdes av en kvalifiserte tekniker.

Hvis batteriene slutter å virke, ta kontakt med din lokale hjelpemiddelsentral



FARE!

- Ikke forsøk å skifte ut eller vedlikeholde batteriene uten hjelp fra en opplært og kvalifisert tekniker.

6.6 Koble fra batteriene for transport ombord i fly

Batteriene er plassert i drivenheten under dekslet.

Koble fra batteriene:

- Frigjør de to håndtaksskruene under den fremre delen på seterammen, som fester seterammen til setemodulen, (Fig. 6.2).
- Løft seterammen oppover og bakover (Fig. 6.3).
- Pass på at setet er støttet av setestaget før du slipper det (Fig. 6.4.1 - A). Du må sørge for at det røde setestaget er låst helt fast til pinnen.
- Ta av batteridekslet, (Fig. 6.4.1 - B).
- Koble fra de 2-pluggs batterikontaktene på hvert batteri (Fig. 6.5).

For å koble til batteriene på nytt, følger du fremgangsmåten beskrevet ovenfor i motsatt rekkefølge.



ADVARSEL:

Rullestolens tyngdepunkt kan endres når batteriene tas ut. Uten batterienes vekt kan stolen tippe bakover. Sunrise Medical anbefaler derfor følgende:

- Plasser en større gjenstand bak rullestolen for å forhindre at den tipper bakover. Dette kan f.eks. være en stol eller et annet møbel.
- Prøv å løfte batteriet litt først, for å se hvilken effekt det vil ha på stolen når batteriets vekt fjernes.

Fig. 6.2




Fig. 6.3




Fig. 6.4.1




Fig. 6.4.2





Fig. 6.5



Hvordan koble fra batteriene på rullestoler med forhjulstrekk (FWD) og bakhjulstrekk (RWD):

- Skru opp de to håndtaksskruene som er plassert midt under på seterammen, på den delene som kobler seterammen til setemodulen (trinn 1), og frigjør deretter spaken (trinn 2) (Fig. 6.6).
- Løft seterammen oppover og bakover (Fig. 6.7).
- Pass på at setet er støttet av setestaget før du slipper det (Fig. 6.7 foran).
- Når det er sikret (Fig. 6.4.2 - A), ta av lokket på batterikammeret, (Fig. 6.4.2 - B). Du må sørge for at det røde setestaget er låst helt fast til pinnen.
- Koble fra de 2-pluggs batterikontaktene på hvert batteri (Fig. 6.5).

For å koble til batteriene på nytt, følger du fremgangsmåten beskrevet ovenfor i motsatt rekkefølge.

ADVARSEL:

Rullestolens tyngdepunkt kan endres når batteriene tas ut. Uten batterienes vekt kan stolen tippe bakover. Sunrise Medical anbefaler derfor følgende:

- Plasser en større gjenstand bak rullestolen for å forhindre at den tipper bakover. Dette kan f.eks. være en stol eller et annet møbel.
- Prøv å løfte batteriet litt først, for å se hvilken effekt det vil ha på stolen når batteriets vekt fjernes.

Fig. 6.6





Fig. 6.7



7.0 Transport

7.1 Transportere rullestolen i et kjøretøy

Ta rullestolen inn og ut av kjøretøyet



FARE!

- Kontroller at kjøretøyet kan brukes til å transportere personen i rullestolen, og pass på at tilgangsmetoden er egnet for rullestoltypen. Gulvet i kjøretøyet må være sterkt nok til å tåle den kombinerte vekten av personen, rullestolen og ekstrautstyr.
- Bruk en rampe (eller et løfteutstyr) som tåler den totale vekten av rullestolen (inkludert personen) for å sette rullestolen inn i kjøretøyet.
- Rullestolen må være forsvarlig festet og peke forover i kjøretøyet. Rullestolen er godkjent for bruk i kjøretøyer, og overholder kravene som gjelder transport forover i et kjøretøy samt front-mot-front-kollisjon. Rullestolen har ikke blitt testet for andre stillinger i et kjøretøy (Fig. 7.1).



ADVARSEL!

- Det skal være tilstrekkelig plass rundt rullestolen til å feste, stramme og frigjøre festesystemet for stolen og sikkerhetsbeltet for personen.
- Hvor lett rullestolen kan flyttes inn i bilen og manøvreres, vil i stor grad komme an på rullestolens størrelse. Mindre rullestoler og/eller rullestoler med en kortere svingradius vil generelt sett være enklere å flytte inn i bilen og manøvrere, slik at stolen peker forover i kjøretøyet.

Feste rullestolen med festestropper

Denne rullestolen har blitt kollisjonstestet i henhold til: ISO 7176-19:2008 ved bruk av et festesystem.

- Bruk seks stropper (to stropper foran og fire stropper bak) som er i samsvar med ISO 10542-1 (internasjonalt) hvis 4-punkts festesystemet ikke er klassifisert for rullestolens vekt. Standardstropper er kun testet til 85 kg.
- Vi anbefaler å bruke et 4-punkts festesystem som er klassifisert for stolens totale vekt inkludert tilleggsutstyr (Heavy Duty System) - ved bruk av to stropper foran og to stropper bak (Fig. 7.2 og 7.3) som er i samsvar med ISO 10542 (internasjonalt).

MERK: Bruk festesystemet i samsvar med instruksjonene fra produsenten av festesystemet.

Forklaring av terminologi:

1) WTORS: Wheelchair Tie-down Occupant Restraint System = Festesystem for fastspenning i kjøretøy

Anbefalte vinkler for festestropper (Fig. 7.2 - 7.3).

Fig. 7.1






Fig. 7.2



Festepunkter foran

Fig. 7.3



Festepunkter bak

FARE!

- Rullestolen kan kun festes ved bruk av festepunktene på rullestolrammen (Fig. 7.5).
- Festepunktene (to foran og to bak) er vist ved hjelp av festesymbolene (Fig. 7.4). Fest de fremre stroppene først, deretter de bakre. Stram stroppene for å feste rullestolen. Festesystemet må ikke festes til deler på rullestolen (gaffelbom, armlener, tippesikringsbraketter, osv.).
- Ankerpunkter/kjøretøyfester, konstruksjonsdeler eller rammedeler på rullestolen må ikke endres eller skiftes ut uten at du rådfører deg med produsenten først.
- Hvis rullestolen skal transporteres i et kjøretøy uten at personen sitter i den, og hvis et festesystem ikke er tilgjengelig, må stolen legges sammen på forsvarlig måte og oppbevares i bagasjerommet under transport.

Fig. 7.4






Fig. 7.5


Q700 M



Q700 F



Q700 R



- A** Fremre festepunkter.
- B** Bakre festepunkter.
- C** Kjøretretning.

7.2 Bruke Dahl Docking Systems (Mark II (#501750) og Variodock (#503600))

7.2.1 Understell for midthjulsdrift (MWD), forhjulsdrift (FWD) og bakhjulsdrift (RWD) med Sedeo Pro & UP. Med unntak av Q700 M HD.



ADVARSEL!

Installasjonen skal kun utføres av en kvalifisert tekniker. Les alle instruksjoner nøye før du fortsetter med installasjonen.

For å montere dokkingplaten, bruk Dahl Adaption Kit #503439 for MWD-rullestoler, #503637 for RWD-rullestoler og #501889 for FWD-rullestoler.

1. Fest det 8 mm store avstandsstykket (B) til låseplaten (A) (Fig. 7.6).

2. Bruk flere avstandsstykker for å oppnå den tykkelsen du ønsker når det gjelder f.eks. brukervekt og lufttrykk i dekkene (Fig. 7.7).

Flere avstandsstykker kan monteres under dokkingstasjonen. For å tilpasse høyden på låseplaten under rullestolen til Mark II-dokkingstasjonen, fest avstandsstykker mellom dokkingstasjonen og kjøretøygulvet for å heve dokkingstasjonen. Høyden på Dahl Variodock kan justeres elektrisk, noe som betyr at det ikke er nødvendig å bruke ekstra avstandsstykker for å tilpasse høyden.

De to 8 mm tykke avstandsstykkene skal kun monteres for MWD-understell. Ingen andre avstandsstykker skal brukes.

3. Sett de fem skruene gjennom festeplaten, det obligatoriske 8 mm avstandsstykket, og de valgfrie avstandsstykkene du ønsker (grå farge på bildet) (Fig. 7.8).



ADVARSEL!

Ikke bruk andre skruer enn de som leveres av Dahl Engineering (del #502800 (M8) eller del # 500782 (M10)). Begge er laget av stål av høy kvalitet). Standardskruer vil ikke være kraftige nok ved en eventuell kollisjon.



ADVARSEL!

Installasjonen skal kun utføres av en kvalifisert tekniker. Les alle instruksjoner nøye før du fortsetter med installasjonen.

Montere avstiverplaten

Nødvendig verktøy:

- Torxbit T27 (for MWD- og RWD-understell)
- Torxbit T25 (for FWD-understell)
- Momentnøkkel (16-18 Nm)
- Vinkelsliper
- Merkepenn




Fig. 7.6




Fig. 7.7

kun for RWD- og FWD-understell






Fig. 7.8



For Q700 M understell (Dahl Docking Adaption Kit 503439)

Monter de fem skruene (M8), låseplaten (A) og avstandsstykkene (B) (på undersiden av rammeboksen), sammen med avstiverplaten (C), spesialmutrene (D) og avstandsstykkene i plast (E) (inne i rammeboksen) (Fig. 7.9).





For Q700 R understell (Dahl Docking Adaption Kit 503637)

Monter de fem skruene (M8), låseplaten (A) og avstandsstykket (B) (på undersiden av rammeboksen), sammen med avstiverplaten (C), spesialmutrene (D) og avstandsstykkene i plast (E) (inne i rammeboksen) (Fig. 7.10).




For Q700 F understell (Dahl Docking Adaption Kit 501889)


Monter de fem skruene (M10), låseplaten (A) og avstandsstykket (B) (på undersiden av rammeboksen), sammen med avstiverplaten (C), spesialmutrene (D) og avstandsstykkene i plast (E) (inne i rammeboksen) (Fig. 7.11).



4. Marker hvor skruene skal kuttes. (Fig. 7.12).




5. Fjern skruene sammen med avstandsstykket/-stykkene og låseplaten (Fig. 7.13).




6. Kutt skruen der du har merket dem (Fig. 7.14).

Det er svært viktig at montøren kontrollerer at boltene har riktig lengde. Hvis boltene er for korte til å gå igjennom alle gjengene, vil de ikke ha tilstrekkelig kraft som er nødvendig for å bære vekten. Hvis boltene er for lange, kan batteriene eller andre deler på rullestolen skades. Bytt ut med lengre bolter, eller kutt lengden på boltene, etter behov.




7. Smør Loctite 243 (eller et liknende produkt) på skruen (Fig. 7.15).






8. Fest de fem skruene sammen med avstandsstykket/-stykkene, låseplaten og avstiverplaten (dreiemoment: 16-18 Nm/133 lb.ft). Legg deretter til avstandsstykker i plast (D) for å forhindre at batteriene kommer i kontakt med mutrene (Fig. 7.16).

Se avsnitt 6.6 i denne brukerhåndboken for instruksjoner om å skifte ut batteriene.



Montere Dahl-låseplate - sluttresultat (Fig. 7.17-7.19)



Merkelapp som identifiserer rullestoler med Dahl Docking-låseplate montert (Fig. 7.20)

Nummeret som er angitt på merkelappen viser rullestolens bakkeklaring (minus 1-2 mm). Dette er høyden som displayet må stilles til for den elektriske, høydejusterbare VarioDock™. Dette er den endelige høyden som dokkingenheten MK II må installeres til. Hvis dokkingenheten ikke stilles inn/monteres med riktig høyde, kan det hindre låseplaten fra å skyves lett inn i dokkingenheten eller gjøre at dokkingstasjonen og rullestolen ikke kan kobles sammen.

Montøren av låseplaten må måle bakkeklaringen når personen sitter i rullestolen etter installasjonen, og notere den endelige høyden på merkelappen. Kontroller at dekkene er pumpet opp med riktig lufttrykk.

Fest merkelappen på et sted hvor den lett kan ses for personen i stolen eller en assistent.

Se også bruker- og installasjonsinstruksjoner for Dahl Docking Station MK II og VarioDock for mer informasjon.




Fig. 7.20

Siste kontroller av DAHL Docking-system

Mark II (Fig. 7.21)

Utfør en siste kontroll ved å koble rullestolen til dokkingstasjonen. Kontroller at den er forsvarlig låst og forviss om at alle utløsermetoder virker som de skal.

Du vil høre en varsel tone dersom festeplaten ikke er forsvarlig tilkoblet.

1. Utløserknapp.
2. Manuell driftsspake.
3. Nødtløsning.
4. Rødt lys.
5. Grønt lys.
6. Låseplate.
7. Låsepinne.




Fig. 7.21

VarioDock (Fig. 7.22)

Beskrivelse av hvordan Dahl VarioDock™ fungerer

1. Dahl VarioDock™
2. Låseplate og avstandsstykke
3. Låsepinne
4. Manuell nødtløserhendel
5. Kontrollpanel
 - 5.1 Juster oppover (gul knapp)
 - 5.2 Juster nedover (grønn knapp)
 - 5.3 Utløserknapp (rød knapp)
 - 5.4 Skyv nedover for å fjerne slark (blå knapp)
 - 5.5 Gjeldende måledisplay
 - 5.6 Rød LED indikatorlampe (rullestol IKKE sikret, kan fjernes fra dokkingstasjon)
 - 5.7 Grønn LED indikatorlampe (rullestol ER sikret)
 - 5.8 Lyser når det er behov for vedlikehold
6. Kontrollmodul




Fig. 7.22

Dahl VarioDock™ (1.) er konstruert til å holde på manuelle og elektriske rullestoler, samt Dahls setebaser til kjøretøyets gulv. En kontrollmodul (6.) styrer og overvåker funksjonene til Dahl VarioDock™, fordeler strøm til de forskjellige komponentene, samt mottar og sender signaler til og fra kontrollpanelet. Ledninger medfølger. Du må ikke utføre endringer til de medfølgende ledningene eller andre komponenter. En låseplate og et 8 mm tykt avstandsstykke (2.) må monteres på undersiden av rullestolen. Når rullestolen manøvreres mot VarioDock™, styres rullestolen på plass ved bruk av låseplaten.

Når låseplaten er helt koblet til VarioDock™, vil en fjærbelastet låsepinne (3.) automatisk feste låseplaten. VarioDock™ er utstyrt med en innebygd kontrollbryter som viser om låseplaten er riktig festet i VarioDock™.

Du vil høre en varsellyd (en høy tone) så snart låseplaten kommer i kontakt med låsepinnen, og den LED røde lampen (5.6) på kontrollpanelet vil lyse til låseplaten enten er helt tilkoblet eller rullestolen er fjernet fra VarioDock™. Når rullestolen er riktig festet, vil varsellyden stoppe og den grønne lampen (5.7) på kontrollpanelet vil lyse for å vise at rullestolen er festet som den skal. Kontrollpanelet (5.) (se beskrivelser av kontrollpanelets funksjoner på side 32) er koblet til en elektromagnet som trigger/frigjør låsepinnen i ca. 5-8 sekunder, før den automatisk låses på nytt.

Ved en eventuell elektrisk feil kan den manuelle nødutløseren (4.) på forsiden av VarioDock™ brukes. Den røde stroppen på utløserarmen skal trekkes og holdes til siden for å frigjøre rullestolen. Du kan også bruke nødutløserverktøyet som leveres med VarioDock™.

Feste rullestolen i dokkingstasjonen:

Pass på så ikke benstøttene kommer i kontakt med rampen eller dokkingstasjonen når du kjører inn i kjøretøyet.

1. Kjør rullestolen sakte og i en rett vinkel over dokkingstasjonen. Festeplaten under rullestolen gjør at rullestolen styres på plass i dokkingstasjonen. Når festeplaten er helt tilkoblet i dokkingstasjonen, vil en fjærbelastet låsepinne automatisk låse festeplaten.
2. Dokkingstasjonen er utstyrt med en kontrollbryter som indikerer om festeplaten er forsvarlig låst i dokkingstasjonen. Så snart festeplaten kommer i kontakt med låsepinnen, vil du høre en varseltone (en høy lyd), og den røde dioden/lampen (LED) på kontrollpanelet vil lyse til festeplaten enten er helt tilkoblet eller rullestolen er fjernet fra dokkingstasjonen.
3. Som en indikasjon på at rullestolen er forsvarlig festet, vil varseltonen stoppe, den røde lampen på kontrollpanelet slukkes, og den grønne LED-lampen lyse.
4. Husk å ta på deg sikkerhetsbeltet når du er i kjøretøyet.

Frigjøre rullestolen fra dokkingstasjonen

1. Når kjøretøyet har stoppet, ta av deg sikkerhetsbeltet.
2. For å låse opp, kjør rullestolen forover for å frigjøre trykket på låsepinnen, og trykk deretter på den røde utløserknappen på kontrollpanelet. Låsepinnen vil kobles ut i ca. 5 sekunder, før den automatisk låses/aktiveres på nytt. Du må ikke forsøke å rygge ut av dokkingstasjonen før den røde LED-lampen på styremodulen lyser (som indikerer ulåst stilling). **ADVARSEL!** Hvis du prøver å rygge rullestolen før den røde LED-lampen lyser, vil låsemekanismen i dokkingstasjonen blokkeres slik stolen ikke kan rygges ut. Hvis dette skjer må du gjenta fremgangsmåten for å låse opp dokkingstasjonen, slik beskrevet ovenfor.
3. Flytt rullestolen ut av dokkingstasjonen i løpet av denne 5-sekunders perioden.

Manuell utløsning ved elektrisk feil

1. Hvis det oppstår en elektrisk feil, kan du bruke en manuell utløserarm som er plassert foran på dokkingstasjonen. Kjør rullestolen forover for å frigjøre trykket på låsepinnen, før du skyver den røde utløserarmen til siden og holder den i denne stillingen mens rullestolen rygges ut av dokkingstasjonen.
2. En kabelaktivert, manuell styrespake kan også monteres (ekstra utstyr). Den røde utløserarmen må skyves til én side og holdes der mens rullestolen flyttes.
3. Hvis den manuelle utløsning ikke virker, er hver dokkingstasjon utstyrt med et rødt plastverktøy for nødutløsning.

Kjør rullestolen forover for å frigjøre trykket på låsepinnen, og sett verktøyet for nødutløsning i åpningen mellom festeplaten og dokkingstasjonen. Skyv verktøyet forover til låsepinnen har blitt tvunget ned. Rullestolen kan nå rygges ut av dokkingstasjonen.

Se også instruksjonene fra Dahl Engineering om installasjon, bruk og vedlikehold

7.3 Bruke rullestolen som et passasjer sete

En rullestol som er festet i et kjøretøy, vil ikke gi like stor sikkerhet som kjøretøyets eget sikkerhetsbelte. Om mulig anbefales å flytte over fra rullestol til sete i kjøretøy under kjøring. Dersom en person må sitte i rullestolen under transport, må man ta hensyn til følgende:

FARE!

- Personens sikkerhet under transport er avhengig av hvor nøye personen som fester festesystemet er. Vedkommende skal ha mottatt riktige instruksjoner og/eller opplæring i dette.
- Så langt det lar seg gjøre, fjern alt tilleggsutstyr (f.eks. krykker, løse puter, brett, osv.) fra rullestolen, og oppbevar det på en trygt sted i kjøretøyet.
 - i. Fjernet fra rullestolen og forsvarlig oppbevart i kjøretøyet, eller
 - ii. Festet til rullestolen, men ved bruk av energiabsorberende polstring mellom brettet og personen.
- Svingbare/hevbare benstøtter må ikke være hevet opp når personen sitter i rullestolen under transport i et kjøretøy.
- Hvis aktuelt: Justerbare ryggstøtter skal rettes helt opp.
- Hvis aktuelt: Seteløfter skal være senket helt ned.
- Hvis aktuelt: De manuelle bremsene må kobles forsvarlig inn.

Instruksjoner for hoftebeltet

FARE!

- Bruk et 3-punkts hofte- og brystbelte til å holde personen på plass i rullestolen.
- Både et hoftebelte og et brystbelte må brukes for å holde personen på plass i rullestolen, for å redusere faren for at personens hode eller brystkasse kommer i kontakt med komponenter i bilen.
- Hofte- og brystbeltet må festes til den riktige stolpen i kjøretøyet. Pass på at beltet ikke holdes ut fra personens kropp av rullestoldeler som armlener eller hjul (Fig. 7.23).
- Bruk en nakkestøtte i riktig stilling når personen sitter i rullestolen under transport.
- Rullestolbelter, f.eks. 3-punktsbelter, seler eller posturale støtter (hoftestropper, hoftebelter), som er festet på rullestolen skal ikke brukes som sikkerhetsbelte i et kjøretøy som er i bevegelse, selv om de er merket med at de overholder kravene i ISO 7176-19, ISO 10542-1, SAE J2249 eller andre standarder. Det skal i stedet benyttes et sikkerhetsbeltesystem som er forankret i kjøretøyet.

Plassere hofte-og brystbeltet

FARE!

- Brystbeltet skal ha full kontakt med personens skulder, brystkasse og hofter, mens hoftebelter (som overholder kravene spesifisert i ISO 7176-19:2008) skal plasseres lavt rundt personens hofter.
- Hoftebeltet skal ligge over personens hofter slik at beltet ligger horisontalt innen det anbefalte området på 30 - 75 °.
- Beltet bør ha en vinkel som er nærmest mulig 75 °. Beltet må derimot aldri overstige 75 ° (Fig. 7.24).
 - i. Brystbeltet må plasseres over personens skulder og brystkasse, slik vist i illustrasjonen (Fig. 7.24). Setebelter skal strammes så mye som mulig i henhold til personens komfort.
- Beltene må ikke være vridd når de brukes.
- Når du fester hofte- og brystbeltet, må du plassere beltespennen slik at utløserknappen på spennen ikke kan komme i kontakt med deler på rullestolen under et eventuelt sammenstøt.

Fig. 7.23





Fig. 7.24




Personer som veier under 22 kg.

Når personen av produktet er et barn som veier mindre enn 22 kg, og kjøretøyet som brukes har færre enn åtte (8) sittende passasjerer, skal barnet forflyttes til et barnesete som er offentlig godkjent.

Denne type sikringssystem er mer effektivt enn et tradisjonelt trepunktssystem. I tillegg tilbyr enkelte CRC-systemer ekstra støtte for overkroppen, slik at barnet opprettholder kroppstillingen når det sitter.

Barnets foreldre eller terapeut kan vurdere om barnet, i enkelte tilfeller, skal bli sittende i rullestolen under transport, dersom de mener at rullestolen gir bedre kontroll og komfort for barnet. I slike tilfeller anbefaler vi at terapeuten og/eller andre relevante, kompetente personer foretar en risikovurdering.



Kun til bruk med Dahl-dokkingssystem (Fig. 7.25)

Når du bruker en rullestol med et Dahl-dokkingssystem, må gulvfestepunktene for festesystemet plasseres 10-60 mm utenfor hjulene, på hver side av stolen.

7.4 Spesialkrav for transport

Bruke rullestolen på toget.

Ta kontakt med togselskapet før du reiser. De vil gi deg informasjon om eventuelle krav/instruksjoner. Vi anbefaler at du sjekker følgende:

- Finnes det en egnet plass for rullestolen på toget (med tilstrekkelig plass til å svinge og manøvrere stolen)?
- Finnes det en egnet plass for rullestolen på plattformen (med tilstrekkelig plass til å svinge og manøvrere stolen)?
- Er det tilstrekkelig plass for ombordstigning i jernbanevognen og god adgang til rullestolområdet?
- Har adgangen tilstrekkelig plass for både rullestolen og personen?
- Kontroller at vinkelen på rampen ikke overstiger den maksimale hellingsgraden som er trygg å bruke. (Se avsnitt 10)
- Eventuelle hindringer eller terskler må ikke være høyere enn den maksimale høyden som rullestolen kan kjøre over. (Se avsnitt 10)

De fleste togselskaper tilbyr assistanse så lenge det er arrangert på forhånd. Vi anbefaler at du har brukermanualen for hånden når du planlegger en reise og kontakter togselskaper.

⚠ ADVARSEL!

- Når du kjører rullestolen på en båt eller et tog, pass på at du bruker kjøreprofil 1, da dette er standardprofilen når GYRO er deaktivert. Den kontinuerlige bevegelsen i en båt eller et tog forstyrrer GYRO-systemet, som igjen vil påvirke rullestolens kjørekarakteristikker.

Transportere rullestolen som bagasje

Enkelte deler på rullestolen kan lett demonteres, og de bør derfor tas av når rullestolen transporteres. Disse delene må oppbevares på et trygt sted, f.eks:

- A. Demontere setet ( Setesystem).
 - B. Demontere benstøttene ( Setesystem).
 - C. Demontere armlenene ( Setesystem).
 - D. Legge ned ryggstøtten ( Setesystem).
- Pass på at eventuelle løse deler enten er festet til rullestolen eller pakket og merket separat, slik at de ikke blir borte under transport.
 - Rullestolen kan transporteres med bil, båt eller fly, da batteriene som leveres med stolen er i samsvar med IATA-forskriftene. Hvis batteriene erstattes med ikke IATA-godkjente batterier, må de tas ut av stolen før den transporteres ombord i fly. Forhandleren din kan skaffe batterier som er IATA-godkjente.
 - Ta kontakt med firmaet som skal frakte rullestolen før du reiser. Firmaet vil gi deg informasjon om eventuelle krav/instruksjoner.
 - For informasjon om rullestolens dimensjoner og vekt, se avsnitt 10.
 - For informasjon om batteriene i rullestolen, se avsnitt 6.
 - Pass på at eventuelle løse deler enten er festet til rullestolen eller pakket og merket separat, slik at de ikke blir borte under transport.
 - Ta denne brukermanualen, samt brukermanualene for setesystemet (& Setesystem) og styreboks (& Styreboks) med deg. Fraktfirmaet må lese følgende avsnitt i veiledningen:
 - i. Skyve rullestolen (avsnitt 5.8).
 - ii. Låse/låse opp styreboksen:  Styreboks.
 - iii. Hvordan koble fra batteriene (avsnitt 6.7).
 - iv. Hvordan koble fra drivenheten, (avsnitt 5.8).
 - Transportere rullestolen (avsnitt 7.0).
 - For oppbevaring av rullestolen over lengre tid, se avsnitt 8.5.

7.5 Generelle advarsler om transport



ADVARSEL!

- Ankerpunkter/kjøretøyfester, konstruksjonsdeler eller rammedeler på rullestolen må ikke endres eller skiftes ut uten at du rådfører deg med Sunrise Medical først.
- Hvis rullestolen har vært i noen form for sammenstøt, må den kontrolleres av en forhandler eller et verksted som er godkjent av Sunrise Medical før den brukes på nytt.

8.0 Enkelt vedlikehold og rengjøring

Rullestolens levetid er avhengig av hvor godt den vedlikeholdes.

For informasjon om bestemte innstillinger, vedlikehold eller reparasjoner, ta kontakt med din hjelpemiddelsentral. Når du kontakter forhandleren din, husk alltid å oppgi rullestolens modell, produksjonsår og identifikasjonsnummer, som du finner på merkeplaten som er festet til rullestolen.

ADVARSEL!

Det må utføres service på rullestolen én gang i året. Hvis rullestolen brukes mye, bør serviceintervallet være hver sjette måned. For hjelp med kontaklinformasjon til din lokale hjelpemiddelsentraler kan du kontakte Sunrise Medical AS.

Nasjonale og internasjonale webadresser er oppgitt på baksiden av brukermanualen.

8.1 Vedlikehold

ADVARSEL!

- Løse festebreketter må strammes i henhold til monteringsinstruksjonene. Med mindre annet er spesifisert, se tabellen nedenfor for generelle dreiemomenter som skal brukes.

Veiledning om dreiemomenter	
M4	3,0 Nm
M5	5,9 Nm
M6	10 Nm
M8	25 Nm
M10	48 Nm
M12	84 Nm

Merk: Det vil være nødvendig å bruke en momentnøkkel.

- Brystbelter må skiftes ut ved første antydning til skade og/eller slitasje.
- Hvis du oppdager en skadd eller løsnet komponent, må du umiddelbart slutte å bruke utstyret og kontakte din lokale hjelpemiddelsentral for å få komponenten skiftet ut.
- Kontroller at alle borrelåsremser er forsvarlig festet når de er trykket sammen.
- Pass på å fjerne lo, hår o.l. fra borrelåsremmene, da det kan påvirke festeevnen.

ADVARSEL!

- Dersom du er i tvil om hvilke krav som stilles til rullestolens ytelse, bør du ta kontakt med din Hjelpemiddelsentral.
- Etter utført vedlikehold eller reparasjoner må du passe på at rullestolen fungerer som den skal før du tar den i bruk.
- Alle festeanordninger må skiftes ut med identiske festeanordninger, som har samme lengde, strekkfasthet og er laget av samme materiale.
- Når du skifter ut selvlåsende muttere, eller muttere/bolter som er festet med gjengelåsemiddel, pass på at et egnet gjengelåsemiddel påføres mutrene/boltene på nytt.

Daglige kontroller

Foreta de daglige kontrollrutinene før du bruker rullestolen, slik beskrevet i avsnitt 5.1.

Ukentlige kontroller

Foreta de ukentlige kontrollrutinene før du bruker rullestolen, slik beskrevet nedenfor.

Kontrollere parkeringsbremsen:

Denne testen skal utføres på et plant gulv med minst en meter klaring rundt stolen.

- Slå på rullestolen.
- Kontroller at batteriindikatoren tennes eller blinker sakte etter ett sekund.
- Skyv joysticken sakte forover til du hører parkeringsbremsen kobles ut.
- Stolen kan bevege på seg.
- Slipp opp joysticken umiddelbart. Du skal høre at hver parkeringsbrems kobler inn (klikker) i løpet av få sekunder.
- Gjenta denne testen 3 ganger til ved å skyve joysticken sakte bakover, til venstre og høyre.

Kontrollere koblinger og kabler:

- Kontroller at alle koblinger er festet som de skal.
- Kontroller at ingen kabler eller koblinger er skadde.

Kontrollere styreboksen:

- Kontroller at det tynne gummidekslet rundt basen på joysticker ikke er skadd eller revnet. Du skal kun utføre en visuell kontroll av dekslet, ikke ta på det.
- Kontroller at alle komponentene for kontrollsystemet er forsvarlig festet. Ikke stram festeskruene for mye.

Kontrollere styreanordninger:

- Skru på styreboksen - Blinker lysene? Det tyder på at det er en feil i det elektroniske systemet. Se 'avsnitt 10 for grunnleggende feilsøking.'
- Koble inn alle elektroniske funksjoner, inkludert lys og blinklys (hvis montert) for å sjekke at de fungerer som de skal.
- Hev setet og kjør rullestolen for å kontrollere at "krabbemodus" kobles inn slik at stolens hastighet reduseres.
- Kjør rullestolen i hver av de to kjøreprofilene, for å kontrollere at rullestolen fungerer slik den gjorde før du byttet profil.



ADVARSEL!

- Dersom du er i tvil om hvilke krav som stilles til rullestolens ytelse, bør du ta kontakt med din hjelpemiddelsentral.
- Etter utført vedlikehold eller reparasjoner må du passe på at rullestolen fungerer som den skal før du tar den i bruk.
- Full inspeksjon, sikkerhetskontroll og service skal utføres av en godkjent av din hjelpemiddelsentral.
- Alle festeanordninger må skiftes ut med identiske festeanordninger, som har samme lengde, strekkfasthet og er laget av samme materiale.
- Når du skifter ut selvlåsende muttere, eller muttere/bolter som er festet med gjengelåsemiddel, pass på at et egnet gjengelåsemiddel påføres mutrene/boltene på nytt.
- Kontroller at alle borrelåsremser er forsvarlig festet når de er trykket sammen.
- Pass på å fjerne lo, hår o.l. fra borrelåsremmene, da det kan påvirke festeevnen.

Månedelige kontroller

Foreta de månedlige kontrollrutinene før du bruker rullestolen, slik beskrevet nedenfor.

- Alle festeanordninger bør kontrolleres hver måned for å forvise deg om at bolter eller andre komponenter ikke er slitte, løse eller skadde.
- Kontroller hver måned at ingen av stroppene eller reimene er frynsete, har sømmer som er raknet, eller viser andre tegn til slitasje og skade. Ikke bruk beltet dersom det er antydning til feil eller slitasje.

8.2 Vedlikehold av dekk og lufttrykk

8.2.1 Lufttrykket



ADVARSEL!

Hvis rullestolen er utstyrt med luftfylte dekk er det viktig at lufttrykket kontrolleres regelmessig og at dekkene kontrolleres for slitasje.

Dekkenes maksimale lufttrykk er spesifisert i avsnitt 8.3. Hvis du er i tvil, kan du se merkene på siden av rullestoldekket for informasjon.

MERK: Det er viktig at det er like mye luft i begge drivhjulene, og likeledes i begge bakhjulene. Den sikreste måten å pumpe opp dekkene på rullestolen er ved å bruke en pumpe. Lufttrykket kan kontrolleres ved bruk av en standard trykkmåler for bil.



FARE!

- Pump aldri opp dekkene over det maksimale lufttrykket som er angitt.

8.2.2 Slitasje på dekkene

Når dekkene undersøkes må du kontrollere at de ikke har slitemerker, rifter eller at mønstret er nedslitt. Dekkene må skiftes ut dersom mønstret ikke er synlig over hele dekkets overflate (Fig. 8.1).



Fig. 8.1

8.2.3 Reparere drivhjulene

Demontere hjulet/dekket:










Se bildene nedenfor og på neste side.

- Fjerne den fargede ringen.
- Bruk en 16 mm AF pipenøkkel til å løsne de tre boltene (Fig. 8.2).
- Trekk opp basen/batteriboksen, og støtt den ved bruk av blokker, (Fig. 8.3).
- Fjern de tre boltene og trekk hjulet av navet.
- Fjern ventilhetten og slipp luften ut av dekket ved å klemme forsiktig på ventilåpningen med en liten skrutrekker (Fig. 8.4).
- Det er seks navbolter som må løsnes/strammes i den rekkefølgen som er vist (Fig. 8.5). Bruk en 5 mm umbrakonøkkel til å løsne/stramme boltene.
- Bruk en 5 mm umbrakonøkkel til å løsne/stramme boltene. (Fig. 8.5).
- Ta ut den innvendige felgen (Fig. 8.6).
- Ta dekket og slangen av den utvendige felgen, (Fig. 8.7).
- Ta forsiktig tak i den innvendige slangen rett bak ventilen.
- Trekk slangen forsiktig ut av dekket, (Fig. 8.8).
- Sørg for at alle deler er rene før de monteres på nytt (Fig. 8.9).

Remontere

- Legg slangen på innsiden av dekket, og la dekket hvile på den ytre felgen.
- Plasser ventilåpningen i åpningen på felgen.
- La ventilen peke utover.
- Plasser den innvendige felgen over dekket, slangen og den utvendige felgen.
- Pass på at åpningen er plassert over ventilen samt åpningen i den utvendige felgen, (Fig. 8.10).
- Pass på at hullene for boltene er rettet opp mot hverandre på begge felgene.
- Stram til boltene i rekkefølgen som er vist i Fig. 8.5. Vær forsiktig slik at slangen ikke klemmes.
- Pump dekket forsiktig opp slik beskrevet i avsnitt 8.1.1.
- Sett hjulet tilbake på motorakselent og fest det forsvarlig med de tre boltene som strammes med et dreiemoment på 34 Nm.

Fremgangsmåten er den samme for kompakte dekk, men du kan ignorere punktene som henviser til den innvendige slangen og ventilen.



VIKTIG:

Kontroller at alle deler, inkludert hjul, bolter og monteringsflater på nav og hjul, ikke er rustne, skitne eller skadde. Bruk en stålbørste til å fjerne smuss og rust. Erstatt skadde deler.

Feilaktig montering av hjul er hovedårsaken til at det oppstår problemer med hjul og dekk. Forsvarlig montering med bruk av riktig dreiemoment på mutre, er essensielt for trygg og økonomisk bruk, samt problemfri service. Bruk kun bolter og mutre som stemmer overens med spesifikasjonene, med tanke på type og størrelse.

Stram mutrene en kvart omdreining av gangen ved å følge kryss-sekvensen vist i Fig. 8.5. Dette er svært viktig! Hvis du ikke strammer mutrene ved bruk av denne kryss-sekvensen, vil hjulet bli skjevstilt. Fortsett til alle mutrene er strammet med dreiemomentet som er spesifisert av produsenten.

ADVARSEL:

Feil dreiemoment kan forårsake vridninger, slitasjesprekker eller justeringsproblemer. Kjør rullestolen en kort avstand, og kontroller at mutrene er riktig strammet. Deler tilpasser seg på naturlig måte og dreiemoment for mutre reduseres. Stram alle mutre med det angitte dreiemomentet.

Informasjonen og fremgangsmåten ovenfor er beregnet for fagfolk innen dekkskift, og skal ikke utføres av personer uten riktig opplæring og utstyr.

8.2.4 Fjerne svinghjulene (M-base) (Fig. 8.11).

- Bruk en 17 mm skiftenøkkel/pipeknøkk til å løsne akselbolten.
- Fjern mutteren.

Fjerne svinghjulene (F/R-base) (Fig. 8.12)

- Bruk en 13 mm skrunøkkel og en 5 mm unbrakonøkkel til å løsne skruene.
- Fjern begge skruene.

Montere:

Når du setter tilbake bolten må du ikke forsøke å tvinge den igjennom. Flytt hjulet forsiktig forover og bakover til bolten sklir igjennom, og stram den deretter med et dreiemoment på 14 Nm.

ADVARSEL!

Bruk alltid nye mutre når hjulet skiftes.

Fig. 8.11





Fig. 8.12



Vedlikeholds- og kontrollprogram	Daglig*	Ukentlig	Månedelig	Årlig
Daglige kontrollrutiner, slik beskrevet i avsnitt 5.1.	*			
Ukentlige kontrollrutiner, slik beskrevet i avsnitt 8.1.		*		
Rengjør setetrekket  Setesystem		*		
Full inspeksjon, sikkerhetskontroll og service skal utføres av en godkjent av din hjelpemiddelsentral.				*

8.3 Vedlikehold av hjul og dekk

Det er ytterst viktig med riktig lufttrykk i dekkene for å forsikre om at rullestolen virker som den skal. Det riktige lufttrykket er merket på siden av dekket.

Dekk med for lite luft vil ha en negativ innvirkning på rullestolens kjøreegenskaper. Rullestolen vil bruke mer kraft under kjøring, som igjen vil påvirke batteriene. I tillegg vil dekk med for lavt lufttrykk bli raskere slitt.

Når dekkene undersøkes må du kontrollere at de ikke har slitemerker, rifter eller at mønstret er nedslitt. Dekkene må skiftes ut hvis mønstret er slitt på dekkenes overflate.

Svinghjul		Maksimalt lufttrykk	
6"	Q700 M	Kompakte hjul	
9" (2.80/2.50-4)	Q700 F Q700 R	2,4 bar maks.	35 PSI
10" (3.00-4)	Q700 F Q700 R	2,4 bar maks.	35 PSI
Drivhjul		Maksimalt lufttrykk	
14" (3.00-8)	Q700 M Q700 F Q700 R	3,5 bar maks.	50 PSI maks.



FARE!

- Pump aldri opp dekkene over det maksimale lufttrykket som er angitt.
- Bruk aldri luftpumper på bensinstasjoner.
- Dekkene må tømmes helt for luft før de repareres!

8.4 Vedlikehold av lys og blinklys:



FARE!

Av sikkerhetsmessige grunner, er det svært viktig at lys og blinklys vedlikeholdes på riktig måte. Hvis lys- og blinklyssystemet viser en feil, vennligst ta kontakt med din lokale hjelpemiddelsentral.

Alle lys og blinklys er høyteknologiske og vedlikeholdsfrie enheter med energisparende LED-lamper. Det brukes ingen lyspærer. Disse enhetene er svært pålitelige, så det er ytterst usannsynlig at de vil svikte under normal bruk. Hvis det derimot skulle oppstå en feil (f. eks. på grunn av et slag), må hele den skadde lysenheten skiftes ut. De individuelle LED-lampene kan ikke skiftes ut.



ADVARSEL!

- Vi anbefaler at du kun bruker deler som er godkjent av Sunrise Medical.
- Husk at alle lyskretser er elektronisk beskyttet. Ved en eventuell kortslutning vil strømstyrken reduseres til et trygt nivå. Systemet vil automatisk tilbakestilles så snart feilen er rettet opp.

8.5 Rengjøring og desinfisering

Tørk over rullestolen en gang i uken kun ved bruk av en fuktig klut, og børst av støv og lo som har samlet seg rundt motorene.



ADVARSEL!

Tørk av alle deler som har blitt våte eller fuktige etter rengjøring, eller hvis rullestolen har blitt brukt i fuktige omgivelser.



FARE!

Hvis rullestolen skal brukes av mer enn en person, må stolen vaskes/desinfiseres nøye for å unngå kryssinfeksjon.

Hygiene ved gjenbruk av rullestolen:

Rullestolen må rengjøres grundig før den skal brukes av andre. Toutes les surfaces entrant en contact avec le nouvel utilisateur doivent être désinfectées.

For å gjøre dette må du bruke et egnet desinfeksjonsmiddel for hurtig alkoholbasert desinfisering av medisinske produkter og utstyr.

Følg produsentens bruksanvisning nøye.

En règle générale, une désinfection totale ne peut être garantie sur les coutures. Par conséquent et conformément à la réglementation locale relative à la protection contre les infections, il est recommandé de mettre au rebut la toile de l'assise et du dossier afin d'éviter toute contamination microbactérienne par les agents actifs.



ADVARSEL!

- Bruk aldri løsemidler, blekemidler, slipemidler, syntetiske rengjøringsmidler, bonevoks eller midler på sprayboks.
- Fortynnede desinfeksjonsmidler kan brukes i henhold til produsentens instruksjoner.
- Pass på at overflatene skylles godt med rent vann og tørkes helt etter rengjøring.



ADVARSEL!

- Les alltid etiketten på alle typer rengjøringsmidler som skal brukes.
- Følg alltid instruksjonene nøye.

Rengjøre styreanordningene:  Styreboks

Dersom styreboksen på rullestolen er skitten, kan du tørke over den med en fuktig klut og et fortynnet desinfeksjonsmiddel til den er ren.



FARE!

Viktig: Dersom rullestolen skal brukes av flere enn én person, må du følge instruksjonene for rengjøring og desinfisering nøye for å forhindre kryssinfeksjon.

8.6 Oppbevaring av rullestolen over lengre tid:

Hvis rullestolen skal oppbevares over lengre tid (i mer enn 1 uke), skal disse enkle instruksjonene følges:

- Lad rullestolen helt opp i minst 24 timer.
- Koble fra laderen.
- Koble fra batteriene.



ADVARSEL!

Rullestolen må aldri oppbevares:

- Utendørs uten tildekking.
- I direkte sollys (plastdelene på stolen kan misfarges).
- I nærheten av direkte varmekilder.
- På fuktige steder.
- På svært kalde steder.
- Når batteriene/batteripakkene er tilkoblet (selv om styreboksen er slått av).

Hvis du unngår forholdene nevnt ovenfor vil det forhindre at batteriene lades helt ut, samtidig som batterienes levetid vil økes.

Når rullestolen skal brukes på nytt, skal batteriene/batteripakkene kobles til og stolen lades opp i minst 24 timer før bruk.


Oppbevaringstemperatur: Min: -40 °C Maks: 65°C

Ingen restriksjoner for fuktighet eller lufttrykk.

9.0 Avhending

Symbolet betyr at produktet skal avhendes atskilt fra vanlig husholdningsavfall i samsvar med lokale lover og forskrifter. Når produktets levetid er over må du ta det med til din Hjelpemiddelsentral, dersom de er eier av produktet. Innsamling og gjenvinning av ditt produkt vil bidra til bevaring av naturressurser, og det sikrer at delene blir resirkulert på en miljøvennlig måte.

Hjelpemiddelsentralen er den rettslige eieren av produktet og skal sørge for at det avhendes i henhold til overstående anbefalinger.



Følgende informasjon beskriver materialene som er brukt i rullestolen, med henblikk på deponering eller resirkulering av stolen og dens emballasje.

I tillegg kan det være bestemte, lokale forskrifter om resirkulering og deponering som du må ta hensyn til når du deponerer rullestolen. (Forskriftene kan inkludere rengjøring eller dekontaminasjon av rullestolen for deponering).


Aluminium: Svinghjulsgafler, hjul, klesbeskyttere for rammen.

Stål: Festeordninger, hurtigkoblinger

Plast: Håndtak, rørstoppere, svinghjul og hjul/dekk

Emballasje: Lavdensitets-polyetylenpose, pappkartong

Deponering eller gjenvinning skal gjøres via en lisensiert agent eller på en autorisert avfallsplass. Alternativt kan rullestolen leveres inn hos forhandleren for deponering.



10.0 Feilsøking

Hvis rullestolen ikke virker som den skal, må du kontrollere følgende punkter.

- Kontroller at batteriene er ladet opp.
- Slå rullestolen av og på.
- Kontroller at batteripluggene sitter som de skal.
- Kontroller at frikoblingsspaken er satt i DRIVE-stillingen (kjørestilling).
- Kontroller stillingen for fartsregulatoren.
- Kontroller at styreboksen ikke er låst  Styreboks

Hvis problemet ikke er løst:

-  Styreboks

11.0 Teknisk informasjon: Gjeldende normer/standarder

 Dette produktet er i samsvar med forskriftene og retningslinjene for medisinsk utstyr, og er derfor utstyrt med et CE-symbol.

Produktet overholder kravene og standardene beskrevet nedenfor. Disse kontrolleres av uavhengige institusjoner.

Standard	Definisjon/beskrivelse			Vekt på kollisjonsdukke	
Forskrift for medisinsk utstyr (EU) 2017/745	Aktuelt, slik nevnt i Tillegg 1				
EN 12182: 2012 Klasse B	Hjelpemiddelutstyr for personer med funksjonshemming - Generelle krav og testmetoder			SEDEO Pro	SEDEO Pro Advanced
	Q700 M	Q700 F	Q700 R	160 kg	160 kg
	Q700 M HD			250 kg	
	Q700 UP M/F Sedeo Pro Advanced UP				120 kg
EN 12184: 2014 Klasse B	Elektriske rullestoler, scootere og tilhørende batteriladere - Krav og testmetoder			SEDEO Pro	SEDEO Pro Advanced
	Q700 M	Q700 F	Q700 R	160 kg	160 kg
	Q700 M HD			250 kg	
	Q700 UP M/F Sedeo Pro Advanced UP				120 kg
ISO 7176-8: 2014	Krav og testmetoder for sammenstøt, statisk styrke og utmatningsstyrke.			Ikke aktuelt	Ikke aktuelt
ISO 7176-9: 2009	Klimatester for elektriske rullestoler			Ikke aktuelt	Ikke aktuelt
ISO 7176-14: 2008	Krav og testmetoder for kontrollsystemer i elektriske rullestoler.			Ikke aktuelt	Ikke aktuelt
ISO 7176-16: 2012	Krav til brannhemming av deler med stoff/trekk.			Ikke aktuelt	Ikke aktuelt
ISO 7176-19: 2008	Rullestoler - Avsnitt 19: Bruke mobilitetsutstyr med hjul som et sete i motoriserte kjøretøyer: Q-serien overholder kravene for kollisjonstest, slik beskrevet i ISO 7176-19.			SEDEO Pro	SEDEO Pro Advanced
	Q700 M	Q700 M HD	Q700 F	78 kg	78 kg
	Q700 UP M/F Sedeo Pro Advanced UP				78 kg
ISO 7176-19: 2008 Dahl-feste	Rullestoler - Avsnitt 19: Bruke mobilitetsutstyr med hjul som et sete i motoriserte kjøretøyer: Q-serien overholder kravene for kollisjonstest, slik beskrevet i ISO 7176-19.			SEDEO Pro	SEDEO Pro Advanced
	Q700 M		Q700 R	78 kg	78 kg

Modell	Q700-serien	
Type/konfigurasjon Rullestoler med midthjulsdrift	Q700 M	
Maksimal brukervekt	160 kg	353 lbs.
EN12184-klasse:	B	

	Metriske systemverdier		Imperial systemverdier og alternativ	
Beskrivelse	Minimum	Maksimum	Minimum	Maksimum
Total lengde (inkludert benstøtter)				
Rullestoler med midthjulsdrift				
Q700 M Sedeo Pro Advanced Sentrert fotplate	1070 mm	1100 mm	41,1"	43,3"
Q700 M Sedeo Pro Utsvingbare hengere	1190 mm	1190 mm	46,8"	46,8"
Total bredde				
Q700 M 14" drivhjul	622 mm	660 mm	24,5"	26,0"
Total vekt				
Grunnkonfigurasjon, med batterier				
Q700 M Sedeo Pro Advanced	160 kg	180 kg	353 lbs.	397 lbs.
Q700 M Sedeo Pro	145 kg	175 kg	320 lbs.	386 lbs.
Total vektpåvirkning				
Batterier				
60 Ah GEL (C20) (2 stk)	43 kg		+ 94,8 lbs.	
80 Ah GEL (C20) (2 stk)	50,2 kg		+ 110,7 lbs.	
Vekt på tyngste del for transportformål	23,5 kg		51,8 lbs.	
Dynamisk stabilitet: Gradert helling				
Q700 M Rullestoler med midthjulsdrift	6°		10,5 %	
Minimal bremselengde ved maks. hastighet Q700 M	3100 mm		122,0"	
Statisk stabilitet				
Q700 M Sedeo Pro Advanced Nedover / oppover /sideveis	8°/19°/14°	25°/25°/21°	14%/34%/25%	47%/47%/38%
Q700 M Sedeo Pro Nedover / oppover /sideveis	8°/19°/14°	25°/25°/21°	14%/34%/25%	47%/47%/38%
Kjørelengde				
OBS: Følgende forhold vil ha en negativ innvirkning på kjørelengden: Hindringer, ulendt terreng, bruk av stolen i bakker, temperaturer under null grader, samt hyppig bruk av elektrisk seteutstyr.				
6 km/t 80 Ah-batterier Q700 M	32,5 km	40,0 km	20,2 miles	24,9 miles
8 km/t 80 Ah-batterier Q700 M	30,0 km	37,5 km	18,6 miles	23,3 miles
10 km/t 80 Ah-batterier Q700 M	27,5 km	35,0 km	17,1 miles	21,7 miles
12,5 km/t 80 Ah-batterier Q700 M	25,0 km	32,5 km	15,5 miles	20,2 miles
Klatreevne over hindringer -				
Q700 M Rullestoler med midthjulsdrift	75 mm	100 mm	2,95"	3,94"
Maks. hastighet forover				
Q700 M Rullestoler med midthjulsdrift	6 km/t		4 miles/t	
Snuradius				
Q700 M Rullestoler med midthjulsdrift	560 mm	630 mm	22,0"	24,8"
Snuradius / ryggebredde				
Q700 M Rullestoler med midthjulsdrift	1100 mm		43,0"	
Bakkeklaring				
Q700 M Rullestoler med midthjulsdrift	90 mm		3,5"	

Beskrivelse	Metriske systemverdier		Imperial systemverdier og alternativ	
	Minimum	Maksimum	Minimum	Maksimum
Maksimale batteridimensjoner (l x b x h)		260 x 172 x 210 mm		10,2 x 6,8 x 8,3"
Batterikapasitet	50 Ah / 60 Ah / 80 Ah		50 Ah / 60 Ah / 80 Ah	
Maksimalt tillatt ladespenning		24 V		24 V
Maksimum ladestrøm		12 A (rms)		12 A (rms)
Tilkoblingstype	📖 Styreboks, manuell		📖 Styreboks, manuell	
Isolasjon	Klasse 2 dobbel isolasjon		Klasse 2 dobbel isolasjon	

Modell	Q700-serien	
Type/konfigurasjon Rullestoler med midthjulsdrift	Q700 M HD	
Maksimal brukervekt	250 kg	551 lbs.
EN12184-klasse:	B	

	Metriske systemverdier		Imperial systemverdier og alternativ	
Beskrivelse	Minimum	Maksimum	Minimum	Maksimum
Total lengde (inkludert benstøtter)				
Rullestoler med midthjulsdrift				
Q700 M HD				

Beskrivelse	Metriske systemverdier		Imperial systemverdier og alternativ	
	Minimum	Maksimum	Minimum	Maksimum
Maksimale batteridimensjoner (l x b x h)		260 x 172 x 210 mm		10,2 x 6,8 x 8,3"
Batterikapasitet	60 Ah / 80 Ah		60 Ah / 80 Ah	
Maksimalt tillatt ladespenning		24 V		24 V
Maksimum ladestrøm		12 A (rms)		12 A (rms)
Tilkoblingstype	📖 Styreboks, manuell		📖 Styreboks, manuell	
Isolasjon	Klasse 2 dobbel isolasjon		Klasse 2 dobbel isolasjon	

Modell	Q700-serien	
Type/konfigurasjon Rullestoler med forhjulsdraft	Q700 F	
Maksimal brukervekt	160 kg	353 lbs.
EN12184-klasse:	B	

	Metriske systemverdier		Imperial systemverdier og alternativ	
Beskrivelse	Minimum	Maksimum	Minimum	Maksimum
Total lengde (inkludert benstøtter)				
Rullestoler med forhjulsdrift				
Q700 F Sedeo Pro Advanced Sentrert fotplate	1280 mm	1340 mm	50,39"	52,8"
Q700 F Sedeo Pro Sentrert fotplate	1280 mm	1340 mm	50,39"	52,8"
Total bredde				
Q700 F 14" drivhjul	640 mm	640 mm	25,2"	25,2"
Total vekt				
Grunnkonfigurasjon, med batterier				
Q700 F Sedeo Pro Advanced	133 kg	154 kg	293 lbs.	339 lbs.
Q700 F Sedeo Pro	134 kg	155 kg	295 lbs.	342 lbs.
Total vektpåvirkning				
Batterier				
60 Ah GEL (C20) (2 stk)	43 kg		+ 94,8 lbs.	
80 Ah GEL (C20) (2 stk)	48,4 kg		+ 106,7 lbs.	
Vekt på tyngste del for transportformål	23,5 kg		51,8 lbs.	
Dynamisk stabilitet: Gradert helling				
Q700 F Rullestoler med forhjulsdrift	6°		10,5 %	
Minimal bremselengde ved maks. hastighet Q700 F	2900 mm		114,2"	
Statisk stabilitet				
Q700 F Sedeo Pro Advanced Nedover / oppover /sideveis	9°/9°/9°	15°/15°/12°	15,8%/15,8%/15,8%	26%/26%/21,2%
Q700 F Sedeo Pro Nedover / oppover /sideveis	9°/9°/9°	15°/15°/12°	15,8%/15,8%/15,8%	26%/26%/21,2%
Kjørelengde				
OBS: Følgende forhold vil ha en negativ innvirkning på kjørelengden: Hindringer, ulendt terreng, bruk av stolen i bakker, temperaturer under null grader, samt hyppig bruk av elektrisk seteutstyr.				
6 km/t 80 Ah-batterier Q700 F	32,5 km	40,0 km	20,2 miles	24,9 miles
8 km/t 80 Ah-batterier Q700 F	30,0 km	37,5 km	18,6 miles	23,3 miles
10 km/t 80 Ah-batterier Q700 F	27,5 km	35,0 km	17,1 miles	21,7 miles
12,5 km/t 80 Ah-batterier Q700 F	25,0 km	32,5 km	15,5 miles	20,2 miles
Klatreevne over hindringer -				
Q700 F Rullestoler med forhjulsdrift	70 mm		2,75"	
Maks. hastighet forover				
Q700 F Rullestoler med forhjulsdrift	6 km/t	10 km/t	4 miles/t	6,2 miles/t
Snuradius				
Q700 F Rullestoler med forhjulsdrift	735 mm		28,9"	
Snuradius / ryggebredde				
Q700 F Rullestoler med forhjulsdrift	1240 mm		48,8"	
Bakkeklaring				
Q700 F Rullestoler med forhjulsdrift	60 mm		2,36"	

Beskrivelse	Metriske systemverdier		Imperial systemverdier og alternativ	
	Minimum	Maksimum	Minimum	Maksimum
Maksimale batteridimensjoner (l x b x h)		260 x 172 x 210 mm		10,2 x 6,8 x 8,3"
Batterikapasitet	50 Ah / 60 Ah / 80 Ah		50 Ah / 60 Ah / 80 Ah	
Maksimalt tillatt ladespenning		24 V		24 V
Maksimum ladestrøm		12 A (rms)		12 A (rms)
Tilkoblingstype	📖 Styreboks, manuell		📖 Styreboks, manuell	
Isolasjon	Klasse 2 dobbel isolasjon		Klasse 2 dobbel isolasjon	

Modell	Q700-serien	
Type/konfigurasjon Rullestoler med midthjulsdrift	Q700-UP M	
Maksimal brukervekt	120 kg	265 lbs.
EN12184-klasse:	B	

Beskrivelse	Metriske systemverdier		Imperial systemverdier og alternativ	
	Minimum	Maksimum	Minimum	Maksimum
Total lengde (inkludert benstøtter) Midthjulsdrift - sentrert fotplate Q700-UP M	1070 mm	1130 mm	41,1"	44,5"
Total bredde Q700-UP M 14" drivhjul	622 mm	660 mm	24,5"	26,0"
Total vekt Grunnkonfigurasjon, med batterier Q700-UP + Sedeo Pro Advanced UP	160 kg	180 kg	353 lbs.	397 lbs.
Total vektpåvirkning Batterier				
60 Ah GEL (C20) (2 stk)	45,8 kg		+ 101 lbs.	
80 Ah GEL (C20) (2 stk)	53,8 kg		+ 118,6 lbs.	
Vekt på tyngste del for transportformål	23,5 kg		51,8 lbs.	
Dynamisk stabilitet: Gradert helling Q700-UP M Rullestoler med midthjulsdrift	6°		10,5 %	
Minimal bremselengde ved maks. hastighet Q700-UP M	3010 mm		118,5"	
Statisk stabilitet Q700-UP M Nedover / oppover /sideveis	8°/19°/14° 25°/25°/21°		14%/34%/25%	47%/47%/38%
Kjørelengde <i>OBS: Følgende forhold vil ha en negativ innvirkning på kjørelengden: Hindringer, ulendt terreng, bruk av stolen i bakker, temperaturer under null grader, samt hyppig bruk av elektrisk seteutstyr.</i>				
6 km/t 80 Ah-batterier Q700-UP M	32,5 km	40,0 km	20,2 miles	24,9 miles
10 km/t 80 Ah-batterier Q700-UP M	27,5 km	35,0 km	17,1 miles	21,7 miles
12,5 km/t 80 Ah-batterier Q700-UP M	25,0 km	32,5 km	15,5 miles	20,2 miles
Klatreevne over hindringer - Rullestoler med midthjulsdrift Q700-UP M	75 mm	80 mm	2,95"	3,15"
Maks. hastighet forover Q700-UP M Rullestoler med midthjulsdrift	6 km/t	10 km/t	4 miles/t	6,2 miles/t
Snuradius Q700-UP M Rullestoler med midthjulsdrift	560 mm	630 mm	22,0"	24,8"
Snuradius / ryggebredde Q700-UP M Rullestoler med midthjulsdrift	1100 mm		43,0"	
Bakkeklaring Q700-UP M Rullestoler med midthjulsdrift	90 mm		3,5"	

Beskrivelse	Metriske systemverdier		Imperial systemverdier og alternativ	
	Minimum	Maksimum	Minimum	Maksimum
Maksimalle batteridimensjoner (l x b x h).		260 x 172 x 210 mm		10,2 x 6,8 x 8,3"
Batterikapasitet	60 Ah / 80 Ah		60 Ah / 80 Ah	
Maksimalt tillatt ladespenning		24 V		24 V
Maksimum ladestrøm		12 A (rms)		12 A (rms)
Tilkoblingstype	Se brukermanual for styreboks		Se brukermanual for styreboks	
Isolasjon	Klasse 2 dobbel isolasjon		Klasse 2 dobbel isolasjon	

Modell	Q700-serien	
Type/konfigurasjon Rullestoler med forhjulsdrift	Q700-UP F	
Maksimal brukervekt	120 kg	265 lbs.
EN12184-klasse:	B	

Beskrivelse	Metriske systemverdier		Imperial systemverdier og alternativ	
	Minimum	Maksimum	Minimum	Maksimum
Total lengde (inkludert benstøtter) Forhjulsdrift - midtre fotplate Q700-UP F	1270 mm	1320 mm	50,0"	51,96"
Total bredde Q700-UP F 14" drivhjul	640 mm		25,2"	
Total vekt Grunnkonfigurasjon, med batterier Q700-UP + Sedeo Pro Advanced UP	133 kg	154 kg	293 lbs.	339 lbs.
Total vektpåvirkning Batterier				
60 Ah GEL (C20) (2 stk)	45,8 kg		+ 101 lbs.	
80 Ah GEL (C20) (2 stk)	53,8 kg		+ 118,6 lbs.	
Vekt på tyngste del for transportformål	23,5 kg		51,8 lbs.	
Dynamisk stabilitet: Gradert helling Q700-UP F Rullestoler med forhjulsdrift Q700-UP F UP	6°		10,5 %	
Minimal bremselengde ved maks. hastighet Q700-UP M	2690 mm		106,0"	
Statisk stabilitet Q700-UP F Nedover / oppover / sideveis	9°/9°/9°	12,8°/21,4°/18,3°	15,8%/15,8%/15,8%	22,7%/39,2%/33%
Kjørelengde <i>OBS: Følgende forhold vil ha en negativ innvirkning på kjørelengden: Hindringer, ulendt terreng, bruk av stolen i bakker, temperaturer under null grader, samt hyppig bruk av elektrisk seteutstyr.</i>				
6 km/t 80 Ah-batterier Q700-UP F	32,5 km	40,0 km	20,2 miles	24,9 miles
10 km/t 80 Ah-batterier Q700-UP F	27,5 km	35,0 km	17,1 miles	21,7 miles
12,5 km/t 80 Ah-batterier Q700-UP F	25,0 km	32,5 km	15,5 miles	20,2 miles
Klatreevne over hindringer - Rullestoler med forhjulsdrift Q700-UP F	75 mm		2,95"	
Maks. hastighet forover Q700-UP F Rullestoler med forhjulsdrift	6 km/t	10 km/t	4 miles/t	6,2 miles/t
Snuradius Q700-UP F Rullestoler med forhjulsdrift	735 mm		28,9"	
Snuradius / ryggebredde Q700-UP F Rullestoler med forhjulsdrift	1400 mm		55,12"	
Bakkeklaring Q700-UP F Rullestoler med forhjulsdrift	71 mm		2,79"	

Beskrivelse	Metriske systemverdier		Imperial systemverdier og alternativ	
	Minimum	Maksimum	Minimum	Maksimum
Maksimale batteridimensjoner (l x b x h)		260 x 172 x 210 mm		10,2 x 6,8 x 8,3"
Batterikapasitet	60 Ah / 80 Ah		60 Ah / 80 Ah	
Maksimalt tillatt ladespenning		24 V		24 V
Maksimum ladestrøm		12 A (rms)		12 A (rms)
Tilkoblingstype	Se brukermanual for styreboks		Se brukermanual for styreboks	
Isolasjon	Klasse 2 dobbel isolasjon		Klasse 2 dobbel isolasjon	

12.0 Garanti

DENNE GARANTIE VIL IKKE PÅ NOEN MÅTE PÅVIRKE DINE LOVFESTEDE RETTIGHETER.

Sunrise Medical* gir sine kunder en garanti, slik beskrevet i garantibetingelsene. Garantien dekker følgende.

Garantibetingelsene:

1. Dersom en del eller deler på produktet må repareres eller skiftes ut på grunn av en produksjons- og/eller materialfeil innen 24 måneder, vil delen eller delene repareres eller skiftes ut gratis. Garantien dekker kun produksjonsfeil.
2. For å bruke garantien, vennligst ta kontakt med din hjelpemiddelsentral eller Sunrise Medical, og oppgi nøyaktig informasjon om feilen og hvordan den har oppstått. Hvis du bruker produktet utenfor områdene som er dekket av et Sunrise Medical-verksted, vil reparasjon eller utskifting av deler gjøres av et annet verksted som er godkjent av produsenten. Produktet må alltid repareres av et verksted (forhandler) som er godkjent av Sunrise Medical.
3. For deler som er reparert eller byttet ut i samsvar med denne garantien, gir vi en garanti i henhold til disse garantibetingelsene for den gjenværende garantiperioden for produktet i samsvar med punkt 1.
4. Reservedeler som kunden har betalt for vil ha en garanti på 12 måneder (fra den/de ble montert) i henhold til disse garantibetingelsene.
5. Denne garantien kan ikke brukes til å reparere eller skifte ut deler på et produkt forårsaket av:
 - a. Normal slitasje, inkludert, men er ikke begrenset til, batterier, armleneputer, trekk, dekk, bremses, osv.
 - b. Overbelastning av produktet. Kontroller CE-etiketten for informasjon om den maksimale brukervekten.
 - c. Produktet eller en del av den ikke har blitt ivaretatt eller vedlikeholdt i samsvar med produsentens anbefalinger, slik beskrevet i brukermanualen og/eller servicemanualen.
 - d. Det er brukt deler som ikke er klassifisert som originaldeler.
 - e. Produktet eller del av den er blitt skadet pga. uforsiktighet, ulykke eller feil bruk.
 - f. Det er utført endringer/modifiseringer på produktet eller deler som ikke er i samsvar med produsentens spesifikasjoner.
 - g. Det er utført reparasjoner før Sunrise Medicals kundeservice har blitt informert om dette.
6. Denne garantien er gjenstand for lover og/eller avtaler gjennom f.eks. egne kontrakter i det landet hvor produktet ble kjøpt fra Sunrise Medical.
7. Produktets forventede levetid

Den forventede levetiden for produktet er 5 år, forutsatt at:

 - Det er brukt i nøye overensstemmelse med bruksområdene beskrevet i denne håndboken.
 - Alle krav til vedlikehold og service er overholdt.

Produktets estimerte levetid kan forlenges dersom det er varsomt brukt og riktig vedlikeholdt, forutsatt at tekniske og metodiske fremskritt ikke fører til tekniske begrensninger.

Levetiden kan også betraktelig reduseres med intensiv eller feil bruk.

Vår estimerte levetid for dette produktet utgjør ikke en ekstra garanti.

* Betyr forhandleren/leverandøren som Sunrise Medical-produktet ble kjøpt fra.

13.0 Merking

		Sunrise Medical GmbH Kahlbachring 2-4 D-69254 Malsch / Germany		 2021-03-09
TYPE: Q700 M		POWER WHEELCHAIR		SN 203204229996547
		ISO 7176-19:2008		FIN-Nr: 7M20100330
 160 kg	 max 350 kg	 max 6 km/h	 max 6°	 max 60kg/290kg/60kg
		  		
		 		

TYPE:	Produktnavn/Art.nummer
	Maksimal trygg helling er avhengig av innstillingen for rullestolen, samt personens kroppsholdning og funksjonsnivå.
	Maksimal brukervekt.
	Brukervekt (maks).
	Maksimal hastighet.
	Maksimal last på akselen.
	UKCA-merke.
	CE-merking.
	Se brukermanualen.
	Indikerer at elektrisk/elektronisk utstyr må deponeres i samsvar med WEEE-forskriftene.
 XXXX-XX-XX	Produksjonsdato.
	Serienummer.
	Dette symbolet indikerer et medisinsk utstyr.
	Produsents adresse.
ISO 7176-19:2008	Kollisjonstestet i henhold til ISO 7176-19:2008.
	Adresse til importør
UK RP	Ansvarlig person for Storbritannia
CH REP	Adresse til representant i Sveits



ISO 7010-M002
 Du må lese igjennom bruksanvisningen!
 (Blått ikon)





Sunrise Medical S.r.l.
Via Riva, 20 – Montale
29122 Piacenza
Italia
Tel.: +39 0523 573111
Fax: +39 0523 570060
www.SunriseMedical.it

Sunrise Medical AG
Erlenauweg 17
CH-3110 Münsingen
Schweiz/Suisse/Svizzera
Fon +41 (0)31 958 3838
Fax +41 (0)31 958 3848
www.SunriseMedical.ch

Sunrise Medical AS
Delitoppen 3
1540 Vestby
Norge
Telefon: +47 66 96 38 00
post@sunrisemedical.no
www.SunriseMedical.no

Sunrise Medical AB
Neongatan 5
431 53 Mölndal
Sweden
Tel.: +46 (0)31 748 37 00
post@sunrisemedical.se
www.SunriseMedical.se

MEDICCO s.r.o.
H – Park, Heršpická 1013/11d,
639 00 Brno
Czech Republic
Tel.: (+420) 547 250 955
Fax: (+420) 547 250 956
www.medicco.cz
info@medicco.cz
Bezplatná linka 800 900 809

Sunrise Medical Aps
Mårkærvej 5-9
2630 Taastrup
Denmark
+45 70 22 43 49
info@sunrisemedical.dk
Sunrisemedical.dk

Sunrise Medical Australia
11 Daniel Street
Wetherill Park NSW 2164
Australia
Ph: +61 2 9678 6600
E: enquiries@sunrisemedical.com.au
www.SunriseMedical.com.au

Sunrise Medical
North American Headquarters
2842 Business Park Avenue
Fresno, CA, 93727, USA
(800) 333-4000
(800) 300-7502
www.SunriseMedical.com



Sunrise Medical GmbH
Kahlbachring 2-4
69254 Malsch/Heidelberg
Deutschland
Tel.: +49 (0) 7253/980-0
Fax: +49 (0) 7253/980-222
www.SunriseMedical.de

Sunrise Medical
Thorns Road
Brierley Hill
West Midlands
DY5 2LD
England
Phone: 0845 605 66 88
Fax: 0845 605 66 89
www.SunriseMedical.co.uk

Sunrise Medical S.L.
Polígono Bakiola, 41
48498 Arrankudiaga – Vizcaya
España
Tel.: +34 (0) 902142434
Fax: +34 (0) 946481575
www.SunriseMedical.es

Sunrise Medical Poland
Sp. z o.o.
ul. Elektronowa 6,
94-103 Łódź
Polska
Telefon: + 48 42 275 83 38
Fax: + 48 42 209 35 23
E-mail: pl@sunrisemedical.de
www.Sunrise-Medical.pl

Sunrise Medical HCM B.V.
Vossenbeemd 104
5705 CL Helmond
The Netherlands
T: +31 (0)492 593 888
E: customerservice@sunrisemedical.nl
www.SunriseMedical.nl
www.SunriseMedical.eu
(International)

Sunrise Medical SAS
ZAC de la Vrillonnerie
17 Rue Michaël Faraday
37170 Chambray-Lès-Tours
Tel : +33 (0) 2 47 55 44 00
Email: info@sunrisemedical.fr
www.sunrisemedical.fr



OM_Q700 M-M HD-F-R-UP M-UP F_
EU_NO_Rev.L_2025-01-27